

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di un sistema RIS-PACS di digitalizzazione, archiviazione e trasmissione di immagini radiologiche per la Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara (di seguito "AUSL di Pescara") - ID 692

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it.

1) Domanda

Si richiede se sia possibile ricevere, sia per corriere all'indirizzo riportato, sia per e-mail all'indirizzo eva.cassisi@mediantechnologies.com, tutti i documenti per la consultazione.

Risposta

Le modalità per la consultazione ed il ritiro della documentazione di gara sono indicate nella documentazione stessa. Di seguito si ribadisce che la documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato: (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti www.mef.gov.it, www.acquistinretepa.it e www.consip.it; (ii) cartaceo, ritirabile presso Consip S.p.A. Via Isonzo 19/E, 00198 Roma, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 9,00 alle 12,00, in copia conforme. Sul profilo del committente e sui siti Internet di cui alla lettera (i), è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Excel non firmata digitalmente.

Si rammenta che in caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, ovvero tra la versione in formato elettronico firmata digitalmente e quella in formato cartaceo, prevale - in entrambi i casi - la versione firmata digitalmente.

2) Domanda

Dear Sir\Madam,

Euclid Infotech is a company based in Mumbai, India. We are interested in participating in the tender mentioned above hence want to get more information about the same. Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to provide us the following details before we buy the document:

- 1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required.
- 2) Soft Copy of the Tender Document through email.
- 3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.
- 4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines
- 5) Estimated Budget for this Purchase.
- 6) Any Extension of Bidding Deadline?
- 7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?

We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview. Also we would like to be informed of future tenders from your organization. Hence, we request you to add our name to your bidder's list and do inform us about upcoming Projects, Tenders. We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact information. This will help us reaching to you faster.

Please revert back to this same mail .

Risposta

Così come stabilito al punto IV.3.6 del Bando di gara, la lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione è l'italiano.

La gara ha ad oggetto l'affidamento della fornitura in noleggio di un sistema RISPACS di digitalizzazione, archiviazione e trasmissione di immagini radiologiche per la Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara e relativi servizi connessi, tutto come meglio descritto nella documentazione di gara.

Ogni ulteriore informazione riguardante l'oggetto, i criteri di partecipazione e di aggiudicazione, è presente all'interno della documentazione ufficiale di gara, disponibile in duplice formato: (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti www.mef.gov.it, www.acquistinretepa.it e www.consip.it; (ii) cartaceo, ritirabile presso Consip S.p.A. Via Isonzo 19/E, 00198 Roma, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 9,00 alle 12,00, in copia conforme. Sul profilo del committente e sui siti Internet di cui alla lettera (i), è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, ovvero tra la versione in formato elettronico firmata digitalmente e quella in formato cartaceo, prevale - in entrambi i casi - la versione firmata digitalmente.

Resta inteso che la partecipazione delle Imprese straniere alla gara è ammessa solo in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 47 del D.lgs. del 12 aprile 2006 n. 163.

3) Domanda

Con riferimento al capitolo 5.10.1 - Recupero dei dati del Capitolato Tecnico ed a quanto riportato a pag. 13 dell'Appendice 1, si chiede di specificare:

- la quantità di dati che deve essere importata negli archivi RIS/PACS di nuova fornitura, da ciascuno dei sistemi per i quali è richiesto il recupero del pregresso;
- la tipologia dei supporti di memorizzazione nei quali i dati storici risiedono su ciascuno dei sistemi (esempio Hard Disk, MOD, DVD etc...).
- il formato in cui questi dati sono disponibili per il recupero.

Risposta

Di seguito sono riportate le dimensioni degli archivi in questione:

- Cardiologia interventistica 3000 gigabyte
- Medicina Nucleare 200 gigabyte
- Radiologia Pescara mammografo 3000 gigabyte
- Radiologia Pescara masterizzatore 40 gigabyte
- Radiologia Popoli mammografo 1.500 gigabyte

Si precisa inoltre che il sistema CUP, che ha un modulo aggiuntivo di back-office per la refertazione, gestisce un volume di dati di circa 3 gigabyte.

Si precisa comunque che la messa a disposizione dei dati (export) è a carico della AUSL di Pescara.

4) Domanda

A pag. 6 del Capitolato Tecnico viene riportata la stima dei soggetti coinvolti nelle attività di diagnostica per immagini: si chiede di specificare il numero di utenti coinvolti divisi per categoria professionale (medici, TSRM, amministrativi) presenti in ciascuna delle sedi oggetto della presente offerta.

Risposta

Relativamente al numero stimato dei soggetti coinvolti nelle attività di diagnostica per immagini si veda ERRATA CORRIGE sub B) del Capitolato Tecnico

Il numero di utenti coinvolti divisi per categoria professionale è indicato dettagliatamente nella tabella che segue. Si precisa che trattasi di una stima non vincolante.

ASL 3 PESCARA – personale		
Sede	figura professionale	totale
DSB Pescara nord	Medici	1
	Tecnici	2
	Infermieri	1
	Totale	4
DSB Pescara sud	Medici	1
	Tecnici	2
	Infermieri	1
	Totale	4
DSB Scafa	Medici	1
	Tecnici	2
	Infermieri	1
	Totale	4
P.S. Tocco Casauria	Medici	1
	Tecnici	2
	Infermieri	1
	Totale	4
P.O. Penne	Medici	5
	Tecnici	9
	Infermieri	4
	Totale	18
P.O. Popoli	Medici	5

	Tecnici	7
	Infermieri	4
	Totale	16
P.O. Pescara		
Radiologia	Medici	23
	Tecnici	40
	Infermieri	7
	Totale	70
Medicina Nucleare	Medici	3
	Tecnici	9
	Infermieri	7
	Totale	19
Emodinamoica	Medici	4
	Tecnici	0
	Infermieri	6
	Totale	10
Radioterapia	Medici	6
	Tecnici	10
	Infermieri	3
	Oss	1
	Totale	20
PO Pescara	Totale	119
TOTALE ASL		169

5) Domanda

Con riferimento al Capitolato Tecnico, capitolo 5.8.3 “*Monitor di dimensione adeguata non inferiore a 19” (singolo monitor)*” ed a quanto indicato nella tabella a pag. 32 del documento Disciplinare di Gara “Postazioni 2 monitor 2 MP a colori”, si chiede di precisare se le postazioni per la sala operatoria richieste debbano essere a singolo oppure a doppio monitor da 2 MP.

Risposta

Si veda ERRATA CORRIGE sub C) del Capitolato Tecnico ed ERRATA CORRIGE sub B) del Disciplinare.

6) Domanda

Con riferimento al capitolo 5.1. - Sistema RIS, è previsto che “Il prodotto di firma dovrà, inoltre, essere in grado di operare anche con certificati qualificati emessi da altri Certificatori accreditati ai sensi della normativa vigente. Il sistema di firma dovrà poter contestualmente richiedere e ritirare la marca temporale via http/https per il documento firmato ai fini di una piena validità legale del documento stesso. L'accesso al dispositivo di firma dovrà adottare gli standard PKCS11”. Si richiede di specificare se è prevista anche la fornitura della marca temporale per tutti i referti firmati digitalmente prodotti.

Risposta

No, non è richiesta la marca temporale per tutti i referti firmati digitalmente prodotti. La marca temporale è invece necessaria per l'archiviazione legale.

7) Domanda

Con riferimento al capitolo 5.1. - Sistema RIS, pagina 12, è previsto che: “*le Imprese concorrenti dovranno proporre un progetto che svilupperà, nella sequenza di seguito indicata, i seguenti temi:*

- *adesione all'iniziativa IHE (Integrating the Healthcare Enterprise), definendo gli attori e i profili di integrazione supportati”.*

Nel Capitolo 5.10 - Integrazione del sistema RIS-PACS con i sistemi informativi aziendali, pagina 27, nella tabella riepilogativa delle integrazioni si fa riferimento solo a HL7, senza alcuna menzione del framework IHE. Si richiede di specificare se l'integrazione è da intendersi HL7 secondo il modello del technical framework IHE.

Risposta

Si, deve essere rispettato il technical framework IHE.

8) Domanda

Con riferimento al Capitolato, pagine 8,11 e 27 (tabella riassuntiva), viene menzionato un fascicolo Sanitario Elettronico in fase di realizzazione. Si richiede se anche l'integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico debba seguire gli standard IHE secondo il profilo di integrazione XDS.

Risposta

Sì, anche l'integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico deve seguire gli standard IHE secondo il profilo di integrazione XDS.

9) Domanda

Con riferimento al Capitolato, pagina 27 (tabella riassuntiva) si fa riferimento all'integrazione del laboratorio sviluppato in IBM Filling Assistant ormai desueto e dismesso dalla stessa IBM. Si richiede di specificare quale integrazione è attualmente usata dal CUP verso il laboratorio e se, attiva, se sia possibile utilizzare quest'ultima per l'integrazione con il Sistema RIS/PACS. Si richiede infine se è possibile ricevere su un file excel/access i dati presenti sulle tabelle.

Risposta

Ad oggi il sistema di laboratorio è "stand alone", in quanto non è presente alcuna integrazione con altri sistemi.

Non è possibile fornire i dati presenti nelle tabelle access del laboratorio.

10) Domanda

Con riferimento alla previsione di consumi riportata al capitolo 1.2 dell'appendice 2 al capitolato tecnico ed ai fini di una corretta determinazione del quantitativo di pellicola da fornire all'interno dell'appalto, si richiede di specificare il consumo storico di pellicole nei diversi formati e per le diverse sedi.

Risposta

Come specificato nell'appendice 2 al capitolato tecnico, la fornitura di pellicole è correlata ai sistemi di stampa di cui è prevista la fornitura nel presente appalto; per tali sistemi, il consumo di pellicole previsto è indicato nella stessa appendice.

Si precisa comunque che la previsione di produttività tiene conto del fatto che i presidi suddetti lavoreranno solo 5 giorni la settimana per mezza giornata, erogando principalmente esami RX convenzionali, ecografie e mammografie. A titolo puramente indicativo si può ipotizzare un consumo al 20% di pellicole di piccolo formato, al 60% di medio formato, al 20% di grande formato.

11) Domanda

Con riferimento al capitolo 1.1 dell'appendice 2 al capitolato tecnico si chiede di precisare se il quantitativo minimo di cassette ai fosfori indicato è inclusivo delle cassette dedicate per mammografia, laddove questa funzionalità è richiesta (PO Penne e DSB Scafa).

Risposta

Sì, è compreso

12) Domanda

Con riferimento al capitolo 1.1 dell'appendice 2 al capitolato tecnico, relativamente al DSB di Pescara Nord si chiede di chiarire la richiesta relativa ad un sistema full-spine/full-leg non essendo stato previsto per questa sede nessun sistema CR.

Risposta

Sì conferma che, pur non essendo stata richiesta per il DSB di Pescara la fornitura di un sistema CR, viene richiesta la fornitura di un sistema full-spine/full-leg.

13) Domanda

Con riferimento al Disciplinare di Gara pag. 33, vengono indicati i canoni mensili minimi ed il prezzo complessivo riferiti al sistema RIS-PACS server. Si chiede se c'è coincidenza con quanto riportato a pag. 7 del documento Allegato 3 Offerta Economica dove, alla voce RIS-PACS, viene chiesto di riportare il canone mensile ed il prezzo complessivo riferito a Sistema RIS-PACS e Sistema Distribuzione Reparti.

Risposta

Si veda ERRATA CORRIGE sub B) del Disciplinare e l'Allegato 3 Offerta economica ripubblicato.

14) Domanda

Si richiede se sia ammissibile che, una ditta partecipante in RTI alla procedura di gara e produttrice di un bene compreso nella fornitura, ovvero rivenditore degli stessi beni, possa fornire lo stesso bene ad altro concorrente alla procedura.

Risposta

Le modalità di approvvigionamento dei beni compresi nella fornitura oggetto della procedura di gara rientrano nelle scelte strategiche di ciascun operatore economico, tuttavia si rammenta che, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, saranno esclusi i concorrenti coinvolti in situazioni

oggettive lesive della segretezza delle offerte.

15) Domanda

Nel Capitolato è riportato che “il progetto in oggetto presenti una forte integrazione con Unità operativa di Radioterapia”, in particolare con il sistema di gestione di Dati e Immagini già in uso, per permettere la reciproca consultazione dei Dati Clinici (“consultazione dei dati clinici di Radioterapia dal sistema RIS e consultazione dei dati clinici della UO di Radiologia e dell’UO di Medicina Nucleare dal gestionale di Radioterapia”).

Si chiedono maggiori dettagli sulla tipologia di dati di Radioterapia che deve essere consultato attraverso l’integrazione richiesta.

Si chiedono inoltre maggiori dettagli sul sistema gestionale di Radioterapia (descrizione del sistema, sistema operativo, interfacce verso l’esterno).

Risposta

L’integrazione consiste nella possibilità di importare le immagini della radiologia o della medicina nucleare nel Sistema per Piani di Trattamento della Radioterapia e la possibilità di consultazione dei referti.

Dovrà essere possibile esportare e archiviare tutti i dati Dicom della radioterapia sui server PACS.

Non ci sono dati clinici di Radioterapia che devono essere condivisi con le altre Unità Operative.

Tutti i sistemi di Radioterapia hanno sistema operativo Windows XP

Il software per la gestione dei piani di trattamento è Oncentra Masterplan

Il software per la gestione dei dati clinici del paziente è Oncentra Patient/ OIM (oncology information management) DS.

Le interfacce sono standard DICOM e HL7

16) Domanda

Si richiede “l’archiviazione delle Immagini di Radioterapia nel sistema di Conservazione Sostitutiva oggetto della presente fornitura”. Si chiedono i seguenti dettagli:

- In quale formato sono le immagini da archiviare?
- Quali sono i metadati associati all’immagine, da individuare al fine dell’indicizzazione e ricerca?

Si richiede un esempio di tali strutture dati e il Dicom Conformance Statement del sistema di archiviazione immagini della Radioterapia.

Risposta

Le immagini sono in formato DICOM RT.

Le modalità di indicizzazione e ricerca saranno concordate tra l’Amministrazione e l’Aggiudicatario in fase di esecuzione dell’appalto.

I DICOM Conformance Statements delle apparecchiature indicate nei documenti di gara sono disponibili sui siti internet delle ditte produttrici.

17) Domanda

Si dà indicazione del personale sanitario, che è pari a 100 unità in totale. Si richiede la suddivisione fra le diverse figure professionali (Medici, Tecnici, Amministrativi, Ing. Clinica, Fisica Sanitaria, etc.).

Risposta

Si rinvia alla domanda n.4

18) Domanda

Si indica che il sistema PACS offerto dovrà poter gestire, archiviare e trasmettere “tutte le immagini e segnali biometrici prodotti nell’Azienda”. Si chiede cosa si intende con segnali biometrici e quali sono prodotti nell’operatività della AUSL.

Risposta

Si veda ERRATA CORRIGE sub A) del Capitolato Tecnico

Si ritiene necessario e sufficiente che il sistema PACS sia in grado di gestire le immagini in formato DICOM attualmente prodotte nell’Azienda.

19) Domanda

Viene detto che il sistema di Radioterapia è descritto nel cap. 2 Contesto del Progetto, ma di fatto non vi è descrizione dei flussi di lavoro, e della produzione di immagini. Sono riportate, nella Tabella 1 e nella Tabella 12 dell’Appendice 1, solo i dati di produttività e le modalità coinvolte.

Risposta

Si rinvia alla domanda n. 15.

20) Domanda

In riferimento al sistema RIS: si cita che il sistema RIS debba gestire il “file elettronico dei dati”. Cosa si intende per file elettronico dei dati?

Risposta

Per il sistema RIS il file elettronico dei dati è la cartella radiologica.

21) Domanda

In riferimento al sistema PACS: si cita che il sistema PACS debba gestire il “file elettronico dei dati”. Cosa si intende per file elettronico dei dati?

Risposta

Per il sistema PACS il file elettronico dei dati è il folder delle immagini

22) Domanda

In riferimento alla distribuzione immagini e referti ai reparti si richiede all’Ente di precisare quali e quanti reparti di degenza presso la AUSL di Pescara devono fruire di questa funzionalità.

Risposta

I reparti interessati alla distribuzione immagini sono così strutturati:

- Unità di Degenza
 - n. 38 per il P.O. di Pescara,
 - n. 14 per il P.O. di Penne,
 - n. 8 per il P.O. di Popoli;
- Ambulatori di Alta Criticità (identificati con le sale gessi ortopediche)
 - 1 per ciascun P.O. (Pescara, Penne e Popoli);
- Sale Visite di Pronto Soccorso
 - n. 8 per il P.O. di Pescara,
 - n. 2 per il P.O. di Penne,
 - n. 2 per il P.O. di Popoli.

23) Domanda

In merito alla richiesta relativa alle Sale Operatorie: “le Imprese concorrenti dovranno proporre sia soluzioni a carrello, sia soluzioni a muro/parete la cui configurazione per le singole Sale Operatorie verrà definita in fase di implementazione”, non essendo precisato se si tratta di soluzioni fisse o mobili, si chiede a codesto Spettabile Ente di meglio specificare la fornitura richiesta.

Inoltre la descrizione tecnica a pag. 26 del Capitolato Tecnico relativamente alle caratteristiche tecniche dei monitor differisce dalle caratteristiche delle postazioni di sala operatoria riportate in tabella a pag 32 del Disciplinare di Gara. Si chiede di dettagliare le caratteristiche tecniche (risoluzione, quantità, ...) dei monitor richiesti.

Risposta

Si rinvia alla domanda n.5

24) Domanda

Per quanto riguarda l’attività di recupero dei dati pregressi presenti sugli attuali sistemi CUP Engineering e Laboratorio IBM, si chiede di confermare che i costi relativi alle attività da svolgere su questi stessi sistemi sia a carico dell’Ente appaltante e a carico dell’azienda aggiudicataria restino solo i costi relativi ai sistemi oggetto di fornitura.

Risposta

No, si precisa quanto segue. Per quanto riguarda il sistema CUP Engineering, sono a carico dell’azienda aggiudicataria i costi di integrazione lato RIS-PACS e l’attività di importazioni dei dati, mentre sono a carico dell’Ente appaltante gli eventuali costi di adeguamento lato CUP secondo lo standard HL7 e di messa a disposizione dei dati in essi contenuti (export) L’azienda aggiudicataria dovrà proporre il formato di gestione dei dati per effettuare l’operazione di import. Per il sistema di laboratorio IBM, invece, i costi di integrazione sono a carico dell’azienda aggiudicataria.

25) Domanda

Per quanto riguarda l’integrazione con il sistema Laboratorio IBM si chiedono maggiori dettagli sulle modalità di integrazione:

- qual è lo standard di integrazione, e, se l’integrazione è proprietaria, descrizione della stessa;
- quali dati attualmente il sistema di Laboratorio gestisce, e quali dati dovrà gestire dopo l’integrazione con il nuovo sistema RIS/PACS;

- qual è il formato dei dati da esportare verso un sistema esterno ed esso integrato.

Risposta

Non esiste uno standard di integrazione con il sistema di laboratorio IBM, ma questa deve essere realizzata ad hoc.

Il sistema di laboratorio gestisce i dati standard degli esami di laboratorio e questi rimarranno i medesimi anche dopo l'integrazione.

I dati del laboratorio non devono essere esportati, ma il sistema RIS deve essere in grado di consentire l'accesso al sistema in oggetto.

26) Domanda

In ambito di controlli qualità dei monitor, si riporta la richiesta della componente "sw di elaborazione per controlli di funzionalità di Il livello sull'intero parco delle WS di refertazione". Si chiede cosa si intende con "Il livello" in questo contesto.

Risposta

I controlli di Il livello sulle workstation sono quelli che permettono di monitorare la qualità delle immagini a monitor, allo scopo di evitare il deterioramento nel tempo della qualità di visualizzazione delle immagini stesse.

27) Domanda

Con la dicitura "il sistema RIS oggetto della fornitura deve essere unico all'interno delle UO di Radiologia e Medicina Nucleare" si intende che il RIS deve essere unicamente riferito alla configurazione centralizzata dello stesso, e quindi essere un unico sistema in grado di gestire tutti i presidi ospedalieri e distretti appartenenti alla ASL?

Risposta

Il sistema RIS è unico nel senso che deve gestire in modo integrato tutti i presidi e distretti indicati nei documenti di gara, allineando se necessario in "real time" le informazioni prodotte nei diversi sottosistemi e deve essere visto dagli utenti come un unico sistema logico sul quale operare in modo trasparente rispetto alla configurazione fisica del sistema RIS stesso.

28) Domanda

Viene chiesto che "il sistema PACS deve anche ricevere e gestire le immagini prodotte dalla UO di Radioterapia per supportarne l'archiviazione a lungo termine e la Conservazione Sostitutiva".

In relazione alla Radioterapia, per i fini che si pone l'Ente, è sufficiente la gestione della classe DICOM RT?

Risposta

Sì, la classe DICOM RT è sufficiente.

29) Domanda

In base alla richiesta di Capitolato Tecnico di fornitura di un sistema di distribuzione immagini e referti si richiede un elenco dettagliato di tutte le Unità di Degenza, ambulatori ad alta criticità e di tutte le sale visita di Pronto soccorso della AUSL.

Risposta

vedi risposta 22

30) Domanda

In relazione al calcolo dei tempi di risposta del sistema offerto, viene riportato dal Capitolato Tecnico che: "I tempi di risposta si intendono riferiti ad una fascia oraria di punta di una giornata lavorativa normale su rete locale ovvero per rete WAN, che sarà definita dall'azienda in relazione alla propria attività". Si chiede all'Azienda USL di identificare quale deve essere la fascia oraria di punta da considerare nel Progetto.

Risposta

Come già specificato nei documenti di gara, la fascia oraria di punta sarà definita dalla ASL in relazione alla propria attività.

31) Domanda

Tra la documentazione tecnica richiesta il Capitolato indica che venga fornita la: "lista di tutti i collegamenti DICOM tra modalità diagnostiche esistenti e il sistema RIS-PACS". A tal fine viene richiesta all'Azienda USL, nelle tabelle 7, 8, 9, 10, 11 dell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Contesto di riferimento", di identificare per ogni modalità diagnostica elencata, i moduli DICOM di cui dispone (es. DICOM store, DICOM, worklist, DICOM print, ...).

Risposta

Per tutte le modalità diagnostiche esistenti o acquistate autonomamente dall'Amministrazione saranno in generale disponibili i tre moduli DICOM fondamentali: DICOM Print, DICOM Worklist e DICOM Store. Per tali

sistemi, sarà onere dell'Amministrazione l'acquisizione dei moduli suddetti. Qualora per alcune apparecchiature tali moduli non fossero esistenti, si valuterà con il fornitore la modalità di gestione delle stesse; in ogni caso, non è compresa nella fornitura l'eventuale acquisizione di sistemi di secondary capture, che verranno quindi acquisiti a parte dalla AUSL di Pescara.

32) Domanda

In riferimento alla fornitura di sistemi CR e di stampanti e più precisamente alla frase: "... omissis ... oggetto della fornitura e già in dotazione/acquisizione ... omissis ...", riportata in più punti del Capitolato Tecnico, siamo a chiederVi di specificare cosa codesto Spettabile Ente intende per "in acquisizione". Si chiede di confermare che la suddetta frase è riferita alle apparecchiature previste nella fornitura oggetto dell'appalto.

Risposta

No, per apparecchiature in acquisizione si intendono le apparecchiature che l'amministrazione acquisterà autonomamente e che dovranno eventualmente essere integrate nel sistema RIS-PACS.

33) Domanda

Si chiede se il possesso dell'attestazione SOA, sia un requisito di partecipazione alla gara, anche ai fini di un eventuale avvalimento. In caso affermativo si chiede di specificare la categoria e quale documentazione debba essere prodotta in sede di partecipazione alla gara.

Risposta

Si veda ERRATA CORRIGE sub D) del Capitolato Tecnico.

34) Domanda

Non è indicata una previsione di produttività dei siti DSB di Pescara Nord e di Montesilvano attualmente non ancora in funzione. Si chiede di poter avere tali informazioni al fine di poter completare il dimensionamento.

Risposta

Si rinvia alla domanda n.10

35) Domanda

In Tabella 13 sono elencati degli archivi immagini da cui dovranno essere recuperati i dati presenti. Si chiede di specificare la dimensione di ognuno di questi archivi.

Risposta

Si rinvia alla domanda n.3

36) Domanda

Dal sopralluogo è emerso che in alcuni casi le planimetrie allegate al Capitolato Tecnico non sono fedeli allo stato di fatto, ed è richiesta la collocazione di postazioni di lavoro o sistemi presso locali non idonei. Si chiede se le posizioni indicate nelle planimetrie sono vincolanti o meno. Nel caso in cui fossero ritenute vincolanti, si richiede che le collocazioni vengano riverificate e corrette rispetto allo stato attuale dei locali.

Risposta

No, le planimetrie indicate nella documentazione di gara non sono vincolanti, ma sono riportate come riferimento di massima per la formulazione dell'offerta da parte dei concorrenti; la collocazione definitiva sarà concordata con la ASL durante la fase esecutiva del progetto.

37) Domanda

In merito a quanto previsto da codesto Spettabile Ente relativamente alla fornitura di stampanti a secco e relative pellicole per i soli DSB Pescara Nord e Montesilvano, siamo a chiederVi di voler specificare la tipologia e le quantità annue di esami effettuati presso i suddetti nosocomi, in modo da poter stimare la quantità effettiva di pellicole da fornire per ciascun formato offerto.

Relativamente a quanto specificato in merito ad "inadempienze dell'Impresa aggiudicataria", siamo a chiederVi di chiarire in che modo la predetta impresa debba prendersi carico della spesa relativa alla fornitura di pellicole in eccedenza, tenendo conto che il piano di consumo si riferisce all'intera AUSL e che le stampanti installate presso tutti i PP.OO. coinvolti, ad eccezione di quelli sopra riportati, sono di specifiche marche (Agfa, Kodak) e necessitano di materiale di consumo dedicato.

In relazione al precedente chiarimento ed al fine di preservare il principio della par condicio, chiediamo la possibilità di modificare l'elenco delle apparecchiature oggetto di fornitura, inserendo la sostituzione di tutte le stampanti a secco già installate presso i PP.OO. coinvolti, indicando la stima annua dei consumi previsti.

Risposta

Per il primo quesito si rinvia alla domanda n.10.

Con riferimento al secondo quesito, si precisa che il piano di consumo indicato nell'appendice 2 al Capitolato Tecnico non si riferisce all'intera AUSL ma solo ai sistemi di stampa forniti e che le inadempienze della impresa aggiudicataria nella riduzione delle stampe sono da riferirsi a tali sistemi.

38) Domanda

Nella tabella delle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione, in riferimento alla componente: "Caratteristiche delle componenti del sistema PACS" e alla caratteristica "regola di gestione immagini di compressione on-demand" si chiede di precisare se il punteggio pari a 1 è relativo alla presenza di algoritmi di compressione di tipo lossy, non strettamente legato alla modalità con questo viene utilizzato, la quale dipende dal funzionamento dello specifico applicativo offerto.

Risposta

No, il punteggio pari a 1 non è relativo semplicemente alla presenza di algoritmi di compressione di tipo lossy. Si richiede che l'applicativo abbia la capacità di gestire la visualizzazione delle immagini anche in fase di caricamento dell'esame, senza dover attendere il completamento dello stesso.

39) Domanda

Nella tabella indicativa dei canoni massimi per i componenti oggetto della fornitura è presente la componente "POSTAZIONI 2 MONITOR 2 MP A COLORI", che si riferisce sia alle postazioni di Sala Operatoria sia alle postazioni di refertazione. Dato che tali oggetti hanno configurazioni e caratteristiche differenti, derivanti dal diverso utilizzo, si consiglia di separare tali oggetti su due voci differenti all'interno della tabella.

Risposta

Si rinvia alla domande n. 5.

40) Domanda

Per una migliore compilazione della documentazione amministrativa si chiede di avere, se possibile, i file formato Word modificabili degli Allegati 1 e 1 Bis.

Risposta

Sul sito www.acquistinretepa.it sono disponibili in formato word modificabile gli Allegati 1, 1 Bis, 3 e 8. Dalla home page il percorso è il seguente: Bandi/Sei un'impresa?/ Sistema RIS PACS - AUSL di Pescara. Bando Numero: 31418/Documentazione/Documenti di gara/Moduli di dichiarazione.

Inoltre, sul profilo del committente e sui siti www.mef.gov.it, www.acquistinretepa.it e www.consip.it è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Excel editabile.

Considerato che in caso di discordanza tra la versione elettronica non firmata digitalmente della documentazione ed il formato elettronico firmato digitalmente - disponibile nei siti sopraindicati - prevale la versione firmata digitalmente, si consiglia di verificare la corrispondenza delle due versioni.

41) Domanda

Nell'allegato 5 - appendice 2 del capitolato tecnico viene riportata la previsione di riduzione di consumo delle pellicole per i 5 anni di fornitura. Essendo la fornitura delle pellicole oggetto dell'appalto e quindi a carico dell'azienda aggiudicataria dalla "data di accettazione", chiediamo se le percentuali di riduzione menzionate possono essere abbassate o rappresentano la quantità minima di pellicole da fornire anche a seguito del raggiungimento del filmless in tempi minori.

Risposta

Le percentuali di riduzione indicate rappresentano una stima riferita al normale passaggio alla modalità filmless nel corso di durata dell'appalto; le quantità realmente fornite potranno essere minori a seguito del raggiungimento del filmless in tempi minori.

42) Domanda

Si chiede se è possibile avere le quantità, intese come numero di pellicole per formato, che ad oggi vengono stampate nella ASL di Pescara.

Risposta

Si rinvia alla domanda n. 10.

43) Domanda

Si chiede se è possibile, al fine di garantire offerte omogenee per tutti i partecipanti, che sia codesta ASL a richiedere i preventivi per i costi di integrazione delle modalità in Vostro possesso (Appendice 1 al capitolato tecnico) con il sistema RIS/PACS di futura acquisizione.

Risposta

Si rinvia alla domanda n. 31.

44) Domanda

Con riferimento al paragrafo 4 del Disciplinare di gara: *“Partecipazione di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzi - avvalimento”*, in riferimento al punto 4.1 *“CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE”*, al fine di garantire una più ampia partecipazione e competitività dei progetti, in un contesto di Information Technology, si chiede se la scrivente Società, non essendo in grado di soddisfare singolarmente i requisiti tecnico-economici di partecipazione può partecipare in costituendo ATI con Società che individualmente sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di gara.

Risposta

Si, è ammessa la partecipazione in forma associata tra un'impresa che singolarmente non è in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici di partecipazione ed un'impresa che singolarmente soddisfa tali requisiti.

Diversamente, non è ammessa, in conformità al citato paragrafo del Disciplinare di gara, la partecipazione in forma associata tra un'impresa che singolarmente non è in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici di partecipazione e due o più imprese che sono in grado di soddisfare singolarmente tali requisiti, pena l'esclusione dalla gara del R.T.I. così composto.

45) Domanda

Al fine di poter dimensionare correttamente le attività di installazione/formazione/avviamento si richiede il numero di reparti interni coinvolti nel progetto.

Risposta

Si rinvia alla domanda n. 22

Si precisa che l'attività di formazione è destinata solo al personale di radiologia.

46) Domanda

Al fine di dimensionare correttamente le attività di formazione ed avviamento, si richiede il numero di utenti coinvolti nel progetto, divisi per figura professionale (medici radiologi, TSRM, personale amministrativo, personale dei reparti, ingegneria clinica, fisica sanitaria).

Risposta

Si rinvia alla domanda n. 4

47) Domanda

Si chiede di specificare i volumi di esami stimati per i di DSB Pescara Nord e Montesilvano.

Risposta

Come indicato nell'appendice 1 al Capitolato Tecnico, per i di DSB Pescara Nord e Montesilvano non sono stati indicati i volumi di esami attuali in quanto ad oggi tali DSB non sono operativi. In appendice 2 è tuttavia indicata una stima del volume degli esami previsti, in relazione al consumo di pellicole. Per ulteriori dettagli si rinvia all'appendice 2 e alla domanda n. 10

48) Domanda

Si chiede di specificare le classi DICOM delle apparecchiature presenti.

Risposta

Si rinvia alla domanda n. 31

49) Domanda

Si chiede di indicare la localizzazione delle sale server necessarie e le loro caratteristiche in termini impiantistici e di rete (collegamento alla LAN).

Risposta

Le installazioni dei server avverranno nella parte aggiuntiva di Sala server che si otterrà solo a seguito dei lavori di ampliamento previsti per il CED .

50) Domanda

Si chiede se i costi se siano a carico del fornitore anche i costi di integrazione lato Sistemi Informativi. In caso affermativo, si chiede, per garantire uniformità di trattamento tra tutti i concorrenti, che sia l'Ente a richiedere offerta alle ditte Engineering ed IBM, fornendo poi i preventivi di spesa alle ditte partecipanti.

Risposta

Si rinvia alla domanda n. 24.

51) Domanda

Si chiedono maggiori informazioni sulle tipologie di integrazioni da implementare sia in termini di flussi operativi che in termini di tecnologie impiegabili, in particolare per quanto riguarda l'integrazione con la Radioterapia.

Risposta

L'integrazione tra il sistema oggetto della fornitura e i sistemi esistenti e/o di futura implementazione avverrà attraverso le interfacce standard DICOM e HL7 per i sistemi che prevedono tali interfacce; in particolare l'integrazione con il sistema di radioterapia deve permettere, tramite URL, l'accesso da un sistema all'altro per la visualizzazione degli esiti degli esami. Invece deve essere realizzata un'interfaccia ad hoc per il sistema di laboratorio.

52) Domanda

Si chiede conferma del fatto che siano a carico dell'Ente i costi lato Sistemi Informativi, per l'importazione dei precedenti dal RIS attuale di Engineering.

Risposta

Si rinvia alla domanda n. 24.

53) Domanda

In riferimento al Capitolato Tecnico Pg. 17 paragrafo 5.2 : "allacciamento e integrazione al sistema PACS dei sistemi CR, in dotazione ed oggetto della fornitura facendosi carico della loro completa integrazione". Si chiede conferma che i costi, lato fornitore dei sistemi CR attualmente installati, siano a carico dell'Ente.

Risposta

Si, si conferma che i costi lato fornitore, per i sistemi CR attualmente installati, sono a carico dell'AUSL.

54) Domanda

Si chiedono maggiori informazioni riguardo ai sistemi di gestione ed archiviazione di immagini da cui dovranno essere recuperati i dati, indicati nell'Appendice1 del Capitolato Tecnico. In particolare, si chiede di specificare:

- a. Dimensione in termine di TByte degli archivi
- b. Anagrafica paziente allineata con quella aziendale o meno.

Si chiede inoltre conferma che gli eventuali oneri richiesti dagli attuali fornitori saranno a carico dell'Ente.

Risposta

Per il primo quesito sub a. relativo alla dimensione degli archivi, si rinvia alla domanda n. 3.

Per il primo quesito sub b. relativo all'allineamento dell'anagrafica, non è possibile confermare che l'anagrafica paziente sia allineata a quella aziendale.

Per il secondo quesito si conferma che saranno a carico della AUSL di Pescara gli oneri per la messa a disposizione dei dati (export).

55) Domanda

Si chiede di confermare che i dati dei referti RIS storici forniti alla data del collaudo al fornitore subentrante siano allineati e congruenti con l'anagrafica pazienti centralizzata in uso.

Risposta

Si precisa che i dati dei referti RIS storici sono allineati e congruenti con l'anagrafica pazienti centralizzata in uso per i soli referti gestiti dall'applicativo software CUP di Engineering, che ha un modulo aggiuntivo di back-office per la refertazione; per gli altri sistemi di gestione refertazione non è possibile confermare che i dati dei referti RIS storici siano allineati e congruenti con l'anagrafica pazienti centralizzata in uso.

56) Domanda

In riferimento alla pag. 16 del Capitolato Tecnico: "La fornitura del sistema PACS comprende...fornitura dei materiali di consumo dei sistemi necessari per la fase di avvio in produzione del sistema...".

In riferimento all'Allegato 5 Capitolato tecnico Appendice 2 - Capitolo Materiale di consumo: pellicole:"La fornitura del materiale di consumo, in particolare delle pellicole, deve essere oggetto della fornitura ed è strettamente correlata all'evoluzione del progetto RIS-PACS, in funzione della diminuzione del consumo di pellicole, determinato dalla gestione via rete dei dati e delle immagini."

Si chiede di chiarire se il materiale di consumo è da fornire per la sola fase di avvio o per l'intera durata contrattuale. Si chiede di specificare meglio cosa si intende per materiale di consumo (CD, DVD, inchiostri stampante di etichette, carta per referti, carta per stampa immagini, film). Si chiede inoltre di chiarire cosa si intende per "fase di avvio" (dall'avvenuta installazione al collaudo parziale?). In caso affermativo, si chiede di specificare dove il concorrente dovrà indicare i costi ed i quantitativi forniti all'interno dell'Allegato 3 Offerta Economica. Non essendo specificato l'importo relativo ai materiali di consumo nel disciplinare (pg. 32), si presume che non sia stato conteggiato nel Pglobalebase. Si richiede pertanto di modificare la tabella a pag. 32 del Disciplinare, aggiungendo la voce relativa a tali costi ed i quantitativi minimi previsti (divisi per tipologia e formato di pellicola, CD, DVD, stampa immagini su carta con indicazione del formato) , aumentando di conseguenza l'importo globale di gara Pglobalebase.

Risposta

Il materiale di consumo deve essere fornito per l'intera durata contrattuale.

I materiali di consumo comprendono quanto necessario al funzionamento delle apparecchiature oggetto di fornitura: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano CD, DVD, inchiostri stampante di etichette, carta per referti, carta per stampa immagini, film.

La fase di avvio del sistema comprende l'installazione del sistema stesso fino al collaudo finale.

Il costo dei materiali di consumo è compreso nel canone di noleggio delle relative apparecchiature.

57) Domanda

Si chiede se l'ipotesi di incremento del 30% di prestazioni indicata a pag. 18 del Capitolato Tecnico, sia da considerare lineare durante il periodo contrattuale (6% annuo) o se debba essere considerata fin dal primo anno (30% anno 1, 0% anno 2,3,4,5).

Risposta

L'ipotesi di incremento del 30% di prestazioni indicata a pag. 18 del Capitolato potrebbe verificarsi interamente già dal primo anno di esercizio del sistema. In ogni caso, si ribadisce che la misura del 30% è l'incremento massimo richiedibile al fornitore.

58) Domanda

Rif. Paragrafo 5.2 "Sistema PACS" del capitolato tecnico: [...]allacciamento ed integrazione delle modalità diagnostiche già in dotazione e/o di prossima disponibilità presso le singole UU.OO. di Radiologia e di Medicina Nucleare indicate nel Capitolo 2 "Contesto del progetto", impegnandosi ad effettuare le opportune valutazioni e verifiche, finalizzate a fornire eventuali moduli o procedure software di integrazione necessari qualora le modalità in oggetto non fossero upgradabili allo standard DICOM (sistemi di secondary capture);

Rif. Paragrafo 9.1 "Documentazione a corredo dell'offerta tecnica" del capitolato tecnico: [...] lista di tutti i collegamenti DICOM tra modalità diagnostiche esistenti ed il sistema RIS-PACS. Per ogni collegamento specificare:

- marca, tipo e modello del sistema collegato;
- versione software di ogni coppia di sistemi collegati;
- classi di servizio DICOM utilizzate;
- struttura in cui funzionano;

Domanda: non essendo stato possibile reperire tali informazioni durante il sopralluogo e al fine di poter rispondere in modo adeguato ai punti sopra esposti, si chiede gentilmente che, per ogni apparecchiatura digitale presente presso l'AUSL di Pescara, venga indicato quali sono le classi DICOM attualmente disponibili (già presenti sulla macchina), quali classi si possono aggiungere e, se possibile, il costo di quest'ultima operazione. Si chiede inoltre di confermare se la fornitura di tali moduli è a carico dell'Ente appaltante o dell'Aggiudicataria.

Risposta

Si rinvia alla domanda n.31

59) Domanda

Rif. Paragrafo 1.3 pag 13 "Descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali delle stazioni RIS - PACS" dell'Appendice 2 del Capitolato Tecnico:[...] N. 2 stazioni RIS-WEB presso gli uffici della fisica sanitaria a supporto dell'attività di monitoraggio delle regole di conformità e della qualità delle immagini prodotte. Tali stazioni devono essere configurate con i SW di analisi delle immagini in termini qualitativi e quantitativi.[...]

Domanda: Si richiede un maggior dettaglio nella descrizione dei software richiesti, specificando funzionalità e caratteristiche che tali sistemi devono possedere.

Risposta

I software in questione sono riferiti ai sistemi standard di monitoraggio del mantenimento della qualità nel tempo dei monitor utilizzati.

60) Domanda

In riferimento al Recupero Referti: Domanda: riguardo al recupero dei referti dagli attuali sistemi in uso, sarebbe utile conoscerne il formato. Si chiede inoltre conferma che la messa a disposizione delle immagini dei referti sia a totale carico delle ditte che ad oggi possiedono tali sistemi. In caso contrario, si richiede se la AUSL Pescara possa farsi carico di ottenere da tali ditte specifiche offerte relative ai servizi professionali necessari alla estrazione dati dai sistemi in uso, affinché tali offerte possano rappresentare una voce di costo uguale per tutti i partecipanti a questa gara.

Risposta

Per il primo quesito, l'azienda aggiudicataria dovrà proporre il formato di gestione dei dati per effettuare l'operazione di import.

Per il secondo quesito, si conferma che la messa a disposizione delle immagini dei referti sia a totale carico delle ditte che ad oggi possiedono tali sistemi.

61) Domanda

Rif. Paragrafo 1.1 “Unità operativa di medicina nucleare” del Capitolato Tecnico: [...] costante allineamento con il Laboratorio [...]

Domanda: si chiede di specificare cosa si intende con “costante allineamento” ed in particolare il RIS cosa deve ricevere dal Laboratorio per la gestione delle attività di Medicina Nucleare.

Risposta

Per “costante allineamento” si intende il fatto che i dati in consultazione devono essere aggiornati in tempo reale. I dati del laboratorio non devono essere esportati verso il sistema RIS, ma quest’ultimo deve essere in grado di consentire l’accesso in consultazione al sistema di laboratorio.

62) Domanda

Rif. Paragrafo 1.2 “Integrazione Radioterapia” del Capitolato Tecnico: Il progetto in oggetto deve garantire anche una forte integrazione con l’UO di Radioterapia che ha in dotazione un sistema di gestione di dati ed immagini digitali [...]

Domanda: si chiede di specificare cosa si intende con “forte integrazione” e con quale modalità ciò dovrà avvenire.

Risposta

Si rinvia alla domanda n. 15

63) Domanda

Rif. Capitolo 3, “Oggetto della fornitura” punto elenco 14 del Capitolato Tecnico: [...]integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico che è in fase di realizzazione e con un’eventuale Cartella Clinica (Aziendale o Regionale)[...]

Domanda: è cortesemente richiesto, al fine dell’integrazione, di indicare la modalità di scambio dei messaggi e se ciò avviene attraverso l’HL7.

Risposta

Si, è da considerarsi in HL7

64) Domanda

Rif. Paragrafo 5.1, “Sistema Ris” del Capitolato Tecnico: file elettronico di dati [...]

Domanda: si chiede di specificare a cosa si riferisce questa tipologia di file.

Risposta

Si rinvia alla domanda n. 20

65) Domanda

Rif. Capitolo 5 “Scheda tecnica disegno sistema RIS-PACS” dell’Offerta Tecnica: Deve essere inoltre riportata una planimetria delle diverse UU.OO. contenente la localizzazione delle stazioni di lavoro RIS e PACS, dei sistemi CR e dei sistemi di stampa [...]

Domanda: al fine di poter proporre soluzioni di layout diverse da quelle suggerite ed allegate al presente capitolato, si chiede se è possibile ricevere le planimetrie dei locali in oggetto in formato elettronico CAD.

Risposta

Non sono disponibili planimetrie in formato CAD. Sono fornite le planimetrie in formato PDF. Si precisa che è richiesta l’elaborazione delle sole planimetrie riportate nei documenti di gara.

66) Domanda

Rif. Paragrafo 5.2.3 “Struttura dell’archivio” del capitolato tecnico: Le Imprese concorrenti dovranno anche presentare e proporre degli applicativi per monitorare le effettive performances del sistema, che potranno essere utilizzati, in attività routinaria, dall’Azienda stessa [...]

Domanda: In relazione alla suddetta frase e quanto dettagliato precedentemente nel medesimo capitolo, si richiede di definire dettagliatamente i concetti di “performance del sistema”, “tempi di risposta” e “tempi di retrieve”; in particolare si chiede di considerare l’applicabilità del concetto di “retrieve” a sistemi full-web.

Risposta

Nel contesto in esame le “performance del sistema” si riferiscono ai “tempi di risposta” per la visualizzazione delle immagini memorizzate on-line; inoltre “tempi di risposta” e “tempi di retrieve” devono essere considerati sinonimi. In un sistema full-web i tempi di risposta misurati in attività routinaria mediante applicativi di monitoraggio specifici possono essere relativi ai tempi di risposta lato server, fatta salva la possibilità per la AUSL di richiedere misurazioni specifiche lato client.

67) DomandaCR per radioterapia

Domanda: Si richiedono le tipologie necessarie dei plate CR, in particolare se tali plate saranno usati per radioterapia a bassa o alta energia.

Risposta

I plate CR saranno usati per eseguire controlli di qualità su fasci di fotoni di 6 MV

68) DomandaMedicina nucleare

Domanda: Si richiedono i modelli delle apparecchiature in uso per l'iniezione dei radiofarmaci, di cui è richiesta l'integrazione via HL7.

Risposta

Non è richiesta nessuna integrazione con i sistemi di iniezione di radiofarmaci

69) Domanda

In riferimento al DISCIPLINARE DI GARA - Pag 4: il capitolato richiede: *"una rete WAN di collegamento tra le sette Unità Operative di Radiologia e l'Unità Operativa di Medicina Nucleare dell'AUSL di Pescara coinvolte nel progetto"*. Da capitolato risultano 8 strutture con U.O. di Radiologia + una U.O. di MN, perché si fa riferimento a 7 U.O. di Radiologia?

Risposta

Vedi ERRATA CORRIGE sub C) del Disciplinare di gara e sub G) del Capitolato Tecnico.

70) Domanda

SITO di MONTESILVANO: ci è stato riferito dal Dr. Digiandomenico, direttore di Dipartimento, che il sito non è visitabile poiché ci sono ancora numerose opere edili da completare. Trattandosi di uno dei siti previsti a progetto, non potendolo visitare e non avendo neppure la planimetria, si chiedono informazioni adeguate a consentire la progettazione del sistema.

Risposta

Le informazioni disponibili sono presenti nei documenti di gara.

71) Domanda

PLANIMETRIE: si richiedono le PLANIMETRIE in forma digitale (DWG) per tutte le strutture coinvolte nel progetto.

Risposta

Non sono disponibili planimetrie in forma digitale (DWG). Sono fornite le planimetrie in formato PDF. Si precisa che è richiesta l'elaborazione delle sole planimetrie riportate nei documenti di gara.

72) Domanda

CONSUMABILI PATIENT/CD: si chiede di menzionare la tipologia dei consumabili oggetto di fornitura per i sistemi PatientCD (CD, DVD, cartelle porta CD + referto, ...).

Risposta

Si rinvia alla domanda n. 56.

73) Domanda

In riferimento all'ALLEGATO 5 - CAPITOLATO TECNICO - Pag. 27: dovendo prendere in carico l'estrazione dei dati storici dai sistemi informativi attuali di Radiologia e di Medicina Nucleare, si chiede l'indicazione delle persone di riferimento per tali sistemi, in modo da poter concordare le attività da fare e chiedere un preventivo di spesa.

Risposta

Nel disciplinare di gara è indicato il riferimento unico della ASL per l'iniziativa in oggetto. Si precisa comunque che la messa a disposizione dei dati (export) è a carico della AUSL di Pescara.

74) Domanda

In riferimento all'APPENDICE 1 AL CAPITOLATO TECNICO - CONTESTO DI RIFERIMENTO - Pag. 1, dovendo prendere in carico il recupero dei dati storici dai sistemi indicati in tabella 13 si chiede l'indicazione delle persone di riferimento per tali sistemi, in modo da poter concordare le attività da fare e chiedere un preventivo di spesa. Si chiede inoltre all'Azienda di fungere da arbitro nella formulazione di tali offerte.

Risposta

Si rinvia alla domanda n. 73

75) Domanda

CLASSI DICOM DELLE MODALITA' DA COLLEGARE AL PACS: in sede di sopralluogo è emerso che tutte le modalità digitali da integrare sono dotate delle classi Dicom necessarie al collegamento al RIS-PACS (Dicom WL, Print, Store). In alcuni casi il personale non ha saputo fornire indicazioni, ma è stato riferito che si trattava di vecchie attrezzature per le quali era già stata prevista la sostituzione, per cui il problema di integrarle al RIS-PACS non esisteva. Si chiede di confermare tali informazioni.

Risposta

Si rinvia alla domanda n. 31

76) Domanda

A seguito del sopralluogo effettuato presso le strutture sanitarie oggetto della trattativa, si è rilevata la presenza di computer radiography e stampanti laser a secco fornite a vario titolo da Società del settore. Con la presente si chiede quanto segue:

- è prevista nel capitolato la sostituzione di dette attrezzature?
- è intenzione del committente continuare ad usare dette attrezzature?
- il committente come intende sopportare i costi relativi ai contratti di manutenzione?
- essendo i materiali di consumo notoriamente prodotti in esclusiva dallo stesso produttore di attrezzature, al fine di garantire la "par condicio" tra le Aziende Concorrenti, si richiede che la fornitura di tali materiali non sia oggetto di fornitura.

Risposta

No, nel capitolato non è prevista la sostituzione delle attrezzature suddette.

Il committente potrà continuare ad usare tali attrezzature o sostituirle con altre di propria acquisizione.

La manutenzione e i materiali di consumo di quanto attualmente in dotazione è a carico della Azienda USL.

Resta fermo che il fornitore dovrà integrare nel sistema RIS-PACS le eventuali nuove apparecchiature acquisite dalla ASL di Pescara.

77) Domanda

Rif. Pag. 5 - Par. 1.1 Disciplinare di gara:

Nel Disciplinare di gara si scrive che: "*I sopralluoghi si terranno dal 20/04/2011 al 15/06/2011*".

Si richiede se, in virtù della proroga dei termini per la presentazione delle offerte, sono da considerarsi prorogati anche i termini per effettuare i sopralluoghi (eventuali sopralluoghi aggiuntivi potrebbero infatti rendersi necessari successivamente alla pubblicazione di chiarimenti).

Risposta

No, i termini per i sopralluoghi non sono stati prorogati

78) Domanda

Rif. Pag. 9 - Par. 3 Capitolato tecnico:

Nel Capitolato tecnico si scrive che: "*viene ritenuta condizione preferenziale, l'utilizzo di due ambienti distinti per l'installazione del sistema RIS-PACS relativi rispettivamente alla produzione ed al test/sviluppo delle procedure (ambiente di produzione ed ambiente di test e sviluppo su sistemi diversi). Si ritiene, infatti, che tali ambienti siano particolarmente utili dopo l'implementazione in routine clinica del sistema e la conseguente necessità di avere a disposizione un sistema utilizzabile 24 ore / 24 ore*".

Si richiede di specificare meglio quanto scritto. Si richiede, infatti, di esplicitare se è considerata condizione preferenziale la fornitura di un server aggiuntivo su cui effettuare test e configurazioni preliminari o se è da intendersi diversamente.

Risposta

Si, è ritenuta condizione preferenziale l'utilizzo di server distinti per il sistema di produzione e per quello di test/sviluppo.

79) Domanda

Rif. Pag. 10 - Par. 2 Capitolato tecnico:

Nel Capitolato tecnico si scrive che: "*In Appendice 2 si riportano inoltre le scannerizzazioni delle planimetrie delle principali Unità Operative di Radiologia coinvolte nel progetto*".

Al fine di poter valutare e proporre un adeguato progetto di installazione, si richiede il rilascio delle stesse planimetrie in formato digitale ed editabile.

Risposta

Si rinvia alle domande n.65 e n. 71

80) Domanda

Rif. Pag. 11 - Par. 5.1 Capitolato Tecnico:

Nel capitolato tecnico si scrive che: " *Il sistema RIS oggetto della fornitura deve essere unico all'interno delle Unità Operative di Radiologia e di Medicina Nucleare dell'Azienda Sanitaria di Pescara coinvolte nel progetto*".

Si richiede se, per sistema *unico* si intenda sistema *centralizzato* (vietando quindi soluzioni RIS-PACS distribuite) o si intenda la fornitura di uno stesso prodotto per tutte le strutture dell'ASL.

Risposta

Si rinvia alla domanda n.27

81) Domanda

Rif. Pag. 36 - Par. 14 Capitolato Tecnico:

Nel Capitolato Tecnico si scrive che: "*Il piano che le Imprese concorrenti devono elaborare deve contenere la descrizione dei corsi proposti, con relativa suddivisione per figura professionale (medici, tecnici, amministrativi) e per componente della fornitura*".

Si richiede di comunicare il numero del personale suddiviso per categoria, per ogni singola struttura interessata, dato non disponibile in fase di sopralluogo.

Risposta

Si rinvia alla domanda n.4

Dott. Domenico Casalino

(L'Amministratore Delegato)