Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59 commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura in "service" di trattamenti di dialisi extracorporea - ID SIGEF 1357

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it.

*** * * ***

II° tranche chiarimenti

1) Domanda
Rif. Capitolato d'oneri - Criteri di aggiudicazione, Caratteristiche migliorative al secondo punto (pag 34): Si chiede di precisare se tale sistema di biofeedback deve essere funzionante in entrambe le metodiche richieste da capitolato (HD e HDF On Line) e nel caso sia disponibile in una sola metodica (ad esempio solo HD) come verrà attribuito il punteggio.
Risposta
La caratteristica migliorativa in questione fa riferimento all'apparecchiatura e non ad una metodica in particolare. Il punteggio sarà attribuito, con le modalità di cui al Capitolato d'oneri, anche ove il sistema di biofeedback sia disponibile per una sola metodica.

2) Domanda
Rif. Capitolato d'oneri – Offerta Tecnica punto 4.4.2: Si chiede di confermare se è possibile indicare, quale luogo dove visionare l'apparecchiatura, un centro dialisi presso cui è in uso l'apparecchiatura offerta.
Risposta
Sì, si conferma.

3) Domanda
Rif. Capitolato d'oneri – Documento di partecipazione punto 4.4.1.1: Si chiede di confermare che il firmatario del Documento di partecipazione possa rendere la dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-ter del D. Lgs. 163/06 per sé e per ciascun soggetto indicato nel medesimo articolo (amministratori, direttori tecnici ecc..).
Risposta
Si rimanda alla risposta n. 4 dei chiarimenti pubblicati in data 29/11/2013.

4) Domanda
A pag. 36 di 57 del Capitolato d'Oneri è indicato quanto segue: il fornitore dovrà indicare a Sistema i singoli valori della clearance dell' urea, dei fosfati e della vitamina B12 presenti nella documentazione tecnica prodotta a comprova considerando 3 (valori) metrature (includendo obbligatoriamente quella con metratura più bassa prodotta). Dovranno essere indicati valori interi.
Nel chiarimento pubblicato in data odierna 29.11.2013, in corrispondenza della risposta data alla domanda n. 13, è indicato che non è previsto un numero minimo di metrature, SI CHIEDE di indicare come si debba completare la scheda di offerta presente sul Sito al punto delle clearance, nel caso si volessero offrire meno di 3 metrature. Il sistema infatti non permette di proseguire con la procedura se tutti i campi della clearance non sono completi.
Clearance dell'urea con CUF < 40 ml/mmHg/h - valore 1[campo richiesto]*
Formato: Numero
Cifre intere: 4
Cifre decimali: 0
Range: >=0||<=1000

Clearance dell'urea con CUF < 40 ml/mmHg/h - valore 2[campo richiesto] *
Formato: Numero
Cifre intere: 4
Cifre decimali: 0
Range: >=0||<= 1000
Clearance dell'urea con CUF < 40 ml/mmHg/h - valore 3[campo richiesto] *
Formato: Numero
Cifre intere: 4
Cifre decimali: 0
Range: >=0||<=1000
Clearance dell'urea - calcolata come valore medio dei filtri offerti con CUF < 40 Ml/mmHg/h- considerando un valore di Qb di 300 ml/min e Quf=0 (valore calcolato automaticamente dal Sistema - campo non digitabile)[campo richiesto] *
Formato: Numero

Risposta

Nel confermare la risposta al quesito n. 13 dei chiarimenti pubblicati in data 29/11/2013, si ribadisce che, ai sensi del Capitolato tecnico, non è previsto un numero di metrature minime ai fini della partecipazione alla gara.

In merito alla compilazione della scheda tecnica di offerta, che invece attiene all'attribuzione del punteggio tecnico migliorativo, non è possibile offrire meno di 3 metrature.

Direzione Sourcing
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)