

ALLEGATO 11 - RIFERIMENTI DOCUMENTALI

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI TC SIMULATORI PER RADIOTERAPIA, DISPOSITIVI ACCESSORI E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



TC SIMULATORI PER RADIOTERAPIA

Requisito migliorativo	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
V1 - Diametro del tunnel		
V2 - Distanza tubo - detettori		
V3 - Dimensione nominale minima del fuoco fine secondo normativa IEC 60336/2005		
V4 - Doppia macchia focale		
V5 - Corrente massima sul fuoco fine a 120 kV		
V6 - Tensione massima selezionabile in uso clinico		
V7 - Corrente massima a 120 kV		
V8 - Escursione longitudinale del tavolo		
V9 - Campo effettivamente esplorabile in scansione spirale		
V10 - Minima altezza da terra		
V11 - Controllo motorizzato con velocità modulabile dall'operatore		
V12 - Capacità di carico con carico equidistribuito e tavolo al massimo sbalzo		
V13 - Numero di canali contemporaneamente attivi lungo l'asse z		
V14 - Dimensione minima del singolo rivelatore sub-millimetrico		

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di TC simulatori per radioterapia, dispositivi accessori e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato 11 - Riferimenti documentali



Requisito migliorativo	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
V15 - FOV massimo di acquisizione		
V16 - Tempo minimo di scansione su 360°		
V17 - Numero di tempi di scansione impostabili tra il tempo minimo (dichiarato al punto precedente, V16) e 1 secondo		
V18 - Massimo pitch utilizzabile con algoritmo di correzione dell'artefatto da fascio conico e con la massima apertura del collimatore da 1,5:1 a 2,0:1		
V19 - Secondo monitor, a schermo piatto, a colori ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19". Il secondo monitor deve consentire anche una visione differente di dati e immagini rispetto al monitor principale; in alternativa: seconda consolle di comando ed elaborazione in aggiunta alla prima. La seconda consolle deve avere i medesimi sw installati sulla consolle principale		
V20 - Memoria RAM		
V21 - Disco rigido per la memorizzazione delle immagini e dei dati grezzi		
V22 - Radiogramma digitale		
V23 - Software di riduzione artefatti metallici mediante un'unica scansione		
V24 - Software di ricostruzione iterativa operante completamente nel dominio dei dati grezzi		
V25 - Possibilità di selezionare più livelli di intensità di azione dell'algoritmo iterativo operante completamente nel dominio dei dati grezzi		
V26 - Secondo monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19"		
V27 - Fusione elastica/deformabile		

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di TC simulatori per radioterapia, dispositivi accessori e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato 11 - Riferimenti documentali