

Classificazione documento: Consip Public

Oggetto: Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni.

Seconda tranche di chiarimenti

I chiarimenti saranno visibili su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it

1) Domanda

Si chiede conferma che l'operatore economico costruttore delle apparecchiature oggetto di gara possa partecipare al sublotto 1.A (o 2.A) in acquisto e il rivenditore delle apparecchiature del medesimo costruttore (ma soggetto giuridico autonomo e distinto da quest'ultimo) possa partecipare al sub lotto 1.B (o 2.B) in noleggio. Si chiede inoltre conferma che nei lotti in noleggio ai quali partecipa il rivenditore, le attività di installazione e manutenzione possano essere affidate in subappalto al costruttore.

Risposta

Si confermano entrambi i quesiti. Con riferimento al subappalto, si rimanda al par. 9 del Capitolato d'oneri in merito ai termini e alle condizioni.

2) Domanda

Si chiede di confermare che l'Allegato 4bis va inserito solo sul CD/DVD delle bioimmagini e che lo stesso non deve essere inviato anche tramite piattaforma.

Risposta

Si conferma.

3) Domanda

Nel capitolato tecnico, come caratteristica tecnica migliorativa, viene indicata la "Visualizzazione con codifica colorimetrica, o con toni di grigio, della dose cutanea su rappresentazione grafica del Paziente antropomorfo durante l'intera procedura angiografica".

Chiediamo che si ritenga confacente alla caratteristica migliorativa la possibilità di avere in sala d'esame un indicatore grafico della dose cutanea, quello ritenuta opportuna dal produttore nell'insieme di tutte le informazioni che devono essere fornite in sala d'esame agli operatori, purché il dato mostrato sia basato su una modellizzazione antropomorfa del paziente.

Risposta

Si conferma quanto richiesto nelle Tabelle di cui al par.17.1 del Capitolato d'oneri.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Dott.ssa Roberta D'Agostino