

Classificazione documento: Consip Public

**OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI GAMMA CAMERE E SISTEMI GAMMA CAMERA/CT, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – I EDIZIONE**

Il presente errata corrige sarà visibile su: [www.consip.it](http://www.consip.it), [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)

#### ERRATA CORRIGE

#### **Modifiche all'Allegato A - Protocollo per l'esecuzione delle prove e della verifica delle caratteristiche funzionali relative alle Gamma Camere e ai Sistemi Gamma Camera/CT**

Con riferimento alle seguenti prove funzionali:

Prova A – Risoluzione spaziale intrinseca (par. 4.1.1)

Prova B – Risoluzione energetica intrinseca (par. 4.1.2)

Prova C – Uniformità intrinseca (par. 4.1.3)

Prova E – Risoluzione spaziale SPECT (par. 4.1.5)

lo scostamento accettabile tra il valore della misura del parametro dichiarato dal concorrente ( $VALORE_{Concorrente}$ ) e il risultato della medesima misura elaborata dalla Commissione di gara ( $VALORE_{Commissione}$ ), sulla base dei dati acquisti e forniti dal concorrente, è:

$$[(VALORE_{Concorrente} - VALORE_{Commissione}) / VALORE_{Commissione}] \leq +20\%$$

**deve intendersi sostituito come segue:**

lo scostamento accettabile tra il valore della misura del parametro dichiarato dal concorrente ( $VALORE_{Concorrente}$ ) e il risultato della medesima misura elaborata dalla Commissione di gara ( $VALORE_{Commissione}$ ), sulla base dei dati acquisti e forniti dal concorrente, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio tecnico migliorativo, è:

$$|[(VALORE_{Concorrente} - VALORE_{Commissione}) / VALORE_{Commissione}]| \leq +10\%$$

*Ing. Cristiano Cannarsa*

(L'Amministratore Delegato)