

**PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN 7 LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER TERAPIA INTENSIVA E SUB-INTENSIVA, DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI DESTINATI ALL'EMERGENZA SANITARIA – COVID-19 – ID 2281**

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: [www.consip.it](http://www.consip.it), [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

\*\*\*

**CHIARIMENTI III TRANCHE**

**1) Domanda**

In seguito alla pubblicazione del chiarimento nr 1 seconda Tranche per il Lotto 1, si chiede se anche per il Lotto 2 possano essere offerti sistemi diversi da quelli a sistema autonomo di aria compressa.

**Risposta**

Si conferma che è possibile offrire un modello diverso, adatto al reparto di terapia subintensiva, esclusivamente dopo aver offerto tutti i modelli che rispettano le caratteristiche previste nell'Allegato 2 - Capitolato Tecnico, in particolare la presenza della turbina integrata.

**2) Domanda**

Nelle caratteristiche di minima dei ventilatori polmonari ad alta complessità, LOTTO 1, alla voce riguardante il monitoraggio della meccanica polmonare statica e dinamica, è menzionata la CO2. Leggendo anche le specifiche di minima sia del LOTTO 3 - Monitoraggio Multi parametrico- sia del LOTTO 4 - Monitoraggio Multi parametrico da trasporto – è ugualmente richiesta la presenza del parametro CO2. Siamo pertanto a chiedere se tale specifica debba comunque esser soddisfatta anche sui ventilatori polmonari del LOTTO 1 oppure considerarla un parametro ridondante, in modo da offrire la configurazione più idonea alle esigenze contingenti.

**Risposta**

Si conferma che la specifica "CO2" deve essere prevista anche per il Lotto 1.

**3) Domanda**

Buongiorno, in merito al lotto 7, voce 9 – Computer e stampante per etichette: Si richiede di confermare che la posizione includa il PC.

**Risposta**

Si conferma che la voce 9 del lotto 7 prevede un PC e una stampante per etichette.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

La Responsabile

Dott.ssa Roberta D'Agostino