

Gara a procedura aperta, in quattro lotti, ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Stent Coronarici per le Pubbliche Amministrazioni – Seconda edizione – ID 2137.

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.

II TRANCHE CHIARIMENTI

1) Domanda

Spett.le Ente, in base a quanto riportato nel chiarimento n.5 pubblicato in data 02/07/2019, si chiede di specificare se il valore che verrà valutato per il criterio n.8/lotto3 “Larghezza degli elementi delle maglie, intesa come l’impronta del metallo sull’arteria espressa in micron” è la larghezza della maglia dello stent espressa in micron, o il rapporto “metal to artery ratio” che non può essere espresso in micron essendo definito come rapporto tra 2 superfici.

Risposta

Si conferma quanto indicato in documentazione di gara relativamente al criterio di valutazione “Larghezza degli elementi delle maglie, intesa come l’impronta del metallo sull’arteria espressa in micron”, previsto nel lotto 3 ed anche nel lotto 4. Pertanto, con riferimento al criterio in questione, sarà valutata la larghezza degli elementi delle maglie espressa in micron.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

Il Responsabile

Dott.ssa Roberta D’Agostino