

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN 4 LOTTI PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA (CRT) E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2232

L'errata corregge è visibile sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it

ERRATA CORRIGE

1. Modifica al Capitolato Tecnico (Allegato 3)

a. Paragrafo 2.1 LOTTO 1 – DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE (CRT-D) CON FUNZIONI STANDARD

Con riferimento alle caratteristiche minime dei dispositivi aggiuntivi offerti e indicati dal Fornitore nella Scheda di Offerta Tecnica, il punto del paragrafo 2.1 che così dispone:

“Tali modelli aggiuntivi, indicati dal Fornitore nella scheda di Offerta Tecnica, secondo quanto previsto al par. 15.1 del Capitolato d’Oneri, dovranno possedere, a pena di esclusione dalla procedura, i requisiti minimi sopra descritti e dovranno essere offerti allo stesso prezzo proposto in offerta economica.”

È sostituito come segue:

“Tali modelli aggiuntivi, indicati dal Fornitore nella scheda di Offerta Tecnica, secondo quanto previsto al par. 15.1 del Capitolato d’Oneri, dovranno possedere, a pena di esclusione dalla procedura, i requisiti minimi sopra descritti, **ad eccezione della “Connessione in linea DF4” (per il dispositivo dotato di connessione DF1), e dovranno essere offerti allo stesso prezzo proposto in offerta economica.”**

b. Paragrafo 2.2 LOTTO 2 – DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE (CRT-D) CON FUNZIONI AVANZATE

Con riferimento alle caratteristiche minime dei dispositivi aggiuntivi offerti e indicati dal Fornitore nella Scheda di Offerta Tecnica, il punto del paragrafo 2.2 che così dispone:

“Tali modelli aggiuntivi, indicati dal Fornitore nella scheda di Offerta Tecnica, secondo quanto previsto al par. 15.1 del Capitolato d’Oneri, dovranno possedere, a pena di esclusione dalla procedura, i requisiti minimi sopra descritti e dovranno essere offerti allo stesso prezzo proposto in offerta economica.”

È sostituito come segue:

“Tali modelli aggiuntivi, indicati dal Fornitore nella scheda di Offerta Tecnica, secondo quanto previsto al par. 15.1 del Capitolato d’Oneri, dovranno possedere, a pena di esclusione dalla procedura, i requisiti minimi sopra descritti **ad eccezione della “Connessione in linea DF4” (per il dispositivo dotato di connessione DF1) e della caratteristica “Almeno 6 configurazioni di stimolazione ventricolare sinistra”, e dovranno essere offerti allo stesso prezzo proposto in offerta economica.”**

c. Paragrafo 2.3 – Lotto 3 – DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE (CRT-D) CON FUNZIONI AVANZATE COMPATIBILE CON UTILIZZO DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE

Con riferimento alle caratteristiche minime dei dispositivi aggiuntivi offerti e indicati dal Fornitore nella Scheda di Offerta Tecnica, il punto del paragrafo 2.3 che così dispone:

“Tali modelli aggiuntivi, indicati dal Fornitore nella scheda di Offerta Tecnica, secondo quanto previsto al par. 15.1 del Capitolato d’Oneri, dovranno possedere, a pena di esclusione dalla procedura, i requisiti minimi sopra descritti ad eccezione della *“Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare total body a 1.5 tesla con soddisfazione dei criteri MRI-Conditional estesa anche all’elettrocattetero”* e della *“Stimolazione sinistra multisito attraverso un unico catetere quadripolare sinistro”*. Gli ulteriori modelli dovranno essere offerti allo stesso prezzo proposto in offerta economica”

È sostituito come segue:

“Tali modelli aggiuntivi, indicati dal Fornitore nella scheda di Offerta Tecnica, secondo quanto previsto al par. 15.1 del Capitolato d’Oneri, dovranno possedere, a pena di esclusione dalla procedura, i requisiti minimi sopra descritti ad eccezione della *“Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare total body a 1.5 tesla con soddisfazione dei criteri MRI-Conditional estesa anche all’elettrocattetero”*, della *“Stimolazione sinistra multisito attraverso un unico catetere quadripolare sinistro”*, **di *“Almeno 10 configurazioni di stimolazione ventricolare sinistra” e ad eccezione della *“Connessione in linea DF4”* (per il dispositivo dotato di connessione DF1).*** Gli ulteriori modelli dovranno essere offerti allo stesso prezzo proposto in offerta economica”.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)