

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024
		23 febbraio 2024
		28 febbraio 2024
		7 marzo 2024
		8 marzo 2024

Verbale n. 3

Verbale

Seduta del 22 febbraio 2024

Il giorno 22 febbraio 2024 alle ore 16:00 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione nominata dalla Consip con atto prot. NOMINA.COMMISSIONI.26.16-02-2024-I, per l'espletamento della "Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640" di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 227 del 24/11/2023 e sulla G.U.R.I. n. 137 del 27/11/2023.

La Commissione è così composta:

- Dott. Giuseppe Sica, con funzioni di Presidente (membro esterno);
- Prof.ssa Stefania Brozzetti, con funzioni di membro effettivo (membro esterno);
- Dott. Fausto Catena, con funzioni di membro effettivo (membro esterno).

L'avv. Antonia Veltri e l'Avv. Rossana Amoroso svolgono, anche disgiuntamente, le funzioni di segretario legale. L'Ing. Edoardo Serata svolge le funzioni di segretario tecnico. Alla seduta odierna sono presenti tutti e tre i segretari.

Il Dott. Giuseppe Sica, l'Avv. Antonia Veltri, l'Avv. Rossana Amoroso e l'Ing. Edoardo Serata sono collegati dalla sede della Consip S.p.A., mentre la Prof.ssa Stefania Brozzetti e Dott. Fausto Catena sono collegati da remoto tramite l'utilizzo di "procedure telematiche" idonee alla salvaguardia della "riservatezza delle comunicazioni", in ossequio a quanto previsto dal Capitolato d'oneri di gara e dall'art. 93 co. 4 del d.lgs. 36/2023.

Pertanto, stabilita la connessione tra tutti i componenti della Commissione e i Segretari, come sopra individuati, il Presidente constata la regolare costituzione della Commissione e dichiara aperta la seduta riservata.

Si procede per ciascun lotto e ciascun Concorrente a: i) prendere atto della marca e modello della suturatrice e, ove previsto, delle ricariche offerte; ii) verificare la sussistenza delle caratteristiche minime mediante esame della documentazione prodotta a comprova; iii) verificare la corrispondenza della campionatura con quanto offerto e che la stessa sia stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il **Lotto 1**.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **RTI CARLO BIANCHI – ASSUT EUROPE**.

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024
---------------	--	--

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **MEDTRONIC ITALIA S.P.A.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **NEXTMED S.R.L.**

La Commissione rileva che il Concorrente ha offerto una suturatrice "*taglia e cuci*". Al riguardo, la Commissione ritiene che il dispositivo offerto non abbia le caratteristiche richieste dal Capitolato di gara per il Lotto 1, in quanto trattasi di suturatrice del tipo "*taglia e cuci*", in cui la sutura del tessuto è accompagnata contestualmente dal taglio dello stesso tra le file di punti apposte sui due lati, mentre la suturatrice oggetto del Lotto 1 "***Suturatrice lineare manuale precaricata monouso***", così come richiesto dal Capitolato di gara, non richiede la sezione del tessuto ma esclusivamente la sutura dello stesso. La medesima suturatrice 'taglia e cuci', del resto, è offerta dal Concorrente anche per il Lotto 2 ove, infatti, è richiesta "***Suturatrice lineare taglia e cuci manuale precaricata o con ricariche monouso***".

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024
---------------	--	--

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che ai sensi del par. 20 del Capitolato d'Oneri "L'offerta è esclusa in caso di: [...] presentazione di offerte [...] irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche", la Commissione, all'unanimità, delibera di proporre alla Consip S.p.A. l'esclusione del concorrente Nextmed s.r.l. dal Lotto 1 perché l'offerta tecnica non rispetta la *lex specialis* di gara e le specifiche tecniche in essa stabilite.

Per ragioni di economia procedimentale, la Commissione delibera che la suddetta proposta alla Stazione Appaltante, così come eventuali ulteriori che si rendessero necessarie, avvengano all'esito della verifica delle caratteristiche minime su tutti i lotti e per tutti i Concorrenti.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **RTI MEDI CORP - MULTIMED S.R.L. - ZACCANTI S.P.A. - CARBINI SRL.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il **Lotto 2.**

Preliminarmente la Commissione, sulla base delle proprie competenze tecniche, rileva che la caratteristica "Linea di taglio =<1 mm linea sezione", anche alla luce del chiarimento della Stazione Appaltante n. 10 sub) n. 2, ove è stato chiarito che con linea di sezione si intende la linea di sutura, non può che essere inteso nel senso che la linea di taglio deve essere inferiore di almeno 1 mm rispetto alla linea di sutura, atteso che la linea di sutura per motivi di sicurezza è bene che superi la linea di taglio. Diversamente la caratteristica sarebbe priva di significato clinico.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **RTI CARLO BIANCHI – ASSUT EUROPE.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

Con riferimento alla ricarica offerta dal suddetto Concorrente, la Commissione rileva una grandezza del punto pari a 3.8 mm e non di 3.5-3.6 mm come richiesto nel Capitolato d'Oneri di gara, al par. 3 Tabella n. 2 "Ricarica grandezza

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024
---------------	--	--

intermedia del punto". La Commissione, all'unanimità, ritiene che la grandezza del punto di 3.8 mm debba ritenersi di misura intermedia adeguata a tessuti di medio spessore e quindi equivalente a quanto richiesto dal capitolato di gara. La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione delibera di rinviare il prosieguo delle attività a successive sedute riservate.

Alle ore 19:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Seduta del 23 febbraio 2024

Il giorno 23 febbraio 2024 alle ore 16:00 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione con la presenza dei segretari Avv. Antonia Veltri, Avv. Rossana Amoroso e Ing. Edoardo Serata.

L'Avv. Antonia Veltri è collegata dalla sede della Consip S.p.A.

La presente seduta è svolta mediante collegamento da remoto da parte di tutti i membri della Commissione e i Segretari, tramite l'utilizzo di "procedure telematiche" idonee alla salvaguardia della "riservatezza delle comunicazioni" in ossequio a quanto previsto dal Disciplinare di gara e dall'art. 93 co. 4 del d.lgs. 36/2023.

La Commissione riprende la verifica per il **Lotto 2**.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **EUROCLONE S.P.A.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

Con riferimento alla ricarica offerta dal suddetto Concorrente, la Commissione rileva una grandezza del punto pari a 3.8 mm e non di 3.5-3.6 mm come richiesto nel Capitolato d'Oneri di gara, al par. 3 Tabella n. 2 "*Ricarica grandezza intermedia del punto*". La Commissione, all'unanimità, ritiene che la grandezza del punto di 3.8 mm debba ritenersi di misura intermedia adeguata a tessuti di medio spessore e quindi equivalente a quanto richiesto dal capitolato di gara.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.**

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024
---------------	--	--

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **MEDTRONIC ITALIA S.P.A.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto, ma che risulta prodotta solo una suturatrice a fronte delle due richieste dalla *lex specialis* e solo una ricarica a fronte delle 4 richieste dalla medesima *lex specialis*.

Pertanto, così come previsto al par. 14 del Capitolato d'Oneri, a mente del quale *"la mancata produzione, la produzione parziale, la produzione di campionatura diversa da quella richiesta è sanabile mediante soccorso istruttorio"*, la Commissione delibera di attivare la procedura di soccorso istruttorio volta ad acquisire la campionatura per il lotto in esame, secondo le modalità di cui al par. 14.5 del medesimo Capitolato d'Oneri, assegnando al concorrente un termine di 7 giorni solari decorrenti dalla ricezione della comunicazione per la produzione di quanto richiesto. A tal fine la Commissione delibera di inviare al Concorrente, per il tramite del Presidente, apposita richiesta.

Per ragioni di economia procedimentale, la Commissione delibera di inviare la suddetta comunicazione, così come ulteriori comunicazioni che si rendessero necessarie, all'esito dell'attività di verifica della campionatura per tutti i lotti nei confronti di tutti i concorrenti.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **NEXTMED S.R.L.**

La Commissione rileva che il Concorrente, nella Scheda di Offerta Tecnica, sia in corrispondenza della voce relativa a marca e modello della suturatrice, sia di quella relativa alle ricariche, ha indicato numerosi codici di repertorio.

Quanto alla campionatura, al contempo, risultano prodotti: **a)** n. 2 suturatrici modello *"QHS-80-D"* cui corrisponde il codice di repertorio 2098286 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica; **b)** n. 4 ricariche modello *"QZS-80-D"* cui corrisponde il codice di repertorio 2098483 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica. Tuttavia, la campionatura relativa

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024
---------------	--	--

alla ricarica presenta dimensioni pari a 4.8 mm, idonea per tessuti spessi e non per tessuti intermedi come richiesto dalla *lex specialis* di gara.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione delibera di richiedere al concorrente, tenuto conto della Tabella n. 2 di cui al par. 3 del Capitolato d'Oneri: **a)** di chiarire se la suturatrice offerta per il Lotto 2 "*Suturatrice lineare taglia e cucì manuale precaricata o con ricariche monouso*" è il modello "*QHS-80-D*" cui corrisponde il codice di repertorio 2098286 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica. Diversamente, il Concorrente dovrà indicare quale tra i codici di repertorio indicati corrisponde alla suturatrice offerta per il lotto in esame e inviare la relativa campionatura nelle quantità e con le modalità indicate dalla *lex specialis* di gara; **b)** di chiarire quale, tra i codici di repertorio indicati, corrisponde alla ricarica con grandezza intermedia del punto offerta per il lotto in esame e inviare la relativa campionatura nelle quantità e con le modalità indicate dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione conferisce mandato al Presidente di inviare al Concorrente apposita richiesta nei termini di cui sopra assegnando termine di 7 giorni solari decorrenti dalla ricezione della comunicazione per il riscontro e l'invio della campionatura.

La Commissione, pertanto, rinvia la verifica in merito alla sussistenza delle caratteristiche minime successivamente all'acquisizione di quanto sopra.

La Commissione delibera di rinviare il prosieguo delle attività a successive sedute riservate.

Alle ore 18:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Seduta del 28 febbraio 2024

Il giorno 28 febbraio 2024 alle ore 14:00 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione con la presenza dei segretari Avv. Antonia Veltri, Avv. Rossana Amoroso e Ing. Edoardo Serata.

L'Avv. Antonia Veltri è collegata dalla sede della Consip S.p.A.

La presente seduta è svolta mediante collegamento da remoto da parte di tutti i membri della Commissione e i Segretari, tramite l'utilizzo di "procedure telematiche" idonee alla salvaguardia della "riservatezza delle comunicazioni" in ossequio a quanto previsto dal Disciplinare di gara e dall'art. 93 co. 4 del d.lgs. 36/2023.

La Commissione riprende la verifica per il **Lotto 2**.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **RTI MEDI CORP - MULTIMED S.R.L. - ZACCANTI S.P.A. - CARBINI SRL**.

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024
---------------	--	--

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo, ad eccezione di quanto segue.

Con riferimento alla caratteristica "*Sistema sicurezza ricarica malposizionata*" la Commissione rileva che dalla documentazione prodotta a comprova non si evince chiaramente il possesso della suddetta caratteristica.

Pertanto la Commissione, appurato che il Concorrente nella Scheda di Offerta Tecnica prodotta a Sistema ha dichiarato che il dispositivo risponde alle caratteristiche minime di cui alla documentazione di gara, in ossequio al par. 14 del Capitolato d'Oneri, delibera di attivare la procedura di soccorso istruttorio volta ad acquisire idonea documentazione a comprova della suddetta caratteristica minima nel rispetto del par. 14.4 del Capitolato d'Oneri. Il Concorrente dovrà produrre quindi documentazione tecnica ufficiale del produttore del dispositivo offerto contenente i dati di fabbrica (quali datasheet, manuali o schede tecniche del produttore), in originale o in copia conforme all'originale, con l'avvertenza che qualora la caratteristica non sia esplicitata in documentazione tecnica ufficiale, il Concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del produttore, da cui si evinca il possesso delle predetta caratteristica e in cui si attesti che la stessa non è effettivamente presente in nessun altro documento ufficiale. Questa dichiarazione, qualora non fornita in originale, dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente (cfr. par. 14.4 del Capitolato d'onori di gara). La Commissione conferisce mandato al Presidente affinché proceda, tramite Sistema, ad inoltrare al concorrente la richiesta di soccorso istruttorio nei termini sopra descritti, assegnando un termine di 7 giorni solari dalla ricezione della comunicazione per il riscontro.

Con riferimento alla ricarica offerta dal suddetto Concorrente, la Commissione rileva una grandezza del punto pari a 3.8 mm e non di 3.5-3.6 mm come richiesto nel Capitolato d'Oneri di gara, al par. 3 Tabella n. 2 "*Ricarica grandezza intermedia del punto*". La Commissione, all'unanimità, ritiene che la grandezza del punto di 3.8 mm debba ritenersi di misura intermedia adeguata a tessuti di medio spessore e quindi equivalente a quanto richiesto dal capitolato di gara.

La Commissione, infine, dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il **Lotto 3**.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **EUROCLONE S.P.A.**

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024
---------------	--	--

Preso atto di marca e modello della suturatrice indicati nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione, infine, dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **MEDTRONIC ITALIA S.P.A.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice indicati nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto, ma che risulta prodotta solo una suturatrice a fronte delle due richieste dalla *lex specialis*.

Pertanto, così come previsto al par. 14 del Capitolato d'Oneri, a mente del quale "*la mancata produzione, la produzione parziale, la produzione di campionatura diversa da quella richiesta è sanabile mediante soccorso istruttorio*", la Commissione delibera di attivare la procedura di soccorso istruttorio volta ad acquisire la campionatura per il lotto in esame, secondo le modalità di cui al par. 14.5 del medesimo Capitolato d'Oneri, assegnando al concorrente un termine di 7 giorni solari decorrenti dalla ricezione della comunicazione per la produzione di quanto richiesto. A tal fine la Commissione delibera di inviare al Concorrente, per il tramite del Presidente, apposita richiesta.

La Commissione avvia la verifica per il **Lotto 4**.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **RTI CARLO BIANCHI – ASSUT EUROPE**.

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **INNOVAMEDICA S.P.A.**

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024
		23 febbraio 2024
		28 febbraio 2024
		7 marzo 2024
		8 marzo 2024

La Commissione rileva che il Concorrente, nella Scheda di Offerta Tecnica, in corrispondenza della voce relativa a marca e modello della suturatrice ha indicato numerosi codici di repertorio.

Quanto alla campionatura, al contempo, risultano prodotti: **a)** n. 1 suturatrice modello "CS25" cui corrisponde il codice di repertorio 2164973 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica; **b)** n. 1 suturatrice modello "CS32L" cui corrisponde il codice di repertorio 2164286 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica.

La Commissione, inoltre, rileva che la documentazione prodotta a comprova delle caratteristiche minime non rientra tra la documentazione tecnica ufficiale del produttore, in quanto predisposta dal Concorrente (ad es. Relazione Tecnica FRANKENMAN- CS, CS L).

Alla luce di quanto sopra, la Commissione delibera di richiedere al concorrente, tenuto conto della Tabella n. 2 di cui al par. 3 del Capitolato d'Oneri: **a)** di chiarire quale tra i codici di repertorio indicati nella Scheda di Offerta Tecnica corrisponde alla "Suturatrice circolare manuale testina fissa monouso (calibro intermedio (28-29 mm) e stelo corto)" offerta per il lotto in esame; **b)** di inviare la campionatura corrispondente al modello offerto nelle quantità e con le modalità indicate dalla *lex specialis* di gara; **c)** di produrre a comprova delle caratteristiche la documentazione tecnica ufficiale del produttore del dispositivo offerto contenente i dati di fabbrica (quali datasheet, manuali o schede tecniche del produttore), in originale o in copia conforme all'originale, con l'avvertenza che qualora vi siano caratteristiche non esplicitate in documentazione tecnica ufficiale, il Concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del produttore, da cui si evinca il possesso delle predette caratteristiche e in cui si attesti che la stessa non è effettivamente presente in nessun altro documento ufficiale. Questa dichiarazione, qualora non fornita in originale, dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente (cfr. par. 14.4 del Capitolato d'onere di gara).

La Commissione conferisce mandato al Presidente di inviare al Concorrente apposita richiesta nei termini di cui sopra assegnando termine di 7 giorni solari decorrenti dalla ricezione della comunicazione per il riscontro e l'invio della campionatura e della documentazione a comprova.

La Commissione, pertanto, rinvia la verifica in merito alla sussistenza delle caratteristiche minime successivamente all'acquisizione di quanto sopra.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024
---------------	--	--

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **NEXTMED S.R.L.**

La Commissione rileva che il Concorrente, nella Scheda di Offerta Tecnica in corrispondenza della voce relativa a marca e modello della suturatrice ha indicato numerosi codici di repertorio.

Quanto alla campionatura, al contempo, la Commissione rileva che, seppure nell'ambito della seduta pubblica il rappresentante del Concorrente avesse riferito che la campionatura riportante l'indicazione del lotto 6 fosse da riferire al lotto 4, le suturatrici prodotte dal Concorrente sono del tutto inconferenti in quanto non corrispondenti all'oggetto del Lotto in esame.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione delibera di richiedere al concorrente, tenuto conto della Tabella n. 2 di cui al par. 3 del Capitolato d'Oneri: **a)** di chiarire quale tra i codici di repertorio indicati nella Scheda di Offerta Tecnica corrisponde alla "*Suturatrice circolare manuale testina fissa monouso (calibro intermedio (28-29 mm) e stelo corto)*"; **b)** di inviare la campionatura corrispondente al modello offerto nelle quantità e con le modalità indicate dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione conferisce mandato al Presidente di inviare al Concorrente apposita richiesta nei termini di cui sopra assegnando termine di 7 giorni solari decorrenti dalla ricezione della comunicazione per il riscontro e l'invio della campionatura.

La Commissione, pertanto, rinvia la verifica in merito alla sussistenza delle caratteristiche minime successivamente all'acquisizione di quanto sopra.

La Commissione delibera di rinviare il prosieguo delle attività a successive sedute riservate.

Alle ore 17:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Seduta del 7 marzo 2024

Il giorno 7 marzo 2024 alle ore 10:00 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione con la presenza dei segretari Avv. Antonia Veltri, Avv. Rossana Amoroso e Ing. Edoardo Serata.

Tutti i segretari sono collegati dalla sede della Consip S.p.A.

La presente seduta è svolta mediante collegamento da remoto da parte di tutti i membri della Commissione e i Segretari, tramite l'utilizzo di "procedure telematiche" idonee alla salvaguardia della "riservatezza delle comunicazioni" in ossequio a quanto previsto dal Disciplinare di gara e dall'art. 93 co. 4 del d.lgs. 36/2023.

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suturatrici Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024
---------------	---	--

La Commissione riprende la verifica per il **Lotto 4**.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **RTI MEDI CORP - MULTIMED S.R.L. - ZACCANTI S.P.A. - CARBINI SRL**.

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

Con riferimento alla caratteristica "*Indicatore altezza punto*", la Commissione precisa che dalla Scheda Tecnica emerge che il dispositivo offerto, così come gli altri modelli ivi indicati, sono utilizzabili con un'unica altezza di punti (4,5 mm), pertanto non è necessaria la presenza di un indicatore di altezza del punto.

La Commissione, infine, dà atto che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il **Lotto 5**.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **INNOVAMEDICA S.P.A.**

La Commissione rileva che il Concorrente, nella Scheda di Offerta Tecnica, in corrispondenza della voce relativa a marca e modello della suturatrice ha indicato numerosi codici di repertorio.

Quanto alla campionatura, al contempo, risultano prodotte: **a)** n. 2 dispositivi modello "*ICS25*" cui corrisponde il codice di repertorio 2142107 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica; tuttavia il suddetto modello presenta un calibro intermedio pari a 25 mm, mentre l'oggetto del lotto in esame è "*Suturatrice circolare manuale testina fissa monouso (calibro intermedio (28-29 mm) e stelo corto)*"; **b)** n. 2 dispositivi "*PHDS01A*" cui corrisponde il codice di repertorio 2129379 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica.

La Commissione, inoltre, rileva che la documentazione prodotta a comprova delle caratteristiche minime non rientra tra la documentazione tecnica ufficiale del produttore, in quanto predisposta dal Concorrente (ad es. *Relazione Tecnica INTOCARE Piattaforma Motorizzata per Sutura Meccanica*).

Alla luce di quanto sopra, la Commissione delibera di richiedere al concorrente, tenuto conto della Tabella n. 2 di cui al par. 3 del Capitolato d'Oneri: **a)** di chiarire quale tra i codici di repertorio indicati nella Scheda di Offerta Tecnica corrisponde alla "*Suturatrice circolare manuale testina fissa monouso (calibro intermedio (28-29 mm) e stelo corto)*" offerta per il lotto in esame; **b)** di inviare la campionatura corrispondente al modello offerto nelle quantità e con le

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024
---------------	--	--

modalità indicate dalla *lex specialis* di gara; c) di produrre a comprova delle caratteristiche la documentazione tecnica ufficiale del produttore del dispositivo offerto contenente i dati di fabbrica (quali datasheet, manuali o schede tecniche del produttore), in originale o in copia conforme all'originale, con l'avvertenza che qualora vi siano caratteristiche non esplicitate in documentazione tecnica ufficiale, il Concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del produttore, da cui si evinca il possesso delle predette caratteristiche e in cui si attesti che la stessa non è effettivamente presente in nessun altro documento ufficiale. Questa dichiarazione, qualora non fornita in originale, dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente (cfr. par. 14.4 del Capitolato d'oneri di gara).

La Commissione conferisce mandato al Presidente di inviare al Concorrente apposita richiesta nei termini di cui sopra assegnando termine di 7 giorni solari decorrenti dalla ricezione della comunicazione per il riscontro e l'invio della campionatura.

La Commissione, pertanto, rinvia la verifica in merito alla sussistenza delle caratteristiche minime successivamente all'acquisizione di quanto sopra.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il **Lotto 6**.

Preliminarmente la Commissione, sulla base delle proprie competenze tecniche, rileva che la caratteristica "*Linea di taglio =<1 mm linea sezione*", anche alla luce del chiarimento della Stazione Appaltante n. 10 sub) n. 2, ove è stato chiarito che con linea di sezione si intende la linea di sutura, non può che essere inteso nel senso che la linea di taglio deve essere inferiore di almeno 1 mm rispetto alla linea di sutura, atteso che la linea di sutura per motivi di sicurezza è bene che superi la linea di taglio. Diversamente la caratteristica sarebbe priva di significato clinico.

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024
---------------	--	--

Come già rilevato per il lotto 2, inoltre, le ricariche con grandezza del punto di 3.8 mm devono ritenersi di misura intermedia adeguata a tessuti di medio spessore e quindi equivalente a quanto richiesto dal capitolato di gara (3.5-3.6 mm).

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **RTI CARLO BIANCHI – ASSUT EUROPE**.

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **EUROCLONE S.P.A.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **INNOVAMEDICA S.P.A.**

La Commissione rileva che il Concorrente, nella Scheda di Offerta Tecnica, in corrispondenza sia della voce relativa a marca e modello della suturatrice sia di quella relativa a marca e modello della ricarica ha indicato numerosi codici di repertorio.

Quanto alla campionatura, al contempo, risultano prodotte: **a)** n. 1 suturatrice modello “*FELC50*” cui corrisponde il codice di repertorio 2318664 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica; **b)** n. 1 suturatrice modello “*FELC250*” cui corrisponde il codice di repertorio 2280057 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica; **c)** n. 2 ricariche “*NER45-3.5*” cui corrisponde il codice di repertorio 2280083 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica; **d)** n. 2 ricariche “*NER60-2.5*” cui corrisponde il codice di repertorio 2280092 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica.

La Commissione, inoltre, rileva che la documentazione prodotta a comprova delle caratteristiche minime non rientra tra la documentazione tecnica ufficiale del produttore, in quanto predisposta dal Concorrente (ad es. *Relazione Tecnica FRANKENMAN- FELC*).

<p>CONSIP S.p.A.</p>	<p>Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640</p>	<p>22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024</p>
-----------------------------	--	--

Alla luce di quanto sopra, la Commissione delibera di richiedere al concorrente, tenuto conto della Tabella n. 2 di cui al par. 3 del Capitolato d'Oneri: **a)** di chiarire quale tra i codici di repertorio indicati nella Scheda di Offerta Tecnica corrisponde alla "*Suturatrice lineare articolata manuale monouso*" offerta per il lotto in esame; **b)** di chiarire quale tra i codici di repertorio indicati nella Scheda di Offerta Tecnica corrisponde alla "*Ricarica (grandezza intermedia del punto (3.5-3.6 mm))*"; **c)** di inviare la campionatura corrispondente alla suturatrice e alla ricarica offerta nelle quantità e con le modalità indicate dalla *lex specialis* di gara; **d)** di produrre a comprova delle caratteristiche la documentazione tecnica ufficiale del produttore del dispositivo offerto contenente i dati di fabbrica (quali datasheet, manuali o schede tecniche del produttore), in originale o in copia conforme all'originale, con l'avvertenza che qualora vi siano caratteristiche non esplicitate in documentazione tecnica ufficiale, il Concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del produttore, da cui si evinca il possesso delle predette caratteristiche e in cui si attesti che la stessa non è effettivamente presente in nessun altro documento ufficiale. Questa dichiarazione, qualora non fornita in originale, dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente (cfr. par. 14.4 del Capitolato d'onere di gara).

La Commissione conferisce mandato al Presidente di inviare al Concorrente apposita richiesta nei termini di cui sopra assegnando termine di 7 giorni solari decorrenti dalla ricezione della comunicazione per il riscontro e l'invio della campionatura.

La Commissione, pertanto, rinvia la verifica in merito alla sussistenza delle caratteristiche minime successivamente all'acquisizione di quanto sopra.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **MEDTRONIC ITALIA S.P.A.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024
---------------	--	--

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto, ma che risulta prodotta solo una suturatrice a fronte delle due richieste dalla lex specialis e solo una ricarica a fronte delle 4 richieste dalla medesima lex specialis.

Pertanto, così come previsto al par. 14 del Capitolato d'Oneri, a mente del quale *“la mancata produzione, la produzione parziale, la produzione di campionatura diversa da quella richiesta è sanabile mediante soccorso istruttorio”*, la Commissione delibera di attivare la procedura di soccorso istruttorio volta ad acquisire la campionatura per il lotto in esame, secondo le modalità di cui al par. 14.5 del medesimo Capitolato d'Oneri, assegnando al concorrente un termine di 7 giorni solari decorrenti dalla ricezione della comunicazione per la produzione di quanto richiesto. A tal fine la Commissione delibera di inviare al Concorrente, per il tramite del Presidente, apposita richiesta.

La Commissione alle ore 13:15 sospende i lavori per poi riprendere alle ore 14:30.

La Commissione riprende la verifica per il **Lotto 6**.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **MOVI S.P.A.**

La Commissione rileva che il Concorrente, nella Scheda di Offerta Tecnica, in corrispondenza sia della voce relativa a marca e modello della suturatrice sia di quella relativa a marca e modello della ricarica ha indicato numerosi codici di repertorio. Al contempo, risulta prodotta campionatura per ciascun dispositivo indicato.

La Commissione, inoltre, rileva che la documentazione prodotta a comprova delle caratteristiche minime non rientra tra la documentazione tecnica ufficiale del produttore, in quanto predisposta dal Concorrente (ad es. *Relazione tecnica DR series*).

Alla luce di quanto sopra, la Commissione delibera di richiedere al concorrente, tenuto conto della Tabella n. 2 di cui al par. 3 del Capitolato d'Oneri: **a)** di chiarire quale tra i codici di repertorio indicati nella Scheda di Offerta Tecnica corrisponde alla *“Suturatrice lineare articolata manuale monouso”* offerta per il lotto in esame; **b)** di chiarire quale tra i codici di repertorio indicati nella Scheda di Offerta Tecnica corrisponde alla *“Ricarica (grandezza intermedia del punto (3.5-3.6 mm))”*; **c)** di produrre a comprova delle caratteristiche la documentazione tecnica ufficiale del produttore del dispositivo offerto contenente i dati di fabbrica (quali datasheet, manuali o schede tecniche del produttore), in originale o in copia conforme all'originale, con l'avvertenza che qualora vi siano caratteristiche non esplicitate in documentazione tecnica ufficiale, il Concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del produttore, da cui si evinca il possesso delle predette caratteristiche e in cui si attesti che la stessa non è effettivamente presente in nessun altro documento ufficiale. Questa dichiarazione, qualora non fornita in originale, dovrà essere accompagnata da attestazione di

<p>CONSIP S.p.A.</p>	<p>Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640</p>	<p>22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024</p>
-----------------------------	--	--

conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente (cfr. par. 14.4 del Capitolato d'oneri di gara).

La Commissione conferisce mandato al Presidente affinché proceda, tramite Sistema, ad inoltrare al concorrente apposita richiesta nei termini sopra descritti, assegnando un termine di 7 giorni solari dalla ricezione della comunicazione per il riscontro.

La Commissione, pertanto, rinvia la verifica in merito alla sussistenza delle caratteristiche minime successivamente all'acquisizione di quanto sopra.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **RTI MEDI CORP - MULTIMED S.R.L. - ZACCANTI S.P.A. - CARBINI SRL.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il **Lotto 7.**

Come già rilevato per il lotto 2, le ricariche con grandezza del punto di 3.8 mm devono ritenersi di misura intermedia adeguata a tessuti di medio spessore e quindi equivalente a quanto richiesto dal capitolato di gara (3.5-3.6 mm).

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **EUROCLONE S.P.A.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **INNOVAMEDICA S.P.A.**

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suturatrici Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024
---------------	---	--

La Commissione rileva che il Concorrente, nella Scheda di Offerta Tecnica, in corrispondenza sia della voce relativa a marca e modello della suturatrice sia di quella relativa a marca e modello della ricarica ha indicato numerosi codici di repertorio.

Quanto alla campionatura, al contempo, risultano prodotte: **a)** n. 2 suturatrici modello “*IECM*” cui corrisponde il codice di repertorio 2129392 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica; **b)** n. 1 dispositivo “*PHDS01A*” cui corrisponde il codice di repertorio 2129379 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica; **c)** n. 2 ricariche “*IECR60Y*” cui corrisponde il codice di repertorio 2129407 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica; **d)** n. 2 ricariche “*IECR45K*” cui corrisponde il codice di repertorio 2129412 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica.

La Commissione, inoltre, rileva che la documentazione prodotta a comprova delle caratteristiche minime non rientra tra la documentazione tecnica ufficiale del produttore, in quanto predisposta dal Concorrente (ad es. *Relazione Tecnica INTOCARE Piattaforma Motorizzata per Sutura Meccanica*).

Alla luce di quanto sopra, la Commissione delibera di richiedere al concorrente, tenuto conto della Tabella n. 2 di cui al par. 3 del Capitolato d’Oneri: **a)** di chiarire quale tra i codici di repertorio indicati nella Scheda di Offerta Tecnica corrisponde alla “*Suturatrice lineare articolata monouso a batteria*” offerta per il lotto in esame; **b)** di chiarire quale tra i codici di repertorio indicati nella Scheda di Offerta Tecnica corrisponde alla “*Ricarica (grandezza intermedia del punto (3.5-3.6 mm))*”; **c)** di inviare la campionatura corrispondente alla suturatrice e alla ricarica offerta nelle quantità e con le modalità indicate dalla *lex specialis* di gara; **d)** di produrre a comprova delle caratteristiche la documentazione tecnica ufficiale del produttore del dispositivo offerto contenente i dati di fabbrica (quali datasheet, manuali o schede tecniche del produttore), in originale o in copia conforme all’originale, con l’avvertenza che qualora vi siano caratteristiche non esplicitate in documentazione tecnica ufficiale, il Concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del produttore, da cui si evinca il possesso delle predette caratteristiche e in cui si attesti che la stessa non è effettivamente presente in nessun altro documento ufficiale. Questa dichiarazione, qualora non fornita in originale, dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all’originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente (cfr. par. 14.4 del Capitolato d’oneri di gara).

La Commissione conferisce mandato al Presidente di inviare al Concorrente apposita richiesta nei termini di cui sopra assegnando termine di 7 giorni solari decorrenti dalla ricezione della comunicazione per il riscontro e l’invio della campionatura.

La Commissione, pertanto, rinvia la verifica in merito alla sussistenza delle caratteristiche minime successivamente all’acquisizione di quanto sopra.

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024
		23 febbraio 2024
		28 febbraio 2024
		7 marzo 2024
		8 marzo 2024

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **MOVI S.P.A.**

La Commissione rileva che il Concorrente, nella Scheda di Offerta Tecnica, in corrispondenza sia della voce relativa a marca e modello della suturatrice sia di quella relativa a marca e modello della ricarica ha indicato numerosi codici di repertorio. Al contempo, risulta prodotta campionatura per ciascun dispositivo indicato.

La Commissione, inoltre, rileva che la documentazione prodotta a comprova delle caratteristiche minime non rientra tra la documentazione tecnica ufficiale del produttore, in quanto predisposta dal Concorrente (ad es. *Relazione tecnica Lunar U*).

Alla luce di quanto sopra, la Commissione delibera di richiedere al concorrente, tenuto conto della Tabella n. 2 di cui al par. 3 del Capitolato d'Oneri: **a)** di chiarire quale tra i codici di repertorio indicati nella Scheda di Offerta Tecnica corrisponde alla "*Suturatrice lineare articolata monouso a batteria*" offerta per il lotto in esame; **b)** di chiarire quale tra i codici di repertorio indicati nella Scheda di Offerta Tecnica corrisponde alla "*Ricarica (grandezza intermedia del punto (3.5-3.6 mm))*"; **c)** di produrre a comprova delle caratteristiche la documentazione tecnica ufficiale del produttore del dispositivo offerto contenente i dati di fabbrica (quali datasheet, manuali o schede tecniche del produttore), in originale o in copia conforme all'originale, con l'avvertenza che qualora vi siano caratteristiche non esplicitate in documentazione tecnica ufficiale, il Concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del produttore, da cui si evinca il possesso delle predette caratteristiche e in cui si attesti che la stessa non è effettivamente presente in nessun altro documento ufficiale. Questa dichiarazione, qualora non fornita in originale, dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente (cfr. par. 14.4 del Capitolato d'onori di gara).

La Commissione conferisce mandato al Presidente affinché proceda, tramite Sistema, ad inoltrare al concorrente apposita richiesta nei termini sopra descritti, assegnando un termine di 7 giorni solari dalla ricezione della comunicazione per il riscontro.

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024
---------------	--	--

La Commissione, pertanto, rinvia la verifica in merito alla sussistenza delle caratteristiche minime successivamente all'acquisizione di quanto sopra.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **VE.DI.SE. HOSPITAL S.P.A.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il **Lotto 8**.

Come già rilevato per il lotto 2, le ricariche con grandezza del punto di 3.8 mm devono ritenersi di misura intermedia adeguata a tessuti di medio spessore e quindi equivalente a quanto richiesto dal capitolato di gara (3.5-3.6 mm).

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **INNOVAMEDICA S.P.A.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione rileva che risulta prodotta quale campionatura: **a)** n. 1 dispositivo "*PHD01A*" cui corrisponde il codice di repertorio 2129374 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica; **b)** n. 2 dispositivi "*IECS*" cui corrisponde il codice di repertorio 2129393 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica; **c)** n. 2 ricariche "*IECR60G*" cui corrisponde il codice di repertorio 2129405 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica.

La Commissione, inoltre, rileva che la documentazione prodotta a comprova delle caratteristiche minime non rientra tra la documentazione tecnica ufficiale del produttore, in quanto predisposta dal Concorrente (ad es. *Relazione Tecnica INTOCARE Piattaforma Motorizzata per Sutura Meccanica*).

Alla luce di quanto sopra, la Commissione delibera di richiedere al concorrente, tenuto conto della Tabella n. 2 di cui al par. 3 del Capitolato d'Oneri: **a)** di chiarire quale tra i codici di repertorio indicati nella Scheda di Offerta Tecnica corrisponde alla "*Ricarica (grandezza intermedia del punto (3.5-3.6 mm))*"; **b)** di inviare la campionatura corrispondente alle ricariche offerte nelle quantità e con le modalità indicate dalla *lex specialis* di gara; **c)** di produrre a comprova delle caratteristiche la documentazione tecnica ufficiale del produttore del dispositivo offerto contenente i dati di fabbrica (quali datasheet, manuali o schede tecniche del produttore), in originale o in copia conforme all'originale, con l'avvertenza che qualora vi siano caratteristiche non esplicitate in documentazione tecnica ufficiale, il

<p>CONSIP S.p.A.</p>	<p>Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640</p>	<p>22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024</p>
-----------------------------	--	--

Concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del produttore, da cui si evinca il possesso delle predette caratteristiche e in cui si attesti che la stessa non è effettivamente presente in nessun altro documento ufficiale. Questa dichiarazione, qualora non fornita in originale, dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente (cfr. par. 14.4 del Capitolato d'oneri di gara).

La Commissione conferisce mandato al Presidente di inviare al Concorrente apposita richiesta nei termini di cui sopra assegnando termine di 7 giorni solari decorrenti dalla ricezione della comunicazione per il riscontro e l'invio della campionatura.

La Commissione, pertanto, rinvia la verifica in merito alla sussistenza delle caratteristiche minime successivamente all'acquisizione di quanto sopra.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **MEDTRONIC ITALIA S.P.A.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il **Lotto 9**.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **RTI CARLO BIANCHI – ASSUT EUROPE**.

Preso atto di marca e modello della suturatrice indicata nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

Alle ore 16:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024
---------------	--	--

Seduta dell'8 marzo 2024

Il giorno 8 marzo 2024 alle ore 10:00 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione con la presenza dei segretari Avv. Antonia Veltri, Avv. Rossana Amoroso e Ing. Edoardo Serata. I segretari sono collegati dalla sede della Consip S.p.A.

La presente seduta è svolta mediante collegamento da remoto da parte di tutti i membri della Commissione e i Segretari, tramite l'utilizzo di "procedure telematiche" idonee alla salvaguardia della "riservatezza delle comunicazioni" in ossequio a quanto previsto dal Disciplinare di gara e dall'art. 93 co. 4 del d.lgs. 36/2023.

La Commissione riprende la verifica per il **Lotto 9**.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **EUROCLONE S.P.A.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo

La Commissione dà atto che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **INNOVAMEDICA S.P.A.**

La Commissione rileva che il Concorrente, nella Scheda di Offerta Tecnica, in corrispondenza sia della voce relativa a marca e modello della suturatrice ha indicato numerosi codici di repertorio.

Quanto alla campionatura, al contempo, risultano prodotte: **a)** n. 1 suturatrice modello "CPH34HV" cui corrisponde il codice di repertorio 2164299 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica; **b)** n. 1 suturatrice modello "CPH36SMS" cui corrisponde il codice di repertorio 2164300 indicato nella Scheda di Offerta Tecnica.

La Commissione, inoltre, rileva che la documentazione prodotta a comprova delle caratteristiche minime non rientra tra la documentazione tecnica ufficiale del produttore, in quanto predisposta dal Concorrente (ad es. *SUZHOU FRANKENMAN M.E._ST_Suturatrice Circolare per Emorroidi e Prolasso Rettale 253CPHXXX_CPHXXX_Rev006*).

Alla luce di quanto sopra, la Commissione delibera di richiedere al concorrente, tenuto conto della Tabella n. 2 di cui al par. 3 del Capitolato d'Oneri di chiarire: **a)** quale tra i codici di repertorio indicati nella Scheda di Offerta Tecnica corrisponde alla "Suturatrice per emorroidectomia e prolapsi maggiori monopaziente (Suturatrice per prolapsi emorroidari)" offerta per il lotto in esame; **b)** di inviare la campionatura corrispondente alla suturatrice nelle quantità e con le modalità indicate dalla *lex specialis* di gara; **c)** di produrre a comprova delle caratteristiche la documentazione tecnica ufficiale del produttore del dispositivo offerto contenente i dati di fabbrica (quali datasheet, manuali o schede

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024
---------------	--	--

tecniche del produttore), in originale o in copia conforme all'originale, con l'avvertenza che qualora vi siano caratteristiche non esplicitate in documentazione tecnica ufficiale, il Concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del produttore, da cui si evinca il possesso delle predette caratteristiche e in cui si attesti che la stessa non è effettivamente presente in nessun altro documento ufficiale. Questa dichiarazione, qualora non fornita in originale, dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente (cfr. par. 14.4 del Capitolato d'oneri di gara).

La Commissione conferisce mandato al Presidente di inviare al Concorrente apposita richiesta nei termini di cui sopra assegnando termine di 7 giorni solari decorrenti dalla ricezione della comunicazione per il riscontro e l'invio della campionatura.

La Commissione, pertanto, rinvia la verifica in merito alla sussistenza delle caratteristiche minime successivamente all'acquisizione di quanto sopra.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **NEXTMED SRL**.

Preso atto di marca e modello della suturatrice indicata nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

Quanto alla campionatura, la Commissione rileva che risultano prodotte n. 2 suturatrici di marca e modello diversi da quello indicato nella Scheda di Offerta Tecnica, pertanto, così come previsto al par. 14 del Capitolato d'Oneri, a mente del quale *"la mancata produzione, la produzione parziale, la produzione di campionatura diversa da quella richiesta è sanabile mediante soccorso istruttorio"*, la Commissione delibera di attivare la procedura di soccorso istruttorio volta ad acquisire la campionatura per il lotto in esame, secondo le modalità di cui al par. 14.5 del medesimo Capitolato d'Oneri, assegnando al concorrente un termine di 7 giorni solari decorrenti dalla ricezione della comunicazione per la produzione di quanto richiesto. A tal fine la Commissione delibera di inviare al Concorrente, per il tramite del Presidente, apposita richiesta.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640	22 febbraio 2024 23 febbraio 2024 28 febbraio 2024 7 marzo 2024 8 marzo 2024
---------------	--	--

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

La Commissione avvia la verifica per il concorrente **RTI MEDI CORP - MULTIMED S.R.L. - ZACCANTI S.P.A. - CARBINI SRL.**

Preso atto di marca e modello della suturatrice e della ricarica offerte indicate nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione avvia la verifica della sussistenza sul dispositivo offerto delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis*. L'esame della documentazione prodotta a comprova ha avuto esito positivo.

La Commissione dà atto altresì che la campionatura è coincidente con quanto offerto e che la stessa è stata prodotta nelle quantità richieste dalla *lex specialis* di gara.

Terminate le attività di verifica per ciascun lotto e ciascun concorrente, la Commissione conferisce mandato al Presidente per la rimessione alla Stazione Appaltante della proposta di esclusione del concorrente Nextmed srl dal lotto 1 e per l'invio ai Concorrenti delle richieste di chiarimento/soccorso istruttorio nei termini di cui al presente verbale.

Il Presidente dà atto che la sottoscrizione del verbale da parte dei membri di Commissione non potrà essere contestuale, pertanto, procede alla lettura del verbale affinché tutti prendano piena coscienza e conoscenza del suo contenuto. Ultimata la lettura del verbale i membri di Commissione ne prendono atto e ne accettano il contenuto, dichiarando che lo stesso risulta rispondente alle attività svolte.

Il Presidente dà atto che ciascun membro della Commissione apporrà sul documento la propria firma digitale.

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La Commissione

Dott. Giuseppe Sica, con funzioni di Presidente

Prof.ssa Stefania Brozzetti, con funzioni di membro effettivo

Dott. Dott. Fausto Catena, con funzioni di membro effettivo

I Segretari

<p>CONSIP S.p.A.</p>	<p>Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture e Suturatrici Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640</p>	<p>22 febbraio 2024</p> <p>23 febbraio 2024</p> <p>28 febbraio 2024</p> <p>7 marzo 2024</p> <p>8 marzo 2024</p>
-----------------------------	--	--

Ing. Edoardo Serata _____

Avv. Antonia Veltri _____

Avv. Rossana Amoroso _____