

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| CONSIP S.p.A. | Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di valvole cardiache impiantabili per via trans-catetere (TAVI) per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 2 - ID 2664 | 1 marzo 2024<br>5 marzo 2024<br>6 marzo 2024<br>13 marzo 2024<br>15 marzo 2024 |
|---------------|--|--|

### Verbale n. 3

#### Verbale unico

Il giorno 1 marzo 2024 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione nominata dalla Consip con atto prot. NOMINA.COMMISSIONI 30.27-02-2024-I del 27.02.2024, per l'espletamento della *"Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di valvole cardiache impiantabili per via trans-catetere (TAVI) per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 2 - ID 2664"* di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 227 del 24/11/2023 e sulla G.U.R.I. n. 137 del 27/11/2023.

La Commissione è così composta:

- Dott.ssa Carmen Anna Maria Spaccarotella, con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Chiara Fraccaro, con funzioni di membro effettivo;
- Dott. Federico Ronco, con funzioni di membro effettivo.

L'Avv. Francesca Zamponi e l'Avv. Valentina Leone svolgono, anche disgiuntamente, le funzioni di segretario. All'odierna seduta è presente l'Avv. Francesca Zamponi. L'Ing. Federico Conte svolge le funzioni di Segretario Tecnico.

Il Presidente dà atto che, la presente seduta è svolta mediante collegamento da remoto da parte di tutti i membri della Commissione e dei Segretari, tramite l'utilizzo di "procedure telematiche" idonee alla salvaguardia della "riservatezza delle comunicazioni", in ossequio a quanto previsto dal Capitolato d'oneri di gara e dall'art. 93 co. 4 del d.lgs. 36/2023.

Pertanto, stabilita la connessione tra tutti i componenti della Commissione e i Segretari, come sopra individuati, il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione e alle ore 14:18 dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione avvia le attività di verifica di regolarità della documentazione di offerta tecnica prodotta da ciascun concorrente a Sistema e all'esito della predetta attività la Commissione dà atto che tutta la documentazione che compone l'"Offerta tecnica", prodotta da ciascun concorrente, per ciascun lotto, risulta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, avente i poteri necessari per impegnare lo stesso nella presente procedura.

Conclusa tale attività, la Commissione avvia l'esame della documentazione prodotta da **Abbott Medical Italia S.r.l.** a comprova della sussistenza delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis* con riferimento al **Lotto n. 1**.

Ad esito della verifica documentale condotta, la Commissione dà atto della rispondenza delle caratteristiche dei prodotti offerti da **Abbott Medical Italia S.r.l.**, rispetto a quelle minime previste dai documenti di gara.

Successivamente, la Commissione avvia l'esame della documentazione prodotta da **Biosensors International Italia S.r.l.** a comprova della sussistenza delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis* con riferimento al **Lotto n. 1**.

Ad esito della verifica documentale condotta, la Commissione dà atto della rispondenza delle caratteristiche dei prodotti offerti da **Biosensors International Italia S.r.l.**, rispetto a quelle minime previste dai documenti di gara.

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| <b>CONSIP S.p.A.</b> | <b>Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di valvole cardiache impiantabili per via trans-catetere (TAVI) per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 2 - ID 2664</b> | <b>1 marzo 2024</b><br><b>5 marzo 2024</b><br><b>6 marzo 2024</b><br><b>13 marzo 2024</b><br><b>15 marzo 2024</b> |
|----------------------|---|---|

Di seguito, la Commissione avvia l'esame della documentazione prodotta da **Boston Scientific S.p.A.** a comprova della sussistenza delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis* con riferimento al **Lotto n. 1**.

Ad esito della verifica documentale condotta, la Commissione dà atto della rispondenza delle caratteristiche dei prodotti offerti da **Boston Scientific S.p.A.**, rispetto a quelle minime previste dai documenti di gara.

Alle ore 16:12 il Presidente dichiara chiusa la seduta rinviando alle successive sedute per il prosieguo delle attività.

\*\*\*

Il giorno 5 marzo 2024, alle ore 11:04, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione, con la presenza del Segretario Tecnico Ing. Federico Conte.

La Commissione avvia l'esame della documentazione prodotta da **EU KON S.r.l.** a comprova della sussistenza delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis* con riferimento al **Lotto n. 1**.

Ad esito della verifica documentale condotta, la Commissione dà atto della rispondenza delle caratteristiche dei prodotti offerti da **EU KON S.r.l.**, rispetto a quelle minime previste dai documenti di gara

La Commissione avvia l'esame della documentazione prodotta da **Medtronic Italia S.p.A.** a comprova della sussistenza delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis* con riferimento al **Lotto n. 1**.

Ad esito della verifica documentale condotta, la Commissione dà atto della rispondenza delle caratteristiche dei prodotti offerti da **Medtronic Italia S.p.A.**, rispetto a quelle minime previste dai documenti di gara

La Commissione, quindi, avvia l'esame della documentazione prodotta da **Edwards Lifesciences Italia S.r.l.** a comprova della sussistenza delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis* con riferimento al **Lotto n. 2**.

Ad esito della verifica documentale condotta, la Commissione dà atto della rispondenza delle caratteristiche dei prodotti offerti da **Edwards Lifesciences Italia S.r.l.**, rispetto a quelle minime previste dai documenti di gara.

La Commissione avvia l'esame della documentazione prodotta dal **RTI costituendo Viglia S.r.l., Medi Corp S.r.l., Sintec S.r.l., Epion S.r.l., Kaster S.r.l., New Medical Solutions S.r.l., Medtech S.r.l., c.s. Medical 7 S.r.l.** a comprova della sussistenza delle caratteristiche tecniche minime prescritte dalla *lex specialis* con riferimento al **Lotto n. 2**.

Ad esito della verifica documentale condotta, la Commissione dà atto della rispondenza delle caratteristiche dei prodotti offerti dal **RTI costituendo Viglia S.r.l., Medi Corp S.r.l., Sintec S.r.l., Epion S.r.l., Kaster S.r.l., New Medical Solutions S.r.l., Medtech S.r.l., c.s. Medical 7 S.r.l.**, rispetto a quelle minime previste dai documenti di gara.

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta rinviando alle successive sedute per il prosieguo delle attività.

\*\*\*

Il giorno 6 marzo 2024, alle ore 13:11, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione, con la presenza dei Segretari Ing. Federico Conte e Avv. Francesca Zamponi.

Terminate le attività di verifica delle caratteristiche minime per entrambi i lotti, la Commissione intraprende l'esame del contenuto delle Offerte tecniche e della relativa documentazione a comprova al fine di verificare il possesso delle caratteristiche tecniche migliorative offerte dai singoli Concorrenti, procedendo successivamente all'attribuzione dei corrispondenti punteggi tecnici.

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| CONSIP S.p.A. | Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di valvole cardiache impiantabili per via trans-catetere (TAVI) per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 2 - ID 2664 | 1 marzo 2024<br>5 marzo 2024<br>6 marzo 2024<br>13 marzo 2024<br>15 marzo 2024 |
|---------------|--|--|

La Commissione intraprende l'esame dei contenuti della Scheda di offerta tecnica presentata da **Abbott Medical Italia S.r.l.** nell'ambito del **Lotto 1** e relativa documentazione a comprova con riferimento alle caratteristiche tecniche migliorative secondo i criteri indicati al paragrafo 16.1 del Capitolato d'Oneri per i quali è prevista l'assegnazione di punteggi tecnici "tabellari".

Terminata la predetta verifica, la Commissione accerta che le caratteristiche tecniche migliorative offerte risultano comprovate dalla apposita documentazione prodotta dal concorrente e all'esito assegna il punteggio tecnico tabellare complessivo di **8,50 punti** in relazione ai criteri predetti.

I punteggi tabellari relativi alle caratteristiche tecniche migliorative per il suddetto concorrente sono riportati nell'allegato 1 al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La Commissione intraprende l'esame dei contenuti della Scheda di offerta tecnica presentata da **Biosensors International Italia S.r.l.** nell'ambito del **Lotto 1** e relativa documentazione a comprova con riferimento alle caratteristiche tecniche migliorative secondo i criteri indicati al paragrafo 16.1 del Capitolato d'Oneri per i quali è prevista l'assegnazione di punteggi tecnici "tabellari".

Terminata la predetta verifica, la Commissione accerta che le caratteristiche tecniche migliorative offerte risultano comprovate dalla apposita documentazione prodotta dal concorrente, ad eccezione di quanto segue.

In particolare, con riferimento alla caratteristica n. 9 "*Diametro minimo del vaso di accesso  $\leq 5$  mm*", la Commissione rileva che il concorrente in esame ha presentato una dichiarazione del Produttore che tuttavia non rispetta quanto previsto dal par. 14.2 del Capitolato d'Oneri, atteso che la stessa non è resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e non risulta attestato che la predetta caratteristica non sia effettivamente presente in nessun altro documento ufficiale.

Pertanto, appurato che il Concorrente nella Scheda di Offerta Tecnica prodotta a Sistema ha dichiarato il possesso della predetta caratteristica migliorativa, la Commissione delibera di attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al par. 14 del Capitolato d'Oneri volta ad acquisire la predetta dichiarazione nel rispetto di quanto previsto dal par. 14.2 del Capitolato d'Oneri.

Per ragioni di economia procedimentale, la Commissione delibera che la richiesta di soccorso istruttorio sopra indicata, così come eventuali future richieste che si rendessero necessarie nei confronti di altri concorrenti, saranno inviate dal Presidente all'esito dell'attività di verifica del rispetto delle caratteristiche migliorative per le quali è prevista l'assegnazione di punteggi tecnici "tabellari" per entrambi i lotti.

La Commissione intraprende l'esame dei contenuti della Scheda di offerta tecnica presentata da **Boston Scientific S.p.A.** nell'ambito del **Lotto 1** e relativa documentazione a comprova con riferimento alle caratteristiche tecniche migliorative secondo i criteri indicati al paragrafo 16.1 del Capitolato d'Oneri per i quali è prevista l'assegnazione di punteggi tecnici "tabellari".

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| CONSIP S.p.A. | Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di valvole cardiache impiantabili per via trans-catetere (TAVI) per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 2 - ID 2664 | 1 marzo 2024<br>5 marzo 2024<br>6 marzo 2024<br>13 marzo 2024<br>15 marzo 2024 |
|---------------|--|--|

Terminata la predetta verifica, la Commissione accerta che le caratteristiche tecniche migliorative offerte risultano comprovate dalla apposita documentazione prodotta dal concorrente e all'esito assegna il punteggio tecnico tabellare complessivo di **0,00 punti** in relazione ai criteri predetti.

I punteggi tabellari relativi alle caratteristiche tecniche migliorative per il suddetto concorrente sono riportati nell'allegato 1 al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale

Alle ore 16:10 il Presidente dichiara chiusa la seduta rinviando alle successive sedute per il prosieguo delle attività

\*\*\*

Il giorno 13 marzo 2024, alle ore 13:04, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione, con la presenza dei Segretari Ing. Federico Conte e Avv. Francesca Zamponi.

La Commissione intraprende l'esame dei contenuti della Scheda di offerta tecnica presentata da **EU KON S.r.l.** nell'ambito del **Lotto 1** e relativa documentazione a comprova con riferimento alle caratteristiche tecniche migliorative secondo i criteri indicati al paragrafo 16.1 del Capitolato d'Oneri per i quali è prevista l'assegnazione di punteggi tecnici "tabellari".

La Commissione rileva che, con riferimento alla caratteristica n. 1 *"Diametro minimo (Vm), espresso in mm, dell'anulus nativo trattabile."*, la documentazione a comprova presenta informazioni discordanti rispetto a quelli dichiarati nella "Scheda di Offerta Tecnica". In particolare, il Concorrente nella Scheda di offerta tecnica ha dichiarato un valore compreso tra  $18 < V_{i,m} \leq 19\text{mm}$  mentre dalla documentazione a comprova si evince un valore pari a 18 mm.

Conseguentemente, in ossequio a quanto previsto al par. 14.2 del Capitolato d'Oneri secondo il quale *"nel caso in cui le informazioni desumibili dalla documentazione a comprova risultino migliorative, la Commissione assegnerà il punteggio prendendo in considerazione quanto dichiarato nella Scheda di Offerta Tecnica"*, con riferimento alla caratteristica in esame, la Commissione delibera di assegnare il punteggio in base al valore dichiarato nella "Scheda di Offerta Tecnica" dal Concorrente.

Terminata la predetta verifica, la Commissione accerta che le caratteristiche tecniche migliorative offerte risultano comprovate dalla apposita documentazione prodotta dal concorrente e all'esito assegna il punteggio tecnico tabellare complessivo di **8,00 punti** in relazione ai criteri predetti.

I punteggi tabellari relativi alle caratteristiche tecniche migliorative per il suddetto concorrente sono riportati nell'allegato 1 al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La Commissione intraprende l'esame dei contenuti della Scheda di offerta tecnica presentata da **Medtronic Italia S.p.A.** nell'ambito del **Lotto 1** e relativa documentazione a comprova con riferimento alle caratteristiche tecniche migliorative secondo i criteri indicati al paragrafo 16.1 del Capitolato d'Oneri per i quali è prevista l'assegnazione di punteggi tecnici "tabellari".

Terminata la predetta verifica, la Commissione accerta che le caratteristiche tecniche migliorative offerte risultano comprovate dalla apposita documentazione prodotta dal concorrente e all'esito assegna il punteggio tecnico tabellare complessivo di **26,00 punti** in relazione ai criteri predetti.

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| CONSIP S.p.A. | Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di valvole cardiache impiantabili per via trans-catetere (TAVI) per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 2 - ID 2664 | 1 marzo 2024<br>5 marzo 2024<br>6 marzo 2024<br>13 marzo 2024<br>15 marzo 2024 |
|---------------|--|--|

I punteggi tabellari relativi alle caratteristiche tecniche migliorative per il suddetto concorrente sono riportati nell'allegato 1 al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La Commissione intraprende l'esame dei contenuti della Scheda di offerta tecnica presentata da **Edwards Lifesciences Italia S.r.l.** nell'ambito del **Lotto 2** e relativa documentazione a comprova con riferimento alle caratteristiche tecniche migliorative secondo i criteri indicati al paragrafo 16.1 del Capitolato d'Oneri per i quali è prevista l'assegnazione di punteggi tecnici "tabellari".

La Commissione rileva che il Concorrente ha indicato quale documentazione a comprova per tutte le caratteristiche tecniche migliorative per le quali è prevista l'assegnazione di punteggi tecnici "tabellari" un documento denominato "*FASCICOLO TECNICO CONSIP 2023*" che non rientra tra la documentazione prevista dal par. 14.2 del Capitolato d'Oneri e, pertanto, la Commissione ritiene di non tenerne conto ai fini della comprova, la quale ha avuto esito positivo sulla base della restante documentazione tecnica ufficiale di cui al par. 14.2 del Capitolato d'Oneri.

Terminata la predetta verifica, la Commissione accerta che le caratteristiche tecniche migliorative offerte risultano comprovate dalla apposita documentazione prodotta dal concorrente e all'esito assegna il punteggio tecnico tabellare complessivo di **20,00 punti** in relazione ai criteri predetti.

I punteggi tabellari relativi alle caratteristiche tecniche migliorative per il suddetto concorrente sono riportati nell'allegato 2 al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale

Alle ore 14:57 il Presidente dichiara chiusa la seduta rinviando alle successive sedute per il prosieguo delle attività

\*\*\*

Il giorno 15 marzo 2024, alle ore 13:31, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione, con la presenza dei Segretari Ing. Federico Conte e Avv. Francesca Zamponi.

La Commissione intraprende l'esame dei contenuti della Scheda di offerta tecnica presentata dal **RTI costituendo Viglia S.r.l., Medi Corp S.r.l., Sintec S.r.l., Epion S.r.l., Kaster S.r.l., New Medical Solutions S.r.l., Medtech S.r.l., c.s. Medical 7 S.r.l.** nell'ambito del **Lotto 2** e relativa documentazione a comprova con riferimento alle caratteristiche tecniche migliorative secondo i criteri indicati al paragrafo 16.1 del Capitolato d'Oneri per i quali è prevista l'assegnazione di punteggi tecnici "tabellari".

La Commissione rileva che il Concorrente ha indicato quale documentazione a comprova un documento denominato "*SCHEDA TECNICA VALVOLA MYVAL OCTACOR completa accessori per impianto*" che non rispetta quanto previsto dal par. 14.2 del Capitolato d'Oneri e, pertanto, la Commissione ritiene di non tenerne conto ai fini della comprova, la quale ha avuto esito positivo sulla base della restante documentazione tecnica ufficiale di cui al par. 14.2 del Capitolato d'Oneri.

Terminata la predetta verifica, la Commissione accerta che le caratteristiche tecniche migliorative offerte risultano comprovate dalla apposita documentazione prodotta dal concorrente e all'esito assegna il punteggio tecnico tabellare complessivo di **4,00 punti** in relazione ai criteri predetti.

I punteggi tabellari relativi alle caratteristiche tecniche migliorative per il suddetto concorrente sono riportati nell'allegato 2 al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| <b>CONSIP S.p.A.</b> | <b>Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per<br/>l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di<br/>valvole cardiache impiantabili per via trans-catetere (TAVI) per le<br/>Pubbliche Amministrazioni – Edizione 2 - ID 2664</b> | <b>1 marzo 2024<br/>5 marzo 2024<br/>6 marzo 2024<br/>13 marzo 2024<br/>15 marzo 2024</b> |
|----------------------|---|---|

Il Presidente dà atto che la sottoscrizione del verbale da parte dei membri di Commissione non potrà essere contestuale, pertanto, procede alla lettura del verbale affinché tutti prendano piena coscienza e conoscenza del suo contenuto. Ultimata la lettura del verbale i membri di Commissione ne prendono atto e ne accettano il contenuto, dichiarando che lo stesso risulta rispondente alle attività svolte.

Il Presidente dà atto che ciascun membro della Commissione apporrà sul documento la propria firma digitale.

Alle ore 14:30 il Presidente dichiara conclusa la seduta riservata rinviando il prosieguo delle attività a successive sedute.

#### **La Commissione**

Dott.ssa Carmen Anna Maria Spaccarotella

\_\_\_\_\_

Dott.ssa Chiara Fraccaro

\_\_\_\_\_

Dott. Federico Ronco

\_\_\_\_\_

#### **I Segretari**

Ing. Federico Conte

\_\_\_\_\_

Avv. Francesca Zamponi

\_\_\_\_\_

| <b>Lotto 1 TAVI auto-espandibili</b>   |  |                |                                  |                |                              |                |                      |                |                             |                |
|--|--|----------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|  |  |                | <b>ABBOTT MEDICAL ITALIA Srl</b> |                | <b>BOSTON SCIENTIFIC SPA</b> |                | <b>EU KON S.r.l.</b> |                | <b>MEDTRONIC ITALIA SPA</b> |                |
| <b>Criterio di valutazione</b>   | <b>Coefficiente</b>  | <b>P.t max</b> | <b>Offerta F1</b>                | <b>P.ti F1</b> | <b>Offerta F1</b>            | <b>P.ti F1</b> | <b>Offerta F1</b>    | <b>P.ti F1</b> | <b>Offerta F1</b>           | <b>P.ti F1</b> |
| Criterio di valutazione tecnica 1 - Diametro minimo (Vm) espresso in mm minimo dell'anulus nativo trattabile   | "- Se Vi,m ≤ 18mm; Ci = 1<br>- Se 18 < Vi,m ≤ 19mm; Ci = 0,5<br>- Se Vi,m > 19mm; Ci = 0   | 4              | 19,0000                          | 2,0000         | 20,5000                      | 0,0000         | 19,0000              | 2,0000         | 18,0000                     | 4,0000         |
| Criterio di valutazione tecnica 2 - Diametro massimo (VM) espresso in mm, dell'anulus nativo trattabile  | "- Se Vi,M < 29 mm; Ci = 0<br>- Se 29 ≤ Vi,M < 30 mm; Ci = 0,5<br>- Se Vi,M ≥ 30mm; Ci = 1 | 4              | 27,0000                          | 0,0000         | 27,0000                      | 0,0000         | 27,0000              | 0,0000         | 30,0000                     | 4,0000         |
| Criterio di valutazione tecnica 3 - Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all'impianto, dotato di marchio CE per accesso succlavio-ascellare  | "- Se "Si"; Ci = 1,5<br>- Se "No"; Ci = 0  | 1,5            | Si                               | 1,5000         | No                           | 0,0000         | No                   | 0,0000         | Si                          | 1,5000         |
| Criterio di valutazione tecnica 4 - Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all'impianto, dotato di marchio CE per accesso apicale  | "- Se "Si"; Ci = 1<br>- Se "No"; Ci = 0  | 1              | No                               | 0,0000         | No                           | 0,0000         | No                   | 0,0000         | No                          | 0,0000         |
| Criterio di valutazione tecnica 5 - Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all'impianto, dotato di marchio CE per accesso aortico  | "- Se "Si"; Ci = 0,5<br>- Se "No"; Ci = 0  | 0,5            | No                               | 0,0000         | No                           | 0,0000         | No                   | 0,0000         | Si                          | 0,5000         |
| Criterio di valutazione tecnica 6 - Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all'impianto, dotato di marchio CE per impianti di tipo TAV-in-SAV  | "- Se "Si"; Ci = 4<br>- Se "No"; Ci = 0  | 4              | No                               | 0,0000         | No                           | 0,0000         | No                   | 0,0000         | Si                          | 4,0000         |
| Criterio di valutazione tecnica 7 - Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all'impianto, dotato di marchio CE per impianti di tipo TAV-in-TAV  | "- Se "Si"; Ci = 2<br>- Se "No"; Ci = 0  | 2              | No                               | 0,0000         | No                           | 0,0000         | No                   | 0,0000         | No                          | 0,0000         |
| Criterio di valutazione tecnica 8 - Offerta di dispositivo dotato di marchio CE per il trattamento pazienti a basso rischio chirurgico   | "- Se "Si"; Ci = 1<br>- Se "No"; Ci = 0  | 5              | No                               | 0,0000         | No                           | 0,0000         | No                   | 0,0000         | Si                          | 5,0000         |
| Criterio di valutazione tecnica 9 - Diametro minimo del vaso di accesso ≤5 mm  | "- Se "Si"; Ci ≤ 5<br>- Se "No"; Ci = 0  | 5              | Si                               | 5,0000         | No                           | 0,0000         | Si                   | 5,0000         | Si                          | 5,0000         |
| Criterio di valutazione tecnica 10 - Offerta di dispositivo dotato di marchio CE per il trattamento di pazienti con bicuspidia della valvola aortica   | "- Se "Si"; Ci = 2<br>- Se "No"; Ci = 0  | 2              | No                               | 0,0000         | No                           | 0,0000         | No                   | 0,0000         | Si                          | 2,0000         |
| Criterio di valutazione 11 - Parità di genere ex art.108 comma 7 D.Lgs 36/2023 : Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell' articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 | "- Se "Si"; Ci = 1<br>- Se "No"; Ci = 0  | 1              | No                               | 0,0000         | No                           | 0,0000         | Si                   | 1,0000         | No                          | 0,0000         |
|  |  | <b>30,0000</b> |                                  | <b>8,5000</b>  |                              | <b>0,0000</b>  |                      | <b>8,0000</b>  |                             | <b>26,0000</b> |

| <b>Lotto 2 TAVI non auto-espandibili</b>   |  |                |  |                |                                   |                |
|--|--|----------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
|  |  |                | <b>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL</b> |                | <b>RTI COSTITUENDO VIGLIA Srl</b> |                |
| <b>Criterio di valutazione</b>   | <b>Coefficiente</b>  | <b>P.t max</b> | <b>Offerta F1</b>                      | <b>P.ti F1</b> | <b>Offerta F1</b>                 | <b>P.ti F1</b> |
| Criterio di valutazione tecnica 1 - Diametro minimo (Vm) espresso in mm minimo dell'anulus nativo trattabile   | "- Se Vi,m ≤ 18mm; Ci = 1<br>- Se 18 < Vi,m ≤ 19mm; Ci = 0,5<br>- Se Vi,m > 19mm; Ci = 0   | 4              | 18,6000                                | 2,0000         | 18,5000                           | 2,0000         |
| Criterio di valutazione tecnica 2 - Diametro massimo (VM) espresso in mm, dell'anulus nativo trattabile  | "- Se Vi,M < 29 mm; Ci = 0<br>- Se 29 ≤ Vi,M < 30 mm; Ci = 0,5<br>- Se Vi,M ≥ 30mm; Ci = 1 | 4              | 29,5000                                | 2,0000         | 29,9000                           | 2,0000         |
| Criterio di valutazione tecnica 3 - Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all'impianto, dotato di marchio CE per accesso succlavio-ascellare  | "- Se "Si"; Ci = 1<br>- Se "No"; Ci = 0  | 1,5            | Si                                     | 1,5000         | No                                | 0,0000         |
| Criterio di valutazione tecnica 4 - Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all'impianto, dotato di marchio CE per accesso apicale  | "- Se "Si"; Ci = 1<br>- Se "No"; Ci = 0  | 1              | Si                                     | 1,0000         | No                                | 0,0000         |
| Criterio di valutazione tecnica 5 - Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all'impianto, dotato di marchio CE per accesso aortico  | "- Se "Si"; Ci = 1<br>- Se "No"; Ci = 0  | 0,5            | Si                                     | 0,5000         | No                                | 0,0000         |
| Criterio di valutazione tecnica 6 - Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all'impianto, dotato di marchio CE per impianti di tipo TAV-in-SAV  | "- Se "Si"; Ci = 1<br>- Se "No"; Ci = 0  | 4              | Si                                     | 4,0000         | No                                | 0,0000         |
| Criterio di valutazione tecnica 7 - Offerta di dispositivo, e di quanto necessario all'impianto, dotato di marchio CE per impianti di tipo TAV-in-TAV  | "- Se "Si"; Ci = 1<br>- Se "No"; Ci = 0  | 2              | Si                                     | 2,0000         | No                                | 0,0000         |
| Criterio di valutazione tecnica 8 - Offerta di dispositivo dotato di marchio CE per il trattamento pazienti a basso rischio chirurgico   | "- Se "Si"; Ci = 1<br>- Se "No"; Ci = 0  | 5              | Si                                     | 5,0000         | No                                | 0,0000         |
| Criterio di valutazione tecnica 9 - Diametro minimo del vaso di accesso ≤5 mm  | "- Se "Si"; Ci = 1<br>- Se "No"; Ci = 0  | 5              | No                                     | 0,0000         | No                                | 0,0000         |
| Criterio di valutazione tecnica 10 - Offerta di dispositivo dotato di marchio CE per il trattamento di pazienti con bicuspidia della valvola aortica   | "- Se "Si"; Ci = 1<br>- Se "No"; Ci = 0  | 2              | Si                                     | 2,0000         | No                                | 0,0000         |
| Criterio di valutazione 11 - Parità di genere ex art.108 comma 7 D.Lgs 36/2023 : Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell' articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 | "- Se "Si"; Ci = 1<br>- Se "No"; Ci = 0  | 1              | No                                     | 0,0000         | No                                | 0,0000         |
|  |  | <b>30,0000</b> |  | <b>20,0000</b> |                                   | <b>4,0000</b>  |