

Classificazione documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN 7 LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER TERAPIA INTENSIVA E SUB-INTENSIVA, DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI DESTINATI ALL'EMERGENZA SANITARIA – COVID-19 – ID 2281

Il presente Errata Corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it

ERRATA CORRIGE

- 1) La dotazione minima richiesta per garantire il regolare funzionamento dell'apparecchiatura del *Lotto 1 – Ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia intensiva (aria compressa)* indicata al paragrafo 3.1 dell'Allegato 2 – Capitolato Tecnico e di seguito riportata:

Dotazione minima richiesta per garantire il regolare funzionamento dell'apparecchiatura:

- Componenti del circuito paziente di tipo monouso (almeno 30 per ventilatore)
- Filtri igroscopici e idrofobici
- **Sondini per aspirazione tracheale (almeno 4 misure)**
- Carrello dedicato con ruote piroettanti di cui almeno due frenabili
- Tubi aria e ossigeno per impianto centralizzato, raccordi ed eventuali ulteriori accessori
- Braccio di supporto reggitubi
- Serigrafia e Sw display in lingua italiana

deve intendersi sostituita come segue (voce in grassetto eliminata dalla tabella precedente):

Dotazione minima richiesta per garantire il regolare funzionamento dell'apparecchiatura:

- Componenti del circuito paziente di tipo monouso (almeno 30 per ventilatore)
- Filtri igroscopici e idrofobici
- Carrello dedicato con ruote piroettanti di cui almeno due frenabili
- Tubi aria e ossigeno per impianto centralizzato, raccordi ed eventuali ulteriori accessori
- Braccio di supporto reggitubi
- Serigrafia e Sw display in lingua italiana

- 2) La dotazione minima richiesta per garantire il regolare funzionamento dell'apparecchiatura del *Lotto 2 – Ventilatore polmonare per terapia subintensiva (turbina)* indicata al paragrafo 3.2 dell'Allegato 2 – Capitolato Tecnico e di seguito riportata:

Dotazione minima richiesta per garantire il regolare funzionamento dell'apparecchiatura:

- Componenti del circuito paziente di tipo monouso (almeno 30 per ventilatore)
- Filtri igroscopici e idrofobici
- **Sondini per aspirazione tracheale (almeno 4 misure)**
- Carrello dedicato con ruote piroettanti di cui almeno due frenabili
- Tubi ossigeno per impianto centralizzato, raccordi ed eventuali ulteriori accessori
- Braccio o asta reggitubi
- Sw display in lingua italiana

deve intendersi sostituita come segue (voce in grassetto eliminata dalla tabella precedente):

Dotazione minima richiesta per garantire il regolare funzionamento dell'apparecchiatura:

Classificazione documento: Consip Public

- Componenti del circuito paziente di tipo monouso (almeno 30 per ventilatore)
- Filtri igroscopici e idrofobici
- Carrello dedicato con ruote piroettanti di cui almeno due frenabili
- Tubi ossigeno per impianto centralizzato, raccordi ed eventuali ulteriori accessori
- Braccio o asta reggitubi
- Sw display in lingua italiana

3) La tabella relativa al *Lotto7 –Accessori per ventilatori* indicata al paragrafo 3.7 dell'Allegato 2 – Capitolato Tecnico e di seguito riportata:

LOTTO 7: Accessori per ventilatori polmonari (Lotto 1 e Lotto 2)
Tubi endotracheali
Caschi monouso CPAP
Caschi monouso NIV
Maschere "total face" e oronasali da NIV
Sistemi di aspirazione monouso a circuito chiuso, misure adulto e pediatrico
Umidificatore attivo comprensivo di: n.100 circuiti n.100 cannule nasali
Laringoscopio per laringoscopia indiretta
Kit di accesso vascolare
Computer e stampante per etichette
Stampante di rete

Si intende così sostituita:

LOTTO 7: Accessori per ventilatori polmonari (Lotto 1 e Lotto 2)
Tubi endotracheali
Caschi monouso CPAP
Caschi monouso NIV
Maschere "total face" e oronasali da NIV
Sistemi di aspirazione monouso a circuito chiuso, misure adulto e pediatrico comprensivi di sondini per aspirazione tracheale (almeno 4 misure)
Umidificatore attivo comprensivo di: n.100 circuiti n.100 cannule nasali
Laringoscopio per laringoscopia indiretta
Kit di accesso vascolare
Computer e stampante per etichette
Stampante di rete

Si precisa inoltre che il prezzo a base d'asta della voce indicata rimane invariato.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L'Amministratore Delegato)