

APPENDICE 1

RELATIVO AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI ENDOPROTESI ORTOPEDICHE E SISTEMI DI OSTEOSINTESI

CRITERI TABELLARI

ID 1721

STORIA DEL DOCUMENTO

Nel corso della vigenza del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche “SDAPA”) per la fornitura di endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni nel seguito dettagliate.

DATA PUBBLICAZIONE	VERSIONE	DESCRIZIONE	PARAGRAFI MODIFICATI/INTEGRATI
Marzo 2017	1.0	Prima Emissione	-
Marzo 2018	2.0	Seconda Emissione	§ 1.2 Categoria merceologica: sistemi di osteosintesi

1. CRITERI TABELLARI

1.1 CATEGORIA MERCEOLOGICA: PROTESI D'ANCA

Nella Tabella sottostante sono riportati i macro criteri che potranno essere utilizzati dalle Stazioni Appaltanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici di natura tabellare.

Tipologia di impianto tipo	Macro criterio
Impianto primario totale	Cotile preassemblato o modulare - Dimensione –Numero totale di diametri esterni disponibili
	Cotile modulare - Dimensione – Numero totale di diametri interni disponibili
	Stelo Femorale – Numero totale di misure disponibili
	Testa Femorale – Numero totale di diametri esterni disponibili
	Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard – Numero totale di taglie disponibili
	Presenza del codice a barre sull'etichetta del DM
	Presenza del DM nel Dizionario RIAP - DM
	Apertura a "V" prima busta contenente il prodotto
	Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti
Impianto primario parziale	Stelo Femorale – Numero totale di misure disponibili
	Testa Femorale – Numero totale di diametri esterni disponibili
	Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard – Numero totale di taglie disponibili
	Presenza del codice a barre sull'etichetta del DM

Classificazione Consip Public – Versione 2.0

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Endoprotesi Ortopediche e Sistemi di Osteosintesi – ID 1721

Tipologia di impianto tipo	Macro criterio
	Presenza del DM nel Dizionario RIAP - DM
	Apertura a "V" prima busta contenente il prodotto
	Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti
Impianto di revisione	Cotile preassemblato o modulare - Dimensione – Numero totale di diametri esterni disponibili
	Cotile modulare - Dimensione – Numero totale di diametri interni disponibili
	Stelo Femorale – Numero totale di misure disponibili
	Testa Femorale – Numero totale di diametri esterni disponibili
	Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard – Numero totale di taglie disponibili
	Presenza del codice a barre sull'etichetta del DM
	Presenza del DM nel Dizionario RIAP - DM
	Apertura a "V" prima busta contenente il prodotto
	Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti
Impianto di rivestimento	Componente acetabolare - Dimensione – Numero totale di diametri esterni disponibili
	Componente acetabolare - Dimensione – Numero totale di diametri interni disponibili
	Calotta – Numero totale di diametri esterni disponibili
	Pin – Numero totale di lunghezze disponibili

Tipologia di impianto tipo	Macro criterio
	Presenza del codice a barre sull'etichetta del DM
	Presenza del DM nel Dizionario RIAP - DM
	Apertura a "V" prima busta contenente il prodotto
	Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti
Impianto di grandi resezioni	Corpo prossimale – Numero totale misure disponibili
	Corpo distanziale – Numero totale lunghezze disponibili
	Corpo distale – Numero totale lunghezze disponibili
	Presenza del codice a barre sull'etichetta del DM
	Presenza del DM nel Dizionario RIAP - DM
	Apertura a "V" prima busta contenente il prodotto
	Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti

1.2 CATEGORIA MERCEOLOGICA: SISTEMI DI OSTEOSINTESI

Distretti anatomici	Macro criterio
Arto superiore	Forma
Arto inferiore	Stabilità angolare
Clavicola	
Scapola	Compatibilità con risonanza magnetica
Mano	
Piede	Disponibilità di misure
Bacino	
Colonna vertebrale	Compressione