

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di un sistema di radiologia domiciliare e dei servizi connessi per l'Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale di Napoli – ID 666

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura **Concorsi e Bandi - Gare in Corso e sul sito www.consip.it.**

1) Domanda

Nel Bando di gara al punto III.2.3, lett. a) si richiede che l'Impresa abbia effettuato complessivamente negli ultimi tre anni le forniture di apparecchiature di radiologia complessivamente di importo non inferiore ad Euro 600'000.00 (seicentomila/00). Vogliate cortesemente specificare se i dati devono riferirsi al triennio 2007-2008-2009 oppure al triennio 2008-2009-2010.

Risposta

Il triennio di riferimento è il periodo compreso fra il 03/12/2007 e il 3/12/2010, essendo quest'ultima la data di pubblicazione del bando di gara.

2) Domanda

Tra le caratteristiche minime dell'apparecchio contenute nella tabella di cui al Paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico troviamo un "dispositivo porta detettore". Si chiede se tale dispositivo sia da intendersi come alloggiamento del detettore quando non in uso (ad esempio durante il trasporto) o come supporto del detettore per la realizzazione di particolari tipologie di esame.

Risposta

Il dispositivo porta detettore è il supporto/contenitore del detettore e della griglia antidiffusione da usare nel corso dell'esecuzione di particolari tipologie di esame in cui è richiesto l'uso della griglia antidiffusione, di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico.

3) Domanda

Nel Disciplinare di gara, Paragrafo 6 pagina 27, tra le caratteristiche migliorative premianti di cui alla Tabella 2 è presente (Rif. V10) anche il minimo di viaggi che gli operatori devono effettuare per portare l'apparecchio dall'automezzo alla casa del paziente. Si chiede di specificare se qualora una componente dell'apparecchio necessitasse di essere trasportata da due persone contemporaneamente, verranno conteggiati uno o due viaggi.

Risposta

Qualora un componente di un apparecchio necessitasse di essere trasportato da 2 (due) persone contemporaneamente sono conteggiati 2 (due) viaggi, uno per ciascun operatore addetto al trasporto, così da conteggiare i viaggi complessivamente fatti dagli operatori per il trasporto dell'apparecchiatura radiologica portatile, come indicato nel Disciplinare di gara, paragrafo 6 pagina 27, alla caratteristica di riferimento V10.

4) Domanda

Con riferimento al Paragrafo 4 del Capitolato Tecnico "Garanzia" si chiede di precisare se malfunzionamenti o danni causati agli apparecchi e all'automezzo da dolo, uso improprio o incuria (ivi comprese cadute accidentali) sono ricompresi nella garanzia, e quindi con costi di riparazione a carico dell'aggiudicatario, oppure no.

Risposta

Malfunzionamenti o danni causati agli apparecchi e all'automezzo da dolo, uso improprio o incuria, (ivi comprese cadute accidentali) non sono ricompresi nella garanzia. Pertanto, i costi della relativa riparazione non sono a carico dell'aggiudicatario, ma dell'Amministrazione contraente. Si rammenta, più in generale, che, secondo quanto previsto al par.4 del Capitolato tecnico, per ciascuna Apparecchiatura offerta è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per il buon funzionamento (art. 1512 c.c.).

Ogni altro termine di garanzia è da considerarsi escluso.

5) Domanda

Il peso dell'eventuale montascale per il trasporto dei colli all'abitazione del paziente va considerato nel peso complessivo dell'apparecchiatura radiologica?

Risposta

Il peso del saliscala motorizzato e degli idonei sistemi ad evitare lo sforzo di sollevamento - che devono essere offerti, come previsto al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, nel caso di elementi di peso superiore ai 25 Kg - non va considerato nel peso complessivo dell'apparecchiatura radiologica in configurazione da trasporto.

6) Domanda

Il peso dei dispositivi di protezione va considerato nel peso complessivo dell'apparecchiatura radiologica?

Risposta

Il peso dei dispositivi di protezione individuale, indicati nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, non va considerato nel calcolo del peso complessivo dell'apparecchiatura radiologica portatile.

7) Domanda

Il peso del PC portatile (nel caso in cui non sia integrato nell'unità radiologica) e delle apparecchiature informatiche e telematiche (stampante, ...) va considerato nel peso complessivo dell'apparecchiatura radiologica?

Risposta

Il peso delle attrezzature informatiche e telematiche, indicate nel paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico, non va considerato nel calcolo del peso complessivo dell'apparecchiatura radiologica portatile.

8) Domanda

Relativamente al par. 3.1, pag. 6 dell'Allegato 5 (Capitolato Tecnico), per "protezione del seno a fascia e pediatrico" si intende un dispositivo utilizzabile sia per proteggere il seno delle pazienti sia per proteggere i pazienti pediatrici? Oppure vanno previsti due diversi dispositivi di protezione per le due situazioni?

Risposta

Il fornitore è libero di offrire un dispositivo di protezione in grado di proteggere entrambi i soggetti o due distinti dispositivi, uno per il seno ed uno per pazienti pediatrici.

9) Domanda

I costi relativi alla sicurezza da indicare nell'offerta economica sono relativi a tutte le attività dell'azienda o vanno stimati per lo specifico progetto di radiologia domiciliare? In quest'ultimo caso, quali sono le linee guida o la circolare del Ministero del Lavoro da considerare per la stima dei suddetti costi?

Risposta

Relativamente al primo quesito si precisa che i costi relativi alla sicurezza da indicare nell'offerta economica vanno stimati per lo specifico appalto.

Relativamente al secondo quesito per la stima dei suddetti costi occorre tener conto dei costi per la sicurezza *ex lege* ovvero a titolo esemplificativo i costi per la formazione degli addetti aziendali impegnati nelle attività oggetto dell'appalto, per le dotazioni di sicurezza per tale personale, per le visite mediche, etc..

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)