

## **ALLEGATO 3 C TER**

### **MODULI REGISTRAZIONE PARAMETRI - PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE FUNZIONALI DI RADIOLOGIA**



**PARAMETRI DI ACQUISIZIONE  
LOTTO 1 - TELECOMANDATI DIGITALI DIRETTI**

Ditta: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

PROVA A - MISURE PRELIMINARI						
Fantoccio	Filtro	kV	DFD	mAs	Dose ( $\mu\text{Gy}$ ) (lettura dosimetro)	Dose ( $\mu\text{Gy}$ ) (stimata al detettore)
TOR CDR	1 mm Cu	70				
TO20	1.5 mm Cu	75				

PROVA D - FANTOCCIO TOR18FG				
	Campo di vista	fr/s	kV	mA
Campo massimo				
Ingrandimento massimo				

PROVA E - FANTOCCIO TO20				
	Campo di vista	fr/s	kV	mA
Campo massimo				
Ingrandimento massimo				

PROVA F - RATEO DI DOSE IN MODALITA' STANDARD		
$RD_{MS1}$ (mGy/min)	$RD_{MS2}$ (mGy/min)	$RD_{MS3}$ (mGy/min)



PROVA F - RATEO DI DOSE MASSIMO		
RD <sub>MAX1</sub> (mGy/min)	RD <sub>MAX2</sub> (mGy/min)	RD <sub>MAX3</sub> (mGy/min)

**Firma Tecnico Azienda concorrente**

---

**Firma Fisico Laboratorio incaricato**

---



**PARAMETRI DI ACQUISIZIONE  
LOTTO 2 - PORTATILI PER RADIOGRAFIA DIGITALI DIRETTI**

**Ditta:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

Prova A - Misure preliminari					
Fantoccio	Filtro	KV	DFD	mAs	Dose ( $\mu$ Gy)
TOR CDR	1 mm Cu	70			
TO20	1.5 mm Cu	75			

**Firma Tecnico Azienda concorrente**

\_\_\_\_\_

**Firma Fisico Laboratorio incaricato**

\_\_\_\_\_