

Allegato 4 B

Scheda riepilogativa dati - Lotto 1: Multifunzione per esami di routine

data

PROVA		Nome Fornitore 1	Nome Fornitore 2	Nome Fornitore 3
B1	<u>QUALITA' DELL'IMMAGINE CON FANTOCCIO TOR CDR - DETETTORE WIRELESS</u>			
1	<u>Risoluzione ad alto contrasto</u>	RS = <input type="text"/>	RS = <input type="text"/>	RS = <input type="text"/>
2	<u>Sensibilità ad alto contrasto</u>	ISA = <input type="text"/>	ISA = <input type="text"/>	ISA = <input type="text"/>
3	<u>Sensibilità a basso contrasto</u>	ISB = <input type="text"/>	ISB = <input type="text"/>	ISB = <input type="text"/>
B2	<u>QUALITA' DELL'IMMAGINE CON FANTOCCIO TOR CDR - DETETTORE FISSO</u>			
1	<u>Risoluzione ad alto contrasto</u>	RS = <input type="text"/>	RS = <input type="text"/>	RS = <input type="text"/>
2	<u>Sensibilità ad alto contrasto</u>	ISA = <input type="text"/>	ISA = <input type="text"/>	ISA = <input type="text"/>
3	<u>Sensibilità a basso contrasto</u>	ISB = <input type="text"/>	ISB = <input type="text"/>	ISB = <input type="text"/>
C1	<u>QUALITA' DELL'IMMAGINE CON FANTOCCIO TO20 - DETETTORE WIRELESS</u>	FCD = <input type="text"/>	FCD = <input type="text"/>	FCD = <input type="text"/>
C2	<u>QUALITA' DELL'IMMAGINE CON FANTOCCIO TO20 - DETETTORE FISSO</u>	FCD = <input type="text"/>	FCD = <input type="text"/>	FCD = <input type="text"/>
D	<u>DOSE IN CUTE PER ESAME STANDARD</u>			
D1	<u>DETETTORE WIRELESS - ADDOME</u>	IOD <sub>AS</sub> = <input type="text"/>	IOD <sub>AS</sub> = <input type="text"/>	IOD <sub>AS</sub> = <input type="text"/>

Allegato 4 B  
Scheda riepilogativa dati - Lotto 1: Multifunzione per esami di routine

data

PROVA		Nome Fornitore 1	Nome Fornitore 2	Nome Fornitore 3
D2	<u>DETEETTORE FISSO - TORACE PA</u>	IOD <sub>TS</sub> = <div></div>	IOD <sub>TS</sub> = <div></div>	IOD <sub>TS</sub> = <div></div>

Firma del Responsabile del  
Laboratorio incaricato

Allegato 4 B

Scheda riepilogativa dati - Lotto 2: Multifunzione per esami del torace

data

PROVA		Nome Fornitore 1	Nome Fornitore 2	Nome Fornitore 3
B	<u>QUALITA' DELL'IMMAGINE CON FANTOCCIO TOR CDR</u>			
1	<u>Risoluzione ad alto contrasto</u>	RS = <input type="text"/>	RS = <input type="text"/>	RS = <input type="text"/>
2	<u>Sensibilità ad alto contrasto</u>	ISA = <input type="text"/>	ISA = <input type="text"/>	ISA = <input type="text"/>
3	<u>Sensibilità a basso contrasto</u>	ISB = <input type="text"/>	ISB = <input type="text"/>	ISB = <input type="text"/>
C	<u>QUALITA' DELL'IMMAGINE CON FANTOCCIO TO 20</u>	FCD = <input type="text"/>	FCD = <input type="text"/>	FCD = <input type="text"/>
D	<u>DOSE IN CUTE PER ESAME TORACE PA</u>	IOD <sub>TS</sub> = <input type="text"/>	IOD <sub>TS</sub> = <input type="text"/>	IOD <sub>TS</sub> = <input type="text"/>

Firma del Responsabile del  
Laboratorio incaricato

\_\_\_\_\_