

CAPITOLATO TECNICO

ASTA DIGITALE PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI CARDIACI ESTERNI (ID 2510) NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ – APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA	3
2.1. Oggetto	3
3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	3
3.1. Caratteristiche tecniche minime e requisiti di conformità dei dispositivi	3
3.2. Componenti accessorie	4
3.3. Componenti opzionali	4
3.3.1. Formazione BLS (Basic Life Support and Defibrillation) per operatori laici	4
4. MODALITÀ E GESTIONE DELLA FORNITURA	4
4.1. Trasporto e consegna dei dispositivi	5
4.2. Verifica di conformità.....	5
4.3. Garanzia e manutenzione	5

1. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Defibrillatori Cardiaci Esterni in favore delle Amministrazioni deleganti indicate nella tabella di cui all'Appendice 1 al presente documento.

Nel corpo del Capitolato Tecnico con il termine:

- **"Fornitore"**: si intende l'Impresa aggiudicataria di ciascun lotto della presente gara;
- **"Amministrazione/i" o "Amministrazione/i delegante/i"**: si intende ciascuna singola Amministrazione delegante indicata nella tabella di cui all'Appendice 1;
- **"Dispositivo" o "DAE"**: si intendono i Defibrillatori Cardiaci Esterni da fornire, come meglio descritti nel presente documento;
- **"Garanzia"**: si intende il servizio di assistenza, manutenzione e sostituzione dei materiali consumabili connesso alla fornitura per la durata di 8 anni dalla consegna di ciascuna fornitura;
- **"Giorni lavorativi"**: si intende tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi.

2. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA

2.1. Oggetto

La presente iniziativa ha ad oggetto la fornitura di:

- ✓ **Defibrillatori Cardiaci Esterni (comprensivi delle relative componenti accessorie descritte al successivo paragrafo 3.2);**
- ✓ **Eventuali componenti opzionali (descritte al successivo paragrafo 3.3);**

secondo quanto indicato per ciascuna Amministrazione delegante nell'Appendice 1.

3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

3.1. Caratteristiche tecniche minime e requisiti di conformità dei dispositivi

Le **caratteristiche tecniche minime** dei dispositivi, per ciascun lotto, sono riportate nell'Appendice 1 al presente documento.

In aggiunta a quanto sopra, tutti i dispositivi devono essere nuovi di fabbrica, non ricondizionati in alcuna componente, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche descritte nel presente documento.

Di seguito vengono indicati i **requisiti di conformità** cui devono necessariamente rispondere i dispositivi offerti nell'ambito di tutti i lotti:

- I Defibrillatori Cardiaci Esterni offerti dovranno essere registrati nel sistema Banca Dati (BD/RDM) dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 46/1997 e s.m.i. ed essere conformi alle normative vigenti (Direttiva 93/42 CEE e s.m.i., per i dispositivi medici, normative CEI e UNI), alle disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei dispositivi medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori;
- I dispositivi dovranno, inoltre, essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.

3.2. Componenti accessorie

Ciascun Defibrillatore Cardiaco Esterno deve comprendere le seguenti componenti accessorie, che dovranno rispettare le caratteristiche minime di seguito riportate:

- **manualistica tecnica** completa in lingua italiana e/o inglese, in formato elettronico o disponibile su web, edita dal produttore;
- **borsa di trasporto con maniglia**, compatibile con il DAE offerto;
- **kit di primo soccorso** contenente gli elementi essenziali per le operazioni di rianimazione, ivi inclusa 1 pocket mask (es. rasoio, forbici taglia tessuti, salviette disinfettanti, guanti di protezione);
- **segnaletica**, conforme agli standard internazionali, per indicare la presenza del DAE e necessaria per dirigere il soccorritore al punto di installazione;
- **teche di alloggiamento a muro** di dimensioni compatibili con il DAE offerto. Per il dettaglio delle caratteristiche tecniche minime delle teche richieste per ciascun lotto, si rimanda all'Appendice 1 al presente documento.

Tutte le componenti accessorie saranno incluse nel prezzo del Defibrillatore Cardiaco Esterno medesimo.

3.3. Componenti opzionali

Laddove richieste per lo specifico lotto, secondo quanto indicato nella tabella di cui all'Appendice 1 del presente documento, le componenti opzionali devono rispettare le caratteristiche minime riportate nel seguente paragrafo.

Le componenti opzionali, ove richieste per lo specifico lotto così come indicato nella tabella di cui alla successiva Appendice 1, saranno oggetto di quotazione separata rispetto ai Defibrillatori Cardiaci Esterni.

3.3.1. Formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per operatori laici

I corsi dovranno essere svolti da enti accreditati a livello regionale e dovranno essere condotti da medici, infermieri o personale non sanitario abilitato all'insegnamento delle manovre di rianimazione e utilizzo del DAE.

La formazione BLSD erogata dal fornitore dovrà rispettare la disciplina dettata dai decreti e dalle leggi regionali, ivi incluse le ratio imposte in ordine ai rapporti numerici docente - partecipanti.

I corsi saranno svolti su tutto il territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'Appendice 2, presso le sedi messe a disposizione dal fornitore, ove non diversamente concordato tra le parti.

Ciascuna sessione formativa dovrà svolgersi in un'unica giornata e dovrà prevedere una parte teorica, una parte pratica e il rilascio di apposito attestato di completamento del corso.

I corsi dovranno tenersi in giorni concordati, dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 10:30 alle 18:00.

L'Amministrazione e il fornitore dovranno concordare il numero di partecipanti per ciascuna sessione (minimo 6 partecipanti per sessione), la data e l'orario dei corsi almeno 30 gg solari prima della data di svolgimento degli stessi.

4. MODALITÀ E GESTIONE DELLA FORNITURA

I servizi descritti nel presente capitolo sono connessi alla fornitura dei Defibrillatori Cardiaci Esterni e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo dei dispositivi.

Le modalità di esecuzione di tali servizi sono indicate di seguito, fatta eccezione per modalità richieste per specifici lotti, secondo quanto riportato nell'Appendice 1.

4.1. Trasporto e consegna dei dispositivi

I Defibrillatori Cardiaci Esterni, già predisposti con il relativo software installato, dovranno essere trasportati e consegnati a cura e spese del Fornitore nei luoghi indicati nella tabella di cui all'Appendice 2, e secondo le tempistiche previste nella tabella di cui all'Appendice 1, in funzione del lotto di riferimento.

I locali presso cui effettuare la consegna saranno indicati dall'Amministrazione contestualmente alla stipula del contratto.

La consegna dovrà riguardare i dispositivi principali (DAE) corredati delle componenti accessorie.

I dispositivi consegnati dovranno essere già pronti all'uso.

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore nel quale dovranno essere riportati: la data o le date dell'avvenuta consegna, estremi del DDT (Documento di trasporto) di consegna, il numero dei dispositivi oggetto del verbale di consegna. La consegna potrà essere comprovata attraverso un DDT controfirmato dal destinatario indicante la data di avvenuta consegna, prova di consegna (POD) o Tracking informatico del vettore dal quale sia desumibile la data di avvenuta consegna.

4.2. Verifica di conformità

Con riferimento alla fornitura oggetto dell'appalto, ciascuna Amministrazione delegante procederà ad effettuare la verifica di conformità al fine di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Amministrazione verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.

Nel caso in cui all'atto della consegna l'Amministrazione rilevi che la quantità dei dispositivi sia inferiore alla quantità concordata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà provvedere ad integrare la richiesta in questione: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna di cui al Contratto, fino al raggiungimento del quantitativo mancante.

Eventuali quantità consegnate in eccesso non verranno accettate dalle Amministrazioni.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità quantitativa relativamente a ciascuna consegna, la data di ricezione verrà considerata quale "Data di consegna della fornitura", salvo diverso accordo tra le parti.

L'Amministrazione procederà a verificare la conformità qualitativa dei dispositivi, anche in una fase successiva alla consegna, e qualora rilevi difformità nei dispositivi forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione di una comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione, i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto offerto e richiesto, pena l'applicazione delle penali di cui al Contratto.

Per i prodotti ritirati dal Fornitore che siano stati già fatturati, lo stesso è tenuto all'emissione di una nota di credito, che dovrà riportare indicazioni della fattura a cui fa riferimento la fornitura.

Le Amministrazioni deleganti potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.

4.3. Garanzia e manutenzione

Con l'acquisto dei dispositivi, l'Amministrazione acquisisce il servizio di garanzia per un periodo di 8 anni a partire dalla data di consegna. **Il costo del servizio è incluso nel prezzo di acquisto dei dispositivi.**

Per tutto il periodo di validità della suddetta garanzia, il fornitore dovrà garantire la sostituzione dei materiali consumabili (batterie ed elettrodi) al termine della loro vita utile (sia per avvenuto utilizzo che per sopravvenuta scadenza temporale) senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione. Il fornitore, inoltre, dovrà assicurare l'aggiornamento gratuito del software per il medesimo periodo.

Eventuali richieste di informazioni ed assistenza potranno essere effettuate via telefono o via e-mail, ai recapiti indicati dal Fornitore.

Apertura del ticket, via telefono, e-mail

Entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta di intervento, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione:

- un numero progressivo di chiamata, identificativo della richiesta di intervento (ticket);
- la data e l'ora di ricezione della richiesta;
- la data e l'ora stimate per l'eventuale intervento dell'operatore on-site per la risoluzione della problematica evidenziata, fatto salvo il termine per la rimozione del malfunzionamento.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata con lo stesso mezzo adottato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta di intervento (telefono o e-mail).

I termini di erogazione del servizio decorreranno dall'ora di ricezione della richiesta di intervento.

Chiusura della chiamata

A fronte della risoluzione del problema che ha generato la chiamata, la chiusura della chiamata dovrà essere comunicata dal Fornitore al referente dell'Amministrazione contraente che ha fatto la richiesta di intervento; tale comunicazione dovrà avvenire sempre via e-mail.

Il servizio di manutenzione consiste nell'erogare assistenza, da remoto o on-site, ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti e al ripristino dell'operatività dei dispositivi.

Il servizio deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di consegna della fornitura per tutto il periodo di validità della garanzia. Gli interventi di manutenzione dovranno essere richiesti dall'Amministrazione al Fornitore secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo. I termini di erogazione del servizio decorreranno dall'ora di ricezione della richiesta di intervento.

Con malfunzionamento del dispositivo si fa riferimento a eventuali anomalie segnalate dal dispositivo non risolvibili autonomamente dall'Amministrazione e/o ogni difformità del prodotto dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

Il Fornitore è obbligato a ripristinare l'operatività del dispositivo, mediante l'eliminazione del malfunzionamento o la sostituzione del dispositivo con altro equivalente, entro il termine di 15 giorni solari dalla presa in carico della richiesta di intervento, a meno di differenti accordi con l'Amministrazione interessata, pena l'applicazione delle penali di cui al Contratto.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato (ticket), il numero seriale del dispositivo, la data e l'ora di apertura della chiamata, il numero dell'intervento, la data e l'ora dell'intervento, la data e l'ora dell'avvenuto ripristino delle funzionalità del dispositivo (o del termine intervento).

I dettagli relativi ad ogni singolo intervento dovranno essere documentati, su richiesta dell'Amministrazione, tramite opportuni report da inviare all'Amministrazione stessa, in forma di foglio elettronico.

Il fornitore dovrà garantire in ogni caso la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione secondo quanto previsto dall'art.266 del D.Lgs. 152/06.

APPENDICE 1

Caratteristiche della fornitura

Nell'ambito della presente Appendice, viene riportato, per ciascun lotto, il dettaglio di:

- informazioni relative alle quantità, modi e tempi di consegna, caratteristiche specifiche di ciascun Defibrillatore Cardiaco Esterno;
- componenti accessorie richieste, ove non dettagliate nei precedenti paragrafi (da considerarsi incluse nel prezzo dei DAE);
- componenti opzionali (oggetto di quotazione separata rispetto ai DAE).

Tutto quanto indicato nella presente Appendice, **deve considerarsi quale caratteristica tecnica minima richiesta per la fornitura nell'ambito del lotto di riferimento**, fermo restando quanto previsto ai capitoli 3 e 4 del Capitolato Tecnico.

1. Caratteristiche generali

Nella seguente tabella, vengono riportate le informazioni generali concernenti le caratteristiche minime della fornitura richieste per ciascun lotto:

Lotto	1	2	3
Amministrazione	Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	Ministero dell'Economia e delle Finanze – DAG	Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Quantità di DAE richiesta	6.339	208	450
Luogo di consegna	Intero territorio nazionale (si veda Appendice 2)	Intero territorio nazionale (si veda Appendice 2)	Roma (presso un'unica sede di consegna, comunicata in fase di stipula)
Tempi di consegna	<ul style="list-style-type: none">• Prima tranche: 968 DAE, entro 30 giorni dalla stipula• Seconda tranche: 1.197 DAE, entro il primo semestre 2023• Terza tranche: 1.402 DAE, entro il primo semestre 2024• Quarta tranche: 1.397 DAE, entro il primo semestre 2025• Quinta tranche: 1.375 DAE, entro il primo semestre 2026	Entro 30 giorni dalla stipula	<ul style="list-style-type: none">• Prima tranche: 150 DAE, entro 30 giorni dalla stipula• Seconda tranche: 150 DAE, entro il primo semestre 2023• Terza tranche: 150 DAE, entro il primo semestre 2024
Dispositivo principale (DAE)			
1. Tipologia	Defibrillatore Cardiaco Esterno Semiautomatico destinato all'utilizzo da parte di utenza laica		
2. Peso (Kg)	Peso del dispositivo completo di batteria ed elettrodi non superiore a 2,6 kg		
3. Indice di protezione (IP)	Grado di protezione del dispositivo da agenti esterni, ai sensi dello standard internazionale IEC/EN 60529 pari almeno a IP 54		
4. Garanzia	Durata della garanzia pari a 8 anni		
5. Modalità di erogazione della scarica	Onda bifasica esponenziale troncata, correlata all'impedenza del paziente		
6. Istruzioni vocali	Presenza di istruzioni verbali in lingua italiana che accompagnino il soccorritore durante la rianimazione		
7. Funzione di supporto alla manovra di rianimazione cardiopolmonare	Presenza di metronomo integrato conforme alle linee guida ILCOR/ERC (frequenza delle compressioni compresa tra 100 e 120 bpm) e/o feedback sulle compressioni toraciche		
8. Funzione pediatrica	Possibilità di utilizzare il defibrillatore anche su soggetti di peso inferiore ai 25 kg attraverso piastre dedicate o specifico selettore che permetta il cambio di modalità adulto – bambino		

9. Funzione di registrazione degli eventi	Capacità di memoria degli eventi su memoria interna e/o removibile
10. Self test automatico	Funzione di self test automatico almeno settimanale per la verifica delle batterie
11. Segnale di corretto funzionamento	Presenza di indicatore led luminoso o altra tipologia di segnale visivo che indichi il corretto funzionamento del defibrillatore
12. Potenza della scarica	Valore massimo di erogazione della scarica pari almeno a 200 Joule
13. Tempo di caricamento dello shock	Meno di 15 secondi dall'accensione per la scarica di 200 Joule, con batteria inclusa, escluso il tempo dell'analisi
Consumabili (Batterie ed elettrodi)	
14. Capacità batteria	Durata di almeno 36 mesi in condizioni di stand by e almeno 50 scariche a 200 Joule
15. Validità consumabili	Almeno 24 mesi
16. Tipologia piastre	Piastre monouso per adulto e bambino (sono ammesse sia piastre differenti che uniche), autoadesive e con gel conduttivo
17. Lunghezza del cavo	Almeno 100 cm

Componenti accessorie: Teche			
Lotto	1 - Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	2 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – DAG	3 - Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Teche	Teche di alloggiamento a muro compatibili per uso interno ed esterno, nonché resistenti agli agenti atmosferici e alle polveri, di dimensioni idonee con il DAE offerto con apposito adesivo recante i numeri da contattare in caso di anomalie.	Teche di alloggiamento a muro per uso interno di dimensioni compatibili con il DAE offerto con appositi adesivi personalizzabili su richiesta e secondo le indicazioni dell'Amministrazione.	Teche di alloggiamento a muro per uso interno di dimensioni compatibili con il DAE offerto.

Componenti opzionali: Formazione BLS all'utilizzo del DAE			
Lotto	1 - Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	2 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – DAG	3 - Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
N°Utenti dell'Amministrazione da formare	-	620	-
Luogo di erogazione dei corsi	-	Intero territorio nazionale (si veda Appendice 2)	-
Tempi di erogazione della formazione	-	Entro 6 mesi dalla stipula	-

APPENDICE 2

Sedi di consegna dei DAE e delle componenti accessorie (par.3.2) Lotto 1 - Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

	Numero di Defibrillatori				
Città di consegna/Anno	2022	2023	2024	2025	2026
Ancona	20	50	49	67	29
Bari	20	46	99	47	56
Bologna	70	150	70	103	100
Bolzano (2 sedi)	11	10	41	60	29
Cagliari	60	60	100	50	49
Campobasso	7	0	0	0	0
Carbonia - Iglesias	7	0	0	0	0
Catanzaro	100	147	75	70	63
Chieti	3	0	4	0	0
Firenze	10	40	80	160	80
Genova	10	28	60	30	23
Gorizia	4	0	0	0	0
L'Aquila	30	40	41	7	0
Livorno	7	0	7	0	0
Milano	100	55	114	106	162
Napoli	80	150	150	150	120
Padova	15	34	60	127	150
Palermo	30	50	142	173	205
Perugia	10	34	47	31	42
Potenza	20	57	34	65	128
Reggio Calabria	12	3	3	0	2
Rieti	12	0	0	0	0
Roma (9 sedi)	164	133	120	80	104
Taranto	5	0	6	0	0
Torino (2 sedi)	104	50	86	71	33
Udine	50	60	12	0	0
Vicenza	7	0	2	0	0
Totale	968	1.197	1.402	1.397	1.375

Per ciascuna città indicata, ove non diversamente previsto, la consegna avverrà presso un'unica sede.

Sedi di consegna dei DAE e delle componenti accessorie (par.3.2)
Lotto 2 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – DAG

Città di consegna	Numero di Defibrillatori
Agrigento (2 sedi)	2
Alessandria (2 sedi)	2
Ancona (2 sedi)	2
Aosta	2
Arezzo (2 sedi)	2
Ascoli Piceno	2
Asti (2 sedi)	2
Avellino (2 sedi)	2
Bari (2 sedi)	2
Belluno (2 sedi)	2
Benevento	2
Bergamo (2 sedi)	2
Biella	1
Bologna (3 sedi)	3
Bolzano	2
Brescia	1
Brindisi (2 sedi)	2
Cagliari (2 sedi)	2
Caltanissetta (2 sedi)	2
Campobasso (3 sedi)	3
Caserta	2
Catania (2 sedi)	2
Catanzaro (2 sedi)	2
Chieti (2 sedi)	2
Como (2 sedi)	2
Cosenza (2 sedi)	2
Cremona (2 sedi)	2
Crotone	1
Cuneo	2
Enna	1
Ferrara	2
Firenze (3 sedi)	3
Foggia (2 sedi)	2
Forlì	2
Frosinone (2 sedi)	2
Genova (2 sedi)	2
Gorizia	2
Grosseto (2 sedi)	2
Imperia	2
Isernia (2 sedi)	2
La Spezia	1
L'Aquila (2 sedi)	2
Latina	2
Lecce (2 sedi)	2
Lecco	1

Città di consegna	Numero di Defibrillatori
Livorno	2
Lodi	1
Lucca (2 sedi)	2
Macerata	1
Mantova	2
Massa Carrara	1
Matera (2 sedi)	2
Messina (2 sedi)	3
Milano (2 sedi)	4
Modena (2 sedi)	2
Napoli (3 sedi)	4
Novara (2 sedi)	2
Nuoro (2 sedi)	2
Oristano (2 sedi)	2
Padova (2 sedi)	2
Palermo (3 sedi)	4
Parma (2 sedi)	2
Pavia	2
Perugia (2 sedi)	2
Pesaro (2 sedi)	2
Pescara	2
Piacenza	1
Pisa (2 sedi)	2
Pistoia	1
Pordenone	2
Potenza (2 sedi)	2
Prato	1
Ragusa (2 sedi)	2
Ravenna	1
Reggio Calabria (3 sedi)	4
Reggio Emilia	1
Rieti	2
Rimini	1
Roma (6 sedi)	6
Rovigo (3 sedi)	3
Salerno (2 sedi)	2
Sassari (2 sedi)	2
Savona	2
Siena (2 sedi)	2
Siracusa (2 sedi)	2
Sondrio (2 sedi)	2
Taranto (3 sedi)	3
Teramo	2
Terni	1
Torino (2 sedi)	3
Trapani (2 sedi)	2
Trento	3
Treviso (3 sedi)	3

Città di consegna	Numero di Defibrillatori
Trieste (2 sedi)	2
Varese	2
Venezia (2 sedi)	3
Verbano-Cusio-Ossola	1
Vercelli (2 sedi)	2
Verona (2 sedi)	2
Vibo Valentia	1
Vicenza (2 sedi)	2
Viterbo (2 sedi)	2
Totale	208

Per ciascuna città indicata, ove non diversamente previsto, la consegna avverrà presso un'unica sede.

Sedi di erogazione della formazione (par.3.3)
Lotto 2 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – DAG

Regione	N° discenti
Abruzzo	14
Basilicata	10
Calabria	24
Campania	48
Emilia Romagna	43
Friuli Venezia Giulia	15
Lazio	39
Liguria	21
Lombardia	71
Marche	21
Molise	11
Piemonte	47
Puglia	46
Sardegna	23
Sicilia	62
Toscana	50
Trentino Alto Adige	12
Umbria	13
Valle d'Aosta	5
Veneto	45
Totale	620