

PROVA 1-N					
DITTA	PMMA	Modalità	HCR	HCR <sub>Norm</sub>	C <sub>2.1</sub> (1-N-HCR)
1	16	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
2	16	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
3	16	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
4	16	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			

	campi da compilare
	campo elaborato automaticamente
	campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara

Data: \_\_\_\_\_

PROVA 2-N					
DITTA	PMMA	Modalità	LCR	LCR <sub>Norm</sub>	C <sub>2.2</sub> (2-N-LCR)
1	16	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
2	16	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
3	16	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
4	16	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			

		campi da compilare
		campo elaborato automaticamente
		campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara

Data: \_\_\_\_\_

PROVA 3-N					
DITTA	PMMA	Modalità	ESAKR	ESAKR <sub>Norm</sub>	C <sub>2.3</sub> (3-N-ESAK)
1	16	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
2	16	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
3	16	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
4	16	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			

		campi da compilare
		campo elaborato automaticamente
		campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara

Data: \_\_\_\_\_

PROVA 4-N					
DITTA	PMMA	Modalità	FOM	FOM <sub>TOT</sub>	C <sub>2,4</sub> (4-N-FOM)
1	16	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
2	16	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
3	16	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
4	16	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			

		campi da compilare
		campo elaborato automaticamente
		campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara

Data: \_\_\_\_\_

PROVA 5-N						
DITTA	Modalità	RK <sub>AC</sub>	RK <sub>EC</sub>	NormRK <sub>AC</sub>	NormRK <sub>EC</sub>	C <sub>2.5</sub> (5-N-RK)
1	Angiografia cerebrale diagnostica		X		X	
	Embolizzazione di aneurisma cerebrale	X		X		
2	Angiografia cerebrale diagnostica		X		X	
	Embolizzazione di aneurisma cerebrale	X		X		
3	Angiografia cerebrale diagnostica		X		X	
	Embolizzazione di aneurisma cerebrale	X		X		
4	Angiografia cerebrale diagnostica		X		X	
	Embolizzazione di aneurisma cerebrale	X		X		

	campi da compilare
	campo elaborato automaticamente
	campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara

Data: \_\_\_\_\_

PROVA 1-A					
DITTA	PMMA	Modalità	HCR	HCR <sub>Norm</sub>	C <sub>2.6</sub> (1-A-HCR)
1	20	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	24	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	30	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
2	20	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	24	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	30	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
3	20	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	24	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	30	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
4	20	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	24	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	30	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			

	campi da compilare
	campo elaborato automaticamente
	campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara


Data: \_\_\_\_\_

PROVA 2-A					
DITTA	PMMA	Modalità	LCR	LCR <sub>Norm</sub>	C <sub>2.7</sub> (2-A-LCR)
1	20	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	24	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	30	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
2	20	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	24	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	30	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
3	20	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	24	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	30	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
4	20	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	24	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	30	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			

	campi da compilare
	campo elaborato automaticamente
	campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara

Data: \_\_\_\_\_

PROVA 3-A					
DITTA	PMMA	Modalità	ESAKR o ESAK/im	ESAK <sub>Norm</sub>	C <sub>2.8</sub> (3-A-ESAK)
1	20	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	24	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	30	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
2	20	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	24	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	30	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
3	20	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	24	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	30	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
4	20	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	24	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	30	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			



campi da compilare

campo elaborato automaticamente

campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara

Data: \_\_\_\_\_



PROVA 4-A					
DITTA	PMMA	Modalità	FOM	FOM <sub>Norm</sub>	C <sub>2.9</sub> (4-A-FOM)
1	20	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	24	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	30	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
2	20	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	24	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	30	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
3	20	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	24	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	30	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
4	20	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	24	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			
	30	Fluoroscopia bassa dose			
		Fluoroscopia normale			
		Fluorografia non sottrattiva			
		Fluorografia non sottrattiva protocollo a bassa dose			

	campi da compilare
	campo elaborato automaticamente
	campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara

Data: \_\_\_\_\_

PROVA 5-A						
DITTA	Modalità	RK <sub>AI</sub>	RK <sub>EE</sub>	NormRK <sub>AI</sub>	NormRK <sub>EE</sub>	C <sub>2.10</sub> (5-A-RK)
1	Angiografia arti inferiori		X		X	
	Chemioembolizzazione	X		X		
2	Angiografia arti inferiori		X		X	
	Chemioembolizzazione	X		X		
3	Angiografia arti inferiori		X		X	
	Chemioembolizzazione	X		X		
4	Angiografia arti inferiori		X		X	
	Chemioembolizzazione	X		X		



campi da compilare



campo elaborato automaticamente



campo elaborato automaticamente, da usare a cura della commissione di gara

Data: \_\_\_\_\_