

APPENDICE 1

RELATIVO AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E DI SERVIZI RELATIVI AGLI AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI

CRITERI TABELLARI

ID 1438

STORIA DEL DOCUMENTO

Nel corso della vigenza del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche “SDAPA”) per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni nel seguito dettagliate.

DATA PUBBLICAZIONE	VERSIONE	DESCRIZIONE	PARAGRAFI MODIFICATI/INTEGRATI
Marzo 2017	1.0	Prima Emissione	-

1. CRITERI TABELLARI

1.1 CATEGORIA MERCEOLOGICA: AUSILI PER LA MOBILITÀ E PER LA CASA

Nella Tabella sottostante sono riportati i macro criteri che potranno essere utilizzati dalle Stazioni Appaltanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici di natura tabellare.

Tipologia ausilio	Macro criterio
Ausili per evacuazione	Portata dell'ausilio
	Materiale delle guide del supporto WC
	Tipologia di sedile (asportabile o meno)
	Tipologia di schienale e seduta
	Tipologia di braccioli
	Accessibilità al WC
Ausili per la deambulazione utilizzati con due braccia	Portata dell'ausilio
	Sistema di graduazione
	Presenza di un sistema a innesto rapido o simile per apertura/chiusura
	Tipologia di impugnatura
	Diametro delle ruote
	Presenza sostegno dorsale
	Presenza cestino o borsa porta oggetti

Classificazione Consip Public

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili - ID 1438

Appendice 1 – Criteri tabellari

Tipologia ausilio	Macro criterio
Carrozine	Portata dell'ausilio
	Tipologia di foro di evacuazione
	Tipologia di braccioli
	Accessibilità al WC
	Tipologia di rivestimento
	Tipologia di poggiapolpacci
	Diametro delle ruote
Ausili per il sollevamento (Sollevapersone)	Altezza della base
	Portata dell'ausilio
	Sistemi di sicurezza per il sollevamento di pesi superiori alla portata massima
	Velocità della discesa
	Sollevatore smontabile o ribaltabile
	Tipologia di struttura
	Sicurezza antischiacciamento
	Tipologia carica batterie e indicatore autonomia batteria
	Tipologia di imbracatura

Tipologia ausilio	Macro criterio
	Misure dell'imbracatura
Letti	Tipologia di testata e pediera
	Tipologia di manovelle
	Tipologia di rete ortopedica
	Variazione di altezza rete letto
	Tipologia del fondo del letto
	Presenza batteria tampone
Apparecchiature di sollevamento (Montascale)	Tipologia batteria e indicatore autonomia
	Peso montascale
	Portata dell'ausilio
	Presenza di ruote ausiliarie
	Montascale smontabile
	Tipologia carica batteria
	Spazio di manovra
	Tipologia riduzione montascale
	Accessori per l'adattamento a tutte le carrozzine

Tipologia ausilio	Macro criterio
	Regolazione posizione di comando del montascale
Cuscini antidecubito	Portata dell'ausilio
	Misura degli spessori (di fibra, del gel superiore)
	Numerosità differenti misure
	Tipologia fodera di ricambio
	Tipologia materiale espanso viscoelastico
	Presenza di un sistema di stabilizzazione del gel
	Numerosità spessori
	Sistema di controllo
Materassi antidecubito	Misura degli spessori (di strato, del materiale plastico, del materasso, della superficie ad aria)
	Densità
	Portanza
	Tipologia di superficie
	Tipologia bordi laterali
	Tipologia materiale espanso viscoelastico
	Tipologia di compressore

Tipologia ausilio	Macro criterio
	Rumorosità compressore

1.2 CATEGORIA MERCEOLOGICA: AUSILI ASSORBENTI PER L'INCONTINENZA

Nella Tabella sottostante sono riportati i macro criteri che potranno essere utilizzati dalle Stazioni Appaltanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici di natura tabellare.

Tipologia ausilio	Macro criterio
Pannolone a mutandina	Velocità di assorbimento
	Rilascio di umidità (Rewet)
	Capacità specifica di assorbimento
	Capacità totale di assorbimento
	Test manichino velocità di acquisizione
	Test manichino rilascio di umidità (Rewet)
Pannolone con sistema a cintura	Indicatore di cambio (umidità)
	Velocità di assorbimento
	Rilascio di umidità (Rewet)
	Capacità specifica di assorbimento
	Capacità totale di assorbimento
	Test manichino velocità di acquisizione
	Test manichino rilascio di umidità (Rewet)
Pannolone anatomico sagomato	Velocità di assorbimento

Classificazione Consip Public

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili - ID 1438

Tipologia ausilio	Macro criterio
	Rilascio di umidità (Rewet)
	Capacità specifica di assorbimento
	Capacità totale di assorbimento
	Test manichino velocità di acquisizione
	Test manichino rilascio di umidità (Rewet)
Pannolone rettangolare	Velocità di assorbimento
	Rilascio di umidità (Rewet)
	Capacità specifica di assorbimento
	Capacità totale di assorbimento
Traverse assorbenti	Superficie tampone assorbente

1.3 CATEGORIA MERCEOLOGICA: SERVIZIO RELATIVO AGLI AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI

Nella Tabella sottostante sono riportati i macro criteri che potranno essere utilizzati dalle Stazioni Appaltanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici di natura tabellare.

Macro criterio
Tempi di avvio del servizio di ricevimento e consegna degli ausili nuovi
Tempi di avvio del servizio di ritiro, sanificazione e riconsegna degli ausili di riciclo
Tempi di ritiro e consegna dei dispositivi dal domicilio del paziente