

APPENDICE 1

**RELATIVO AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N.
50/2016 PER LA FORNITURA DI ENDOPROTESI ORTOPEDICHE E
SISTEMI DI OSTEOSINTESI**

CRITERI TABELLARI

ID 1721

STORIA DEL DOCUMENTO

Nel corso della vigenza del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche “SDAPA”) per la fornitura di endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni nel seguito dettagliate.

| DATA PUBBLICAZIONE | VERSIONE | DESCRIZIONE | PARAGRAFI MODIFICATI/INTEGRATI |
|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|
| Marzo 2017 | 1.0 | Prima Emissione | - |
| | | | |

1. CRITERI TABELLARI

1.1 CATEGORIA MERCEOLOGICA: PROTESI D'ANCA

Nella Tabella sottostante sono riportati i macro criteri che potranno essere utilizzati dalle Stazioni Appaltanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici di natura tabellare.

| Tipologia di impianto tipo | Macro criterio |
|----------------------------|---|
| Impianto primario totale | Cotile preassemblato o modulare - Dimensione –Numero totale di diametri esterni disponibili |
| | Cotile modulare - Dimensione – Numero totale di diametri interni disponibili |
| | Stelo Femorale – Numero totale di misure disponibili |
| | Testa Femorale – Numero totale di diametri esterni disponibili |
| | Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard – Numero totale di taglie disponibili |
| | Presenza del codice a barre sull'etichetta del DM |
| | Presenza del DM nel Dizionario RIAP - DM |
| | Apertura a "V" prima busta contenente il prodotto |
| | Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti |
| Impianto primario parziale | Stelo Femorale – Numero totale di misure disponibili |
| | Testa Femorale – Numero totale di diametri esterni disponibili |
| | Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard – Numero totale di taglie disponibili |
| | Presenza del codice a barre sull'etichetta del DM |

Classificazione Consip Public

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Endoprotesi Ortopediche e Sistemi di Osteosintesi – ID 1721

Appendice 1 – Criteri tabellari

| Tipologia di impianto tipo | Macro criterio |
|---------------------------------|---|
| | Presenza del DM nel Dizionario RIAP - DM |
| | Apertura a “V” prima busta contenente il prodotto |
| | Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti |
| Impianto di revisione | Cotile preassemblato o modulare - Dimensione – Numero totale di diametri esterni disponibili |
| | Cotile modulare - Dimensione – Numero totale di diametri interni disponibili |
| | Stelo Femorale – Numero totale di misure disponibili |
| | Testa Femorale – Numero totale di diametri esterni disponibili |
| | Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard – Numero totale di taglie disponibili |
| | Presenza del codice a barre sull’etichetta del DM |
| | Presenza del DM nel Dizionario RIAP - DM |
| | Apertura a “V” prima busta contenente il prodotto |
| | Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti |
| Impianto di rivestimento | Componente acetabolare - Dimensione – Numero totale di diametri esterni disponibili |
| | Componente acetabolare - Dimensione – Numero totale di diametri interni disponibili |
| | Calotta – Numero totale di diametri esterni disponibili |
| | Pin – Numero totale di lunghezze disponibili |

| Tipologia di impianto tipo | Macro criterio |
|-------------------------------------|--|
| | Presenza del codice a barre sull'etichetta del DM |
| | Presenza del DM nel Dizionario RIAP - DM |
| | Apertura a "V" prima busta contenente il prodotto |
| | Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti |
| Impianto di grandi resezioni | Corpo prossimale – Numero totale misure disponibili |
| | Corpo distanziale – Numero totale lunghezze disponibili |
| | Corpo distale – Numero totale lunghezze disponibili |
| | Presenza del codice a barre sull'etichetta del DM |
| | Presenza del DM nel Dizionario RIAP - DM |
| | Apertura a "V" prima busta contenente il prodotto |
| | Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti |