

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, suddivisa in 10 lotti, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto la fornitura di Dispositivi Impiantabili Attivi per funzionalità cardiaca per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 2 – ID 2555	23 giugno 2023
---------------	--	----------------

Verbale n. 8

Verbale della seduta del 23 giugno 2023

Il giorno 23 giugno 2023 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione nominata dalla Consip con atto prot. n. 0000051.27-04-2023.R per l'espletamento della *"Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, suddivisa in 10 lotti, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto la fornitura di Dispositivi Impiantabili Attivi per funzionalità cardiaca per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 2 – ID 2555"* di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 45 del 03/03/2023 e sulla G.U.R.I. n. 27 del 06/03/2023.

La Commissione è così composta:

- Dott. Andrea Zorzi, con funzioni di Presidente (membro esterno);
- Dott.ssa Antonella Meo, con funzioni di membro effettivo (membro esterno);
- Dott. Ernesto Ammendola, con funzioni di membro effettivo (membro esterno).

L'Avv. Francesca Zamponi e l'Avv. Antonia Veltri svolgeranno, anche disgiuntamente, le funzioni di segretario. Alla seduta è presente l'Avv. Francesca Zamponi. L'Ing. Vincenzo Di Luca svolge le funzioni di segretario tecnico.

La presente seduta si terrà mediante collegamento da remoto da parte di tutti i membri della Commissione, tramite l'utilizzo di "procedure telematiche" idonee alla salvaguardia della "riservatezza delle comunicazioni" in ossequio a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri e dall'art. 77 co. 2 del d.lgs. 50/2016.

Pertanto, il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione, alle ore 15:02 dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione dà atto che, a seguito di ulteriori controlli effettuati sui punteggi attribuiti nell'ambito di tutti i lotti di gara, è emerso quanto segue.

Nell'ambito del **Lotto 2**, la Commissione prende atto di un errore materiale nell'attribuzione del punteggio in relazione al criterio n. 1 *"Attivazione automatica degli algoritmi di autosensing e autosoglia all'impianto"* della Tabella di cui al par. 17.1 del Capitolato d'Oneri per il concorrente **Abbott Medical Italia S.p.A.** in quanto, come già rilevato nell'ambito del Lotto 4, l'algoritmo di autosoglia utilizzato nei dispositivi offerti nei predetti lotti, non si attiva automaticamente al momento dell'impianto, essendo necessaria l'effettuazione di un test prima dell'avvio.

Di seguito il punteggio tecnico tabellare e quantitativo corretto relativo al solo concorrente in esame ottenuto nell'ambito del **Lotto 2**:

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, suddivisa in 10 lotti, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto la fornitura di Dispositivi Implantabili Attivi per funzionalità cardiaca per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 2 – ID 2555	23 giugno 2023
----------------------	---	-----------------------

Dispositivi implantabili attivi per funzionalità cardiaca

Caratteristiche migliorative

Lotto 2: Pacemaker monocamerale funzioni avanzate



consip

Totale Punteggio = 28,0000

ABBOTT

Caratteristiche Migliorative				60,00			
ID Criterio	Descrizione della caratteristica	Tipologia di criterio	Punteggio premiante	Valore dichiarato	Valore comprovato	Coefficiente	Punteggio
1	Attivazione automatica degli algoritmi di autosen sing e autosoglia all'impianto	SI/NO	8,00	si	no	0,000	0,0000
2	Presenza di doppio sensore o sensore attivato dalle variazioni della contrattilità miocardica	SI/NO	12,00	no	no	0,000	0,0000
3	Longevità > 6 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, sensori e memorie sempre attivi. Il valore offerto dovrà essere espresso in anni e saranno premiati valori compresi tra una soglia minima Smin=6 anni e Smax=12 anni.	CRESC	18,00	14,60	14,60	1,000	18,0000
4	Memorizzazione EGM su perire al 10 minuti in memoria fisica o in monitoraggio remoto	SI/NO	4,00	si	si	1,000	4,0000
5	Possibilità di monitoraggio delle apnee respiratorie*	SI/NO	2,00	no	no	0,000	0,0000
6	Riconoscimento automatico dell'ambiente RM con riprogrammazione automatica in modalità permanente al termine dell'esame	SI/NO	4,00	no	no	0,000	0,0000
7	Possibilità di monitoraggio remoto con APP su smartphone con connessione bluetooth	SI/NO	4,00	no	no	0,000	0,0000
8	Trasmissione quotidiana automatica dei dati del dispositivo, ulteriori rispetto agli allarmi	SI/NO	2,00	no	no	0,000	0,0000
9	Interoperabilità del sistema di monitoraggio remoto mediante standard HL7	SI/NO	6,00	si	si	1,000	6,0000

Pertanto il punteggio complessivo del Lotto 2 risulta essere il seguente:

Concorrente	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale Lotto 2
Abbott	38,0000	1,0198	39,0198
Biotronik	68,0000	4,1327	72,1327
Boston Scientific	41,6000	5,2350	46,8350
Medtronic	52,0000	3,3306	55,3306
Microport	60,0000	3,9732	63,9732

La Commissione prende atto che i punteggi di cui alla Tabella che precede modificano la graduatoria del Lotto 2 come di seguito:

1. Biotronik Italia S.p.A.
2. Microport CRM S.r.l.
3. Medtronic Italia S.p.A.
4. Boston Scientific S.p.A.
5. Abbott Medical Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, suddivisa in 10 lotti, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto la fornitura di Dispositivi Impiantabili Attivi per funzionalità cardiaca per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 2 – ID 2555	23 giugno 2023
---------------	--	----------------

Inoltre, nell'ambito del **Lotto 1** e del **Lotto 3**, la Commissione dà atto di un errore materiale nell'attribuzione del punteggio in relazione al criterio n. 4 *"Compatibilità certificata dell'intero sistema (almeno una configurazione dispositivo + elettrocatteter) con risonanza magnetica (MRI - conditional) -1,5 Tesla per esami total body (Coefficiente C4.i=0,5) o, in alternativa -1,5 e 3 Tesla per esami total body (Coefficiente C4.i=1)"* della Tabella di cui al par. 17.1 del Capitolato d'Oneri per il Concorrente **Medico S.r.l.** in quanto lo stesso, per il predetto requisito ed in entrambi i lotti, ha dichiarato nella propria Scheda di Offerta tecnica *"Come da requisito minimo"*.

Di seguito il punteggio tecnico tabellare e quantitativo corretto relativo al solo concorrente in esame ottenuto nell'ambito del **Lotto 1**:

Dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca

Caratteristiche migliorative

Lotto 1: Pacemaker monocamerale standard

			
Caratteristiche Migliorative			60,00
ID. Criterio	Descrizione della caratteristica	Tipologia di criterio	Punteggio premiante
1	Algoritmo automatico per la gestione della soglia ventricolare (auto soglia) con verifica della cattura di tipo battito-battito e stimolo di back up in caso di perdita della cattura. La verifica deve essere possibile anche al di fuori dei controlli ambulatoriali	SI/NO	12,00
2	Attivazione automatica dell'algoritmo di autosensing all'impianto	SI/NO	10,00
3	Longevità >6 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, sensori e memorie sempre attivi. Il valore offerto dovrà essere espresso in anni e saranno premiati valori compresi tra una soglia minima Smin=6 anni e Smax=12 anni.	CRESC	20,00
4	Compatibilità certificata dell'intero sistema (almeno una configurazione dispositivo + elettrocatteter) con risonanza magnetica (MRI - conditional): -1,5 Tesla per esami total body (Coefficiente C4.i=0,5) o, in alternativa -1,5 e 3 Tesla per esami total body (Coefficiente C4.i=1)	SI/NO	8,00
5	Gestione automatica del sensing	SI/NO	10,00

Totale Punteggio = 40,3333

MEDICO

Valore dichiarato	Valore comprovato	Coefficiente	Punteggio
si	si	1,000	12,0000
si	si	1,000	10,0000
9,00	8,50	0,417	8,3333
no	no	0,000	0,0000
si	si	1,000	10,0000

Pertanto il punteggio complessivo del Lotto 1 risulta essere il seguente:

Concorrente	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale Lotto 1
Abbott	70,0000	1,2902	71,2902
Biotronik	70,0000	4,7916	74,7916
Boston Scientific	40,6667	3,7854	44,4521
Medico	50,3333	7,6922	58,0255
Medtronic	58,0000	2,1345	60,1345
Microport	53,4333	4,9906	58,4239

La Commissione prende atto che i punteggi di cui alla Tabella che precede modificano la graduatoria del Lotto 1 come di seguito:

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, suddivisa in 10 lotti, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto la fornitura di Dispositivi Impiantabili Attivi per funzionalità cardiaca per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 2 – ID 2555	23 giugno 2023
----------------------	---	-----------------------

1. Biotronik
2. Abbott
3. Medtronic
4. Microport
5. Medico
6. Boston Scientific

Con riferimento al **Lotto 3**, di seguito si riporta il punteggio tecnico tabellare e quantitativo corretto relativo al solo concorrente in esame:

Dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca

Caratteristiche migliorative

Lotto 3: Pacemaker bicamerale standard



Totale Punteggio = 43,6000

MEDICO

Caratteristiche Migliorative 60,00			
ID Criterio	Descrizione della caratteristica	Tipologia di criterio	Punteggio premiante
1	Gestione automatica del sensing	SI/NO	10,00
2	Attivazione automatica dell'algoritmo di autosensing all'impianto	SI/NO	10,00
3	Longevità > 5 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, sensori e memorie sempre attivi. Il valore offerto dovrà essere espresso in anni e saranno premiati valori compresi tra una soglia minima Smin=5 anni e Smax=10 anni.	CRESC	20,00
4	Compatibilità certificata dell'intero sistema (almeno una configurazione dispositivo + elettrocatteter) con risonanza magnetica (MRI - conditional): - 1,5 Tesla per esami total body (Coefficiente C4.i=0,5) o, in alternativa - 1,5 e 3 Tesla per esami total body (Coefficiente C4.i=1)	SI/NO	8,00
5	Algoritmo automatico per la gestione della soglia ventricolare (auto soglia) con verifica della cattura di tipo battito-battito e stimolo di back up in caso di perdita della cattura. La verifica deve essere possibile anche al di fuori dei controlli ambulatoriali	SI/NO	12,00

Valore dichiarato	Valore comprovato	Coefficiente	Punteggio
si	si	1,000	10,0000
si	si	1,000	10,0000
8,25	7,90	0,580	11,6000
no	no	0,000	0,0000
si	si	1,000	12,0000

Pertanto il punteggio complessivo del Lotto 3 risulta essere il seguente:

Concorrente	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale Lotto 3
Abbott	70,0000	1,1880	71,1880
Biotronik	67,2000	4,6080	71,8080
Boston Scientific	50,4000	3,4920	53,8920

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, suddivisa in 10 lotti, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto la fornitura di Dispositivi Impiantabili Attivi per funzionalità cardiaca per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 2 – ID 2555	23 giugno 2023
---------------	--	----------------

Medico	53,6000	2,0633	55,6633
Medtronic	58,0000	3,2093	61,2093
Microport	52,1600	3,2093	55,3693

La Commissione prende atto che i punteggi di cui alla Tabella che precede non modificano la graduatoria del Lotto 3 come stilata nel verbale n. 6 e di seguito riportata:

1. Biotronik
2. Abbott
3. Medtronic
4. Medico
5. Microport
6. Boston Scientific

La Commissione, a seguito delle modifiche apportate con riferimento ai lotti 1, 2 e 3, ribadisce che nessuna delle offerte appare anormalmente bassa, poiché non sono mai risultati entrambi i punteggi (tecnico ed economico) pari o superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, né sono stati ravvisati elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016; pertanto non si procederà ad avviare alcuna valutazione di congruità.

All'esito delle predette attività, in virtù di quanto stabilito dal par. 23 del Capitolato d'Oneri a mente del quale "Ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo Quadro per ogni Lotto. (...) **Il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro sarà pari al numero di offerte valide.**", a parziale rettifica di quanto deliberato nella seduta del 16 giugno 2023 (cfr. verbale n. 6) la Commissione delibera di proporre a Consip di aggiudicare i **lotti 1, 2 e 3** secondo le graduatorie sopra riportate, subordinatamente all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e di cui agli articoli 32 comma 7 e 85 del medesimo d.lgs.

La Commissione conferisce mandato al Presidente di comunicare al Responsabile del Procedimento i nominativi dei concorrenti sopra indicati al fine di avviare le verifiche di competenza.

Il Presidente dà atto che la sottoscrizione del verbale da parte dei membri di Commissione non potrà essere contestuale, pertanto, procede alla lettura del verbale affinché tutti prendano piena coscienza e conoscenza del suo contenuto. Ultimata la lettura del verbale i membri di Commissione ne prendono atto e ne accettano il contenuto, dichiarando che lo stesso risulta rispondente alle attività svolte.

Il Presidente dà atto che ciascun membro della Commissione apporrà sul documento la propria firma digitale.

CONSIP S.p.A.	Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, suddivisa in 10 lotti, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto la fornitura di Dispositivi Impiantabili Attivi per funzionalità cardiaca per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 2 – ID 2555	23 giugno 2023
---------------	--	----------------

Alle ore 16:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La Commissione

Dott. Andrea Zorzi, con funzioni di Presidente

Dott.ssa Antonella Meo, con funzioni di membro effettivo

Dott. Ernesto Ammendola, con funzioni di membro effettivo

I Segretari

Avv. Francesca Zamponi

Ing. Vincenzo Di Luca
