

ALLEGATO 13 – RIFERIMENTI DOCUMENTALI**PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 6 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO PER LA FORNITURA DI TROCAR PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 2 – ID 2653****Lotto 1 – Trocar con lama**

N°	CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Trocar monouso in materiale plastico con sistema di introduzione con lama		
2	Lama piatta affilata con sistema di protezione		
3	Cannula a becco di flauto in materiale plastico trasparente dotata di zigrinatura o cannula con altro sistema di fissaggio (es. palloncino)		
4	Dotato di riduttore universale incorporato		

N°	REQUISITI MIGLIORATIVI	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Invito a imbuto		
2	Testa del trocar smontabile nei calibri > 5 mm		
3	Presenza di doppia valvola nei calibri ≥ 10 mm		
4	Asole per possibilità di fissaggio alla parete nei calibri maggiori di 10 mm		
5	Foro anti erniazione sulla parte terminale della cannula per prevenire la creazione del vuoto durante la manovra di estrazione		
6	<i>Tenuta della valvola</i>		N.A.
7	<i>Ergonomia e maneggevolezza</i>		N.A.
8	<i>Stabilità in parete</i>		N.A.
9	<i>Taglio della lama</i>		N.A.
10	<i>Sistema visivo e uditivo di attivazione dello scudo di protezione della lama</i>		N.A.



N°	REQUISITI MIGLIORATIVI	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
11	<p><i>Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125.2022.</i></p> <p><i>In caso di partecipazione in forma associata il punteggio sarà attribuito:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;</i><i>per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio e le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione.</i>		

Lotto 2 – Trocar senza lama

N°	CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Trocar monouso con sistema di introduzione a divaricazione senza lama, in materiale plastico con punta dilatante		
2	Cannula a becco di flauto in materiale plastico trasparente dotata di zigrinatura o cannula con altro sistema di fissaggio (es. palloncino)		
3	Dotato di riduttore universale incorporato		

N°	REQUISITI MIGLIORATIVI	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Invito a imbuto		
2	Testa del trocar smontabile nei calibri > 5 mm		
3	Presenza di doppia valvola nei calibri ≥ 10 mm		
4	Asole per possibilità di fissaggio alla parete nei calibri maggiori di 10 mm		



N°	REQUISITI MIGLIORATIVI	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
5	Foro anti erniazione sulla parte terminale della cannula per prevenire la creazione del vuoto durante la manovra di estrazione		
6	Tenuta della valvola	N.A.	
7	Ergonomia e maneggevolezza	N.A.	
8	Stabilità in parete	N.A.	
9	Capacità dilatante e penetrante della punta	N.A.	
10	Atraumaticità della punta	N.A.	
11	<p>Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125.2022.</p> <p>In caso di partecipazione in forma associata il punteggio sarà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio e le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione. 		

Lotto 3 - Trocar Ottici

N°	CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Trocar monouso per accesso sotto visione diretta, in materiale plastico trasparente, a punta dilatante		
2	Cannula a becco di flauto in materiale plastico trasparente dotata di zigrinatura o cannula con altro sistema di fissaggio (es. palloncino)		
3	Dotato di riduttore universale incorporato		



N°	REQUISITI MIGLIORATIVI	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Disponibilità del trocar calibro 5 mm		
2	Testa del trocar smontabile nei calibri > 5 mm		
3	Presenza di doppia valvola nei calibri ≥ 10 mm		
4	Sistema di bloccaggio dell'ottica		
5	Asole per possibilità di fissaggio alla parete nei calibri maggiori di 10 mm		
6	Foro anti erniazione sulla parte terminale della cannula per prevenire la creazione del vuoto durante la manovra di estrazione		
7	Tenuta della valvola	N.A.	
8	Stabilità in parete mediante il sistema di ancoraggio	N.A.	
9	Capacità dilatante e penetrante della punta	N.A.	
10	Atraumaticità della punta	N.A.	
11	Qualità di visione attraverso la punta del trocar	N.A.	
12	Controllo della punta del trocar durante l' attraversamento dei tessuti	N.A.	
13	<p>Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125.2022.</p> <p>In caso di partecipazione in forma associata il punteggio sarà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none">• per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;• per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio e le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione.		

Lotto 4 - Trocar di Hesson

CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
Trocar di Hesson monouso, in materiale plastico, con punta smussa		
Cannula in materiale plastico trasparente		



CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
Dotato di riduttore universale incorporato		
Sistema di stabilità tronco-conico con sistema di bloccaggio della cannula		
Dotato di sistema di ancoraggio alla parete esterna		
Trocar di Hasson monouso, in materiale plastico, con punta smussa		

N°	REQUISITI MIGLIORATIVI	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Invito a imbuto		
2	Presenza di doppia valvola nei calibri ≥ 10 mm		
3	Tenuta della valvola	N.A.	
4	Ergonomia e maneggevolezza	N.A.	
5	Stabilità in parete mediante il sistema di ancoraggio	N.A.	
6	Mantenimento dello pneumoperitoneo attraverso il sistema di fissaggio	N.A.	
7	<p>Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125.2022.</p> <p>In caso di partecipazione in forma associata il punteggio sarà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none">per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio e le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione.		

Lotto 5 - Trocar di Hasson con palloncino

N°	CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Trocar di Hasson monouso con palloncino, in materiale plastico, con punta smussa		



2	Cannula in materiale plastico trasparente		
3	Dotato di riduttore universale incorporato		
4	Dotato di sistema di ancoraggio alla parete esterna		
5	Trocar di Hasson monouso con palloncino, in materiale plastico, con punta smussa		

N°	REQUISITI MIGLIORATIVI	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Invito a imbuto		
2	Presenza di doppia valvola nei calibri ≥ 10 mm		
3	Tenuta della valvola	N.A.	
4	Ergonomia e maneggevolezza	N.A.	
5	Stabilità in parete mediante il sistema di ancoraggio	N.A.	
6	Tenuta della valvola e resistenza (entrambe riferite al palloncino)	N.A.	
7	Mantenimento dello pneumoperitoneo attraverso il sistema di fissaggio	N.A.	
8	<p>Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125.2022.</p> <p>In caso di partecipazione in forma associata il punteggio sarà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none">per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio e le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione.		

Lotto 6 - Ago di Veress

N°	CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Ago monouso tipo Veress in acciaio con cannula tagliente e punta retrattile		



N°	CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
2	Dotato di rubinetto di insufflazione		
3	Dotato di sistema di sicurezza ottico e sonoro		

N°	REQUISITI MIGLIORATIVI	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Presenza di alette per impugnatura		
2	Efficacia del sistema di sicurezza	N.A.	
3	Disarmo del sistema tagliente	N.A.	
4	Ergonomia e maneggevolezza	N.A.	
5	Capacità di penetrazione	N.A.	
6	Grado di percezione uditiva del feedback sonoro	N.A.	
7	<p>Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125.2022.</p> <p>In caso di partecipazione in forma associata il punteggio sarà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none">per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio e le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione.		

