

OGGETTO: Gara per l'affidamento dei Servizi di Gestione del parco apparecchiature di digitalizzazione e refertazione delle radiologie di INAIL – ID 2824

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.inail.gov.it.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

1. DOMANDA

In relazione al capitolato tecnico e alla tabella a pag. 4, si chiede conferma che i servizi di assistenza richiesti riguardano le sole componenti hardware delle “Stazioni di produzione patient CD”, “Workstation”, “Image server” e i relativi software di base e non includono gli applicativi software in esse installati e afferenti al sistema RIS PACS di fornitura Exprivia.

Risposta

Si conferma.

2. DOMANDA

In relazione al capitolato tecnico a pag. 4 e alla tabella 1, si chiede conferma che i servizi di assistenza richiesti includano anche le componenti software del Gateway TLS (sviluppato da ANDRA S.P.A.), le relative personalizzazioni e le configurazioni di sicurezza necessarie al loro accesso alla rete geografica di trasmissione in accordo con le policy di sicurezza stabilite dall'Ente Appaltatore;

Risposta

Si conferma.

3. DOMANDA

In relazione al capitolato tecnico a pag. 4, Par. 2.1 (capoverso relativo ai Gateway TLS) si chiede di confermare che i Gateway TLS e le relative attività di personalizzazione e configurazione debbano essere fornite anche in caso di fornitura di “nuove apparecchiature”.

Risposta

Si conferma, ovviamente nel caso in cui le nuove apparecchiature non possiedano nativamente la funzionalità dei citati gateway TLS.

Divisione Sourcing Digitalizzazione

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)