

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di apparecchiature di radiologia, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni (ID2851)

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.

CHIARIMENTI – II TRANCHE

67) Domanda

Con riferimento al paragrafo 15.3 “Bioimmagini” del Capitolato d’Oneri e al chiarimento n. 22 pubblicato nella precedente tranche, si rileva una discrepanza tra quanto previsto originariamente nel Capitolato d’Oneri e quanto successivamente indicato nel citato chiarimento, in merito alle modalità di valutazione delle bioimmagini.

Il paragrafo 15.3 del Capitolato d’Oneri prevede che la Commissione di gara potrà effettuare la valutazione delle sequenze di bioimmagini, “visualizzando le stesse mediante monitor medicali con caratteristiche almeno pari a quelle sopra indicate”. Tale formulazione consente l'utilizzo di monitor equivalenti a quelli oggetto di offerta, senza vincolare la prova pratica esclusivamente all'utilizzo del monitor proposto in gara.

Il chiarimento n. 22, invece, afferma che “ai fini della valutazione delle bioimmagini ciascun concorrente dovrà fornire la propria workstation di post-elaborazione secondo le modalità riportate al par. 15.3 del Capitolato d’Oneri e il monitor dovrà essere quello offerto in gara”, introducendo di fatto un requisito non coerente con quanto previsto dal Capitolato.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che la valutazione potrà essere effettuata, come previsto dal Capitolato d’Oneri, anche mediante l'utilizzo di monitor medicali aventi caratteristiche almeno pari a quelle richieste, e che la prescrizione introdotta dal chiarimento n. 22 non debba considerarsi vincolante in quanto in contrasto con la formulazione originaria del par. 15.3 “Bioimmagini”.

Risposta

Si precisa che quanto riportato nella risposta al chiarimento n. 22 di cui alla I tranche e, precisamente, che *“il monitor dovrà essere quello offerto in gara”* deve essere inteso che, per la valutazione delle bioimmagini, il concorrente dovrà mettere a disposizione della Commissione giudicatrice un monitor medico con caratteristiche almeno pari a quelle minime di cui al par. 2 del Capitolato Tecnico ovvero migliorative, qualora offerte. Tale precisazione va riferita anche alle risposte ai chiarimenti nn. 34 e 54 di cui alla I tranche citata. Resta fermo che il monitor oggetto di fornitura dovrà essere esattamente quello indicato in scheda di offerta tecnica (ovvero stessa marca e modello) e non necessariamente quello utilizzato per la visualizzazione delle bioimmagini in fase di gara.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

Il Responsabile

(dott. Guido Gastaldon)