

Classificazione documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di apparecchiature di radiologia, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni (ID2851)

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.

CHIARIMENTI

1) Domanda

Con la presente siamo a richiedere il documento "allegato 13 "Riferimenti Documentali" in formato editabile.

Risposta

Il documento è presente ed è stato caricato in formato editabile all'interno del file .zip denominato "Moduli Dichiarazione".

2) Domanda

Relativamente alle tempistiche di manutenzione correttiva indicate all'art. 3.7.2 si chiede di confermare che in caso di guasto parziale/non bloccante che non inibisce la funzionalità del sistema, al fine di non interferire con l'attività clinica, le tempistiche di intervento potranno essere pianificate in accordo con le singole amministrazioni anche oltre i tempi previsti dalla disciplina di gara, come previsto nell'ambito della disciplina di gara di precedenti iniziative d'acquisto e in sede di verifiche ispettive. Resta inteso che tali accordi dovranno essere opportunamente documentati ai fini dell'eventuale espletamento delle verifiche ispettive da parte di codesta Centrale Unica di Committenza.

Risposta

Non si conferma e si rimanda a quanto previsto al par. 3.7.2. del Capitolato Tecnico in merito alle modalità di esecuzione della manutenzione correttiva.

3) Domanda

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3.1 del Capitolato Tecnico secondo cui "L'Amministrazione, salvo diverso accordo con il Fornitore, dovrà avviare e concludere i lavori di predisposizione dei locali entro 210 giorni solari dalla data di perfezionamento dell'Ordine di Fornitura. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Fornitore avrà diritto ad un indennizzo, come previsto nell'articolo 30 dello Schema di Accordo Quadro." rilevato che nell'ambito dello schema di Accordo Quadro l'art. 30 disciplina le responsabilità del fornitore, si chiede di confermare che nell'ambito dell'accordo quadro che sarà stipulato con l'aggiudicatario/fornitore sarà

previsto l'indennizzo in discorso nell'ambito di un articolo dedicato a tale disciplina, rubricato nell'ambito delle precedenti iniziative d'acquisto di codesta Centrale Unica di Committenza "ritardo nell'esecuzione dei lavori".

Risposta

Si conferma.

4) Domanda

Nella parte del capitolato d'oneri dedicato all'offerta economica non è stata trovata alcuna indicazione relativa all'inserimento degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera. Anche nella sezione "caratteristiche economiche" della scheda tecnica da compilare a sistema non sono presenti i campi per l'inserimento dei suddetti valori. Si chiede, pertanto, di precisare dove tali valori debbano essere indicati.

Risposta

Non è richiesta l'indicazione dei costi della manodopera. Si ribadisce altresì che, ai sensi del paragrafo 3 del Capitolato d'Oneri, *"l'importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole PPAA in sede di contratto di fornitura"*.

5) Domanda

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 23 del capitolato d'oneri "Aggiudicazione dell'Accordo quadro e Stipula" si chiede di confermare che i negozi degli aggiudicatari si apriranno contestualmente.

Risposta

Si conferma l'apertura contemporanea dei negozi di tutti gli aggiudicatari.

6) Domanda

Il capitolato tecnico prevede: all'art. 2" oggetto della fornitura" punto 2.1 Lotto 1 – Telecomandati punto 2.2. Lotto 2 – Archi a C Multidisciplinari e 2.3 Lotto 3 – Archi a C 3D punti b): Assistenza tecnica e manutenzione full risk per 24 mesi; all'art 5 GARANZIA una garanzia di 12 mesi.

Si chiede di chiarire se il periodo di garanzia e assistenza tecnica delle apparecchiature è da intendersi di 12 mesi o di 24 mesi.

Risposta

La manutenzione full-risk dovrà essere di 24 mesi, come previsto ai parr. 1, 2.1, 2.2., 2.3 del Capitolato Tecnico e al par. 16 del Capitolato d'Oneri.

7) Domanda

Si rileva che per ciascuna bioimmagine viene richiesto di fornire in via obbligatoria il BMI del paziente, laddove invece i dati di altezza e peso, da cui il BMI è calcolato, sono facoltativi. Si chiede pertanto di confermare che anche il BMI possa essere indicato solo se disponibile.

Risposta

Non si conferma. Altezza e peso del paziente possono essere facoltativamente forniti dal concorrente, mentre il BMI deve essere obbligatoriamente fornito secondo quanto dichiarato al par. 15.3 del Capitolato d'Oneri.

8) Domanda

Per il lotto 1, in relazione alla descrizione del monitor aggiuntivo per la sala esami (punto 1.23), si chiede di confermare che debbano intendersi applicate le medesime specifiche tecniche minime previste per il monitor di cui al punto 1.22.

Risposta

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico della caratteristica migliorativa n.1.23 "Monitor aggiuntivo per sala esami con le medesime caratteristiche di quello previsto in configurazione base", il monitor per la sala esami dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche di cui alla minima n.1.13 "Un monitor con tecnologia LCD, risoluzione almeno 1280x1024, dimensioni almeno 19" (per sala comando)".

9) Domanda

In merito al Criterio Relazione Tecnica – Punto 4.1, si chiede di voler precisare se con la richiesta "2) modalità di passaggio alla fase di off" è da intendere la procedura di spegnimento del Sistema. In caso contrario, Vi preghiamo di voler meglio specificare cosa intendete

Risposta

Come previsto dalle linee guide COCIR inerenti le apparecchiature a raggi X, per *off-mode* deve intendersi sistema spento, in assenza di alimentazione elettrica, secondo quanto indicato nel manuale utente dell'apparecchiatura. Il sistema, in questo stato, non consuma energia, come previsto dalle linee guide COCIR inerenti le apparecchiature a raggi X.

10) Domanda

Equivalenza tavolo portapaziente radiotrasparente (mmAl@100 kV) ha come "F" ("funzione") la caratteristica "CR" ("crescente"). Si chiede di rettificare in "DE" in quanto un valore offerto più basso corrisponde a una migliore qualità.

Risposta

Con riferimento alla caratteristica n.1.14 "*Equivalenza tavolo portapaziente radiotrasparente (mmAl@100 kV)*" riportata all'interno della tabella relativa al Lotto 1 del par. 17.1 del Capitolato d'Oneri, si precisa che la stessa riporta, per mero refuso materiale, la dicitura "CR" in luogo di "DE". Pertanto, in corrispondenza della suddetta caratteristica, la dicitura "CR" riportata nella colonna "F" deve intendersi sostituita con "DE".

11) Domanda

Capitolato d'Oneri – Par.15.3 Bioimmagini – Pag.43: si chiede conferma che le immagini e la busta contenente le immagini NON debbano essere anonimizzate per quanto concerne il Concorrente, ovvero che la busta contenete le bioimmagini e le bioimmagini stesse possano contenere riferimenti riconducibili al Concorrente.

Risposta

Si conferma.

12) Domanda

Nel caso in cui la Commissione decida di effettuare la valutazione delle bioimmagini da remoto, si chiede di avere maggiori dettagli in merito alle modalità operative. In particolare, si richiede quali siano le modalità di collegamento remoto hardware e software messe a disposizione e/o necessarie.

Risposta

Posto che il quesito non è chiaro, si rimanda a quanto previsto al par.15.6 del Capitolato d'Oneri "Verifica Tecnica", e al par.15.3 del Capitolato d'Oneri "Bioimmagini". Gli ulteriori dettagli saranno comunicati dalla Commissione di gara entro le tempistiche previste dai medesimi paragrafi.

13) Domanda

Lotto 1: si chiede conferma che la Relazione Tecnica debba contenere esclusivamente i criteri 4.1 e 4.2 presenti nella tabella a pag.53;

Lotto 2: si chiede conferma che la Relazione Tecnica debba contenere esclusivamente i criteri da 4.1 a 4.6 presenti nella tabella a pag.56.

Risposta

Si conferma che la Relazione Tecnica del Lotto 1 fa riferimento ai criteri 4.1 e 4.2 della tabella Lotto 1 – Caratteristiche Migliorative – Telecomandati e la Relazione Tecnica del Lotto 2 fa riferimento ai criteri da 4.1 a 4.6 della tabella Lotto 2 – Caratteristiche Migliorative – Archi a C Multidisciplinari.

14) Domanda

in merito al documento "Quotazione dispositivi accessori aggiuntivi" si chiede conferma che non sia stato fornito un format specifico da utilizzare.

Risposta

Si conferma.

15) Domanda

Capitolato Tecnico - Par.5 Garanzia – Pag.26: nel paragrafo indicato viene richiesta una garanzia pari a 12 mesi, in contraddizione con altri punti del Capitolato Tecnico in cui viene richiesta una garanzia pari a 24 mesi. Si chiedono chiarimenti in merito.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n.6.

16) Domanda

All. 4A Schema Conto Economico Commessa – Foglio "Istruzioni Compilazione": nel foglio in oggetto si fa riferimento al foglio "Dettaglio costi del lavoro", che non risulta però presente. Si chiedono chiarimenti in merito.

Risposta

Il foglio citato non è presente nell'allegato 4A Schema Conto Economico Commessa e non deve, pertanto, essere compilato.

17) Domanda

Si chiede conferma che la documentazione tecnica debba essere inserita in un unico file .zip e se debba essere firmato digitalmente anche il file oltre al singolo documento.

Risposta

Posto quanto previsto al par.12 del Capitolato d'Oneri relativamente alla sottoscrizione dell'offerta e della documentazione, si rappresenta che l'operatore economico ha facoltà di produrre un unico file zip oppure file singoli. Ad ogni modo ciascun singolo file deve essere firmato digitalmente.

18) Domanda

Lotto 1 (Calcolo Economico): si chiede conferma che la quantità di 90 apparecchiature Telecomandate indicata nella Tabella dell'Offerta Economica (Lotto 1) debba essere l'unica quantità da utilizzare per il calcolo del prezzo complessivo dell'Offerta (P) ai fini della determinazione del ribasso (R), come specificato al Par. 17.3 del Capitolato d'Oneri.

Risposta

Si rimanda alla previsione del par. 3 del Capitolato d'Oneri: *“Si precisa che tali quantità, con riferimento alle sole apparecchiature, si riferiscono al quantitativo massimo aggiudicabile dal primo aggiudicatario, come indicato al successivo paragrafo 23, negli scenari in cui il numero di offerte valide per ciascun lotto sia superiore al massimo previsto nel medesimo paragrafo (5 per il Lotto 1, 7 per il Lotto 2, 4 per il Lotto 3). Il valore totale a base d'asta riportato nelle tabelle sottostanti, che sarà utilizzato come riferimento per le offerte economiche e per l'attribuzione del punteggio economico, non corrisponde al valore massimo stimato dei lotti.”*

19) Domanda

Lotto 1 (Massimale di fornitura), si chiede conferma che:

- la garanzia definitiva in favore di Consip pari al 2% debba essere calcolata sull'importo complessivo dell'offerta economica effettivamente presentata dall'operatore, come risultante dalla Tabella n. 2 del Capitolato d'oneri (90 set di fornitura, importo complessivo base € 24.705.000,00, al netto del ribasso offerto);
- la garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni pari al 5% debba essere anch'essa calcolata sull'importo complessivo dell'offerta economica presentata, proporzionata alla quota di massimale economico del Lotto effettivamente aggiudicata all'operatore.

Risposta

Si conferma.

20) Domanda

I valori indicati nella Tabella n. 1 del Capitolato d'oneri (€ 41.175.000,00) e l'ulteriore importo massimo di € 64.233.000,00 derivante dall'applicazione del +30% e del quinto d'obbligo, costituiscano esclusivamente i massimali economici complessivi del Lotto ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, senza incidere sul calcolo delle garanzie definitive in sede di aggiudicazione.

Risposta

Si conferma.

21) Domanda

Quesito 1 – Buste. In riferimento all'invio della documentazione a corredo dei lotti 2-3, si chiede cortesemente di confermare che le due buste separate "Bioimmagini" e "Video demo" possano essere ricomprese in un unico plico recante il riferimento al lotto di partecipazione.

Risposta

Si conferma. Nell'unico plico devono, in ogni caso, essere presenti due buste distinte, una per le Bioimmagini e una per le Video demo.

22) Domanda

In riferimento alla fruizione delle immagini da parte della commissione (Capitolato d'onori pag.43) si chiede cortesemente di specificare se la workstation citata debba essere comprensiva di monitor per la visualizzazione delle immagini o se questo venga messo a disposizione dalla commissione.

Nel caso in cui la ditta concorrente debba mettere a disposizione anche il monitor, si chiede cortesemente di precisare se quest'ultimo debba corrispondere esattamente al dispositivo offerto in gara o sia sufficiente rispettare le specifiche minime da capitolato.

Risposta

Ai fini della valutazione delle bioimmagini ciascun concorrente dovrà fornire la propria workstation di post-elaborazione, secondo le modalità riportate al par.15.3 del Capitolato d'Oneri e il monitor dovrà essere quello offerto in gara.

23) Domanda

In riferimento al capitolato tecnico Lotti 2 e 3, è richiesto un singolo monitor di "dimensioni almeno pari a 32" e risoluzione 4k"; essendo il criterio di minima, il presente quesito si rende altresì necessario in quanto la dicitura commerciale di molti monitor 32" 4k fa spesso riferimento a valori di area effettiva che si discostano in difetto dal valore richiesto: si chiede cortesemente di confermare che una tolleranza del + e - 3% sia accettata per l'area effettiva dello stesso.

Risposta

Si rappresenta che la caratteristica minima relativa al monitor, sia per il Lotto 2 che per il Lotto 3, è la seguente: *"Equipaggiata con due monitor di tipo medicale da almeno 19" oppure un monitor da 27" per visualizzare: anagrafica paziente; immagini di stato di funzionamento dell'arco a C mobile; immagini dal vivo ed immagini di riferimento provenienti anche da altre modalità"*. Ad ogni modo, le dimensioni indicate fanno riferimento agli standard di formato universalmente riconosciuti e devono pertanto intendersi come orientative e non esatte.

24) Domanda

In riferimento al Capitolato d'Oneri, il criterio 1.30 Lotto 3 a pag. 57 richiede "Software per fusione di immagini ad altre modalità" e per lo stesso si rileva solo n.1 punto tabellare; in considerazione dei notevoli valori economici di mercato dei SW dedicati (sia integrati che esterni) e quindi del relativo impatto economico, si chiede di meglio specificare se intendiate:

A) la possibilità di accogliere in PIP immagini da altre modalità?

B) SW per la Fusione vera e propria (ad esempio con CT 3D esterne) dello stesso paziente, e relativo processo all'interno della procedura?

C) la sola predisposizione al SW per la Fusione d'immagini di cui al punto B).

Risposta

Si conferma la caratteristica migliorativa 1.30 "Software per fusione di immagini da altre modalità" di cui al par.17.1 del Capitolato d'Oneri, e si specifica che per la caratteristica in questione si fa riferimento al software di fusione di immagini mediche, che sovrappone immagini derivanti da diverse modalità di imaging (come CT, RMN, PET) per creare una visualizzazione unificata.

25) Domanda

Nel capitolato d'oneri, relativamente al Lotto 2 – Caratteristiche Migliorative Archi a C Multidisciplinari (Stativo monoplanare multidirezionale ad arco a C),

- Caratteristica migliorativa qualitativa 1.6 "Escursione orizzontale motorizzata (cm)" p.ti max 1,5
- Caratteristica migliorativa qualitativa 1.7 "Escursione verticale motorizzata (cm)" p.ti max 1,5

Si chiede di confermare che tali punteggi siano assegnati soltanto ove l'escursione del movimento sia "motorizzato" viceversa sarà assegnato un punteggio = 0 p.ti

Risposta

Si conferma che il punteggio relativo alle caratteristiche 1.6 e 1.7 del Lotto 2 sarà attribuito, in funzione del range di escursione previsto dal Capitolato d'Oneri, solo in presenza di movimento motorizzato.

26) Domanda

Punto 1.6: Secondo la IEC 60613 la potenza sul fuoco piccolo è dichiarata sia a 3000 Rpm sia a 9800Rpm, dato per assodato che una maggiore velocità di rotazione dell'anodo migliora le prestazioni del tubo rx, seguendo quanto riportato nella IEC 60613, sono considerati in egual maniera validi anche i valori a velocità di rotazione 9800 rpm?

Risposta

Si conferma quanto indicato alla caratteristica migliorativa 1.6 del Lotto 2, al par.17.1 del Capitolato d'Oneri: "Potenza massima su fuoco piccolo (anodo caldo 300W, IEC 60613, 3000 giri/min) (kW)"

27) Domanda

Punto 1.14: La frequenza di acquisizione indicata è da intendere come acquisizione solo in Full Resolution?

Risposta

Premesso che il quesito risulta poco chiaro, in quanto non è chiaro cosa si intenda per "Full Resolution", le tecniche di esposizione di tipo cardio in radioscopia con acquisizione a 25 frame al secondo devono avere la stessa risoluzione che si ha con tecniche a frequenza più bassa (come ad es. ortopedia a 8 frame al secondo).

28) Domanda

Punto 1.15: Per il capitolato degli archi a C 3D (Lotto 3) la rotazione orbitale è min140°/massimo 190°: negli archi multidisciplinari (Lotto 2), questo range normalmente non va oltre a 150° gradi complessivi di rotazione. È possibile che venga accettato e ridefinito il valore per gli archi multidisciplinari?

Risposta

Si conferma quanto indicato alla caratteristica migliorativa 1.15 del Lotto 2, al par.17.1 del Capitolato d'Oneri: "Rotazione complessiva nella movimentazione orbitale, con arco posizionato lateralmente al paziente (°)" con $S_{min}=140$; $S_{max}=190$

29) Domanda

Punto 1.23: "Almeno n.2 consolle touch screen (uno su arco una su carrello)": entrambe le consolle touch screen, sia su Arco che sul carrello devono essere integrate?

Risposta

Non si conferma. Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico associato alla caratteristica in questione, le due consolle touch screen non devono necessariamente considerarsi integrate.

30) Domanda

Punto 1.25: La caratteristica richiesta prevede che i monitor offerti debbano avere "....risoluzione Full HD (1920x1024)....": mantenendo la risoluzione minima di 2 Megapixel richiesta, è possibile offrire monitor con risoluzioni e fattori di forma equivalenti?

Risposta

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico, i monitor devono possedere i parametri descritti all'interno della descrizione della caratteristica in questione.

31) Domanda

Servizio di telediagnosi - Per effettuare il servizio come richiesto dal bando di gara, prevede l'abilitazione "*da una linea internet dedicata messa a disposizione dall'Amministrazione*": la modalità di connessione per la fornitura di questo servizio è richiesta esclusivamente tramite connessione a cavo Lan e conseguente apertura permanente di una porta VPN dedicata?

Risposta

Si conferma quanto previsto al par.3.7.4 del Capitolato Tecnico.

32) Domanda

Nella domanda di partecipazione, Pagina 9 dell'allegato a tal fine predisposto, è richiesto all'O.E. di compilare o meno il seguente campo:

- DICHIARA di aver stipulato un contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o fornitura, con il seguente soggetto_____ in data_____

Si chiedono maggiori informazioni in merito al contratto cui si fa riferimento; intendete forse altri A.Q. o Convenzioni stipulate con Enti del SSN?

Risposta

Non si conferma. Si fa riferimento a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d) dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

33) Domanda

Nella consapevolezza delle liste d'attesa dei Tribunali, si chiede di accettare un'autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, di fedeltà delle traduzioni in italiano dei documenti in inglese del Produttore, se membro della Comunità Europea, in luogo delle traduzioni giurate. Ciò al fine di agevolare l'attività di predisposizione della documentazione d'offerta anche alle Aziende che offrono apparecchiature prodotte pur sempre nella comunità europea, ma non in Italia.

Risposta

La traduzione giurata è richiesta per la documentazione redatta in altra lingua diversa dall'italiano ad eccezione della lingua inglese, per la quale è ammessa la traduzione semplice. Pertanto, nel caso di documentazione redatta in lingua inglese sarà sufficiente che questa sia corredata da traduzione semplice.

34) Domanda

In merito alla richiesta di fornire la workstation per la valutazione delle bioimmagini (pag.43 del Capitolato d'Oneri), si chiede se la stessa debba essere comprensiva di monitor ad alta risoluzione da refertazione oppure se tale monitor sia messo a disposizione dalla Consip/commissione.

Risposta

Ai fini della valutazione delle bioimmagini ciascun concorrente dovrà fornire la propria workstation di post-elaborazione, secondo le modalità riportate al par.15.3 del Capitolato d'Oneri, comprensiva di monitor. Il monitor dovrà essere quello offerto in gara.

35) Domanda

Il Capitolato d'oneri a p. 29 prevede che: "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata".

Si chiede di confermare che tale richiesta sia da considerare un refuso dato che l'avviso di preinformazione del 30/07/2025 prevedeva la traduzione semplice per la documentazione in lingua inglese.

Risposta

Si conferma e si rimanda alla risposta al quesito n.33.

36) Domanda

L'art. 6 del Capitolato tecnico prevede una garanzia di 12 mesi, contrariamente a quanto previsto a p. 8 dello stesso documento e a p. 49 del Capitolato d'Oneri (punto d della composizione dell'offerta economica). Si chiede di chiarire quale sia la durata della garanzia richiesta.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 6.

37) Domanda

Relativamente al documento "ID 2851_All_12_Nomina responsabile trattamento dei dati" si richiede:

- a. **Amministratore di Sistema:** Si chiede di confermare che in fase di aggiudicazione tale prescrizione posta nel **punto 16** del modello, possa essere superata nel caso in cui a per le attività oggetto dell'appalto, la Scrivente non svolgesse la funzione di "Amministratore di Sistema": La motivazione di tale esclusione al ruolo, è fondata sulla FAQ n. 1 del Garante Privacy acclusa al Provvedimento "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di sistema" del 28 novembre 2008 (così modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009), laddove viene sostenuto dall'Autorità stessa che "....Non rientrano invece nella funzione quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (p. es., per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software".
- b. **Sub-responsabile del trattamento:** "Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento e previa autorizzazione scritta generale da richiedere a quest'ultimo come posto nel **punto 9** del vostro modello."

Al fine di evitare un rallentamento e/o ostacolo nell'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura si chiede se sia possibile prevedere un'autorizzazione generale scritta preventiva ad avvalersi di sub-responsabili del trattamento individuati nell'ambito di un elenco che verrà fornito in occasione della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella compagine di sub-responsabili impiegati (tra cui società del Gruppo della scrivente impresa con sede al di fuori dell'Unione Europea che potrebbero offrire interventi di supporto tecnico avanzato da remoto).

Si fa presente che la Scrivente ha intrapreso le misure necessarie a fornire una protezione adeguata in relazione ai dati inviati fuori dall'Area Economica Europea e tutti i trasferimenti saranno soggetti a un meccanismo di trasferimento approvato dalle autorità dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 46 e ss. del Reg. UE 679/2016 (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en); ad oggi i trasferimenti dei dati sono coperti dalla norme vincolanti d'impresa (BCR - P, Binding Corporate Rules) approvate dal CNIL.

Risposta

Con riferimento al punto a. non si conferma, la decisione è rimessa all'Amministrazione. Si precisa in ogni caso che l'accordo quadro prevede attività di assistenza tecnica e manutenzione full risk per 24 mesi, per cui tali interventi non appaiono riconducibili alla nozione di attività occasionale.

Con riferimento al punto b. non si conferma, la decisione è rimessa all'Amministrazione.

38) Domanda

Con riferimento all'art. 23.3 "Polizza assicurativa" del Capitolato d'oneri, tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l'esistenza della polizza assicurativa stessa.

Risposta

Si conferma, purché nel certificato di Assicurazione risulti la copertura anche nei confronti del soggetto che concorre alla gara e non solo della casa madre, nonché tutte le clausole/vincoli assicurativi previsti nell'Allegato 9 del Capitolato d'Oneri.

39) Domanda

Nella parte del capitolato d'oneri dedicato all'offerta economica non è stata trovata alcuna indicazione relativa all'inserimento degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera. Anche nella scheda offerta da compilare a sistema non sono presenti i campi per l'inserimento dei suddetti valori. Si chiede, pertanto, di precisare dove tali valori debbano essere indicati.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 4.

40) Domanda

Con riferimento al paragrafo **17.1 “Criteri di Valutazione”** dell'Offerta Tecnica, Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) – **Lotto 1, Caratteristiche Migliorative – Telecomandati**, in relazione al Criterio **1.14 “Equivalenza tavolo portapaziente radiotrasparente (mmAl@100 kV)”** si chiede di confermare che l'applicazione di una formula di valutazione ad andamento crescente sia un refuso. Pertanto, si chiede di confermare che la formula di attribuzione del punteggio sarà di tipo decrescente.

Risposta

Si conferma. Si veda inoltre la risposta al quesito n. 10.

41) Domanda

Relativamente alle caratteristiche migliorative LOTTO 2, al punto 1.1 viene richiesto: “Valore massimo cadenza acquisizione immagini (con matrice 1K X 1K a 16 bit) in scopia pulsata (p/s)”. Si chiede di confermare che l'unità di misura (p/s) sia da considerarsi refuso e che va intesa come fps (frame/s)”

Risposta

Si conferma l'unità di misura riportata nella documentazione di gara.

42) Domanda

Relativamente alle caratteristiche migliorative LOTTO 2, al punto 1.8 viene richiesto: “Sistema di formazione e gestione dell'immagine: Sistema di puntamento ottico tramite laser integrato sul tubo e sul detettore”. Si chiede di confermare che, nel caso sia presente una sola delle due condizioni (puntatore laser integrato nel solo tubo o nel solo detettore), verrà attribuito la metà del punteggio massimo relativo alla caratteristica migliorativa in questione (ovvero 0,75 punti).

Risposta

Non si conferma.

43) Domanda

Relativamente alle caratteristiche migliorative LOTTO 2, al punto 1.20 viene richiesto: “Rotazione orbitale manuale e motorizzata”. Si chiede di confermare che, nel caso sia presente una sola delle due condizioni

(rotazione orbitale manuale o rotazione orbitale motorizzata), verrà attribuito la metà del punteggio massimo relativo alla caratteristica migliorativa in questione (ovvero 1 punto).

Risposta

Non si conferma.

44) Domanda

Relativamente alle caratteristiche migliorative LOTTO 3, al punto 1.2 viene richiesto: “Valore massimo cadenza acquisizione immagini (con matrice 1K X 1K a 16 bit) in scopia pulsata (p/s)”. Si chiede di confermare che l'unità di misura (p/s) sia da considerarsi refuso e che va intesa come fps (frame/s)”

Risposta

Si rimanda alla risposta del quesito 41.

45) Domanda

Relativamente alle caratteristiche migliorative LOTTO 3, al punto 1.8 viene richiesto: “Sistema di puntamento ottico tramite laser integrato sul tubo e sul detettore”. Si chiede di confermare che, nel caso sia presente una sola delle due condizioni (puntatore laser integrato nel solo tubo o nel solo detettore), verrà attribuito la metà del punteggio massimo relativo alla caratteristica migliorativa in questione (ovvero 0,5 punti).

Risposta

Non si conferma.

46) Domanda

Relativamente alle caratteristiche migliorative del LOTTO 3, al punto 1.14 viene richiesto: “possibilità di acquisire con FOV almeno 19 cm x 19 cm x 19 cm. Viene poi attribuito un punteggio Tabellare con valori Smin=40 e Smax=80. Si chiede di confermare che si tratti di refuso e che tali valori Smin e Smax non sono da considerare;

Risposta

Con riferimento alla caratteristica n.1.14 “*Possibilità di acquisire con FOV almeno 19cm x 19cm x 19cm*” riportata all'interno della tabella relativa al Lotto 3 del par. 17.1 del Capitolato d'Oneri, si precisa che la stessa riporta, per mero refuso materiale, i valori “CR”, “Smin=40” e “Smax=80”. La presente caratteristica è di tipo Tabellare (T) e non Quantitativo (Q), come riportato al par.17.1 del Capitolato d'Oneri; pertanto, l'attribuzione del punteggio tecnico avverrà esclusivamente in caso di possesso o meno della caratteristica stessa.

47) Domanda

Relativamente alle caratteristiche migliorative del LOTTO 3, al punto 1.19 viene richiesto: “escursione orizzontale motorizzata (cm)”. Si chiede di confermare che il punteggio verrà calcolato in relazione alla lunghezza dell'escursione orizzontale in cm (per la natura quantitativa del requisito CR) e, nel rispetto del principio di equivalenza, non in base alla natura del movimento (motorizzato/manuale).

Risposta

Non si conferma. Sarà premiato il range di movimento orizzontale che l'apparecchiatura è in grado di effettuare in modalità motorizzata. Inoltre, l'attribuzione del punteggio tecnico relativo alla caratteristica in questione avverrà attraverso una formula lineare riportata nel par.17.2 del Capitolato d'Oneri, ovvero:

$C_{N,i}$	(per $V_{N,i} \leq S_{N,MIN}$)	=	0
$C_{N,i}$	(per $S_{N,MIN} < V_{N,i} < S_{N,MAX}$)	=	$[(V_{N,i} - S_{N,MIN}) / (S_{N,MAX} - S_{N,MIN})]$
$C_{N,i}$	(per $V_{N,i} \geq S_{N,MAX}$)	=	1

Dove, nel caso in questione:

$S_{N,MIN}=10$

$S_{N,MAX}= 25$

48) Domanda

Si chiede di sapere se, in caso di partecipazione a più lotti, sia possibile presentare **un'unica documentazione amministrativa** indicando tutti i lotti di interesse, oppure se sia necessario **predisporre e caricare un documento distinto per ciascun lotto (es. Domanda di Partecipazione e/o DGUE)**.

Risposta

Come riportato al par. 6.3 del Capitolato d'Oneri, "In caso di partecipazione a più Lotti il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE e una sola domanda di partecipazione"

49) Domanda

In relazione al criterio migliorativo n. 1.23 del Lotto 1, nel quale è richiesto che "il monitor aggiuntivo per la sala esami abbia le medesime caratteristiche di quello previsto in configurazione base", si evidenzia che il punto precedente (1.22) prevede l'attribuzione di punteggio migliorativo in funzione delle dimensioni del monitor effettivamente offerto rispetto al requisito minimo.

Si chiede pertanto di confermare che l'attribuzione del punteggio relativo al criterio 1.23 sarà riconosciuta qualora il monitor aggiuntivo per la sala esami presenti le stesse caratteristiche tecniche e dimensionali del monitor offerto per la sala comandi.

Risposta

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico della caratteristica migliorativa n.1.23 "Monitor aggiuntivo per sala esami con le medesime caratteristiche di quello previsto in configurazione base", il monitor per la sala esami (di cui alla caratteristica 1.23) dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche di cui alla minima n.1.13 "Un monitor con tecnologia LCD, risoluzione almeno 1280x1024, dimensioni almeno 19" (per sala comando)". La caratteristica migliorativa 1.22 "Monitor di cui alla caratteristica minima con tecnologia LCD, con risoluzione almeno 2 mega pixel, dimensioni almeno 27\"", è invece riferita al monitor per sala comando, e non al monitor per sala esami (di cui alla caratteristica migliorativa 1.23).

50) Domanda

Con riferimento al criterio migliorativo di cui al punto 1.27 del Disciplinare di gara ("Certificazione Parità di Genere"), è previsto il punteggio di 1 punto è riconosciuto al concorrente che **al momento della**

presentazione dell'offerta dichiarare di essere in possesso della certificazione e ne **alleggi copia**, si chiede di voler **confermare** che:

- qualora la certificazione non sia ancora formalmente rilasciata alla data di presentazione dell'offerta, il concorrente possa **dichiarare di aver avviato l'iter di ottenimento** della stessa e di **impegnarsi a produrla non appena disponibile**, anche mediante eventuale attivazione del **soccorso istruttorio**, fermo restando che il punteggio potrà essere riconosciuto solo a seguito della produzione del certificato;
- in alternativa, che possa essere **utilizzato l'istituto dell'avvalimento migliorativo**, ai sensi del paragrafo 7 del Disciplinare, presentando in busta tecnica il **contratto di avvalimento** con un'impresa ausiliaria in possesso della certificazione, in quanto tale possibilità è espressamente ammessa per i criteri premiali e, in particolare, per la certificazione di parità di genere.

Risposta

Con riferimento al primo punto, non si conferma in quanto, in relazione al criterio "Certificazione parità di genere" riportato nelle tabelle di cui al par. 17.1, *"ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta"*.

In relazione al secondo punto, si conferma la possibilità di ricorrere all'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta con riguardo al criterio avente ad oggetto il possesso della certificazione in materia di parità di genere. Ai sensi del paragrafo 7 del Capitolato d'Oneri, *"si richiede, altresì, che dal contratto si possa evincere la dimensione dell'organizzazione: si precisa infatti che l'ausiliaria dovrà appartenere a una fascia/cluster, così come definita dalla prassi di riferimento UNI PDR 125/2022, almeno pari a quella dell'ausiliata"*.

51) Domanda

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 9-bis comma 4 del D.lgs. 36/23 secondo cui il fornitore è tenuto a fornire a Consip l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, al fine di approntare un' organizzazione dei dati e informazioni relative alle forniture pienamente rispondente alle esigenze di codesta centrale unica di committenza, si chiede di meglio dettagliare i dati che potranno essere richiesti al fornitore e, in ogni caso, di confermare che con il termine consumi si intendano le consegne, installazioni e i collaudi.

Risposta

Posto che il quesito non è chiaro, si rinvia all'art. 9-bis dello Schema di Accordo Quadro. Si precisa, in ogni caso, che i dati richiesti saranno riferiti esclusivamente al contratto sottoscritto nell'ambito della procedura in oggetto.

52) Domanda

Capitolato d'oneri – par. 15.3 – pag. 43: si chiede conferma che le Bioimmagini (ed i relativi supporti utilizzati per la consegna quali ad esempio CD/DVD, buste chiuse, ...) NON debbano essere anonimizzate in riferimento alla azienda produttrice, ovvero che nelle Bioimmagini (e nei relativi supporti utilizzati per la consegna quali ad esempio CD/DVD, buste chiuse, ...) possano essere presenti riferimenti riconducibili all'azienda produttrice.

Risposta

Si conferma.

53) Domanda

Capitolato d'oneri – par. 15.3 – pag. 43: si chiede conferma che le Bioimmagini possano essere acquisite dalle apparecchiature analoghe a quelle proposte in gara e già installate presso Aziende e/o strutture sanitarie pubbliche e/o private, anche qualora queste fossero situate in Paesi stranieri.

Risposta

Come riportato al par. 15.1 del Capitolato d'Oneri le bioimmagini devono essere “prodotte con un'apparecchiatura corrispondente a quella presentata a Sistema in sede di Offerta tecnica (marca e modello) e con configurazione che non preveda software e/o hardware di riduzione della dose e/o di processing delle immagini, relativamente ai distretti anatomici oggetto di valutazione, ulteriori rispetto a quelli offerti in gara”, a prescindere dalla collocazione geografica dell'apparecchiatura con la quale le bioimmagini vengono acquisite.

54) Domanda

Capitolato d'oneri – par. 15.3 – pag. 43: si chiede di specificare le caratteristiche minime del monitor della workstation di post-elaborazione che verrà utilizzata in sede di valutazione delle bioimmagini c/o la sede Consip.

Risposta

Si precisa che ai fini della valutazione delle bioimmagini ciascun concorrente dovrà fornire la propria workstation di post-elaborazione e il monitor dovrà essere quello offerto in gara. Si rimanda anche alla risposta al quesito n.22.

55) Domanda

Capitolato tecnico – punto 3.2 – pag. 15 Sopralluogo di verifica. Viene riportato: “Sarà a carico del Fornitore il fissaggio dell'apparecchiatura, nonché tutte le attività propedeutiche allo stesso, intendendosi ricompresi anche i supporti, le piastre e quant'altro necessario, nonché le attività propedeutiche al collegamento alla rete elettrica. Il Fornitore dovrà inoltre realizzare ed installare i supporti necessari al funzionamento dell'apparecchiatura (rotaie, supporti di sostegno, sistemi pensili, ecc.)”. Si chiede di confermare che per “collegamento alla rete elettrica”, relativamente al lotto 1, si intenda il collegamento al Quadro elettrico di sala Rx predisposto dall'Ente.

Risposta

Si conferma quanto riportato al par 3.2 del Capitolato Tecnico in merito al sopralluogo. La documentazione di gara nulla altro prescrive in merito.

56) Domanda

Capitolato tecnico – punto 3.2 – pag. 15 Sopralluogo di verifica. Viene riportato: “Sarà a carico del Fornitore il fissaggio dell'apparecchiatura, nonché tutte le attività propedeutiche allo stesso, intendendosi ricompresi anche i supporti, le piastre e quant'altro necessario, nonché le attività propedeutiche al collegamento alla rete elettrica. Il Fornitore dovrà inoltre realizzare ed installare i supporti necessari al funzionamento dell'apparecchiatura (rotaie, supporti di sostegno, sistemi pensili, ecc.)”. Si chiede di confermare che per “collegamento alla rete elettrica”, relativamente al lotto 2, si intenda il collegamento alle prese elettriche degli ambienti predisposti all'utilizzo delle apparecchiature in oggetto.

Risposta

Si conferma quanto riportato al par 3.2 del Capitolato Tecnico in merito al sopralluogo. La documentazione di gara nulla altro prescrive in merito.

57) Domanda

Capitolato tecnico – punto 3.2 – pag. 15 Sopralluogo di verifica. Viene riportato: “Sarà a carico del Fornitore il fissaggio dell'apparecchiatura, nonché tutte le attività propedeutiche allo stesso, intendendosi ricompresi anche i supporti, le piastre e quant'altro necessario, nonché le attività propedeutiche al collegamento alla rete elettrica. Il Fornitore dovrà inoltre realizzare ed installare i supporti necessari al funzionamento dell'apparecchiatura (rotaie, supporti di sostegno, sistemi pensili, ecc.)”. Si chiede di confermare che sarà a carico dell'Amministrazione l'esecuzione di tutte le opere edili e strutturali necessarie alla predisposizione del locale, incluse quelle necessarie a consentire il fissaggio e l'installazione delle apparecchiature (putrelle, rinforzi/piastre di distribuzione a solaio, ecc.)

Risposta

Come riportato nel par.3.1 del Capitolato Tecnico “Sarà a carico dell'Amministrazione la redazione del “progetto esecutivo” per la realizzazione dei lavori necessari nonché l'esecuzione di tutte le opere edili e strutturali necessarie alla predisposizione del locale sulla base del “progetto di massima”, incluse quelle necessarie a consentire il fissaggio e l'installazione delle apparecchiature (quali, a titolo esemplificativo, il rinforzo del solaio/pavimento)”. La documentazione di gara nulla altro prescrive in merito.

58) Domanda

Capitolato d'oneri – par. 12.1 - pag. 29 “REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA”

Viene riportato “Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata”. Per la comprova delle sole caratteristiche minime e/o migliorative che non siano esplicitate nei datasheet, manuale utente, manuale di servizio, rapporti di prova di organismi riconosciuti, si chiede di voler ammettere la presentazione di documentazione in lingua inglese accompagnata da traduzione semplice, corredata da dichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentante del Concorrente ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l'assoluta fedeltà e conformità al testo del documento in lingua originale.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n.33.

59) Domanda

Capitolato tecnico – par. 3.8 pag. 24 “ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)” si richiede di confermare che il solo servizio di smaltimento dei rifiuti sia a carico delle SS.AA.

Risposta

Non si conferma.

60) Domanda

Allegato 4A "Schema conto economico commessa": si chiede di confermare che le celle di colore grigio debbano essere riempite, dal concorrente, come disciplinato nel capitolato d'oneri al par. 3 a pag. 11.

Risposta

Si conferma.

61) Domanda

Capitolato tecnico – par. 1, punto c. pag. 3 "Oggetto della fornitura"

Si chiede di confermare che l'assistenza tecnica e manutenzione full risk (preventiva/correttiva) per 24 mesi sia da intendersi per i primi 24 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione" della Fornitura.

Risposta

Si conferma, laddove per "Data di accettazione della fornitura" si intende la data dell'esito positivo del collaudo, come riportato al paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico *"In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" della Fornitura."*

62) Domanda

Capitolato d'oneri – par. 17.1 pag. 54 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"

In riferimento alla tabella relativa al Lotto 2 punto 1.25 si chiede di confermare che i monitor debbano essere di tipo medicale.

Risposta

Si conferma, in linea con quanto specificato alla caratteristica minima 1.23 del Lotto 2, che i monitor devono essere di tipo medicale.

63) Domanda

Si chiede conferma che i seguenti documenti di gara in questa fase vanno solo visionati per accettazione e non vanno restituiti firmati:

- ID2851_All.3 DVRI AQ
- ID2851_All.12 Nomina responsabile trattamento dati
- ID2851_AQ Radiologia_Schema di Accordo Quadro
- ID2851_Patto di integrità Programma

Risposta

Si conferma.

64) Domanda

In riferimento all'art. 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) del Capitolato d'oneri e nello specifico "Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale." si chiede conferma che:

- a. siccome il portale prevede il solo inserimento del CPV di gara, si possa presentare una dichiarazione integrativa al DGUE per dettagliare l'elenco delle prestazioni;
 - b. la richiesta di indicare la quota percentuale di un eventuale subappalto sia un refuso in quanto non sussiste più l'obbligo di fornire tale indicazione in sede di offerta.
-

Risposta

Relativamente al primo punto, posto che per la procedura in oggetto è stato individuato il CPV 33111000 – “Apparecchi radiologici”, si conferma la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa che sarà valutata nelle successive fasi di gara.

Relativamente al secondo punto, si veda il par. 14.2 del Capitolato d’Oneri il quale prevede che “in caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato. **Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale**”.

65) Domanda

In riferimento al DGUE online, si porta a conoscenza che nella Parte IV: Criteri di selezione - sezione B per la dichiarazione del requisito di capacità economica finanziaria (Fatturato globale) non è abilitato il campo per l’inserimento del periodo e per l’indicazione dei singoli fatturati. Si chiede conferma che l’operatore economico possa presentare una dichiarazione integrativa al DGUE per dettagliare i requisiti richiesti dal Capitolato d’oneri.

Risposta

Si conferma.

66) Domanda

Con riferimento all’allegato “**ID2851_AII.4A_Schema Conto Economico Commessa**” e, nello specifico, al foglio Istruzioni Compilazione – Ulteriori Indicazioni presente all’interno del file stesso, viene riportato quanto segue: “Per il calcolo del costo medio orario delle figure professionali impiegate, ove possibile, si suggerisce di utilizzare il foglio **Dettaglio costi del lavoro**”.

Si chiede cortesemente di voler rendere disponibile il sopracitato foglio Dettaglio costi del lavoro, in quanto non presente nella documentazione fornita dal Vs. Spett.le Ente.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n.16.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

Il Responsabile

Dott. Guido Gastaldon