CONSIP S.p.A. a socio unico
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI TECNOLOGIE E SOLUZIONI A SUPPORTO DELLA BREAST HEALTH (ACQUISTO E NOLEGGIO) DI CUI ALL'AVVISO DI PREINFORMAZIONE INVIATO ALLA GUUE IN DATA 12/06/2026

1. PREMESSA

Consip S.p.A. in data 12/06/2026 ha inviato alla GUUE un Avviso di preinformazione, al fine di rendere nota l'intenzione di bandire una gara a procedura aperta per la Fornitura di tecnologie e soluzioni a supporto della Breast Health (acquisto e noleggio) dei servizi connessi, dei dispositivi e servizi opzionali suddiviso in n.2 Lotti.
Contestualmente a tale Avviso la Consip ha reso disponibili, mediante pubblicazione sul sito www.consip.it, il presente documento contenente alcune informazioni relative alla procedura di cui sopra e un documento contenente le Condizioni della suddetta fornitura (denominato Condizioni di fornitura).

La presente procedura rientra nell'ambito di applicazione:

- del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 "*relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali — IPI)*";
- del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 "*che istituisce una misura dello strumento per gli appalti internazionali che limita l'accesso degli operatori economici e dei dispositivi medici originari della Repubblica popolare cinese al mercato degli appalti pubblici di dispositivi medici dell'UE a norma del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio*".

Alla presente iniziativa possono aderire anche Amministrazioni beneficiarie di eventuali finanziamenti comunitari e/o nazionali.
La presente procedura è conforme ai criteri relativi al principio "**Do No Significant Harm"** (DNSH), di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

2. INFORMAZIONI

2.1 OGGETTO E DURATA

Gara a procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto la Fornitura di tecnologie e soluzioni a supporto della Breast Health (acquisto e noleggio) dei servizi connessi, dei dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni quali definite ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente.

La presente procedura sarà finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto **con più operatori economici**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.
L'affidamento degli Appalti Specifici da parte delle Amministrazioni avverrà secondo i termini e le condizioni che saranno specificate nell'Accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo.

La determinazione dell'operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione avverrà alla luce delle condizioni oggettive di seguito indicate sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione:

1. criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento del relativo quantitativo;
2. in deroga al criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito e fino ad esaurimento del relativo quantitativo, in base alle specifiche esigenze, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, adeguatamente motivate e di seguito indicate:
   - specifiche esigenze tecniche e/o cliniche legate a particolari configurazioni/funzionalità hardware e/o software dell'apparecchiatura;
   - specifica esigenza clinica di garantire la piena confrontabilità longitudinale degli esami mammografici nel tempo.

La durata dell'Accordo Quadro è di 12 mesi. Qualora al termine di tale periodo non si sia esaurito il massimale, la durata potrà essere prorogata fino a ulteriori 12 mesi.
La durata dei contratti attuativi è di 2 anni (24 mesi) per l'acquisto (Lotti 1 e 2) e 5 anni (60 mesi) per il noleggio (Lotto 2).

La procedura sarà espletata sul sistema telematico di negoziazione di Consip, accessibile dal sito www.acquistinretepa.it

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei;
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

2.2 BASI D'ASTA

n.	Descrizione beni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Numero totale di apparecchiature oggetto di gara	Importo
1	Mammografo con tomosintesi	33111650-2	P	100	€ 32.500.000,00
2	Sistema di tecnologie a supporto del percorso senologico diagnostico-terapeutico: Mammografo con Tomosintesi, Ecografo specifico per tessuto mammario, Densitometro oncologico opzionale facoltativo.	33111650-2 33112000-8 33111660-5	P	20	€ 15.840.000,00

I prezzi unitari a base d'asta e le relative quantità sono riportati nella sottostante tabella.

In merito alle quantità stimate riportate nella sottostante tabella, si precisa che tali quantità si riferiscono, al quantitativo massimo aggiudicabile al primo aggiudicatario, come indicato al paragrafo 2.6 (Criteri di aggiudicazione), nel caso di un numero di offerte valide maggiore o uguale a 6 (sei) per il Lotto 1 e pari a 2 (due) per il Lotto 2.

Pertanto, il valore totale a base d'asta riportato nelle tabelle sottostanti, che sarà utilizzato come riferimento per le offerte economiche e per l'attribuzione del punteggio economico, non corrisponde al valore massimo stimato di ciascun Lotto.

LOTTO 1

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (€)	QUANTITÀ STIMATA
1	Mammografo con tomosintesi	185.000,00	41
2	Workstation di visualizzazione e refertazione	30.000,00	20
3	Poltrona motorizzata convertibile in lettino per biopsia stereotassica o in alternativa Lettino per l'esecuzione di biopsie in posizione prona**	15.000,00	30
4	Modulo Cem	30.000,00	25
5	Sistema per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il mammografo	35.000,00	25
6	Biocem (biopsia con contrasto) - Opzionale facoltativo*	30.000,00	20
Base d'asta totale		**€ 10.860.000,00**	

LOTTO 2

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (ACQUISTO) (€)	CANONE MENSILE A BASE D'ASTA (NOLEGGIO) (€)	QUANTITÀ STIMATA
1	Sistema di tecnologie a supporto del percorso senologico diagnostico-terapeutico (mammografo con tomosintesi ed ecografo specifico per analisi della mammella)	400.000,00	9.500,00	12
2	Densitometro osseo - Opzionale facoltativo*	120.000,00	2600,00	6
3	Poltrona motorizzata convertibile in lettino per biopsia stereotassica o in alternativa Lettino per l'esecuzione di biopsie in posizione prona**	15.000,00	350,00	10
4	Workstation di visualizzazione e refertazione	30.000,00	750,00	5
Base d'asta totale Acquisto		**€ 5.820.000,00**		
Base d'asta totale Noleggio (per 5 anni)			**€ 8.211.000,00**	
Base d'asta totale		**€ 14.031.000,00**		

***L'offerta dei dispositivi opzionali facoltativi per i lotti 1 e 2 non è obbligatoria. I Concorrenti non in possesso dei dispositivi opzionali facoltativi avranno la possibilità di presentare offerta relativamente all'apparecchiatura base e ai dispositivi opzionali obbligatori, non beneficiando del punteggio tecnico specifico per i dispositivi opzionali facoltativi. Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio economico, in caso di mancata offerta di un dispositivo opzionale non obbligatorio, nel calcolo del prezzo complessivo offerto sarà considerato un prezzo pari alla rispettiva base d'asta.**

**** L'offerta del lettino per l'esecuzione di biopsie in posizione prona è da intendersi alternativa all'offerta di una poltrona motorizzata e deve essere comprensiva del software per il ribaltamento del tubo radiogeno.**

Per il Lotto 2, il Concorrente dovrà necessariamente presentare offerta per entrambe le modalità di approvvigionamento in acquisto e in noleggio.
L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole PPAA in sede di contratto attuativo.
Si precisa che il quantitativo dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che ricorreranno agli Appalti Specifici nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro.
Pertanto, la stima sopra indicata non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni contraenti e per la Consip S.p.A. nei confronti degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro.

2.3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.3.1 REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I Concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.
In osservanza del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e degli artt. 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, sono escluse le offerte presentate da tutti gli operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese ("misura IPI").
L'origine della Repubblica Popolare Cinese di un operatore economico viene accertata secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022. L'origine di un bene della Repubblica Popolare Cinese è determinata conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

2.3.2 ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

2.4 ALTRI ADEMPIMENTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti consegnano al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D.lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
La consegna dovrà avvenire tramite inserimento nel FVOE, ove non sia già presente. Per ragioni di processo e di speditezza dell'azione amministrativa una copia del suddetto Rapporto dovrà altresì essere inserita, a Sistema, nella busta amministrativa.
In caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere presentate da ciascuna impresa del RTI/Consorzio ordinario o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.
Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno presentare documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

I Concorrenti rendono, inoltre, la dichiarazione in merito ai dati identificativi dei titolari effettivi.

2.5 CAUZIONE PROVVISORIA

Sarà richiesta la produzione di una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 106 del Codice di importo pari all'1% del valore globale di ciascun Lotto:

Lotto 1: 446.875,00 €

Lotto 2: 217.800,00 €

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

Il possesso di almeno una delle seguenti certificazioni consente l'ulteriore riduzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106, comma 8, quarto periodo, e all'AllegatoII.13 del Codice, del 20%:

- ISO 13485 - Sistemi di gestione qualità per dispositivi medici;
- ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale.

2.6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	***90***
Offerta economica	***10***
TOTALE	**100**

Per il Lotto 2, il Punteggio Economico complessivo attribuito a ciascun Concorrente sarà uguale alla somma dei punteggi attribuiti ai ribassi offerti sulle voci di offerta:

- prezzo del sistema di tecnologie in acquisto (ACQ);
- canone mensile del sistema di tecnologie in noleggio (NOL).

(PE totale = PE Acquisto + PE noleggio).

Il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, per ciascun Lotto, è determinato in funzione del numero di offerte presenti in graduatoria, sulla base della seguente tabella di corrispondenza:

LOTTO	***Numero di offerte presenti nella graduatoria del Lotto***	***Numero di aggiudicatari del Lotto***
1	N ≤ 3 4≤ N ≤ 5 N ≥ 6	N = N N = N – 1 N = 5
2	N ≤ 2 N > 2	N = N N = 2

2.7 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento a tutti i Lotti, il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati nelle tabelle sotto riportate.

Nella colonna "Tipologia punteggio" della tabella vengono indicati:

- Con la lettera "D", i "punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

- Con la lettera “Q”, i “punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
- Con la lettera “T”, i “punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto

Tabella 1 - Lotto 1 – Caratteristiche Migliorative – Mammografi con tomosintesi

N.	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1	**Caratteristica**	**Modalità attribuzione punteggio**
1.1	Caratteristiche del sistema di compressione in termini di forza massima e minima di compressione, comfort paziente, ergonomia, tipologia di piatti offerti e visibilità e posizione (stativo, lato compressore, ecc.) dei valori di compressione e spessore della mammella compressa da parte dell'operatore	D
1.2	Caratteristiche del sistema AEC: Il punteggio verrà attribuito in base al tipo di tecnologia utilizzata, esistenza di diversi livelli di dose, scelta dell'area di misura per la pre-esposizione, possibilità di acquisire anche in modalità semi-automatica, e in modalità automatica anche in presenza di protesi	D
1.3*	Tempo massimo di acquisizione di una scansione completa di tomosintesi (dalla prima all'ultima esposizione) per uno spessore di PMMA di 50 mm ≤ 15 sec [sec]	Q
1.4	Tempo di ricostruzione di tutte le slice della tomosintesi CC per 50 mm di PMMA sulla stazione di acquisizione misurato dall'ultima esposizione necessario alla visualizzazione della prima slice ricostruita sulla stazione di acquisizione [sec]	Q
1.5*	Tempo morto 3D (intervallo tra due acquisizioni consecutive) per una mammella di 50 mm di spessore [sec]	Q
1.6	Produzione immagini 2D sintetiche con valenza diagnostica con lettura congiunta 2D sintetica e Tomosintesi FDA approved	T
1.7	Possibilità di rielaborare slice di tomosintesi ricostruendo slab/strati di dimensione predefinita e/o a scelta dell'operatore sulla WS di acquisizione e/o sulla WS di refertazione	T
1.8**	Possibilità di effettuare biopsie con paziente in posizione prona	T
1.9	Software di quantificazione per il calcolo volumetrico e della densità della mammella, sulla base dei dati della mammografia 2D e di tomosintesi, con indicazione delle categorie di rischio, in accordo con la classificazione proposta da ACR BI-RADS (ultima edizione) presente sulla stazione di acquisizione certificato come dispositivo medico (MDR O MDD 93/42/EEC)	T
1.10	Servizio di telediagnosi proattivo. La valutazione terrà conto dei parametri di visualizzazione, standard di sicurezza e modalità di collegamento	D
1.11	Possibilità di visualizzare esami precedenti su workstation di acquisizione provenienti da sistemi di terze parti	T
2	**VIDEODEMO**	
2.1	Accessibilità per Operatori e pazienti in condizioni di uso clinico e valutazione dell'ingombro dell'apparecchiatura e delle sue componenti anche in condizioni di uso clinico	D
2.2	Struttura e funzionamento della consolle di comando per il controllo delle movimentazioni dell'apparecchiatura e delle modalità di acquisizione ed elaborazione immagini. Ricostruzione delle immagini DBT e consultazione da workstation di acquisizione e/o refertazione	D
2.3	Ergonomia del Sistema	D

2.4	Gestione del workflow degli esami (accettazione paziente, esecuzione esame, interfaccia utente, invio al PACS delle immagini).	D
2.5	Procedura di biopsia DBT e CEM guidata	D
2.6	"Intelligenza Artificiale" • Descrizione dei benefici clinici apportati da software di intelligenza artificiale per i diversi ambiti di competenza: algoritmi di ricostruzione delle immagini e/o soluzioni tecnologiche basati sull'Intelligenza Artificiale e tipologie di sequenze/esami sui quali è prevista la loro applicabilità, anche attraverso la visualizzazione di bioimmagini • Tecniche di deep learning/intelligenza artificiale che consentano di ottimizzare la fase di posizionamento della mammella, la riduzione della dose e/o il miglioramento della qualità delle immagini	D
3	**BIOIMMAGINI**	
3.1*	Caso 1: BI-RADS 2 in classi di densità C o D (3D + 2D sintetica in CC e MLO)	D
3.2*	Caso 2: BI-RADS 3 o 4 o 5 con "Addensamento Asimmetrico" in classi di densità C o D (2D tradizionale)	D
3.3*	Caso 3: BI-RADS 3 o 4 o 5 con "Addensamento Asimmetrico" in classi di densità C o D (3D + 2D sintetica)	D
3.4*	Caso 4: BI-RADS 3 o 4 o 5 con "Microcalcificazioni" in classi di densità C o D (2D tradizionale)	D
3.5*	Caso 5: BI-RADS 3 o 4 o 5 con "Microcalcificazioni" in classi di densità C o D (3D + 2D sintetica)	D
3.6*	Caso 6: BI-RADS 3 o 4 o 5 con "Opacità" in classi di densità C o D (2D tradizionale)	D
3.7*	Caso 7: BI-RADS 3 o 4 o 5 con "Opacità" in classi di densità C o D (3D + 2D sintetica)	D
3.8*	Caso 8: BI-RADS 3 o 4 o 5 con "Distorsione Architetturale" in classi di densità C o D (2D tradizionale)	D
3.9*	Caso 9: BI-RADS 3 o 4 o 5 con " Distorsione Architetturale" in classi di densità C o D (3D + 2D sintetica)	D
3.10*	Caso 10: BI-RADS qualsiasi, mammella con protesi additiva (2D tradizionale)	D
3.11*	Caso 11: BI-RADS qualsiasi, mammella con protesi additiva (3D+ 2D Sintetica)	D
3.12*	Caso 12: BI-RADS 1 o 2 Casi negativi o con uno o più reperti benigni (CEM)	D
3.13*	Caso 13: BI-RADS 1 o 2 con presenza di "marcato" background parenchymal enhancement (CEM)	D
3.14*	Caso 14: BI-RADS 4 o 5 con "enhancing mass/non mass enhancement" in mammella con "marcato" background parenchymal enhancement in classi di densità C o D (CEM)	D
3.15*	Caso 15: BI-RADS 4 o 5 con "enhancing mass" con bassa consicuity in classi di densità C o D (CEM)	D
3.16*	Caso 16: BI-RADS 4 o 5 con "non-mass enhancement" bassa consicuity in classi di densità C o D (CEM)	D
3.17*	Caso 17: BI-RADS 2, 3, 4 o 5 in mammella con cicatrice post-chirurgica con o senza enhancement (CEM)	D
3.18*	Caso 18: BI-RADS 2,3,4 o 5 con microcalcificazioni sospette, con o senza enhancement associato in classi di densità C o D (CEM)	D
4	**CARATTERISTICHE FISICHE**	
4.1***	Valore tipico della MTF50% relativo al detettore offerto [lp/mm]	Q

4.2***	Detector element pitch, ovvero dimensione del pixel fisico <=100 micron [micron]	Q
4.3***	Dimensione del pixel nelle proiezioni delle acquisizioni in modalità DBT [micron]	Q
4.4***	Dimensione del pixel dell'immagine ricostruita DBT (slice) e sintetica per uno spessore di 50 mm [micron]	Q
4.5*	M2 - Qualità dell'immagine grezza in mammografia tramite fantoccio CDMAM – IQFnorm	Q
4.6*	M3 - Qualità dell'immagine processata in mammografia tramite fantoccio TOR MAM – Gtot	Q
4.7*	M3 - AGD in mammografia [mGy]	Q
4.8*	T1 - Qualità dell'immagine ricostruita in tomosintesi tramite fantoccio TOR MAM - Gtot, DBT	Q
4.9*	T1 - Qualità dell'immagine sintetica in tomosintesi tramite fantoccio TOR MAM - Gtot, S	Q
4.10*	T1 - Qualità dell'immagine in tomosintesi tramite fantoccio TOR MAM - valutazione di artefatti, distorsioni, visibilità delle micro nella parte anatomica	D
4.11*	T1 - AGD in DBT [mGy]	Q
4.12*	T2 - Risoluzione lungo Z (secondo il Protocollo AIFM Prova 5.2) - z-res [mm]	Q
4.13*	C1 - Qualità dell'immagine in mammografia con contrasto tramite fantoccio CIRS 022 - m	Q
4.14*	C1 - Qualità dell'immagine in mammografia con contrasto tramite fantoccio CIRS 022 - SDNR0.5	Q
4.15*	C1 - Qualità dell'immagine in mammografia con contrasto tramite fantoccio CIRS 022 - TCC0.5	Q
4.16*	C1- Artefatti Breast in Breast in CEM	D
4.17*	C1 - AGD in CEM [mGy]	Q
5	**PARITA' DI GENERE**	
5.1	Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. Si precisa che: • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2 22).	T

*** Valore da dichiarare in funzione dell'angolo di scansione individuato e dichiarato dal concorrente nella Scheda Offerta Tecnica, quale miglior compromesso per qualità immagine, tempi di esecuzione esame, dose erogata alla paziente.**

****L'offerta della caratteristica migliorativa 1.8 è connessa all'offerta dell'opzionale non obbligatorio "Sistema per esecuzione biopsie con dispositivo per la radiografia dei frustoli" e vincola il concorrente alla fornitura di lettino dedicato e del software per il ribaltamento del tubo radiogeno, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio tecnico.**

***** Tali valori saranno comprovati da datasheet**

Tabella 2 - Lotto 2 – Caratteristiche Migliorative–Sistema di tecnologie a supporto del percorso senologico diagnostico-terapeutico

N.	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1	**Caratteristiche Tecniche Migliorative Mammografo con Tomosintesi**	**Modalità attribuzione punteggio**
1.1	Caratteristiche del sistema di compressione in termini di forza massima e minima di compressione, comfort paziente, ergonomia, tipologia di piatti offerti e visibilità e posizione (stativo, lato compressore, ecc.) dei valori di compressione e spessore della mammella compressa da parte dell'operatore	D
1.2	Caratteristiche del sistema AEC: Il punteggio verrà attribuito in base al tipo di tecnologia utilizzata, esistenza di diversi livelli di dose, scelta dell'area di misura per la pre-esposizione, possibilità di acquisire anche in modalità semi-automatica, e in modalità automatica anche in presenza di protesi	D
1.3*	Tempo massimo di acquisizione di una scansione completa di tomosintesi (dalla prima all'ultima esposizione) per uno spessore di PMMA di 50 mm ≤ 15 sec [sec]	Q
1.4	Tempo di ricostruzione di tutte le slice della tomosintesi CC per 50 mm di PMMA sulla stazione di acquisizione misurato dall'ultima esposizione necessario alla visualizzazione della prima slice ricostruita sulla stazione di acquisizione [sec]	Q
1.5*	Tempo morto 3D (intervallo tra due acquisizioni consecutive) per una mammella di 50 mm di spessore [sec]	Q
1.6	Produzione immagini 2D sintetiche con valenza diagnostica con lettura congiunta 2D sintetica e Tomosintesi FDA approved	T
1.7	Possibilità di rielaborare slice di tomosintesi ricostruendo slab/strati di dimensione predefinita e/o a scelta dell'operatore sulla ws di acquisizione e/o sulla ws di refertazione	T
1.8**	Possibilità di effettuare biopsie con paziente in posizione prona**	T
1.9	Software di quantificazione per il calcolo volumetrico e della densità della mammella, sulla base dei dati della mammografia 2D e di tomosintesi, con indicazione delle categorie di rischio, in accordo con la classificazione proposta da ACR BI-RADS (ultima edizione) presente sulla stazione di acquisizione certificato come dispositivo medico (MDR O MDD 93/42/EEC)	T
1.10	Servizio di telediagnosi proattivo. La valutazione terrà conto dei parametri di visualizzazione, standard di sicurezza e modalità di collegamento.	D

1.11	Possibilità di visualizzare esami precedenti su workstation di acquisizione provenienti da sistemi di terze parti	T
1.12**	Valore tipico della MTF50% relativo al detettore [lp/mm]	Q
1.13**	Detector element pitch, ovvero dimensione del pixel fisico ≤100 micron [micron]	Q
1.14**	Dimensione del pixel nelle proiezioni delle acquisizioni in modalità DBT [micron]	Q
1.15**	Dimensione del pixel dell'immagine ricostruita DBT (slice) e sintetica per uno spessore di 50 mm [micron]	Q
1.16	Soluzioni software basate su algoritmi di intelligenza artificiale a supporto della lettura degli esami mammografici, dell'attività clinico diagnostica e dell'ottimizzazione dei flussi operativi, anche con riferimento ai programmi di screening. La valutazione terrà conto della pertinenza clinico operativa, del livello di integrazione nel workflow, delle eventuali evidenze documentate, dell'utilità per la gestione dei volumi di screening e della semplicità di utilizzo da parte degli operatori sanitari.	D
1.17	Workflow della procedura di biopsia DBT e CEM guidata	D
2	**Caratteristiche Tecniche Migliorative Ecografo**	
2.1	Monitor con diagonale di visualizzazione superiore a 23"	T
2.2	Archivio integrato con capacità >di 500 GB	T
2.3	Hard Drive con tecnologia SSD	T
2.4	Color Doppler e Power Doppler con visualizzazione dei flussi like 3D	T
2.5	Modalità di visualizzazione della microvascolarizzazione con tecnologia Doppler su sonde offerte	T
2.6	Modalità di visualizzazione della microvascolarizzazione con tecnologia non Doppler su sonde offerte	T
2.7	Modalità Elastografia 2D Shear Wave attiva sulle sonde offerte	T
2.8	Modalità Ceus (con quantificazione) attiva sulle sonde offerte	T
2.9	Sonda Lineare Alta frequenza da 5 a ≥18 Mhz ad alta densità di elementi: sarà valutato il numero di elementi, la larghezza di banda, la risoluzione assiale e laterale e le destinazioni d'uso	D
2.10	Software di ricostruzione tridimensionale per B-Mode e B-Mode/Color Doppler su sonde offerte	T
2.11	Possibilità di visualizzazione in doppia immagine in modalità B e B+Color Doppler o Power Doppler in real time	T
2.12	Soluzioni software basate su algoritmi di intelligenza artificiale a supporto dell'imaging senologico, con particolare riferimento a identificazione, caratterizzazione, misurazione e documentazione delle lesioni mammarie e al supporto dei percorsi diagnostici (inclusi i richiami da screening). La valutazione terrà conto della specificità senologica, integrazione nel workflow ecografico, eventuali evidenze cliniche documentate, utilità nei percorsi di breast unit e semplicità d'uso.	D

2.13	Funzione cine-loop con registrazione temporanea automatica di almeno 10 secondi precedenti alla pressione del pulsante “freeze”	T
2.14	Registrazione prospettica, con salvataggio su hard-disk interno, di video-clip della durata di almeno 20 secondi	T
3	**Densitometro Osseo**	
3.1	Analisi avanzata del femore: calcolo distanza assiale femorale, calcolo dell'indice di resistenza alla rottura del femore, misura dello spessore corticale	D
3.2	Ottimizzazione della scansione in funzione della corporatura del paziente: descrivere le soluzioni tecnologiche adottate (generatore, tensione di picco e modalità di acquisizione) volte a garantire la massima accuratezza diagnostica	D
3.3	Analisi corporea avanzata con color mapping	D
3.4	Morfometria vertebrale (a doppia energia): saranno valutate le caratteristiche dell'acquisizione e i tempi di svolgimento dell'esame	D
3.5	Software per l'analisi della sarcopenia	T
3.6	Analisi sia della parte ossea che metabolica con un'unica scansione per scansioni total body	T
3.7	Software per l’analisi del grasso viscerale e sottocutaneo (valori espressi in peso, superficie e volume)	T
4	**CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE**	
In coerenza con il carattere innovativo e con gli obiettivi del lotto, finalizzati al potenziamento dei programmi di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie della mammella, l’operatore economico assume l’impegno a supportare, per tutta la durata dei contratti attuativi dell’Accordo Quadro e senza ulteriori oneri per le Amministrazioni contraenti, le iniziative di comunicazione istituzionale in materia di prevenzione e screening mammografico, a sostegno di un modello clinico-organizzativo dedicato alle Breast Unit. Tale supporto dovrà essere prestato in favore delle Amministrazioni contraenti, con riferimento a campagne eventualmente organizzate e finanziate autonomamente dalle stesse. In particolare, dovrà essere svolto esclusivamente su richiesta dell’Amministrazione contraente e secondo le indicazioni organizzative e comunicative della stessa.		
4.1	Supporto alla realizzazione di almeno n. 2 kit/anno di materiali digitali per campagne di sensibilizzazione (es. contenuti web, banner, social media, video)	T
4.2	Supporto alla realizzazione di almeno n. 2 kit/anno di materiali stampabili (es. brochure, locandine, leaflet)	T
4.3	Supporto alla realizzazione di almeno n. 2 eventi/open day/anno, su richiesta delle Amministrazioni	T
5	**Parità di genere**	

5.1	Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. Si precisa che: • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.	T

*** Valore da dichiarare in funzione dell'angolo di scansione individuato e dichiarato dal concorrente nella Scheda Offerta Tecnica, quale miglior compromesso per qualità immagine, tempi di esecuzione esame, dose erogata alla paziente.**

****L'offerta della caratteristica migliorativa 1.8 è connessa all'offerta dell'opzionale non obbligatorio "Sistema per esecuzione biopsie con dispositivo per la radiografia dei frustoli" e vincola il concorrente alla fornitura di lettino dedicato e del software per il ribaltamento del tubo radiogeno, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio tecnico.**

***** Tali valori saranno comprovati da datasheet**

2.7.1 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Con riferimento a ciascun singolo Lotto a cui si intende partecipare, ai fini della comprova del possesso delle caratteristiche tecniche minime e/o migliorative (ove offerte), il Concorrente dovrà produrre idonea documentazione. Costituiscono "idonea documentazione a comprova" i seguenti documenti:

- scheda tecnica ufficiale del produttore (*datasheet*) dell'apparecchiatura e dei suoi componenti principali (moduli hardware e software, etc) contenente i dati di fabbrica;
- manuale utente dell'apparecchiatura;
- manuali di servizio necessari per la manutenzione delle apparecchiature, denominati anche "*manuali di service*";
- rapporti di prova di organismi riconosciuti, dai quali si evincano il possesso, relativamente ai prodotti offerti, delle caratteristiche tecniche minime e, eventualmente, migliorative dichiarate in Offerta Tecnica;
- certificazione FDA (Food and Drugs Administration) con specifico riferimento alla caratteristica migliorativa 1.7 di cui al paragrafo 2.7 di cui al precedente paragrafo;
- report di dose strutturati DICOM (Radiation Dose Structured Report, RDSR).

Tutti i documenti sopra richiamati possono essere forniti o per intero o tramite estratti, che, in ogni caso, devono ricomprendere la copertina e l'indice del documento stesso, e prodotti in **originale** o in **copia conforme all'originale**; in tale ultimo caso, la copia dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente.

Per le sole caratteristiche minime e/o migliorative (eventualmente offerte), che non siano esplicitate in nessuno dei documenti di cui all'elenco che precede, il Concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione, da parte del legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del produttore dell'apparecchiatura o del dispositivo opzionale offerto, da cui si evinca il possesso delle predette caratteristiche e in cui si attesti che le caratteristiche minime e/o migliorative oggetto di dichiarazione, non sono effettivamente presenti in nessun

altro documento ufficiale. Detta dichiarazione, qualora non fornita in originale, dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Solo per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione:

- **"Dicom Conformance statement"**
- **Report di dose strutturato (Radiation Dose Structured Report, RDSR)**
- **Eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati accreditati (quali ad esempio CE/ISO)**

Per la comprova del criterio "Certificazione Parità di genere": la certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).
Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.
La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.

Resta comunque ferma, in ogni caso, la possibilità da parte della Commissione di poter effettuare, qualora lo ritenga necessario, la verifica tecnica tramite collegamento da remoto e che, in caso di difformità tra quanto dichiarato nella documentazione fornita a comprova e quanto riscontrato in sede di verifica tecnica, prevarrà l'esito della verifica tecnica.
Inoltre, resta ferma la possibilità da parte della Commissione di poter effettuare, qualora lo ritenga necessario, la verifica tecnica in presenza, direttamente su un'apparecchiatura di pari marca e modello di quella offerta in gara. Il Concorrente, infatti, dovrà dichiarare in fase di offerta un sito clinico dove la suddetta apparecchiatura è installata.

Si sottolinea che **non sono considerati idonei** "**documenti a comprova"** i seguenti documenti: brochure, dépliant, materiale commerciale/pubblicitario, documentazione meramente illustrativa o documenti del distributore/rivenditore.

***

Per il Lotto 1, in merito alle caratteristiche migliorative di tipo "D" relative ai Criteri **"Qualità bioimmagini"** il Concorrente dovrà far pervenire a Consip S.p.A. **entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte**, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione, una busta chiusa contenente i **CD/DVD** oppure in alternativa **le Pen Drive USB non riscrivibili** con le bioimmagini, il set informativo ed il report di dose di ciascuna immagine (RDSR) relativi alla "Qualità bioimmagini".

Le bioimmagini dovranno essere opportunamente **anonimizzate in tutti i campi alfanumerici, non impattanti sulla corretta visualizzazione delle immagini, che possano ricondurre all'identificazione, da parte della Commissione di gara dell'anagrafica del paziente**. A tal fine i Concorrenti dovranno acquisire le bioimmagini dalle Aziende sanitarie presso le quali sono in uso le proprie apparecchiature. Le suddette bioimmagini dovranno preventivamente essere anonimizzate, oltre che con riferimento

all'anagrafica paziente, anche con riferimento alle Aziende sanitarie presso le quali sono state acquisite.

Con riferimento all'acquisizione delle bioimmagini, si rammenta che tale richiesta risulta giustificata dal perseguimento di un motivo di interesse pubblico rilevante, quale quello di porre a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni apparecchiature e dispositivi medici che possano garantire le migliori tecnologie e funzionalità a tutela della salute pubblica, dei pazienti e dell'esercizio dell'attività clinica.
I Concorrenti potranno, pertanto, richiedere alle aziende sanitarie che hanno già in uso le loro apparecchiature, mediante un'istanza ai sensi della L. n. 241/1990, immagini prodotte dalle stesse apparecchiature che si basano sulla pratica clinica, motivando l'accesso con l'interesse legittimo a partecipare alle gare pubbliche, ai fini della dimostrazione dei criteri migliorativi richiesti nel bando di gara (art. 2 sexies, comma 2, lett. a), del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.).

Per la valutazione delle bioimmagini la Commissione di gara utilizzerà le **workstation di post-elaborazione o analoghi sistemi di visualizzazione**, anche portatili, messi a disposizione dai Concorrenti, purché il software installato sui suddetti sistemi sia il medesimo offerto in gara.
A tal fine, la Commissione comunicherà a ciascun Concorrente la data in cui dovrà essere effettuata la valutazione, che verrà svolta presso la sede della Consip.

La Commissione avrà la facoltà di effettuare la valutazione delle sequenze di bioimmagini, anche da remoto, dopo che le stesse siano state caricate sulla workstation sopracitata, visualizzando le stesse mediante monitor medicali con caratteristiche almeno pari a quelle sopraindicate.

Le sequenze di bioimmagini devono essere relative ai distretti anatomici di pazienti reali e devono essere tratte da:

- casi acquisiti nella pratica clinica presso strutture sanitarie;
- procedure eseguite con un'apparecchiatura corrispondente per marca e modello a quella offerta in gara.

Inoltre, si precisa che la configurazione delle apparecchiature da cui saranno tratte ed elaborate le immagini non deve prevedere software e/o hardware di riduzione della dose e/o di processing delle immagini, relativamente ai distretti anatomici oggetto di acquisizione, ulteriori rispetto a quelli offerti in gara.

Le bioimmagini selezionate da ciascun Concorrente devono essere state acquisite secondo condizioni di esposizione in accordo con la "*good clinical practice*".

***

Per il **Lotto 1**, in merito alle **"Caratteristiche fisiche",** ai fini della predisposizione dei CD/DVD, si rimanda alle informazioni indicate nell'Allegato A alle Condizioni di Fornitura, "*Protocollo per l'esecuzione delle prove e la verifica delle caratteristiche fisiche*".
La Commissione di gara si riserva la possibilità di verificare, sulle apparecchiature dei concorrenti, il rispetto delle indicazioni fornite nell'Allegato A alle Condizioni di fornitura, "*Protocollo per l'esecuzione delle prove e la verifica delle caratteristiche fisiche*".
Resta fermo che, **in caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto riscontrato in sede di verifica, prevarrà l'esito della verifica**.

***

Per il **Lotto 1,** in merito alle caratteristiche migliorative di tipo "D" relative al Criterio: **"*Video demo*"**, il Concorrente dovrà far pervenire a Consip S.p.A. **entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte**, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione, una busta chiusa contenente il **CD/DVD oppure, in alternativa, le Pen Drive USB non riscrivibili con il video demo.**

Si precisa che il file contenente il "Video demo" dovrà:

- essere in formato "mp4" visualizzabile tramite il software "Windows Media Player" installato su un PC con sistema operativo Windows 7 Professional con Service Pack1 o successivo;
- avere una durata complessiva non superiore a 20 (venti) minuti;
- mostrare, con ripartizione delle tempistiche che ciascun Concorrente riterrà più opportune, le caratteristiche tecniche migliorative elencate nella tabella 1 sopra riportata al par. 2.7.

Al video demo il Concorrente potrà associare un audio descrittivo.

***

In merito alle caratteristiche migliorative di tipo "D" relative al Criterio: **"Relazione Tecnica"** per ciascun Lotto a cui partecipa, il Concorrente dovrà inviare una **Relazione Tecnica**, sottoscritta digitalmente, che dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata che illustri gli elementi di cui alle corrispondenti caratteristiche migliorative.

La Relazione Tecnica dovrà:

a. essere presentata con font libero non inferiore al carattere 10;
b. essere contenuta entro le 5 (cinque) pagine.

Si precisa che:

- il Concorrente dovrà presentare una Relazione Tecnica distinta per ogni Lotto per il quale viene presentata offerta;
- nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta;
- nel numero delle pagine stabilito non verranno computati l'eventuale indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica.

Le apparecchiature oggetto della presente procedura dovranno rispettare il principio DNSH ("*Do No Significant Harm*"), ovvero di "*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*" ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 2020/852. A tal fine, il Concorrente, in sede di presentazione dell'Offerta tecnica, dovrà produrre la check-list contenente gli elementi di controllo definiti nella scheda 4 "*Acquisto, Leasing, Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario*" di cui alla Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024 (Allegato C alle Condizioni di fornitura).

Attraverso la compilazione della check-list, il Concorrente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii, dovrà valorizzare ciascuna voce della check-list relativa agli "*elementi di controllo*" con "*si*" o "*non applicabile*". Per ogni elemento di controllo classificato come "*non applicabile*", il Concorrente dovrà, altresì, fornire adeguata motivazione.

La check list contiene requisiti il cui possesso è richiesto "*ex ante esecuzione dell'opera*" e il requisito il cui possesso è richiesto "*ex post esecuzione dell'opera*". Si rappresenta che tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti "*ex ante esecuzione dell'opera*" e valorizzati in sede di partecipazione alla procedura di gara con il sì, verrà richiesta dalla Consip e dovrà essere presentata in vista della stipula dell'Accordo Quadro.

Consip metterà a disposizione tutta la documentazione acquisita alle Amministrazioni ordinanti, a cui sarà demandata la responsabilità di richiedere e verificare gli ulteriori documenti necessari alla comprova dei requisiti ex-post. In ogni caso, le Amministrazioni, in sede di emissione dell'Appalto Specifico, potranno inoltre richiedere al fornitore il rispetto di eventuali ulteriori requisiti tecnici e ambientali, ivi inclusa la relativa documentazione a comprova del rispetto degli stessi, introdotti successivamente alla pubblicazione della gara dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "*Do No Significant Harm*" (DNSH).

2.8 AGGIUDICATARI DELL'ACCORDO QUADRO

In base al numero degli aggiudicatari per ciascun Lotto, è prevista la suddivisione del massimale in quote fisse prestabilite. La ripartizione seguirà la seguente logica:

		N. Massimo apparecchiature aggiudicabili	
Scenari	**Posizione**	**Lotto 1**	**Lotto 2**
1 aggiudicatario	1	70	20
2 aggiudicatari	1	60	12
	2	40	8
3 aggiudicatari	1	50	
	2	30	
	3	20	
4 aggiudicatari	1	45	
	2	30	
	3	15	
	4	10	
5 aggiudicatari	1	41	
	2	25	
	3	16	
	4	10	
	5	8	

Con riferimento a ciascun Lotto, ove si verifichi, in qualunque fase delle operazioni di gara, la condizione di unica offerta valida, la stazione appaltante procederà comunque all'aggiudicazione del Lotto.

2.9 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 e dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022, fermo quanto sopra indicato al paragrafo 8 "Subappalto", l'aggiudicatario è obbligato a garantire per la durata dell'accordo quadro e dei contratti derivanti da appalti specifici, che i beni che saranno forniti nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari della Repubblica Popolare Cinese non rappresenteranno più del 50% del valore totale del contratto indipendentemente dal fatto che tali beni siano forniti direttamente dall'aggiudicatario o da un suo subappaltatore. Tutti i beni forniti dovranno, in ogni caso, possedere tutte le caratteristiche tecniche dichiarate nella scheda di offerta tecnica, che verrà meglio dettagliata nel capitolato d'oneri di gara di prossima pubblicazione. Come sopra precisato l'origine del bene della Repubblica Popolare Cinese sarà determinato in ragione di quanto previsto all'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Consip S.p.A.
Avv. Marco Reggiani
(Amministratore Delegato e Direttore Generale)