

ALLEGATO 4 AL CAPITOLATO TECNICO

**ELENCO MATERIALI SOGGETTI AD USURA E MATERIALI DI CONSUMO ESCLUSI
NEL CANONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

Tabella 1 - Elenco materiali soggetti ad usura esclusi dal canone di manutenzione

Elementi di connessione paziente monouso
Pinze per arti, elettrodi a ventosa, ecc.
Cavi elettrodi e spugnette per fisioterapia (varie tipologie di apparecchi)
Tubi laser
Fonti luce laser per apparecchi analitici (contaglobuli differenziali, citometri a flusso, ecc.)
Elettrodi /Sensori/Trasduttori
Elettrodi per ph-metri
Elettrodi per ossimetri
Sonde per conducimetri
Sensori PCO2/CO2
Lampade
Lampade per fotometria e chimica clinica

Tabella 2 - Elenco materiali di consumo esclusi dal canone di manutenzione

Materiale monouso e mono-paziente
Spirometri per ventilatore polmonare
Trasduttori di pressione
Reagenti e kit standard
Reagenti per analisi di laboratorio
Tutte le soluzioni per la pulizia delle apparecchiature e dei circuiti idraulici delle stesse (Kit immuno, candeggina, ecc.)
Materiali per stampanti
Carta per stampante
Cartucce e toner per stampanti
Carta per registratori, ECG, EEG, ecc.
Materiali per fotografia
Lastre
Pellicole
Liquidi per sviluppo
Liquidi per fissaggio
Materiali per informatica
CD ROM
Filtri
Filtri per bagni dialisi
Filtri per campionatura gas
Setacci molecolari
Sensori
Elettrodi per elettroliti /ionoselettivi
Elettrodi per emogasanalisi