CONSIP S.p.A. a socio unico
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI COMPONENTISTICA PROTESICA E ORTESICA PER I CENTRI PROTESI INAIL SUDDIVISA IN 12 LOTTI DI CUI ALL'AVVISO DI PREINFORMAZIONE INVIATO ALLA GUUE IN DATA 12/11/2026

1. PREMESSA

Consip S.p.A. in data 12/11/2026 ha inviato alla GUUE un Avviso di preinformazione, al fine di rendere nota l'intenzione di bandire una gara a procedura aperta per l'appalto di fornitura di componentistica protesica e ortesica per i centri protesi INAIL, suddiviso in n.12 Lotti.
Contestualmente a tale Avviso la Consip ha reso disponibili, mediante pubblicazione sul sito www.consip.it, il presente documento contenente alcune informazioni relative alla procedura di cui sopra e un documento contenente le Condizioni della suddetta fornitura (denominato Capitolato tecnico).

La presente procedura rientra nell'ambito di applicazione:

- del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 "relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali – IPI)";
- del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 "che istituisce una misura dello strumento per gli appalti internazionali che limita l'accesso degli operatori economici e dei dispositivi medici originari della Repubblica popolare cinese al mercato degli appalti pubblici di dispositivi medici dell'UE a norma del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio".

2. INFORMAZIONI

2.1 OGGETTO E DURATA

Gara a procedura aperta per l'affidamento di un Contratto per conto di INAIL.

***

La presente procedura sarà finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto, **con più operatori economici**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 comma 4, lett. a) del d. lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.
L'affidamento degli Ordinativi di Fornitura avverrà secondo i termini e le condizioni che saranno specificate nell'Accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo.
La determinazione dell'operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione avverrà alla luce delle condizioni oggettive di seguito indicate al successivo paragrafo 2.5.
La durata dell'Accordo Quadro è di 36 mesi.
La procedura sarà espletata sul sistema telematico di negoziazione di Consip, accessibile dal sito www.acquistinretepa.it

***

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.
L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1) mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
2) in caso di operatore economico extra-UE, attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Nello specifico tale operatore (e l'operatore europeo proveniente da Paesi non inclusi nel sistema eIDAS e i cittadini italiani residenti all'estero che non possono autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS) possono richiedere le credenziali di accesso compilando l'apposito form di registrazione; successivamente, essi riceveranno una e-mail con un link per accedere a una video-intervista secondo le modalità che saranno ivi indicate, all'esito della quale saranno fornite le credenziali. *Maggiori dettagli sono consultabili al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/public/#!/utente/infoRegistrazioneUtente*.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.
Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

2.2 BASI D'ASTA

La fornitura sarà suddivisa nei seguenti lotti:

n. Lotto	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Articolazioni di anca per protesi d'arto	33141750-2	P	€ 238.600,00
2	Articolazioni di ginocchi, piedi e moduli di collegamento per protesi d'arto inferiore	33141750-2	P	€ 20.185.100,00
3	Invasature per protesi di arto inferiore	33141750-2	P	€ 765.100,00
4	Moduli di collegamento fra impianti osteointegrati e protesi di arto	33141750-2	P	€ 477.600,00
5	Cover in stampa 3D per protesi di arto superiore e inferiore	33141750-2	P	€ 394.100,00
6	Cuffie, ginocchiere e dispositivi ausiliari per la sospensione di protesi d'arto	33141750-2	P	€ 5.884.300,00
7	Kit arto superiore per amputazione fino alla interscapolo toracica	33141750-2	P	€ 14.432.900,00
8	Protesi cinematiche per amputazioni a livello della mano	33141750-2	P	€ 2.598.300,00
9	Dispositivi speciali per sport e attività ricreative per	33141750-2	P	€ 217.200,00

	protesi di arto superiore			
10	Invasature in tessuto per protesi di arto superiore	33141750-2	P	€ 181.700,00
11	Kit mani poliarticolate per protesi di arto superiore a controllo mioelettrico	33141750-2	P	€ 1.736.000,00
12	Componenti per la realizzazione di ortesi su misura di arto inferiore	33183000-6	P	€ 592.700,00
Importo totale a base d'asta				**€ 47.703.600,00**

I prezzi unitari a base d'asta e le relative quantità sono riportati nelle sottostanti tabelle.

Lotto 1 – Articolazioni di anca per protesi d'arto

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (P_B)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (P_B*Q)
H.1a	Articolazione anca monocentrica e relativo kit con molla di estensione e posizionamento distale al bustino	€ 601,19	20	**€ 12.023,80**
H.1b	Articolazione anca monocentrica e relativo kit con molla di estensione	€ 1.436,05	84	**€ 120.628,20**
H.2	Articolazione anca monocentrica con controllo idraulico	€ 4.981,20	12	**€ 59.774,40**
H.3	Articolazione anca policentrica con controllo idraulico	€ 7.695,60	6	**€ 46.173,60**
Importo totale a base d'asta Σ ma Σ(P_B*Q)				**€238.600,00**

Lotto 2 – Articolazioni di ginocchi, piedi e moduli di collegamento per protesi d'arto inferiore

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (P_B)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (P_B*Q)
KM.1	Ginocchi meccanici monocentrici o policentrici in titanio	€ 1.133,09	51	**€ 57.787,59**
KM.2	Ginocchi meccanici monocentrici o policentrici in lega leggera ad alta resistenza	€ 2.200,00	13	**€ 28.600,00**
KM.3	Ginocchi meccanici monocentrici o policentrici in lega leggera ad alta resistenza da bambino	€ 921,60	13	**€ 11.980,80**
KM.4	Ginocchi meccanici in titanio monocentrici o policentrici con opzione di bloccaggio manuale.	€ 1.283,50	207	**€ 265.684,50**
KM.5	Ginocchi meccanici in lega leggera ad alta resistenza monocentrici o policentrici con opzione di bloccaggio manuale.	€ 1.005,30	13	**€ 13.068,90**
KM.6	Ginocchi meccanici monocentrici con opzione di bloccaggio manuale, idoneo per protesi da bagno	€ 800,00	77	**€ 61.600,00**
KM.7	Ginocchi meccanici policentrici con opzione di bloccaggio manuale, idoneo per protesi da bagno	€ 1.400,00	13	**€ 18.200,00**
KM.8	Ginocchi idraulici o pneumatici monocentrici	€ 2.893,50	91	**€ 263.308,50**
KM.9	Ginocchi idraulici o pneumatici monocentrici idoneo per protesi da bagno	€ 5.515,40	189	**€ 1.042.410,60**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (P_B)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (P_B*Q)
KM.10	Ginocchi idraulici o pneumatici policentrici	€ 5.387,20	207	**€ 1.115.150,40**
KEP.1	Ginocchi elettronici con microprocessore per pazienti con livello di mobilità K1-K2	€ 28.331,10	39	**€ 1.104.912,90**
KEP.2	Ginocchio passivo a controllo elettronico con modalità di funzionamento di default a bassa resistenza per pazienti di livello da K2-K3	€ 28.525,00	19	**€ 541.975,00**
KEP.3	Ginocchio passivo a controllo elettronico con modalità di funzionamento di default a bassa resistenza per pazienti di livello da K2-K4, con certificazione di IP68	€ 30.086,50	11	**€ 330.951,50**
KEP.4	Ginocchio passivo a controllo elettronico con modalità di funzionamento di default ad alta resistenza per pazienti di livello da K2-K4	€ 29.686,80	100	**€ 2.968.680,00**
KEP.5	Ginocchio passivo a controllo elettronico con modalità di funzionamento di default ad alta resistenza per pazienti di livello da K2-K4, con certificazione di IP68	€ 65.075,00	21	**€ 1.366.575,00**
KEI.1	Ginocchi elettronici con microprocessore ibridi	€ 6.500,00	2	**€ 13.000,00**
KEA.1	Ginocchi attivi	€ 60.362,50	1	**€ 60.362,50**
KS.1	Ginocchi specifici per la corsa	€ 4.432,15	7	**€ 31.025,05**
KS.2	Ginocchi specifici per sport invernali o motociclismo	€ 6.282,00	2	**€ 12.564,00**
FNC.1	Piede SACH	€ 251,03	789	**€ 198.062,67**
FNC.2	Piede dinamico	€ 400,00	109	**€ 43.600,00**
FNC.3	Piede in legno/materiale plastico e schiuma polimerica con articolazione meccanica	€ 471,46	228	**€ 107.492,88**
FNC.4	Piede in legno/materiale plastico e schiuma polimerica per protesi da bagno	€ 361,60	444	**€ 160.550,40**
FMC.1a	Piede realizzato in materiale composito adatto fino alla categoria K2 compresa	€ 900,00	301	**€ 270.900,00**
FMC.1b	Piede realizzato in materiale composito adatto fino alla categoria K3	€ 3.527,03	719	**€ 2.535.934,57**
FMC.1c	Piede realizzato in materiale composito adatto fino alla categoria K3 con modulazione della rigidità nel piano sagittale	€ 3.850,00	207	**€ 796.950,00**
FMC.1d	Piede realizzato in materiale composito adatto fino alla categoria K3 con ampia capacità di esclusione lungo il pilone verticale (torsione) e nel sagittale	€ 2.800,00	207	**€ 579.600,00**
FMC.2	Piede realizzato in materiale composito almeno adatto per le categorie K2-K3 e con meccanismi di compensazione torsionale e/o shock absorber	€ 3.994,93	21	**€ 83.893,53**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (P_B)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (P_B*Q)
FMC.3	Piede realizzato in materiale composito almeno adatto per le categorie K2-K3 e con articolazione di tipo meccanico o idraulico (senza controllo elettronico)	€ 5.409,77	172	**€ 930.480,44**
FMC.4	Piede realizzato in materiale composito almeno adatto per le categorie K2-K3 e con possibilità di regolazione dell'altezza del tacco	€ 4.000,00	140	**€ 560.000,00**
FMC.5a	Piede realizzato in materiale composito adatto fino al livello K2 e con altezza totale inferiore a 100 mm	€ 2.535,00	467	**€ 1.183.845,00**
FMC.5 b	Piede realizzato in materiale composito adatto fino al livello K3 e con altezza totale inferiore a 100 mm	€ 2.661,25	129	**€ 343.301,25**
FMC.6	Piede realizzato in materiale composito almeno adatto per le categorie K2-K3 e specifico per amputazioni Syme/Pirogoff senza attacco piramidale con e senza adattatore	€ 2.513,00	13	**€ 32.669,00**
FMC.7	Soletta in carbonio non per laminazione	€ 70,20	410	**€ 28.782,00**
FMC.8	Lamina in carbonio integrabile mediante laminazione in protesi per amputazioni dalla parziale di piede.	€ 1.400,00	13	**€ 18.200,00**
FE.1	Piede realizzato in materiale composito almeno adatto per le categorie K2-K3 e con articolazione a controllo elettronico	€ 17.000,00	30	**€ 510.000,00**
FS.1	Piede specifico per corsa, sprinting e salto in lungo con forma a J	€ 5.036,53	77	**€ 387.812,81**
FS.2	Piede specifico per corsa, sprinting e salto in lungo con forma a C	€ 3.913,90	30	**€ 117.417,00**
FS.3	Piede articolato per sci e snowboard	€ 4.075,70	13	**€ 52.984,10**
FS.4	Attacchi modulari speciali	€ 600,00	13	**€ 7.800,00**
FS.5	Altri attacchi speciali	€ 1.538,64	13	**€ 20.002,32**
FS.6	Piastrina di laminazione	€ 600,00	155	**€ 93.000,00**
M.1	Adattatori in lega leggera ad alta resistenza ad alta resistenza per il collegamento della componentistica modulare	€ 125,00	129	**€ 16.125,00**
M.2	Adattatori in titanio per il collegamento della componentistica modulare	€ 200,00	1471	**€ 294.200,00**
M.3	Adattatori in titanio con inclinazione	€ 499,76	59	**€ 29.485,84**
M.4a	Adattatori in lega leggera ad alta resistenza o acciaio inossidabile a slitta	€ 300,00	13	**€ 3.900,00**
M.4b	Adattatori in titanio a slitta	€ 418,87	22	**€ 9.215,14**
M.5a	Tubo in lega leggera ad alta resistenza o acciaio inossidabile con relativo adattatore	€ 184,25	25	**€ 4.606,25**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (P_B)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (P_B*Q)
M.5b	Tubo in lega leggera ad alta resistenza integrato con adattatore piramidale in titanio	€ 169,99	1125	**€ 191.238,75**
M.6	Tubo in titanio o acciaio inossidabile filettato	€ 200,73	51	**€ 10.237,23**
M.7	Tubo telescopico con lunghezza regolabile in acciaio inossidabile o lega leggera ad alta resistenza	€ 264,30	13	**€ 3.435,90**
M.8	Attacchi con flange in acciaio inossidabile o lega leggera ad alta resistenza con nucleo piramidale	€ 164,81	3212	**€ 529.369,72**
M.9	Sistema modulare di disconnessione rapida per protesi di arto inferiore	€ 638,30	91	**€ 58.085,30**
M.10	Attacco a quattro fori	€ 200,00	779	**€ 155.800,00**
M.11	Attacco a quattro fori eccentrico	€ 192,00	163	**€ 31.296,00**
M.12	Attacco a quattro fori in plastica e legno o plastica	€ 83,09	909	**€ 75.528,81**
M.13	Rotatori modulari	€ 984,00	246	**€ 242.064,00**
M.14	Modulo con funzione di compensazione torsionale	€ 698,40	25	**€ 17.460,00**
M.15	Modulo con funzione di assorbimento torsionale e assiale	€ 1.643,27	13	**€ 21.362,51**
M.16	Attacchi pediatrici in acciaio inossidabile o in lega leggera ad alta resistenza con flange e nucleo piramidale	€ 221,74	51	**€ 11.308,74**
M.17	Altri moduli pediatrici	€ 200,00	103	**€ 20.600,00**
M.18	Attacchi con flange in titanio o acciaio inossidabile con nucleo piramidale idoneo per protesi da bagno	€ 218,80	312	**€ 68.265,60**
M.19	Calza estetica predisposta per arto inferiore	€ 400,00	51	**€ 20.400,00**
Importo totale a base d'asta Σ(P_B*Q)				**€20.185.100,00**

Lotto 3 – Invasature per protesi di arto inferiore

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (P_B)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (P_B*Q)
MI.1a	Attacco di collegamento integrato con maglie in fibra di vetro, carbonio per la realizzazione di invasature di arto inferiore	€ 400,22	1310	**€ 524.288,20**
MI.1b	Accessori e consumabili necessari per la realizzazione dell'invasatura definitiva	€ 1.200,19	60	**€ 72.011,40**
MI.2	Kit per la presa misura di invasature di arto inferiore realizzate con maglie in materiale composito e attacco di collegamento integrato.	€ 1.427,00	6	**€ 8.562,00**
MI.3a	Invasature modulari per protesi transfemorali	€ 3.367,77	8	**€ 26.942,16**
MI.3b	Invasature preassemblate adattabili per protesi transfemorali	€ 3.367,77	4	**€ 13.471,08**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (PB)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (PB*Q)
MI.3c	Invasature modulari per protesi per disarticolazione d'anca	€ 3.367,77	8	**€ 26.942,16**
MI.4a	Moduli per realizzare invasature di arto inferiore a geometria variabile di tipo transtibiale	€ 2.138,83	28	**€ 59.887,24**
MI.4b	Invasature termoformabili rimodellabili per protesi transtibiale	€ 1.178,42	28	**€ 32.995,76**
Importo totale a base d'asta Σ(PB*Q)				**€ 765.100,00**

Lotto 4 – Moduli di collegamento fra impianti osteointegrati e protesi di arto

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (PB)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (PB*Q)
MOS.1	Kit di collegamento tra impianto osteointegrato e protesi di arto superiore	€ 5.526,59	15	**€ 82.898,85**
MOS.2	Kit di addestramento per carico su impianti osteointegrati di arto superiore	€ 4.446,53	15	**€ 66.697,95**
MOI.1	Kit di collegamento tra impianto inferiore	€ 10.250,10	32	**€ 328.003,20**
Importo totale a base d'asta (PB*Q)				**€ 477.600,00**

Lotto 5 – - Cover in stampa 3D per protesi di arto superiore e inferiore

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (PB)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (PB*Q)
M3D.1	Cover in stampa 3D per amputazioni di arto inferiore con messa a misura da parte del tecnico ortopedico	€ 740,31	80	**€ 59.224,80**
M3D.2	Cover rigida in stampa 3D per amputazioni di arto inferiore con forma realizzata su misura per il singolo assistito	€ 1.100,20	101	**€ 111.120,20**
M3D.3	Cover in stampa 3D per personale con amputazione transfemorale comprensiva di ginocchio e copertura della parte distale della coscia con messa a misura da parte del tecnico ortopedico	€ 2.000,00	21	**€ 42.000,00**
M3D.4	Cover in stampa 3D per amputazioni di arto inferiore realizzata in materiale flessibile con forma realizzata su misura per il singolo assistito	€ 1.800,00	85	**€ 153.000,00**
U3D.1	Cover rigida in stampa 3D con forma realizzata su misura per il singolo assistito	€ 1.200,00	9	**€ 10.800,00**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (PB)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (PB*Q)
U3D.2	Cover in stampa 3D realizzata in materiale flessibile con forma realizzata su misura per il singolo assistito	€ 1.995,00	9	**€ 17.955,00**
Importo totale a base d'asta Σ(PB*Q)				**€ 394.100,00**

Lotto 6 – - Cuffie, ginocchiere e dispositivi ausiliari per la sospensione di protesi d'arto

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (PB)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (PB*Q)
L.1	Cuffia per sospensione senza attacco distale realizzata in elastomero termoplastico (TPE), stirene o copolimero con o senza rivestimento in tessuto	€ 444,50	756	**€ 336.042,00**
L.2	Cuffia per sospensione senza attacco distale realizzata in silicone medicale con o senza rivestimento in tessuto	€ 646,60	1011	**€ 653.712,60**
L.3	Cuffia per sospensione senza attacco distale realizzata in poliuretano con o senza rivestimento in tessuto	€ 399,60	50	**€ 19.980,00**
L.4	Cuffia per sospensione, con attacco distale realizzata in TPE, stirene o copolimero con o senza rivestimento in tessuto	€ 449,08	194	**€ 87.121,52**
L.5	Cuffia per sospensione, con attacco distale realizzata in silicone medicale con o senza rivestimento in tessuto	€ 721,81	245	**€ 176.843,45**
L.6	Cuffia in TPE, stirene o copolimero con uno o più anelli per sistema ipobarico	€ 360,00	202	**€ 72.720,00**
L.7	Cuffia in silicone medicale con uno o più anelli integrati per sistema ipobarico	€ 720,00	1347	**€ 969.840,00**
L.8	Cuffia in silicone medicale con uno o più anelli amovibili e riposizionabili per sistema ipobarico combinato con sistema di attacco distale	€ 802,00	331	**€ 265.462,00**
L.9	Cuffia in silicone medicale con uno o più anelli amovibili e riposizionabili per sistema ipobarico	€ 1.093,65	782	**€ 855.234,30**
L.10	Cuffia in elastomero termoplastico (TPE) o copolimero con rivestimento in tessuto con sistemi di regolazione della temperatura o della sudorazione	€ 995,00	649	**€ 645.755,00**
L.11	Cuffia silicone medicale con rivestimento in tessuto con sistemi di regolazione della temperatura o della sudorazione	€ 916,25	202	**€ 185.082,50**
L.12	Cuffia realizzata su modello positivo (calco) con spessore customizzato	€ 1.593,97	25	**€ 39.849,25**
L.13	Valvola con tappo di chiusura	€ 65,38	6094	**€ 398.425,72**
L.14	Sistemi ipobarici attivi e relativi kit di montaggio	€ 2.427,35	48	**€ 116.512,80**
L.15	Sostegno per protesi	€ 169,20	202	**€ 34.178,40**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (P_B)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (P_B*Q)
L.16	Valvola per sistema ipobarico passivo	€ 123,00	1067	**€ 131.241,00**
L.17	Cuffia in TPE, copolimero o poliuretano per compensazioni volumetriche	€ 85,50	252	**€ 21.546,00**
L.18	Cuffia in silicone per compensazioni volumetriche	€ 200,00	252	**€ 50.400,00**
L.19	Meccanismi di ancoraggio per cuffie con chiodo (anche di tipo magnetico)	€ 385,20	569	**€ 219.178,80**
S.1	Ginocchiere in elastomero termoplastico (TPE), stirene e copolimero	€ 190,89	2450	**€ 467.680,50**
S.2	Ginocchiere in silicone	€ 189,76	566	**€ 107.404,16**
S.3	Ginocchiere rinforzate	€ 170,00	177	**€ 30.090,00**
Importo totale a base d'asta Σ(P_B*Q)				**€ 5.884.300,00**

Lotto 7 – - Kit arto superiore per amputazione fino alla interscapolo toracica

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (P_B)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (P_B*Q)
UES.1	Mano estetica	€ 256,11	662	**€ 169.544,82**
UES.2	Guanto estetico in PVC per mano estetica	€ 404,15	1591	**€ 643.002,65**
UES.3	Mano con pollice a molla	€ 530,00	334	**€ 177.020,00**
UES.4	Guanto estetico in PVC o silicone per mano con pollice a molla	€ 491,25	801	**€ 393.491,25**
UES.5	Polso passivo ad un grado di libertà per protesi endoscheletriche estetiche	€ 135,70	334	**€ 45.323,80**
UES.6	Polso passivo a due gradi di libertà per protesi endoscheletriche estetiche	€ 240,65	186	**€ 44.760,90**
UES.7a	Gomito passivo endoscheletrico	€ 607,75	167	**€ 101.494,25**
UES.7b	Gomito passivo esoscheletrico	607,75	72	**€ 43.758,00**
UES.8	Tubi di collegamento per protesi endoscheletriche	€ 45,00	334	**€ 15.030,00**
UES.9	Componenti in schiuma espansa per finiture estetiche	€ 98,92	334	**€ 33.039,28**
UCT.1a	Mano a controllo cinematico trigitale	€ 750,00	186	**€ 139.500,00**
UCT.1b	Mano a controllo cinematico poliarticolata	€ 14.000,00	20	**€ 280.000,00**
UCT.2	Guanto estetico in PVC o silicone per mano cinematica	€ 402,32	448	**€ 180.239,36**
UCT.3	Uncino a controllo cinematico	€ 1.530,98	58	**€ 88.796,84**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (PB)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (PB*Q)
UCT.4	Polso passivo a un solo grado di libertà per protesi cinematica ed elementi di connessione con la mano.	€ 512,41	132	**€ 67.638,12**
UCT.5	Polso passivo a due gradi di libertà per protesi cinematica ed elementi di connessione con la mano.	€ 1.034,94	14	**€ 14.489,16**
UCT.6	Aste per gomito cinematico	€ 1.788,25	92	**€ 164.519,00**
UCT.7	Gomito a controllo cinematico	€ 3.578,61	39	**€ 139.565,79**
UCT.8	Cavi e bretellaggi per protesi cinematiche	€ 457,60	736	**€ 336.793,60**
UMT.1a	Mano a controllo mioelettrico con presa tridigitale e relativa unità di controllo non a controllo proporzionale	€ 5.000,00	148	**€ 740.000,00**
UMT.1b	Mano a controllo mioelettrico con presa tridigitale e relativa unità di controllo a controllo proporzionale	€ 12.000,00	335	**€ 4.020.000,00**
UMT.2	Guanto estetico in PVC o silicone per mano mioelettrica a presa tridigitale	€ 491,25	1156	**€ 567.885,00**
UMT.3	Uncino a controllo mioelettrico e relativa unità di controllo	€ 11.259,30	58	**€ 653.039,40**
UMT.4	Polso passivo a un solo grado di libertà per protesi mioelettrica	€ 1.733,49	220	**€ 381.367,80**
UMT.5	Polso passivo a due gradi di libertà per protesi mioelettrica	€ 2.842,80	58	**€ 164.882,40**
UMT.6	Polso attivo a un solo grado di libertà per protesi mioelettriche	€ 5.606,56	43	**€ 241.082,08**
UMT.7	Gomito a controllo mioelettrico con blocco e sblocco e intra-extra rotazione omerale passiva	€ 7.000,00	14	**€ 98.000,00**
UMT.8	Gomito a controllo mioelettrico con flesso-estensione attive e intra-extra rotazione omerale passiva	€ 41.006,70	14	**€ 574.093,80**
UMT.9	Spalla passiva	€ 2.444,40	73	**€ 178.441,20**
UMT.10	Elettrodi preamplificati per protesi mioelettriche	€ 1.300,00	962	**€ 1.250.600,00**
UMT.11	Interruttori a trazione per protesi mioelettriche	€ 1.014,90	19	**€ 19.283,10**
UMT.12	Elettrodi remoti (dome) con relativa unità di elaborazione dati	€ 1.100,00	117	**€ 128.700,00**
UMT.13a	Batterie integrate nella protesi con interruttore di accensione e caricabatterie	€ 2.287,20	204	**€ 466.588,80**
UMT.13b	Batterie esterne estrabili con caricabatterie	€ 2.287,20	818	**€ 1.870.929,60**
Importo totale a base d'asta Σ(PB*Q)				**€ 14.432.900,00**

Lotto 8 – Protesi cinematiche per amputazioni a livello della mano

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (PB)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (PB*Q)
UCM.1	Protesi cinematiche per amputazioni della falange distale	€ 6.550,00	62	**€ 406.100,00**
UCM.2	Protesi cinematiche per amputazioni della falange prossimale - con un dito	€ 12.350,00	10	**€ 123.500,00**
UCM.3	Protesi cinematiche per amputazioni della falange prossimale - con due dita	€ 20.150,02	10	**€ 201.500,20**
UCM.4	Protesi cinematiche per amputazioni della falange prossimale - con tre dita	€ 26.300,00	10	**€ 263.000,00**
UCM.5	Protesi cinematiche per amputazioni della falange prossimale - con quattro dita	€ 30.950,00	7	**€ 216.650,00**
UCM.6	Protesi cinematiche per amputazioni parziali di pollice	€ 12.350,00	6	**€ 74.100,00**
UCM.7	Protesi cinematiche per amputazione parziale del pollice associata a protesi cinematica per amputazione prossimale falangea di un dito lungo	€ 20.150,00	6	**€ 120.900,00**
UCM.8	Protesi cinematiche per amputazione parziale del pollice associata a protesi cinematica per amputazione prossimale falangea di due dita lunghe	€ 25.099,45	6	**€ 150.596,70**
UCM.9	Protesi cinematiche per amputazione parziale del pollice associata a protesi cinematica per amputazione prossimale falangea di tre dita lunghe	€ 29.561,57	6	**€ 177.369,42**
UCM.10	Protesi cinematiche per amputazione parziale del pollice associata a protesi cinematica per amputazione prossimale falangea di quattro dita lunghe	€ 34.023,68	6	**€ 204.142,08**
UCM.11	Dita cinematiche per amputazioni parziali della mano	€ 7.257,60	91	**€ 660.441,60**
Importo totale a base d'asta Σ(PB*Q)				**€ 2.598.300,00**

Lotto 9 – - Dispositivi speciali per sport e attività ricreative per protesi di arto superiore

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (PB)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (PB*Q)
US.1	Dispositivo terminale per attività quotidiane specifiche, per lo sport o per l'attività lavorativa.	€ 2.263,96	81	**€ 183.380,76**
US.2	Gomiti sportivi speciali	€ 2.818,27	12	**€ 33.819,24**
Importo totale a base d'asta Σ(PB*Q)				**€ 217.200,00**

Lotto 10 – - Invasature in tessuto per protesi di arto superiore

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (PB)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (PB*Q)
UI.1	Invasatura in tessuto con dispositivi terminali per l'attività della vita quotidiana o per lo sport.	€ 2489,0411	73	**€ 181.700,00**
Importo totale a base d'asta Σ(PB*Q)				**€ 181.700,00**

Lotto 11 – Kit mani poliarticolate per protesi di arto superiore a controllo mioelettrico

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (PB)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (PB*Q)
PO.1	Mani poliarticolate meccatroniche	€ 45.111,00	36	**€ 1.623.996,00**
PO.2	Sistema di pattern recognition e/o machine learning per protesi mioelettriche e relativi cavi di collegamento.	€ 14.000,50	8	**€ 112.004,00**
Importo totale a base d'asta Σ(PB*Q)				**€ 1.736.000,00**

Lotto 12 - Componenti per la realizzazione di ortesi su misura di arto inferiore

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (PB)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (PB*Q)
ONE.1	Stabilizzatore della caviglia nel piano frontale o sagittale	€ 60,74	24	**€ 1.457,76**
ONE.2	Articolazione di caviglia Libera o libera con limitatore della massima escursione	€ 350,00	81	**€ 28.350,00**
ONE.3	Articolazione di caviglia con sistema di richiamo solo in dorsiflessione o solo in plantaflessione	€ 599,75	15	**€ 8.996,25**
ONE.4	Articolazione di caviglia multifunzione con possibilità di regolazione separata del comportamento in planta e dorsiflessione	€ 350,00	15	**€ 5.250,00**
ONE.5	Articolazione di caviglia multifunzione a moduli (stop o molla), con regolazione separata in plantaflessione e dorsiflessione	€ 673,49	264	**€ 177.801,36**
ONE.6	Articolazione di ginocchio	€ 887,40	91	**€ 80.753,40**
ONE.7	Articolazione di ginocchio con blocco	€ 650,00	91	**€ 59.150,00**
ONE.8	Articolazione di ginocchio con blocco e possibilità di regolare il livello di flessione	€ 650,00	9	**€ 5.850,00**
ONE.9	Articolazione di ginocchio con blocco sblocco automatico in funzione della fase del passo	€ 1.939,57	6	**€ 11.637,42**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (P_B)	QUANTITÀ RICHIESTA (Q)	IMPORTO A BASE D'ASTA (P_B*Q)
ONE.10	Articolazione di ginocchio per protesi	€ 469,99	122	**€ 57.338,78**
ONE.11	Articolazioni di ginocchio di tipo policentrico con aste curve e possibilità di regolare la massima estensione e/o flessione	€ 475,50	15	**€ 7.132,50**
ONE.12	Articolazione di anca	€ 243,46	4	**€ 973,84**
ONE.13	Articolazione di anca - con blocco	€ 284,12	4	**€ 1.136,48**
ONE.14	Articolazione di anca con blocco e regolazione dell'abduzione	€ 275,53	4	**€ 1.102,12**
ONE.15	Articolazione di anca per ortesi reciprocanti	€ 3.000,00	1	**€ 3.000,00**
ONE.16	Sistema di aste articolari modulari in acciaio inossidabile e lega leggera ad alta resistenza	€ 61,10	45	**€ 2.749,50**
ONE.17	Sistema di aste articolari modulari in titanio o carbonio	€ 305,15	30	**€ 9.154,50**
ONE.18	Fasce metalliche di contenimento per ortesi di arto inferiore (cerchielli)	€ 19,19	412	**€ 7.906,28**
OCE.1	Articolazione di ginocchio a controllo idraulico con controller elettronico	€ 14.000,00	2	**€ 28.000,00**
OCE.2	Articolazione di ginocchio con blocco e sblocco automatico e controllo elettronico	€ 2.524,15	3	**€ 7.572,45**
OCE.3	Articolazione di ginocchio a controllo elettronico durante l'intera fase del passo	€ 43.693,68	2	**€ 87.387,36**
Importo totale a base d'asta Σ(P_B*Q)				**€ 592.700,00**

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, per la mancanza di costi da interferenza, posto che le prestazioni di consegna degli ausili sono da svolgersi presso le strutture dell'Istituto. La medesima circostanza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/08 esonera l'Inail dalla predisposizione del Duvri, anche in base ai criteri fissati dall'ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008).

Resta inteso che, qualora l'Istituto ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal fornitore, integrerà l'ordinativo di fornitura.

In situazioni particolari od ove ritenuto opportuno, comunque definibili in sede di Riunione di Cooperazione e Coordinamento, l'INAIL potrà farsi carico della misura di sicurezza aggiuntiva senza farla gravare in alcun modo sull'appaltatore. È comunque onere di ciascun fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

2.3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.3.1 REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I Concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

In osservanza del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e degli artt. 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, sono escluse le offerte presentate da tutti gli operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese ("misura IPI").

L'origine della Repubblica Popolare Cinese di un operatore economico viene accertata secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022. L'origine di un bene della Repubblica Popolare Cinese è determinata conforme all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

2.3.1.1) ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per gli operatori economici di altri Stati membri, non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

2.3.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Sarà richiesto, quale requisito di capacità economica e finanziaria, un fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti all'anno di pubblicazione della procedura di gara, complessivamente non inferiore al 3% del valore di ciascun lotto per il quale si presenta offerta:

Lotto	Descrizione	Fatturato minimo
L1	Articolazioni di anca per protesi d'arto	7.158,00 €
L2	Articolazioni di ginocchi, piedi e moduli di collegamento per protesi d'arto inferiore	605.553,00 €
L3	Invasature per protesi di arto inferiore	22.953,00 €
L4	Moduli di collegamento fra impianti osteointegrati e protesi di arto	14.328,00 €
L5	Cover in stampa 3D per protesi di arto superiore e inferiore	11.823,00 €
L6	Cuffie, ginocchiere e dispositivi ausiliari per la sospensione di protesi d'arto	176.529,00 €
L7	Kit arto superiore per amputazione fino alla interscapolo toracica	432.987,00 €
L8	Protesi cinematiche per amputazioni a livello della mano	77.949,00 €
L9	Dispositivi speciali per sport e attività ricreative per protesi di arto superiore	6.516,00 €
L10	Invasature in tessuto per protesi di arto superiore	5.451,00 €
L11	Kit mani poliarticolate per protesi di arto superiore a controllo mioelettrico	69.440,00 €
L12	Componenti per la realizzazione di ortesi su misura di arto inferiore	17.781,00 €

2.4 CAUZIONE PROVVISORIA

Sarà richiesta la produzione di una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 106 del Codice di importo pari a

Lotto	Descrizione	Cauzione provvisoria
L1	Articolazioni di anca per protesi d'arto	4.772,00 €
L2	Articolazioni di ginocchi, piedi e moduli di collegamento per protesi d'arto inferiore	403.702,00 €
L3	Invasature per protesi di arto inferiore	15.302,00 €
L4	Moduli di collegamento fra impianti osteointegrati e protesi di arto	9.552,00 €
L5	Cover in stampa 3D per protesi di arto superiore e inferiore	7.882,00 €
L6	Cuffie, ginocchiere e dispositivi ausiliari per la sospensione di protesi d'arto	117.686,00 €

L7	Kit arto superiore per amputazione fino alla interscapolo toracica	288.658,00 €
L8	Protesi cinematiche per amputazioni a livello della mano	51.966,00 €
L9	Dispositivi speciali per sport e attività ricreative per protesi di arto superiore	4.344,00 €
L10	Invasature in tessuto per protesi di arto superiore	3.634,00 €
L11	Kit mani poliarticolate per protesi di arto superiore a controllo mioelettrico	34.720,00 €
L12	Componenti per la realizzazione di ortesi su misura di arto inferiore	11.854,00 €

2.5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	***90***
Offerta economica	***10***
TOTALE	**100**

Il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto, è determinato in funzione del numero di offerte presenti in graduatoria, sulla base della seguente tabella di corrispondenza:

Numero di offerte presenti nella graduatoria del Lotto (come risultante dal PTot)	***Numero di aggiudicatari del Lotto***
N ≤ 2	**N**
N > 2	**N-1**

L'ordine di priorità definito dalla graduatoria potrà essere derogato da INAIL esclusivamente in presenza di motivate esigenze cliniche connesse al singolo assistito, qualora il ricorso a un diverso aggiudicatario risulti necessario per almeno una tra le seguenti motivazioni:

3 per garantire la continuità terapeutica
4 per soddisfare specifiche indicazioni cliniche, funzionali o riabilitative.
5 per assicurare la compatibilità tecnica tra prodotti

5.1.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica riguarderà le caratteristiche migliorative eventualmente offerte dall'operatore economico, ulteriori rispetto ai requisiti minimi previsti per ciascun Lotto e per le relative categorie.

Salvo diversa indicazione espressa, tutte le caratteristiche migliorative di seguito riportate si riferiscono a prodotti destinati all'uso da parte di soggetti adulti.

Nella colonna "Tipologia punteggio" della tabella vengono indicati:

- Con la lettera "D", i "punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
- Con la lettera "T", i "punteggi tabellari", vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Lotto 1 – Articolazioni di anca per protesi d'arto

CATEGORIA	ID REQUISITO	CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1		CRITERIO: CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE	
Trasversale	1P_T_1.1	**Relazione Tecnica 1** **Qualità dell'assistenza tecnica, formazione e continuità d'uso:** descrivere le modalità organizzative e operative dell'assistenza tecnica e le soluzioni migliorative offerte per favorire la continuità d'uso dei prodotti, nonché le eventuali modalità formative ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla documentazione di gara. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'efficacia delle modalità di presa in carico e risoluzione delle richieste, della tempestività degli interventi e del ripristino, della disponibilità di assistenza e riparazione in loco, nonché delle eventuali estensioni della garanzia. Saranno inoltre valutate le soluzioni migliorative relative all'organizzazione e gestione delle attività di manutenzione, nel rispetto delle frequenze e delle prescrizioni stabilite dal fabbricante e le ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale offerte rispetto ai livelli minimi richiesti, in termini di contenuti, modalità di erogazione e fruibilità per il personale INAIL.	D
	1P_T_1.2	**Relazione Tecnica 1** **Fornitura smart:** descrivere gli strumenti e le funzionalità digitali offerti a supporto della scelta dei prodotti, della gestione degli ordini e del monitoraggio della fornitura. La valutazione terrà conto, in particolare, della facilità d'uso e della completezza delle funzionalità proposte, quali applicazioni e cataloghi digitali, tracciamento degli ordini e delle consegne e reportistica sui consumi, nonché delle modalità di integrazione con i sistemi informativi INAIL, in termini di semplificazione operativa e disponibilità delle informazioni. Sarà inoltre valutata la disponibilità dell'operatore economico a fornire, a titolo gratuito e prima dell'emissione dell'ordine, eventuali prodotti o elementi di prova, da mettere a disposizione dell'Istituto per la relativa visione e valutazione e, ove necessario, per il test sul paziente, da effettuarsi esclusivamente presso le strutture dell'Istituto.	D
	1P_T_1.3	**Relazione Tecnica 1** **Sistemi alternativi di consegna e gestione delle scorte:** descrivere le soluzioni offerte per l'attivazione di sistemi alternativi alla consegna ordinaria, quali conto deposito, magazzino per terzi o altre modalità di gestione delle scorte dedicate alla fornitura, precisandone le condizioni di attivazione e funzionamento. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'adeguatezza e della flessibilità del modello organizzativo, delle modalità di prelievo e reintegro, dei tempi di rifornimento e della tracciabilità delle movimentazioni, in relazione alla capacità di assicurare la disponibilità dei prodotti e semplificare la gestione logistica presso le sedi INAIL.	D

	1P_T_1.4	**Relazione Tecnica 2** **Ampiezza di gamma:** descrivere, per ciascuna categoria offerta, l'ampiezza e le caratteristiche della gamma proposta, sviluppando distintamente i seguenti aspetti. • Estensione delle caratteristiche premianti alla gamma. Per ciascuna caratteristica oggetto di un criterio premiante tabellare, la cui premialità è riconosciuta sulla base del prodotto offerto, indicare se la medesima caratteristica sia presente anche su ulteriori modelli proposti nell'ambito dell'ampiezza di gamma offerta per la categoria, specificando i modelli interessati. • Caratteristiche funzionali e tecniche ulteriori dei modelli: descrivere le eventuali caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali dei singoli modelli della gamma che siano ulteriori rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche già oggetto di specifici criteri premianti, specificando i modelli interessati. • Ulteriori elementi oggetto di valorizzazione nell'ambito della gamma. Per le categorie di seguito indicate, descrivere, se fornite, la disponibilità nell'ambito della gamma proposta di modelli che presentino i seguenti elementi: o H.1b: disponibilità di modelli pediatrici con: ▪ peso del componente ≤ 250 g; ▪ peso massimo utente ammesso ≥ 45 kg; ▪ diametro del tubo distale 22 mm. La valutazione terrà conto, in particolare, della diffusione nella gamma delle caratteristiche già oggetto di premialità, della varietà e rilevanza delle caratteristiche ulteriori dei modelli e, per le categorie interessate, della presenza e diffusione degli ulteriori elementi specificamente individuati, valorizzando complessivamente le possibilità di scelta e personalizzazione offerte dalla gamma. Per ciascuna caratteristica o elemento descritto dovranno essere indicati marca, modello e relativo codice identificativo (REF) dei prodotti interessati**.**	D
H.1a	1P_H.1a_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 100 kg	T
H.1b	1P_H.1b_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 100 kg	T
H.2	1P_H.2_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 125 kg	T
H.3	1P_H.3_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 125 kg	T
2		**CRITERI IN MERITO ALLA MISURE DI CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE**	**TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO**

Trasversale	1P_T_2.1	**Parità di genere ex art. 108 comma 7 D.Lgs 36/2023** Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. Si precisa che: • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022). Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.	T

Lotto 2 – Articolazioni di ginocchi, piedi e moduli di collegamento per protesi d'arto inferiore

CATEGORIA	ID REQUISITO	CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1		CRITERIO: CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE	
Trasversale	2P_T_1.1	**Relazione Tecnica 1** **Qualità dell'assistenza tecnica, formazione e continuità d'uso:** descrivere le modalità organizzative e operative dell'assistenza tecnica e le soluzioni migliorative offerte per favorire la continuità d'uso dei prodotti, nonché le eventuali modalità formative ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla documentazione di gara. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'efficacia delle modalità di presa in carico e risoluzione delle richieste, della tempestività degli interventi e del ripristino, della disponibilità di assistenza e riparazione in loco, nonché delle eventuali estensioni della garanzia. Saranno inoltre valutate le soluzioni migliorative relative all'organizzazione e gestione delle attività di manutenzione, nel rispetto delle frequenze e delle prescrizioni stabilite dal fabbricante, nonché, per i prodotti dotati di componenti elettronici, le modalità innovative di definizione e monitoraggio del relativo ciclo di vita, anche ai fini dell'eventuale estensione della garanzia, e le ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale offerte rispetto ai livelli minimi richiesti, in termini di contenuti, modalità di erogazione e fruibilità per il personale INAIL. .	D
	2P_T_1.2	**Relazione Tecnica 1** **Fornitura smart:** descrivere gli strumenti e le funzionalità digitali offerti a supporto della scelta dei prodotti, della gestione degli ordini e del monitoraggio della fornitura. La valutazione terrà conto, in particolare, della facilità d'uso e della completezza delle funzionalità proposte, quali applicazioni e cataloghi digitali, tracciamento degli ordini e delle consegne e reportistica sui consumi, nonché delle modalità di integrazione con i sistemi informativi INAIL, in termini di semplificazione operativa e disponibilità delle informazioni. Sarà inoltre valutata la disponibilità dell'operatore economico a fornire, a titolo gratuito e prima dell'emissione dell'ordine, eventuali prodotti o elementi di prova, da mettere a disposizione dell'Istituto per la relativa visione e valutazione e, ove necessario, per il test sul paziente, da effettuarsi esclusivamente presso le strutture dell'Istituto.	D
	2P_T_1.3	**Relazione Tecnica 1** **Sistemi alternativi di consegna e gestione delle scorte:** descrivere le soluzioni offerte per l'attivazione di sistemi alternativi alla consegna ordinaria, quali conto deposito, magazzino per terzi o altre modalità di gestione delle scorte dedicate alla fornitura, precisandone le condizioni di attivazione e funzionamento. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'adeguatezza e della flessibilità del modello organizzativo, delle modalità di prelievo e reintegro, dei tempi di rifornimento e della tracciabilità delle movimentazioni, in relazione alla capacità di assicurare la disponibilità dei prodotti e semplificare la gestione logistica presso le sedi INAIL.	D

	2P_T_1.4	**<u>Relazione Tecnica 2</u>** **Ampiezza di gamma:** descrivere, per ciascuna categoria offerta, l'ampiezza e le caratteristiche della gamma proposta, sviluppando distintamente i seguenti aspetti: 1. Estensione delle caratteristiche premianti alla gamma. Per ciascuna caratteristica oggetto di un criterio premiante tabellare, la cui premialità è riconosciuta sulla base del prodotto offerto, indicare se la medesima caratteristica sia presente anche su ulteriori modelli proposti nell'ambito dell'ampiezza di gamma offerta per la categoria, specificando i modelli interessati. 2. Caratteristiche funzionali e tecniche ulteriori dei modelli: descrivere le eventuali caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali dei singoli modelli della gamma che siano ulteriori rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche già oggetto di specifici criteri premianti, specificando i modelli interessati. 3. Ulteriori elementi oggetto di valorizzazione nell'ambito della gamma. Per le categorie di seguito indicate, descrivere, se fornite, la disponibilità nell'ambito della gamma proposta di modelli che presentino i seguenti elementi: o FNC.1, FNC.2, FNC.3, FNC.4, FMC.1b, FMC.1c, FMC.1d, FMC.2, FMC.3, FMC.4, FMC.5a, FMC.5b, FMC.6, FMC.8: disponibilità di almeno un modello con numerata che copre l'intero intervallo da 22 a 30 cm, con un numero di taglie ≥ 8 o FMC.7: disponibilità di almeno un modello con numerata che copre l'intero intervallo da 22 a 30 cm, con un numero di taglie ≥ 4 o FMC.1b: Disponibilità di modelli pediatrici con: ▪ peso massimo utente ammesso≥ 45 kg ▪ peso del componente, piede pronto alla messa in opera con cover calzata ≤ 450 g o FNC.1: disponibilità di almeno un modello di piede per amputazione di tipo Pirogoff con blocco di collegamento in legno o materiale plastico; disponibilità di modelli pediatrico con: ▪ peso del componente ≤ 140 g ▪ peso massimo utente ammesso ≥ 45 kg o FS.1 e FS.2: possibilità di ordinare modelli «custom», con categorie di rigidità del piede definite in funzione del livello di prestazione e del peso dello specifico atleta; o FS.2, FS.4, FS.5, FS.6: Disponibilità di modelli corrispondenti al peso dell'atleta; potendo coprire almeno l'intervallo di peso utente da 50 kg a 130 kg o M2. Disponibilità di adattatori per protesi da bagno. o M.5b e M.6: disponibilità di tubi idonei all'impiego in protesi da bagno e, nell'ambito della gamma, di tubi predisposti per l'allagamento al fine di evitare l'effetto di galleggiamento; o M.10, M.11 e M.13: disponibilità di moduli idonei all'impiego in protesi da bagno; o M.1 e M.2: disponibilità di diverse configurazioni di adattatori, con o senza filetto, per tubi di diametro 30 mm e/o 34 mm, con ricevitore piramidale per la compensazione di dismetrie e con collegamento maschio e/o femmina, centrato o decentrato, singolo o doppio; o M.4a e M.4b: disponibilità di adattatori di diversi diametri e configurazioni, maschio e/o femmina, centrati o decentrati, singoli o doppi; o M.5a e M.5b: disponibilità, nell'ambito della gamma, di tubi di diametro ≤ 34 mm e di diverse lunghezze, utilizzabili con adattatori modulari separati oppure integrati con ricevitore piramidale dello stesso materiale, nonché di tubi per protesi definitiva e di tubi a lunghezza regolabile con sistema di serraggio dedicato per l'allineamento statico e dinamico; o M6: disponibilità di tubi inclinati per compensare diversi angoli di allineamento; tubi per protesi da	

		bagno, con uso in immersione in acqua salata consentito dal fabbricante ○ M.1, M.2, M.5a, M.5b, M.6 e M.7: disponibilità di modelli/configurazioni con diametro di 30 mm. ○ M.15: disponibilità di diverse versioni di connessione modulare distale e diversi diametri del tubo. ○ KS.1: 9. Disponibilità di modelli pediatrici con ▪ peso del componente ≤ 400 g; ▪ peso massimo utente ammesso ≥ 45 kg; ▪ Angolo di flessione: ≥ 110° ○ KM.5: Disponibilità di modelli pediatrici con: ▪ peso del componente ≤ 150 g; ▪ peso massimo utente ammesso ≥ 45 kg; ○ KM.8 Disponibilità di modelli pediatrici, con: ▪ peso del componente ≤ 350 g; ▪ peso massimo utente ammesso ≥ 45 kg ○ Disponibilità di modelli pediatrici, con ▪ peso del componente ≤ 550 g; ▪ peso massimo utente ammesso ≥ 35 kg; La valutazione terrà conto, in particolare, della diffusione nella gamma delle caratteristiche già oggetto di premialità, della varietà e rilevanza delle caratteristiche funzionali e tecniche ulteriori e, per le categorie sopra individuate, della presenza e della diffusione degli specifici elementi oggetto di valorizzazione, in relazione alle possibilità di scelta e personalizzazione offerte dalla gamma. Per ciascuna caratteristica o elemento descritto dovranno essere indicati marca, modello e relativo codice identificativo (REF) dei prodotti interessati. *NB: Due piedi costituiscono modelli diversi se differiscono per la propria geometria o materiale impiegato (es: fibra di carbonio, fibra di vetro). Mere variazioni di scala, numerate diverse, variazioni di categoria in funzione del peso del paziente, presenza di sistemi di vuoto attivo opzionali, non costituiscono modelli diversi.*	
KM.1	2P_KM.1_1.1	Indicazione anche per disarticolazione del ginocchio	T
	2P_KM.1_1.2	Indicazione anche per disarticolazione dell'anca ed emipelvectomia	T
KM.2	2P_KM.2_1.1	Indicazione anche per disarticolazione del ginocchio	T
	2P_KM.2_1.2	Indicazione anche per disarticolazione dell'anca ed emipelvectomia	T
	2P_KM.2_1.3	Presenza del set di ammortizzatori e spessori nel KIT	T
KM.3	2P_KM.3_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 55 kg	T
	2P_KM.3_1.2	Peso del componente ≤ 350 g	T
	2P_KM.3_1.3	Stabilità in fase di appoggio ottenuta con sistema a frizione attivato dal carico dell'utente	T
	2P_KM.3_1.4	Indicazione anche per disarticolazione del ginocchio	T
	2P_KM.3_1.5	Indicazione anche per disarticolazione dell'anca ed emipelvectomia	T
	2P_KM.3_1.6	Presenza del set di ammortizzatori e spessori nel KIT	T
KM.4	2P_KM.4_1.1	Sistema a molle di assistenza all'estensione del ginocchio flesso	T
	2P_KM.4_1.2	Sistema a frizione o freno, attivato dal carico dell'utente, che stabilizza la deambulazione a ginocchio sbloccato	T
	2P_KM.4_1.3	Sistema idraulico di assistenza alla seduta	T
	2P_KM.4_1.4	Indicazione anche per disarticolazione del ginocchio	T

	2P_KM.4_1.5	Indicazione anche per disarticolazione dell'anca ed emipelvectomia	T
	2P_KM.4_1.6	Presenza del set di ammortizzatori e spessori nel KIT	T
KM.5	2P_KM.5_1.1	Peso del componente per adulto ≤ 350 g	T
	2P_KM.5_1.2	Sistema a molle di assistenza all'estensione del ginocchio flesso	T
	2P_KM.5_1.3	Sistema a frizione o freno, attivato dal carico dell'utente, che stabilizza la deambulazione a ginocchio sbloccato	T
	2P_KM.5_1.4	Sistema idraulico di assistenza alla seduta	T
	2P_KM.5_1.5	Indicazione anche per disarticolazione del ginocchio	T
	2P_KM.5_1.6	Indicazione anche per disarticolazione dell'anca ed emipelvectomia	T
KM.6	2P_KM.6_1.1	Peso del componente ≤ 400 g	T
	2P_KM.6_1.2	Peso massimo utente ammesso ≥ 140 kg	T
	2P_KM.6_1.3	Indicazione anche per disarticolazione del ginocchio	T
	2P_KM.6_1.4	Indicazione anche per disarticolazione dell'anca ed emipelvectomia	T
KM.7	2P_KM.7_1.1	Indicazione anche per disarticolazione del ginocchio	T
	2P_KM.7_1.2	Indicazione anche per disarticolazione dell'anca ed emipelvectomia	T
KM.8	2P_KM.8_1.1	Peso del componente ≤ 1000 g	T
	2P_KM.8_1.2	Indicazione del fabbricante anche per il livello K4	T
	2P_KM.8_1.3	Indicazione anche per disarticolazione del ginocchio	T
	2P_KM.8_1.4	Indicazione anche per disarticolazione dell'anca ed emipelvectomia	T
KM.9	2P_KM.9_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 75 kg	T
	2P_KM.9_1.2	Sblocco manuale totale dell'articolazione per l'uso in bicicletta	T
	2P_KM.9_1.3	Pulsante di blocco e sblocco dell'articolazione	T
	2P_KM.9_1.4	Indicazione del fabbricante anche per il livello K4	T
	2P_KM.9_1.5	Passaggio a una modalità ad alta resistenza quando l'estensione si interrompe durante la fase di oscillazione	T
	2P_KM.9_1.6	Indicazione anche per disarticolazione del ginocchio	T
	2P_KM.9_1.7	Indicazione anche per disarticolazione dell'anca ed emipelvectomia	T
KM.10	2P_KM.10_1.1	Peso del componente per adulto ≤ 1000 g	T
	2P_KM.10_1.2	Componente per adulti con peso massimo utente ammesso ≥ 100 kg	T
	2P_KM.10_1.3	Componente per adulti indicato anche per il livello K4	T
	2P_KM.10_1.4	Angolo di flessione ≥ 150°	T
	2P_KM.10_1.5	Meccanismo policentrico con 5 o più barre	T

	2P_KM.10_1.6	Sistema di blocco e sblocco manuale	T
	2P_KM.10_1.7	Indicazione anche per disarticolazione del ginocchio	T
	2P_KM.10_1.8	Indicazione anche per disarticolazione dell'anca ed emipelvectomia	T
KEP.1	2P_KEP.1_1.1	Peso del componente ≤ 1000 g	T
	2P_KEP.1_1.2	Peso massimo utente ammesso ≥ 150 kg	T
	2P_KEP.1_1.3	Ripristino in modo automatico della funzione di cammino al termine dell'uso in bicicletta	T
	2P_KEP.1_1.4	Monitoraggio remoto per la valutazione dell'attività e diagnostica	T
	2P_KEP.1_1.5	Indicazione anche per disarticolazione del ginocchio	T
	2P_KEP.1_1.6	Indicazione anche per disarticolazione dell'anca ed emipelvectomia	T
	2P_KEP.1_1.7	Disponibilità di cover di protezione nel KIT	T
KEP.2	2P_KEP.2_1.1	Grado di protezione IP68 (CEI EN 60529), con immersione in acqua dolce dichiarata dal fabbricante per una durata ≥ 30 minuti e una profondità ≥ 2 m	T
	2P_KEP.2_1.2	Ripristino in modo automatico della funzione di cammino al termine dell'uso in bicicletta	T
	2P_KEP.2_1.3	Monitoraggio remoto per la valutazione dell'attività e diagnostica	T
	2P_KEP.2_1.4	Indicazione anche per disarticolazione del ginocchio	T
	2P_KEP.2_1.5	Indicazione anche per disarticolazione dell'anca ed emipelvectomia	T
	2P_KEP.2_1.6	Disponibilità di cover di protezione nel KIT	T
KEP.3	2P_KEP.3_1.1	Ripristino in modo automatico della funzione di cammino al termine dell'uso in bicicletta	T
	2P_KEP.3_1.2	Monitoraggio remoto per la valutazione dell'attività e diagnostica	T
	2P_KEP.3_1.3	Indicazione anche per disarticolazione del ginocchio	T
	2P_KEP.3_1.4	Indicazione anche per disarticolazione dell'anca ed emipelvectomia	T
	2P_KEP.3_1.5	Disponibilità di cover di protezione nel KIT	T
KEP.4	2P_KEP.4_1.1	Grado di protezione IP68 (CEI EN 60529), con immersione in acqua dolce dichiarata dal fabbricante per una durata ≥ 30 minuti e una profondità ≥ 2 m	T
	2P_KEP.4_1.2	Ripristino in modo automatico della funzione di cammino al termine dell'uso in bicicletta	T
	2P_KEP.4_1.3	Monitoraggio remoto per la valutazione dell'attività e diagnostica	T
	2P_KEP.4_1.4	Indicazione anche per disarticolazione del ginocchio	T
	2P_KEP.4_1.5	Indicazione anche per disarticolazione dell'anca ed emipelvectomia	T
	2P_KEP.4_1.6	Disponibilità di cover di protezione nel KIT	T
KEP.5	2P_KEP.5_1.1	Ripristino in modo automatico della funzione di cammino al termine dell'uso in bicicletta	T
	2P_KEP.5_1.2	Indicazione anche per disarticolazione del ginocchio	T

	2P_KEP.5_1.3	Indicazione anche per disarticolazione dell'anca ed emipelvectomia	T
	2P_KEP.5_1.4	Disponibilità di cover di protezione nel KIT	T
KEI.1	2P_KEI.1_1.1	Ripristino in modo automatico della funzione di cammino al termine dell'uso in bicicletta	T
	2P_KEI.1_1.2	Monitoraggio remoto per la valutazione dell'attività e diagnostica	T
	2P_KEI.1_1.3	Indicazione anche per disarticolazione del ginocchio	T
	2P_KEI.1_1.4	Indicazione anche per disarticolazione dell'anca ed emipelvectomia	T
	2P_KEI.1_1.5	Disponibilità di cover di protezione nel KIT	T
KEA.1	2P_KEA.1_1.1	Indicazione del fabbricante anche per il livello K2	T
	2P_KEA.1_1.2	Peso del componente ≤ 2200 g	T
	2P_KEA.1_1.3	Rumorosità ≤ 50 dB	T
	2P_KEA.1_1.4	Ritorno in modo automatico alla modalità cammino al termine della modalità bicicletta	T
	2P_KEA.1_1.5	Monitoraggio remoto per la valutazione dell'attività e diagnostica	T
	2P_KEA.1_1.6	Indicazione anche per disarticolazione dell'anca	T
	2P_KEA.1_1.7	Indicazione anche per emipelvectomia	T
	2P_KEA.1_1.8	Presenza di una cover di protezione nel KIT	T
KS.1	2P_KS.1_1.1	Evidenza documentata dell'uso del modello offerto ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 (svolti nel 2021) o di Parigi 2024	T
	2P_KS.1_1.2	Angolo di flessione massimo ≥ 130°	T
KS.2	2P_KS.2_1.1	Evidenza documentata dell'uso del modello offerto in competizioni internazionali (campionati del mondo, Giochi Paralimpici), a partire dal 2020	T
	2P_KS.2_1.2	Meccanismo di assistenza al passaggio in posizione seduta	T
	2P_KS.2_1.3	Resistenza all'acqua dolce dichiarata dal fabbricante	T
	2P_KS.2_1.4	Resistenza all'acqua clorata e all'acqua salata dichiarata dal fabbricante	T
	2P_KS.2_1.5	Presenza di una cover di protezione nel KIT	T
FNC.1	2P_FNC.1_1.1	Piede disponibile in più di 2 colori	T
	2P_FNC.1_1.2	Disponibilità di misure al di fuori dell'intervallo 22–30 cm	T
FNC.2	2P_FNC.2_1.1	Piede disponibile in più di 2 colori	T
	2P_FNC.2_1.2	Disponibilità di misure al di fuori dell'intervallo 22–30 cm	T
	2P_FNC.2_1.3	Peso massimo utente ammesso: ≥ 100 kg	T
FNC.3	2P_FNC.3_1.1	Piede disponibile in più di 2 colori	T
	2P_FNC.3_1.2	Disponibilità di misure al di fuori dell'intervallo 22–30 cm	T

FNC.4	2P_FNC.4_1.1	Piede disponibile in più di 2 colori	T
	2P_FNC.4_1.2	Disponibilità di misure al di fuori dell'intervallo 22–30 cm	T
	2P_FNC.4_1.3	Presenza di superficie plantare zigrinata	T
FMC.1a	2P_FMC.1a_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 100 kg	T
	2P_FMC.1a_1.2	Uso in acqua dolce, clorata e salata consentito dal fabbricante	T
	2P_FMC.1a_1.3	Lamina anteriormente separata, per l'adattamento del piede nel piano frontale	T
	2P_FMC.1a_1.4	Disponibilità di cover con alluce separato	T
	2P_FMC.1a_1.5	Cover disponibile in più di 2 colori	T
	2P_FMC.1a_1.6	Disponibilità di misure al di fuori dell'intervallo 22–30 cm	T
	2P_FMC.1a_1.7	Disponibilità di cuneo tallone nel KIT	T
FMC.1b	2P_FMC.1b_1.1	Indicazione del fabbricante anche per il livello K4	T
	2P_FMC.1b_1.2	Peso massimo utente ammesso ≥ 100 kg	T
	2P_FMC.1b_1.3	Uso in acqua dolce, clorata e salata consentito dal fabbricante	T
	2P_FMC.1b_1.4	Lamina anteriormente separata, per l'adattamento del piede nel piano frontale	T
	2P_FMC.1b_1.5	Disponibilità di cover con alluce separato	T
	2P_FMC.1b_1.6	Cover disponibile in più di 2 colori	T
	2P_FMC.1b_1.7	Disponibilità di misure al di fuori dell'intervallo 22–30 cm	T
	2P_FMC.1b_1.8	Articolazione che consente l'adattamento del piede nel piano frontale	T
	2P_FMC.1b_1.9	Disponibilità di cuneo tallone nel KIT	T
FMC.1c	2P_FMC.1c_1.1	Indicazione del fabbricante anche per il livello K4	T
	2P_FMC.1c_1.2	Peso massimo utente ammesso ≥ 100 kg	T
	2P_FMC.1c_1.3	Uso in acqua dolce, clorata e salata consentito dal fabbricante	T
	2P_FMC.1c_1.4	Lamina anteriormente separata, per l'adattamento del piede nel piano frontale	T
	2P_FMC.1c_1.5	Disponibilità di cover con alluce separato	T
	2P_FMC.1c_1.6	Cover disponibile in più di 2 colori	T
	2P_FMC.1c_1.7	Disponibilità di misure al di fuori dell'intervallo 22–30 cm	T
	2P_FMC.1c_1.8	Disponibilità di cuneo tallone nel KIT	T
FMC.1d	2P_FMC.1d_1.1	Indicazione del fabbricante anche per il livello K4	T
	2P_FMC.1d_1.2	Peso massimo utente ammesso ≥ 100 kg	T
	2P_FMC.1d_1.3	Uso in acqua dolce, clorata e salata consentito dal fabbricante	T

	2P_FMC.1d_1.4	Lamina anteriormente separata, per l'adattamento del piede nel piano frontale	T
	2P_FMC.1d_1.5	Disponibilità di cover con alluce separato	T
	2P_FMC.1d_1.6	Cover disponibile in più di 2 colori	T
	2P_FMC.1d_1.7	Disponibilità di misure al di fuori dell'intervallo 22–30 cm	T
	2P_FMC.1d_1.8	Disponibilità di cuneo tallone nel KIT	T
	2P_FMC.1d_1.9	Disponibilità di attacchi modulari differenti da quelli di normale fornitura nel KIT	T
FMC.2	2P_FMC.2_1.1	Escursione torsionale (gradi) ≥ 12°	T
	2P_FMC.2_1.2	Presenza di entrambe le funzioni: ammortizzazione verticale (shock absorber) e compensazione torsionale	T
	2P_FMC.2_1.3	Indicazione del fabbricante anche per il livello K4	T
	2P_FMC.2_1.4	Peso massimo utente ammesso ≥ 130 kg	T
	2P_FMC.2_1.5	Uso in acqua dolce, clorata e salata consentito dal fabbricante	T
	2P_FMC.2_1.6	Lamina anteriormente separata, per l'adattamento del piede nel piano frontale	T
	2P_FMC.2_1.7	Disponibilità di cover con alluce separato	T
	2P_FMC.2_1.8	Cover disponibile in più di 2 colori	T
	2P_FMC.2_1.9	Disponibilità di misure al di fuori dell'intervallo 22–30 cm	T
	2P_FMC.2_1.10	Disponibilità di cuneo tallone nel KIT	T
FMC.3	2P_FMC.3_1.1	Escursione articolare complessiva (ROM, gradi) ≥ 16°	T
	2P_FMC.3_1.2	Sistema di controllo idraulico con risposta del piede regolabile	T
	2P_FMC.3_1.3	Indicazione del fabbricante anche per il livello K4	T
	2P_FMC.3_1.4	Peso massimo utente ammesso ≥ 150 kg	T
	2P_FMC.3_1.5	Uso in acqua dolce, clorata e salata consentito dal fabbricante	T
	2P_FMC.3_1.6	Lamina anteriormente separata, per l'adattamento del piede nel piano frontale	T
	2P_FMC.3_1.7	Disponibilità di cover con alluce separato	T
	2P_FMC.3_1.8	Cover disponibile in più di 2 colori	T
	2P_FMC.3_1.9	Disponibilità di misure al di fuori dell'intervallo 22–30 cm	T
	2P_FMC.3_1.10	Sollevamento della punta durante la fase di oscillazione mediante meccanismo senza controllo elettronico, azionato nell'ultima parte dell'appoggio	T
	2P_FMC.3_1.11	Disponibilità di cuneo tallone nel KIT	T
FMC.4	2P_FMC.4_1.1	Altezza del tacco regolabile oltre 50 mm	T
	2P_FMC.4_1.2	Indicazione del fabbricante anche per il livello K4	T

	2P_FMC.4_1.3	Peso massimo utente ammesso ≥ 125 kg	T
	2P_FMC.4_1.4	Uso in acqua dolce, clorata e salata consentito dal fabbricante	T
	2P_FMC.4_1.5	Lamina anteriormente separata, per l'adattamento del piede nel piano frontale	T
	2P_FMC.4_1.6	Disponibilità di cover con alluce separato	T
	2P_FMC.4_1.7	Cover disponibile in più di 2 colori	T
	2P_FMC.4_1.8	Disponibilità di misure al di fuori dell'intervallo 22–30 cm	T
	2P_FMC.4_1.9	Disponibilità di zeppe con tacco per piede nel KIT	T
FMC.5a	2P_FMC.5a_1.1	Peso del componente ≤ 700 g	T
	2P_FMC.5a_1.2	Peso massimo utente ammesso ≥ 150 kg	T
	2P_FMC.5a_1.3	Uso in acqua dolce, clorata e salata consentito dal fabbricante	T
	2P_FMC.5a_1.4	Lamina anteriormente separata, per l'adattamento del piede nel piano frontale	T
	2P_FMC.5a_1.5	Disponibilità di cover con alluce separato	T
	2P_FMC.5a_1.6	Cover disponibile in più di 2 colori	T
	2P_FMC.5a_1.7	Disponibilità di misure al di fuori dell'intervallo 22–30 cm	T
	2P_FMC.5a_1.8	Disponibilità di cuneo con tallone nel KIT	T
FMC.5b	2P_FMC.5b_1.1	Peso del componente ≤ 700 g	T
	2P_FMC.5b_1.2	Indicazione del fabbricante anche per il livello K4	T
	2P_FMC.5b_1.3	Peso massimo utente ammesso ≥ 150 kg	T
	2P_FMC.5b_1.4	Uso in acqua dolce, clorata e salata consentito dal fabbricante	T
	2P_FMC.5b_1.5	Lamina anteriormente separata, per l'adattamento del piede nel piano frontale	T
	2P_FMC.5b_1.6	Disponibilità di cover con alluce separato	T
	2P_FMC.5b_1.7	Cover disponibile in più di 2 colori	T
	2P_FMC.5b_1.8	Disponibilità di misure al di fuori dell'intervallo 22–30 cm	T
	2P_FMC.5b_1.9	Disponibilità di cuneo con tallone nel KIT	T
FMC.6	2P_FMC.6_1.1	Altezza ≤ 60 mm	T
	2P_FMC.6_1.2	Peso del componente ≤ 700 g	T
	2P_FMC.6_1.3	Indicazione del fabbricante anche per il livello K4	T
	2P_FMC.6_1.4	Peso massimo utente ammesso ≥ 150 kg	T
	2P_FMC.6_1.5	Uso in acqua dolce, clorata e salata consentito dal fabbricante	T
	2P_FMC.6_1.6	Lamina anteriormente separata, per l'adattamento del piede nel piano frontale	T

	2P_FMC.6_1.7	Disponibilità di cover con alluce separato	T
	2P_FMC.6_1.8	Cover disponibile in più di 2 colori	T
	2P_FMC.6_1.9	Disponibilità di misure al di fuori dell'intervallo 22–30 cm	T
FMC.7	2P_FMC.7_1.1	Disponibilità di taglie che coprono misure al di fuori dell'intervallo 22–30 cm	T
FMC.8	2P_FMC.8_1.1	Numero di taglie nell'intervallo di numerata minimo >10	T
FE.1	2P_FE.1_1.1	Peso del componente ≤ 1000 g	T
	2P_FE.1_1.2	Indicazione del fabbricante anche per il livello K4	T
	2P_FE.1_1.3	Uso in acqua dolce, clorata e salata dichiarato dal fabbricante	T
	2P_FE.1_1.4	Lamina anteriormente separata, per l'adattamento del piede nel piano frontale	T
	2P_FE.1_1.5	Disponibilità di cover con alluce separato	T
	2P_FE.1_1.6	Numero di tagliandi < 3 (nel periodo di garanzia)	T
	2P_FE.1_1.7	App con monitoraggio e diagnostica da remoto	T
FS.1	2P_FS.1_1.1	Disponibilità di soletta chiodata	T
	2P_FS.1_1.2	Piede disponibile in altezze diverse per adattarsi all'antropometria dell'atleta	T
	2P_FS.1_1.3	Evidenza documentata dell'uso del modello offerto ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 (svolti nel 2021) o di Parigi 2024	T
FS.2	2P_FS.2_1.1	Disponibilità di soletta chiodata	T
	2P_FS.2_1.2	Piede disponibile in altezze diverse per adattarsi all'antropometria dell'atleta	T
	2P_FS.2_1.3	Evidenza documentata dell'uso del modello offerto ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 (svolti nel 2021) o di Parigi 2024	T
FS.3	2P_FS.3_1.1	Resistenza all'acqua dolce dichiarata dal fabbricante	T
	2P_FS.3_1.2	Resistenza all'acqua clorata e all'acqua salata dichiarata dal fabbricante	T
FS.4	2P_FS.4_1.1	Attacco idoneo sia alla corsa sia al salto in lungo	T
FS.5	2P_FS.5_1.1	Attacco idoneo sia alla corsa sia al salto in lungo	T
FS.6	2P_FS.6_1.1	Piastra idonea sia alla corsa sia al salto in lungo	T
M.1	2P_M.1_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 110 kg	T
M.2	2P_M.2_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 110 kg	T
	2P_M.2_1.2	Offerta di adattatori per protesi da bagno	T
M.3	2P_M.3_1.1	Disponibilità di adattatori con inclinazione < 10° e/o > 30	T
M.4a	2P_M.4a_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 135 kg	T
M.4b	2P_M.4b_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 110 kg	T
M.5a	2P_M.5a_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 110 kg	T

M.5b	2P_M.5b_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 110 kg	T
M.6	2P_M.6_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 110 kg	T
M.7	2P_M.7_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 110 kg	T
M.8	2P_M.8_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 110 kg	T
M.9	2P_M.9_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 150 kg	T
	2P_M.9_1.2	La documentazione attesa la possibilità di un numero maggiore di 4 combinazioni possibili con i componenti offerti	T
M.10	2P_M.10_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 135 kg	T
M.11	2P_M.11_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 135 kg	T
M.12	2P_M.12_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 135 kg	T
M.13	2P_M.13_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 135 kg	T
M.14	2P_M.14_1.1	Escursione torsionale (gradi) ≥ 16°	T
M.15	2P_M.15_1.1	Escursione torsionale (gradi) ≥ 16°	T
M.16	2P_M.16_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 55 kg	T
M.17	2P_M.17_1.1	Offerta di tubi inclinati per protesi per disarticolazione dell'anca	T
M.18	2P_M.18_1.1	Peso massimo utente ammesso ≥ 150 kg	T
	2P_M.18_1.2	Nucleo piramidale ruotabile	T
M.19	2P_M.19_1.1	Numero di colorazioni disponibili ≥ 15	T
2		**CRITERI IN MERITO ALLA MISURE DI CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE**	**TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO**

Trasversale	2P_T_2.1	**Parità di genere ex art. 108 comma 7 D.Lgs 36/2023** Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. Si precisa che: • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022). Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.	T

Specifiche trasversali:

- L'intervallo di riferimento per le taglie piedi per adulti è di 22-30cm (inclusi gli estremi)
- La taglia di riferimento per i piedi non per età pediatrica è la 26. È ammessa indicazione anche per la taglia 27. Il peso si intende comprensivo di cover, eventuale calzino protettivo o altri accessori indispensabili per la messa in opera del dispositivo (piastre di collegamento, viti etc...);
- Per i piedi che terminano con piramide maschio, l'altezza si intendono al netto della piramide, ovvero come altezza del piede montato in posizione neutra. L'altezza di tutti i piedi si intende comprensiva di cover;
- Ove un modello di piede per l'età pediatrica rientri nella taglia 16-21, la taglia di riferimento è la 16 per i piedi non in materiali compositi, mentre è la 18 per i piedi in materiali compositi ma è ammessa indicazione anche per la taglia 21. Per i piedi al di sotto della taglia 16, la specifica è da intendersi per la taglia più grande fra quelle offerte;
- Se vengono offerti modelli di piede per età pediatrica, almeno uno di questi deve coprire l'intervallo di taglie fra 16-21cm. Sono ammessi altri modelli con taglie inferiori ad integrazione del modello principale offerto.

Lotto 3 – Invasature per protesi di arto inferiore

CATEGORIA	ID REQUISITO	CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1		CRITERIO: CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE	
Trasversale	3P_T_1.1	**Relazione Tecnica 1** **Qualità dell'assistenza tecnica, formazione e continuità d'uso:** descrivere le modalità organizzative e operative dell'assistenza tecnica e le soluzioni migliorative offerte per favorire la continuità d'uso dei prodotti, nonché le eventuali modalità formative ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla documentazione di gara. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'efficacia delle modalità di presa in carico e risoluzione delle richieste, della tempestività degli interventi e del ripristino, della disponibilità di assistenza e riparazione in loco, nonché delle eventuali estensioni della garanzia. Saranno inoltre valutate le soluzioni migliorative relative all'organizzazione e gestione delle attività di manutenzione, nel rispetto delle frequenze e delle prescrizioni stabilite dal fabbricante, e le ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale offerte rispetto ai livelli minimi richiesti, in termini di contenuti, modalità di erogazione e fruibilità per il personale INAIL.	D
	3P_T_1.2	**Relazione Tecnica 1** **Fornitura smart:** descrivere gli strumenti e le funzionalità digitali offerti a supporto della scelta dei prodotti, della gestione degli ordini e del monitoraggio della fornitura. La valutazione terrà conto, in particolare, della facilità d'uso e della completezza delle funzionalità proposte, quali applicazioni e cataloghi digitali, tracciamento degli ordini e delle consegne e reportistica sui consumi, nonché delle modalità di integrazione con i sistemi informativi INAIL, in termini di semplificazione operativa e disponibilità delle informazioni. Sarà inoltre valutata la disponibilità dell'operatore economico a fornire, a titolo gratuito e prima dell'emissione dell'ordine, eventuali prodotti o elementi di prova, da mettere a disposizione dell'Istituto per la relativa visione e valutazione e, ove necessario, per il test sul paziente, da effettuarsi esclusivamente presso le strutture dell'Istituto.	D
	3P_T_1.3	**Relazione Tecnica 1** **Sistemi alternativi di consegna e gestione delle scorte:** descrivere le soluzioni offerte per l'attivazione di sistemi alternativi alla consegna ordinaria, quali conto deposito, magazzino per terzi o altre modalità di gestione delle scorte dedicate alla fornitura, precisandone le condizioni di attivazione e funzionamento. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'adeguatezza e della flessibilità del modello organizzativo, delle modalità di prelievo e reintegro, dei tempi di rifornimento e della tracciabilità delle movimentazioni, in relazione alla capacità di assicurare la disponibilità dei prodotti e semplificare la gestione logistica presso le sedi INAIL.	D

	3P_T_1.4	**Relazione Tecnica 2** **Ampiezza di gamma:** descrivere, per ciascuna categoria offerta, l'ampiezza e le caratteristiche della gamma proposta, sviluppando distintamente i seguenti aspetti: • Estensione delle caratteristiche premianti alla gamma. Per ciascuna caratteristica oggetto di un criterio premiante tabellare, la cui premialità è riconosciuta sulla base del prodotto offerto, indicare se la medesima caratteristica sia presente anche su ulteriori modelli proposti nell'ambito dell'ampiezza di gamma offerta per la categoria, specificando i modelli interessati. • Caratteristiche funzionali e tecniche ulteriori dei modelli: descrivere le eventuali caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali dei singoli modelli della gamma che siano ulteriori rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche già oggetto di specifici criteri premianti, specificando i modelli interessati. • Ulteriori elementi oggetto di valorizzazione nell'ambito della gamma. Per le categorie di seguito indicate, descrivere, se fornite, la disponibilità nell'ambito della gamma proposta di modelli che presentino i seguenti elementi: o MI.4a: disponibilità di una soluzione per amputazioni di tipo Syme. La valutazione terrà conto, in particolare, della diffusione nella gamma delle caratteristiche già oggetto di premialità, della varietà e rilevanza delle caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali ulteriori e, per le categorie specificamente individuate, della presenza e diffusione degli ulteriori elementi oggetto di valorizzazione, in relazione alle possibilità di scelta e personalizzazione offerte dalla gamma. Per ciascuna caratteristica o elemento descritto dovranno essere indicati marca, modello e relativo codice identificativo (REF) dei prodotti interessati.	D
MI.1a	3P_MI.1a_1.1	Disponibilità sia della fibra di vetro sia di un'altra fibra	T
	3P_MI.1a_1.2	Disponibilità di taglie per amputazione transtibiale e per amputazione transfemorale	T
	3P_MI.1a_1.3	Disponibilità di maglie con attacco per utenti con peso massimo ≥ 150 kg	T
MI.1b	3P_MI.1b_1.1	Kit idoneo sia per invasature transtibiali sia per invasature transfemorali	T
	3P_MI.1b_1.2	Kit idoneo per invasature per utenti con peso massimo ≥ 150 kg	T
MI.2	3P_MI.2_1.1	Sistema impiegabile sia su pazienti con amputazione transtibiale sia su pazienti con amputazione transfemorale	T
MI.3a	3P_MI.3a_1.1	Disponibilità di telai modulari sia in fibra di carbonio che in alluminio	T
MI.3b	3P_MI.3b_1.1	Possibilità di regolazione dell'angolo di flessione dell'invasatura per accomodare contratture in flessione	T
	3P_MI.3b_1.2	Adattamento al volume mediante sistema di trazionamento di cavi di tipo "BOA"	T
MI.3c	3P_MI.3c_1.1	Moduli che integrano un sistema di adattamento mediante sistema a cricchetto	T
MI.4a	3P_MI.4a_1.1	Documentazione clinica a dimostrazione dell'efficacia della soluzione	T
MI.4b	3P_MI.4b_1.1	Possibilità di termoformare il dispositivo direttamente sul paziente	T
	3P_MI.4b_1.2	Possibilità di ritermoformare il materiale più di 3 volte	T
	3P_MI.4b_1.3	Attacco distale regolabile nel piano trasverso	T
2		**CRITERI IN MERITO ALLA MISURE DI CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE**	**TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO**

Trasversale	3P_T_2.1	**Parità di genere ex art. 108 comma 7 D.Lgs 36/2023** Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. Si precisa che: • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022). Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.	T

Lotto 4 – Moduli di collegamento fra impianti osteointegrati e protesi di arto

CATEGORIA	ID REQUISITO	CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1		CRITERIO: CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE	
Trasversale	4P_T_1.1	**Relazione Tecnica 1** **Qualità dell'assistenza tecnica, formazione e continuità d'uso:** descrivere le modalità organizzative e operative dell'assistenza tecnica e le soluzioni migliorative offerte per favorire la continuità d'uso dei prodotti, nonché le eventuali modalità formative ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla documentazione di gara. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'efficacia delle modalità di presa in carico e risoluzione delle richieste, della tempestività degli interventi e del ripristino, della disponibilità di assistenza e riparazione in loco, nonché delle eventuali estensioni della garanzia. Saranno inoltre valutate le soluzioni migliorative relative all'organizzazione e gestione delle attività di manutenzione, nel rispetto delle frequenze e delle prescrizioni stabilite dal fabbricante, e le ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale offerte rispetto ai livelli minimi richiesti, in termini di contenuti, modalità di erogazione e fruibilità per il personale INAIL.	D
	4P_T_1.2	**Relazione Tecnica 1** **Fornitura smart:** descrivere gli strumenti e le funzionalità digitali offerti a supporto della scelta dei prodotti, della gestione degli ordini e del monitoraggio della fornitura. La valutazione terrà conto, in particolare, della facilità d'uso e della completezza delle funzionalità proposte, quali applicazioni e cataloghi digitali, tracciamento degli ordini e delle consegne e reportistica sui consumi, nonché delle modalità di integrazione con i sistemi informativi INAIL, in termini di semplificazione operativa e disponibilità delle informazioni. Sarà inoltre valutata la disponibilità dell'operatore economico a fornire, a titolo gratuito e prima dell'emissione dell'ordine, eventuali prodotti o elementi di prova, da mettere a disposizione dell'Istituto per la relativa visione e valutazione e, ove necessario, per il test sul paziente, da effettuarsi esclusivamente presso le strutture dell'Istituto.	D
	4P_T_1.3	**Relazione Tecnica 1** **Sistemi alternativi di consegna e gestione delle scorte:** descrivere le soluzioni offerte per l'attivazione di sistemi alternativi alla consegna ordinaria, quali conto deposito, magazzino per terzi o altre modalità di gestione delle scorte dedicate alla fornitura, precisandone le condizioni di attivazione e funzionamento. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'adeguatezza e della flessibilità del modello organizzativo, delle modalità di prelievo e reintegro, dei tempi di rifornimento e della tracciabilità delle movimentazioni, in relazione alla capacità di assicurare la disponibilità dei prodotti e semplificare la gestione logistica presso le sedi INAIL.	D
	4P_T_1.4	**Relazione Tecnica 2** **Ampiezza di gamma:** descrivere, per ciascuna categoria offerta, l'ampiezza e le caratteristiche della gamma proposta, sviluppando distintamente i seguenti aspetti: • Estensione delle caratteristiche premianti alla gamma. Per ciascuna caratteristica oggetto di un criterio premiante tabellare, la cui premialità è riconosciuta sulla base del prodotto offerto, indicare se la medesima caratteristica sia presente anche su ulteriori modelli proposti nell'ambito dell'ampiezza di gamma offerta per la categoria, specificando i modelli interessati. • Caratteristiche funzionali e tecniche ulteriori dei modelli: descrivere le eventuali caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali dei singoli modelli della gamma che siano ulteriori rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche già oggetto di specifici criteri premianti, specificando i modelli interessati. La valutazione terrà conto, in particolare, della diffusione nella gamma delle caratteristiche già oggetto di premialità e della varietà e rilevanza delle caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali ulteriori, valorizzando complessivamente le possibilità di scelta e personalizzazione offerte dalla gamma. Per ciascuna caratteristica descritta dovranno essere indicati marca, modello e relativo codice identificativo (REF) dei prodotti interessati.	D

MOS.1	4P_MOS.1_1.1	Presenza di un meccanismo di sgancio per evitare il sovraccarico sull'impianto	T
	4P_MOS.1_1.2	Disponibilità di documentazione che attesta l'esecuzione di un numero di impianti a livello nazionale e internazionale ≥ 30	T
MOS.2	4P_MOS.2_1.1	Disponibilità di documentazione che attesta l'esecuzione di un numero di impianti a livello nazionale e internazionale ≥ 30	T
MOI.1	4P_MOI.1_1.1	Presenza di un meccanismo di sgancio per evitare il sovraccarico sull'impianto	T
	4P_MOI.1_1.2	Disponibilità di documentazione che attesta l'esecuzione di un numero di impianti a livello nazionale e internazionale ≥ 30	T
2		**CRITERI IN MERITO ALLA MISURE DI CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE**	**TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO**
Trasversale	4P_T_2.1	**Parità di genere ex art. 108 comma 7 D.Lgs 36/2023** Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. Si precisa che: • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022). Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.	T

Lotto 5 – Cover in stampa 3D per protesi di arto superiore e inferiore

CATEGORIA	ID REQUISITO	CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1		CRITERIO: CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE	
Trasversale	5P_T_1.1	**Relazione Tecnica 1** **Qualità dell'assistenza tecnica, formazione e continuità d'uso:** descrivere le modalità organizzative e operative dell'assistenza tecnica e le soluzioni migliorative offerte per favorire la continuità d'uso dei prodotti, nonché le eventuali modalità formative ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla documentazione di gara. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'efficacia delle modalità di presa in carico e risoluzione delle richieste, della tempestività degli interventi e del ripristino, della disponibilità di assistenza e riparazione in loco, nonché delle eventuali estensioni della garanzia. Saranno inoltre valutate le soluzioni migliorative relative all'organizzazione e gestione delle attività di manutenzione, nel rispetto delle frequenze e delle prescrizioni stabilite dal fabbricante, e le ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale offerte rispetto ai livelli minimi richiesti, in termini di contenuti, modalità di erogazione e fruibilità per il personale INAIL.	D
	5P_T_1.2	**Relazione Tecnica 1** **Fornitura smart:** descrivere gli strumenti e le funzionalità digitali offerti a supporto della scelta dei prodotti, della gestione degli ordini e del monitoraggio della fornitura. La valutazione terrà conto, in particolare, della facilità d'uso e della completezza delle funzionalità proposte, quali applicazioni e cataloghi digitali, configurazione e rendering 3D prima dell'ordine, tracciamento degli ordini e delle consegne e reportistica sui consumi, nonché delle modalità di integrazione con i sistemi informativi INAIL, in termini di semplificazione operativa e disponibilità delle informazioni. Sarà inoltre valutata la disponibilità dell'operatore economico a fornire, a titolo gratuito e prima dell'emissione dell'ordine, eventuali prodotti o elementi di prova, da mettere a disposizione dell'Istituto per la relativa visione e valutazione e, ove necessario, per il test sul paziente, da effettuarsi esclusivamente presso le strutture dell'Istituto.	D
	5P_T_1.3	**Relazione Tecnica 2** **Ampiezza di gamma:** descrivere, per ciascuna categoria offerta, l'ampiezza e le caratteristiche della gamma proposta, sviluppando distintamente i seguenti aspetti: 1. Estensione delle caratteristiche premianti alla gamma. Per ciascuna caratteristica oggetto di un criterio premiante tabellare, la cui premialità è riconosciuta sulla base del prodotto offerto, indicare se la medesima caratteristica sia presente anche su ulteriori modelli proposti nell'ambito dell'ampiezza di gamma offerta per la categoria, specificando i modelli interessati. 2. Caratteristiche funzionali e tecniche ulteriori dei modelli. Descrivere le eventuali caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali dei singoli modelli della gamma che siano ulteriori rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche già oggetto di specifici criteri premianti, specificando i modelli interessati. La valutazione terrà conto, in particolare, della diffusione nella gamma delle caratteristiche già oggetto di premialità e della varietà e rilevanza delle caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali ulteriori, valorizzando complessivamente le possibilità di scelta e personalizzazione offerte dalla gamma. Per ciascuna caratteristica descritta dovranno essere indicati marca, modello e relativo codice identificativo (REF) dei prodotti interessati. *NB: Per le cuffie, costituiscono modelli distinti i prodotti con spessore diverso (uniforme o rastremato) o con forma diversa (conica, cilindrica).*	D
M3D.1	5P_M3D.1_1.1	Varianti di disegno e/o colore ≥ 8	T
M3D.2	5P_M3D.2_1.1	Scelta della cover tramite catalogo digitale	T
	5P_M3D.2_1.2	Rendering 3D fornito prima della conferma d'ordine	T

M3D.3	5P_M3D.3_1.1	Scelta della cover tramite catalogo digitale	T
	5P_M3D.3_1.2	Rendering 3D fornito prima della conferma d'ordine	T
M3D.4	5P_M3D.4_1.1	Scelta della cover tramite catalogo digitale	T
	5P_M3D.4_1.2	Rendering 3D fornito prima della conferma d'ordine	T
U3D.1	5P_U3D.1_1.1	Scelta della cover tramite catalogo digitale	T
	5P_U3D.1_1.2	Rendering 3D fornito prima della conferma d'ordine	T
U3D.2	5P_U3D.2_1.1	Scelta della cover tramite catalogo digitale	T
	5P_U3D.2_1.2	Rendering 3D fornito prima della conferma d'ordine	T
2		**CRITERI IN MERITO ALLA MISURE DI CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE**	**TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO**
Trasversale	5P_T_2.1	**Parità di genere ex art. 108 comma 7 D.Lgs 36/2023** Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. Si precisa che: • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022). Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.	T

Lotto 6 – Cuffie, ginocchiere e dispositivi ausiliari per la sospensione di protesi d'arto

CATEGORIA	ID REQUISITO	CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1		CRITERIO: CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE	
Trasversale	6P_T_1.1	**Relazione Tecnica 1** **Qualità dell'assistenza tecnica, formazione e continuità d'uso:** descrivere le modalità organizzative e operative dell'assistenza tecnica e le soluzioni migliorative offerte per favorire la continuità d'uso dei prodotti, nonché le eventuali modalità formative ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla documentazione di gara. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'efficacia delle modalità di presa in carico e risoluzione delle richieste, della tempestività degli interventi e del ripristino, della disponibilità di assistenza e riparazione in loco, nonché delle eventuali estensioni della garanzia. Saranno inoltre valutate le soluzioni migliorative relative all'organizzazione e gestione delle attività di manutenzione, nel rispetto delle frequenze e delle prescrizioni stabilite dal fabbricante, e le ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale offerte rispetto ai livelli minimi richiesti, in termini di contenuti, modalità di erogazione e fruibilità per il personale INAIL.	D
	6P_T_1.2	**Relazione Tecnica 1** **Fornitura smart:** descrivere gli strumenti e le funzionalità digitali offerti a supporto della scelta dei prodotti, della gestione degli ordini e del monitoraggio della fornitura. La valutazione terrà conto, in particolare, della facilità d'uso e della completezza delle funzionalità proposte, quali applicazioni e cataloghi digitali, tracciamento degli ordini e delle consegne e reportistica sui consumi, nonché delle modalità di integrazione con i sistemi informativi INAIL, in termini di semplificazione operativa e disponibilità delle informazioni. Sarà inoltre valutata la disponibilità dell'operatore economico a fornire, a titolo gratuito e prima dell'emissione dell'ordine, eventuali prodotti o elementi di prova, da mettere a disposizione dell'Istituto per la relativa visione e valutazione e, ove necessario, per il test sul paziente, da effettuarsi esclusivamente presso le strutture dell'Istituto.	D
	6P_T_1.3	**Relazione Tecnica 1** **Sistemi alternativi di consegna e gestione delle scorte:** descrivere le soluzioni offerte per l'attivazione di sistemi alternativi alla consegna ordinaria, quali conto deposito, magazzino per terzi o altre modalità di gestione delle scorte dedicate alla fornitura, precisandone le condizioni di attivazione e funzionamento. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'adeguatezza e della flessibilità del modello organizzativo, delle modalità di prelievo e reintegro, dei tempi di rifornimento e della tracciabilità delle movimentazioni, in relazione alla capacità di assicurare la disponibilità dei prodotti e semplificare la gestione logistica presso le sedi INAIL.	D

	6P_T_1.4	**<u>Relazione Tecnica 2</u>** **Ampiezza di gamma:** descrivere, per ciascuna categoria offerta, l'ampiezza e le caratteristiche della gamma proposta, sviluppando distintamente i seguenti aspetti: • Estensione delle caratteristiche premianti alla gamma. Per ciascuna caratteristica oggetto di un criterio premiante tabellare, la cui premialità è riconosciuta sulla base del prodotto offerto, indicare se la medesima caratteristica sia presente anche su ulteriori modelli proposti nell'ambito dell'ampiezza di gamma offerta per la categoria, specificando i modelli interessati. • Caratteristiche funzionali e tecniche ulteriori dei modelli: descrivere le eventuali caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali dei singoli modelli della gamma che siano ulteriori rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche già oggetto di specifici criteri premianti, specificando i modelli interessati. • Ulteriori elementi oggetto di valorizzazione nell'ambito della gamma. Per le categorie di seguito indicate, descrivere, se fornite, la disponibilità nell'ambito della gamma proposta di modelli che presentino i seguenti elementi: o L.4, L.5 e L.8: disponibilità di modelli dotati di tessuto esterno che riduca l'estensione longitudinale, destinati a livelli di mobilità più elevati (K > 3); o L.8: disponibilità di modelli di cuffia con più di un anello; o L.8: disponibilità di modelli di cuffia con anelli di forme diverse. La valutazione terrà conto, in particolare, della diffusione nella gamma delle caratteristiche già oggetto di premialità, della varietà e rilevanza delle caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali ulteriori e, per le categorie sopra individuate, della presenza e diffusione degli specifici elementi oggetto di valorizzazione, in relazione alle possibilità di scelta e personalizzazione offerte dalla gamma. Per ciascuna caratteristica o elemento descritto dovranno essere indicati marca, modello e relativo codice identificativo (REF) dei prodotti interessati	D
L.1	6P_L.1_1.1	Tessuto con elasticità diversa nella zona del ginocchio rispetto alla parte centrale e distale della cuffia	T
	6P_L.1_1.2	Cuffia con agenti antiossidanti, emollienti o antibatterici, indicata dal fabbricante per l'uso su cute suscettibile di lesioni	T
	6P_L.1_1.3	Spessore della cuffia diverso nella parte anteriore (cresta tibiale) rispetto alla parte posteriore	T
L.2	6P_L.2_1.1	Tessuto con elasticità diversa nella zona del ginocchio rispetto alla parte centrale e distale della cuffia	T
	6P_L.2_1.2	Cuffia con agenti antiossidanti, emollienti o antibatterici, indicata dal fabbricante per l'uso su cute suscettibile di lesioni	T
	6P_L.2_1.3	Spessore della cuffia diverso nella parte anteriore (cresta tibiale) rispetto alla parte posteriore	T
L.3	6P_L.3_1.1	Tessuto con elasticità diversa nella zona del ginocchio rispetto alla parte centrale e distale della cuffia	T
	6P_L.3_1.2	Cuffia con agenti antiossidanti, emollienti o antibatterici, indicata dal fabbricante per l'uso su cute suscettibile di lesioni	T
	6P_L.3_1.3	Spessore della cuffia diverso nella parte anteriore (cresta tibiale) rispetto alla parte posteriore	T
L.4	6P_L.4_1.1	Tessuto con elasticità diversa nella zona del ginocchio rispetto alla parte centrale e distale della cuffia	T
	6P_L.4_1.2	Cuffia con agenti antiossidanti, emollienti o antibatterici, indicata dal fabbricante per l'uso su cute suscettibile di lesioni	T
	6P_L.4_1.3	Spessore della cuffia diverso nella parte anteriore (cresta tibiale) rispetto alla parte posteriore	T
	6P_L.4_1.4	Tessuto esterno estensibile sia trasversalmente sia longitudinalmente, per bassi livelli di mobilità <=K2	T
L.5	6P_L.5_1.1	Tessuto con elasticità diversa nella zona del ginocchio rispetto alla parte centrale e distale della cuffia	T
	6P_L.5_1.2	Cuffia con agenti antiossidanti, emollienti o antibatterici, indicata dal fabbricante per l'uso su cute suscettibile di lesioni	T

	6P_L.5_1.3	Spessore della cuffia diverso nella parte anteriore (cresta tibiale) rispetto alla parte posteriore	T
	6P_L.5_1.4	Tessuto esterno estensibile sia trasversalmente sia longitudinalmente, per bassi livelli di mobilità <=K2	T
L.6	6P_L.6_1.1	Tessuto con elasticità diversa nella zona del ginocchio rispetto alla parte centrale e distale della cuffia	T
	6P_L.6_1.2	Cuffia con agenti antiossidanti, emollienti o antibatterici, indicata dal fabbricante per l'uso su cute suscettibile di lesioni	T
	6P_L.6_1.3	Spessore della cuffia diverso nella parte anteriore (cresta tibiale) rispetto alla parte posteriore	T
	6P_L.6_1.4	Attacco distale con pin in aggiunta al sistema ad anelli	T
L.7	6P_L.7_1.1	Tessuto con elasticità diversa nella zona del ginocchio rispetto alla parte centrale e distale della cuffia	T
	6P_L.7_1.2	Cuffia con agenti antiossidanti, emollienti o antibatterici, indicata dal fabbricante per l'uso su cute suscettibile di lesioni	T
	6P_L.7_1.3	Spessore della cuffia diverso nella parte anteriore (cresta tibiale) rispetto alla parte posteriore	T
L.8	6P_L.8_1.1	Tessuto esterno estensibile sia trasversalmente sia longitudinalmente, per bassi livelli di mobilità <=K2	T
	6P_L.8_1.2	Tessuto con elasticità diversa nella zona del ginocchio rispetto alla parte centrale e distale della cuffia	T
	6P_L.8_1.3	Cuffia con agenti antiossidanti, emollienti o antibatterici, indicata dal fabbricante per l'uso su cute suscettibile di lesioni	T
	6P_L.8_1.4	Spessore della cuffia diverso nella parte anteriore (cresta tibiale) rispetto alla parte posteriore	T
L.9	6P_L.9_1.1	Tessuto con elasticità diversa nella zona del ginocchio rispetto alla parte centrale e distale della cuffia	T
	6P_L.9_1.2	Cuffia con agenti antiossidanti, emollienti o antibatterici, indicata dal fabbricante per l'uso su cute suscettibile di lesioni	T
	6P_L.9_1.3	Spessore della cuffia diverso nella parte anteriore (cresta tibiale) rispetto alla parte posteriore	T
L.10	6P_L.10_1.1	Tessuto con elasticità diversa nella zona del ginocchio rispetto alla parte centrale e distale della cuffia	T
	6P_L.10_1.2	Cuffia con agenti antiossidanti, emollienti o antibatterici, indicata dal fabbricante per l'uso su cute suscettibile di lesioni	T
	6P_L.10_1.3	Spessore della cuffia diverso nella parte anteriore (cresta tibiale) rispetto alla parte posteriore	T
	6P_L.10_1.4	Disponibilità di documentazione clinica che attesta il principio utilizzato per il sistema di regolazione della temperatura o della sudorazione	T
	6P_L.10_1.5	Disponibilità di documentazione clinica che riporta evidenze cliniche di efficacia	T
L.11	6P_L.11_1.1	Tessuto con elasticità diversa nella zona del ginocchio rispetto alla parte centrale e distale della cuffia	T
	6P_L.11_1.2	Cuffia con agenti antiossidanti, emollienti o antibatterici, indicata dal fabbricante per l'uso su cute suscettibile di lesioni	T
	6P_L.11_1.3	Spessore della cuffia diverso nella parte anteriore (cresta tibiale) rispetto alla parte posteriore	T
	6P_L.11_1.4	Disponibilità di documentazione clinica che attesta il principio utilizzato per il sistema di regolazione della temperatura o della sudorazione	T
	6P_L.11_1.5	Disponibilità di documentazione clicica che riporta evidenze cliniche di efficacia	T
L.12	6P_L.12_1.1	Spessore della cuffia differenziabile per zona	T
	6P_L.12_1.2	Possibilità di scelta fra più durezze Shore	T
	6P_L.12_1.3	Calco positivo digitale	T
L.13	6P_L.13_1.1	Valvola disponibile in più diametri	T

L.14	6P_L.14_1.1	Evidenze cliniche a supporto dello specifico componente offerto	T
	6P_L.14_1.2	Livello di vuoto regolabile dall'utente	T
	6P_L.14_1.3	Sistema combinato con funzione di assorbimento degli impatti verticali o di compensazione torsionale	T
L.15	6P_L.15_1.1	Banda adesiva in neoprene o silicone nella porzione distale, per l'aderenza all'invasatura protesica	T
	6P_L.15_1.2	Imbottiture pelviche localizzate	T
	6P_L.15_1.3	Tessuto traspirante	T
L.16	6P_L.16_1.1	Presenza di un blocco manuale	T
L.17	6P_L.17_1.1	Disponibilità di modelli sia con sia senza tessuto esterno	T
	6P_L.17_1.2	Disponibilità di più spessori	T
	6P_L.17_1.3	Disponibilità di più taglie (circonferenze) per monconi di dimensioni diverse	T
L.18	6P_L.18_1.1	Disponibilità di modelli sia con sia senza tessuto esterno	T
	6P_L.18_1.2	Disponibilità di più spessori	T
	6P_L.18_1.3	Disponibilità di più taglie (circonferenze) per monconi di dimensioni diverse	T
L.19	6P_L.19_1.1	Sistema integrato per sospensione con pin-lock e per sospensione ipobarica	T
	6P_L.19_1.2	Pin distali disponibili con più passi di filettatura	T
	6P_L.19_1.3	Pin disponibili in più materiali	T
	6P_L.19_1.4	Compatibilità dei sistemi offerti con cuffie di più produttori, con indicazione del criterio di compatibilità e dell'elenco dei sistemi compatibili	T
S.1	6P_S.1_1.1	Presenza di agenti antiossidanti, emollienti o antibatterici	T
	6P_S.1_1.2	Ginocchiera preflessa	T
S.2	6P_S.2_1.1	Presenza di agenti antiossidanti, emollienti o antibatterici	T
	6P_S.2_1.2	Ginocchiera preflessa	T
S.3	6P_S.3_1.1	Presenza di agenti antiossidanti, emollienti o antibatterici	T
	6P_S.3_1.2	Ginocchiera preflessa	T
2		**CRITERI IN MERITO ALLA MISURE DI CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE**	**TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO**

Trasversale	6P_T_2.1	**Parità di genere ex art. 108 comma 7 D.Lgs 36/2023** Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. Si precisa che: • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022). Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.	T

Lotto 7 – Kit arto superiore per amputazione fino alla interscapolo toracica

CATEGORIA	ID REQUISITO	CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1		CRITERIO: CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE	
Trasversale	7P_T_1.1	**Relazione Tecnica 1** **Qualità dell'assistenza tecnica, formazione e continuità d'uso:** descrivere le modalità organizzative e operative dell'assistenza tecnica e le soluzioni migliorative offerte per favorire la continuità d'uso dei prodotti, nonché le eventuali modalità formative ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla documentazione di gara. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'efficacia delle modalità di presa in carico e risoluzione delle richieste, della tempestività degli interventi e del ripristino, della disponibilità di assistenza e riparazione in loco, nonché delle eventuali estensioni della garanzia. Saranno inoltre valutate le soluzioni migliorative relative all'organizzazione e gestione delle attività di manutenzione, nel rispetto delle frequenze e delle prescrizioni stabilite dal fabbricante, nonché, per i prodotti dotati di componenti elettronici, le modalità innovative di definizione e monitoraggio del relativo ciclo di vita, anche ai fini dell'eventuale estensione della garanzia, e le ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale offerte rispetto ai livelli minimi richiesti, in termini di contenuti, modalità di erogazione e fruibilità per il personale INAIL..	D
	7P_T_1.2	**Relazione Tecnica 1** **Fornitura smart:** descrivere gli strumenti e le funzionalità digitali offerti a supporto della scelta dei prodotti, della gestione degli ordini e del monitoraggio della fornitura. La valutazione terrà conto, in particolare, della facilità d'uso e della completezza delle funzionalità proposte, quali applicazioni e cataloghi digitali, tracciamento degli ordini e delle consegne e reportistica sui consumi, nonché delle modalità di integrazione con i sistemi informativi INAIL, in termini di semplificazione operativa e disponibilità delle informazioni. Sarà inoltre valutata la disponibilità dell'operatore economico a fornire, a titolo gratuito e prima dell'emissione dell'ordine, eventuali prodotti o elementi di prova, da mettere a disposizione dell'Istituto per la relativa visione e valutazione e, ove necessario, per il test sul paziente, da effettuarsi esclusivamente presso le strutture dell'Istituto.	D
	7P_T_1.3	**Relazione Tecnica 1** **Sistemi alternativi di consegna e gestione delle scorte:** descrivere le soluzioni offerte per l'attivazione di sistemi alternativi alla consegna ordinaria, quali conto deposito, magazzino per terzi o altre modalità di gestione delle scorte dedicate alla fornitura, precisandone le condizioni di attivazione e funzionamento. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'adeguatezza e della flessibilità del modello organizzativo, delle modalità di prelievo e reintegro, dei tempi di rifornimento e della tracciabilità delle movimentazioni, in relazione alla capacità di assicurare la disponibilità dei prodotti e semplificare la gestione logistica presso le sedi INAIL.	D

	7P_T_1.4	**<u>Relazione Tecnica 2</u>** **Ampiezza di gamma:** descrivere, per ciascuna categoria offerta, l'ampiezza e le caratteristiche della gamma proposta, sviluppando distintamente i seguenti aspetti: • Estensione delle caratteristiche premianti alla gamma. Per ciascuna caratteristica oggetto di un criterio premiante tabellare, la cui premialità è riconosciuta sulla base del prodotto offerto, indicare se la medesima caratteristica sia presente anche su ulteriori modelli proposti nell'ambito dell'ampiezza di gamma offerta per la categoria, specificando i modelli interessati. • Caratteristiche funzionali e tecniche ulteriori dei modelli: descrivere le eventuali caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali dei singoli modelli della gamma che siano ulteriori rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche già oggetto di specifici criteri premianti, specificando i modelli interessati. • Ulteriori elementi oggetto di valorizzazione nell'ambito della gamma. Per le categorie di seguito indicate, descrivere, se fornite, la disponibilità nell'ambito della gamma proposta di modelli che presentino i seguenti elementi: o UCT.1a: disponibilità di una versione pediatrica; o UCT.2 e UMT.2: disponibilità di modelli con aspetto anatomico e caratteristiche morfologiche differenziate per uomo, donna e adolescente, secondo le varianti, lateralità e tonalità di colore indicate nella documentazione di gara; o UCT.4: disponibilità di una versione con attacco su disconnettore rapido per protesi mioelettriche e di una versione con sistema di arresto a sfera. o UCT.8: disponibilità dei componenti per la trasmissione meccanica dei movimenti dell'utente ai dispositivi protesici cinematici transradiali o transomerali, inclusi elementi di collegamento, scorrimento, regolazione, protezione e fissaggi; disponibilità sia di un bretellaggio montato per protesi transomerale cinematica che di uno per protesi transradiale cinematica; o UCT.3: disponibilità di modelli per i quali sia documentato l'impiego di materiali resistenti all'usura meccanica e idonei all'impiego nelle attività quotidiane, lavorative e ricreative; disponibilità di superfici di contatto con rivestimento volto a migliorare l'aderenza, anche su materiali lisci o scivolosi, e a favorire la vestizione e la svestizione; disponibilità anche di modelli a chiusura volontaria; o UMT.1a: disponibilità di una mano mioelettrica per uso pediatrico, a partire da un'età di almeno 2 anni, con peso del componente ≤ 150 g, tensione di lavoro compresa tra 4,8 e 7,4 V, ampiezza di apertura ≥ 25 mm e forza di presa ≥ 8 N; o UMT.1a, UMT.1b: disponibilità di modelli per amputazioni transcarpali; o UMT.1a, UMT.1b, UMT.3: Disponibilità tra gli elementi proposti nella gamma di tutte le parti di ricambio e i consumabili per le riparazioni in loco ammesse dal fornitore dopo il corso di certificazione o UMT.4: Disponibilità sia di polso per mano mioelettrica senza disconnessione rapida che di polso per mano mioelettrica con disconnessione rapida. o UMT.5: disponibilità di versione per mani transcarpali e/o per mani mioelettriche con giunto filettato. o UMT.12: disponibilità di almeno due dimensioni degli elettrodi a cupola; disponibilità di modelli adatti per aree geografiche sia con tensione di rete a 50hz e a 60hz; disponibilità di cavi di lunghezza diversa	D

		○ UES.1: Disponibilità di modelli specifici per uomo, donna e bambino (≥ 38 per uomo; ≥ 30 per donna) ○ UES.3: Disponibilità della versione con filetto maschio M12x1,5. ○ UES.5: disponibilità di adattatore in versione maschio e/o femmina ○ UES.5 e UES.6: disponibilità di polsi in più diametri; ○ UES.7b: disponibilità di una versione pediatrica per il gomito esoscheletrico; ○ UES.8: disponibilità di tubi di lunghezze ulteriori rispetto a 250 mm; ○ UES.9: disponibilità di blocchi di forme diverse; La valutazione terrà conto, in particolare, della diffusione nella gamma delle caratteristiche già oggetto di premialità, della varietà e rilevanza delle caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali ulteriori e, per le categorie sopra individuate, della presenza e diffusione degli specifici elementi oggetto di valorizzazione, in relazione alle possibilità di scelta e personalizzazione offerte dalla gamma. Per ciascuna caratteristica o elemento descritto dovranno essere indicati marca, modello e relativo codice identificativo (REF) dei prodotti interessati *NB:* • *Costituiscono modelli distinti: guanti di taglia diversa; guanti con caratteristiche costruttive diverse (tipo di PVC, struttura multistrato) che modificano la fedeltà realistica. guanti con caratteristiche morfologiche distinte. La sola variazione di tonalità non costituisce un modello diverso* • *Costituiscono modelli diversi le mani con diverso connettore prossimale (ad esempio filettato, basso profilo per disarticolazioni, quick disconnect, laminazione diretta per amputazioni transcarpali)*	
UES.1	7P_UES.1_1.1	peso della mano senza polso <= 450g	T
UES.2	7P_UES.2_1.1	Tipologia di guanto disponibile in più di 15 tonalità	T
	7P_UES.2_1.2	Lunghezza: copertura fino all'omero protesico	T
UES.3	7P_UES.3_1.1	Struttura della mano in lega leggera anziché in plastica	T
	7P_UES.3_1.2	- molle intercambiabili per aumentare la forza di presa nel KIT	T
UES.4	7P_UES.4_1.1	Tipologia di guanto disponibile in più di 15 tonalità	T
	7P_UES.4_1.2	Lunghezza: copertura fino all'omero protesico	T
UES.5	7P_UES.5_1.1	Peso ≤ 100g	T
UES.6	7P_UES.6_1.1	Peso ≤ 150g	T
UES.7a	7P_UES.7a_1.1	Strutture tubolari accorciabili singolarmente	T
	7P_UES.7a_1.2	Flesso-estensione attraverso sistema di bloccaggio e sbloccaggio manuale	T
UES.7b	7P_UES.7b_1.1	Flesso-estensione attraverso sistema di bloccaggio e sbloccaggio manuale	T
UES.8	7P_UES.8_1.1	Peso ≤ 70g	T
UES.9	7P_UES.9_1.1	Rispetto norma ISO 22523	T
	7P_UES.9_1.2	Densità ≤ 60kg/m³	T

UCT.1a	7P_UCT.1a_1.1	Peso della mano senza sottoguanto ≤ 400 g	T
UCT.1b	7P_UCT.1b_1.1	Disponibilità in più di una taglia	T
	7P_UCT.1b_1.2	Carico trasportabile > 30 kg	T
	7P_UCT.1b_1.3	Presa sia in opposizione sia laterale	T
	7P_UCT.1b_1.4	Struttura in metallo	T
UCT.2	7P_UCT.2_1.1	Guanti con trattamenti superficiali che facilitano la pulizia	T
	7P_UCT.2_1.2	Lunghezza: copertura fino all'omero protesico	T
UCT.3	7P_UCT.3_1.1	Meccanismo di regolazione della forza di presa azionabile direttamente dal paziente	T
UCT.4	7P_UCT.4_1.1	Peso del componente ≤ 125 g	T
UCT.5	7P_UCT.5_1.1	Peso ≤ 130 g	T
UCT.6	7P_UCT.6_1.1	Più di 5 posizioni di bloccaggio	T
UCT.7	7P_UCT.7_1.1	Funzione antiscivolo per l'abbassamento controllato dell'avambraccio	T
	7P_UCT.7_1.2	Meccanismo di assistenza alla flessione dell'avambraccio	T
UCT.8	7P_UCT.8_1.1	Materiali morbidi nella zona ascellare, rimovibili e lavabili	T
UMT.1a	7P_UMT.1a_1.1	Ampiezza di apertura ≥ 100 mm	T
	7P_UMT.1a_1.2	Possibilità di riparazioni in loco dopo idonea certificazione; i dispositivi eventualmente necessari sono quotati a parte e non concorrono alla base d'asta	T
UMT.1b	7P_UMT.1b_1.1	Almeno 4 modalità di controllo alternative, compreso il controllo «a 4 canali»	T
	7P_UMT.1b_1.2	Controllo mediante pattern recognition in aggiunta ai sistemi di controllo convenzionali, includendo l'eventuale unità di controllo e cavi di connessione (attivazione di un singolo canale o strategia a 4 canali)	T
	7P_UMT.1b_1.3	Forza di presa ≥ 100 N per la mano da adulto	T
	7P_UMT.1b_1.4	Ampiezza di apertura ≥ 100 mm	T
	7P_UMT.1b_1.5	Possibilità per il tecnico ortopedico di cambiare direttamente il tipo di connessione prossimale, mantenendo la stessa mano tridigitale (struttura modulare)	T
	7P_UMT.1b_1.6	Sistema di connessione quick disconnect con flessione integrata	T
	7P_UMT.1b_1.7	Possibilità di riparazioni in loco dei componenti elettromeccanici dopo idonea certificazione; i dispositivi eventualmente necessari sono forniti in comodato d'uso gratuito	T
	7P_UMT.1b_1.8	Messa a disposizione di un dispositivo sostitutivo («muletto») durante i tagliandi	T
UMT.2	7P_UMT.2_1.1	Guanti con trattamenti superficiali che facilitano la pulizia	T
	7P_UMT.2_1.2	Lunghezza: copertura fino all'opero protesico	T
UMT.3	7P_UMT.3_1.1	Dispositivo a controllo proporzionale	T
	7P_UMT.3_1.2	Possibilità di riparazioni in loco dopo idonea certificazione; i dispositivi eventualmente necessari sono quotati a parte e non concorrono alla base d'asta	T

	7P_UMT.3_1.3	Forza di presa ≥ 140 N	T
	7P_UMT.3_1.4	Ampiezza di presa ≥ 110 mm	T
UMT.4	7P_UMT.4_1.1	Peso del componente ≤ 100 g	T
UMT.5	7P_UMT.5_1.1	Peso del componente ≤ 120 g	T
UMT.6	7P_UMT.6_1.1	Peso ≤100g	T
UMT.7	7P_UMT.7_1.1	Funzione antiscivolo per l'abbassamento controllato dell'avambraccio	T
	7P_UMT.7_1.2	Meccanismo di assistenza alla flessione dell'avambraccio	T
UMT.8	7P_UMT.8_1.1	Forza di sollevamento ≥ 50 N	T
	7P_UMT.8_1.2	Sistema di oscillazione libera durante la deambulazione	T
	7P_UMT.8_1.3	Applicabilità anche alle disarticolazioni di gomito	T
	7P_UMT.8_1.4	Possibilità di riparazioni in loco della parte elettromeccanica dopo opportuna certificazione	T
UMT.9	7P_UMT.9_1.1	Peso del componente ≤ 250 g	T
UMT.10	7P_UMT.10_1.1	Disponibilità del sistema di sospensione a suzione	T
	7P_UMT.10_1.2	Software specifico per l'esecuzione del test mioelettrico	T
UMT.11	7P_UMT.11_1.1	Possibilità di controllo proporzionale	T
UMT.12	7P_UMT.12_1.1	Banda passante compresa fra 80 - 500 Hz	T
	7P_UMT.12_1.2	Possibilità di regolazione del guadagno	T
UMT.13a	7P_UMT.13a_1.1	Capacità ≥ 1100 mAh	T
UMT.13b	7P_UMT.13b_1.1	Peso ≤ 80g	T
	7P_UMT.13b_1.2	Caricabatterie utilizzabile anche con la presa dell'auto	T
2		**CRITERI IN MERITO ALLA MISURE DI CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE**	**TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO**

Trasversale	7P_T_2.1	**Parità di genere ex art. 108 comma 7 D.Lgs 36/2023** Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. Si precisa che: • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022). Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.	T

Lotto 8 – Protesi cinematiche per amputazioni a livello della mano

CATEGORIA	ID REQUISITO	CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1		CRITERIO: CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE	
Trasversale	8P_T_1.1	**Relazione Tecnica 1** **Qualità dell'assistenza tecnica, formazione e continuità d'uso:** descrivere le modalità organizzative e operative dell'assistenza tecnica e le soluzioni migliorative offerte per favorire la continuità d'uso dei prodotti, nonché le eventuali modalità formative ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla documentazione di gara. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'efficacia delle modalità di presa in carico e risoluzione delle richieste, della tempestività degli interventi e del ripristino, della disponibilità di assistenza e riparazione in loco, nonché delle eventuali estensioni della garanzia. Saranno inoltre valutate le soluzioni migliorative relative all'organizzazione e gestione delle attività di manutenzione, nel rispetto delle frequenze e delle prescrizioni stabilite dal fabbricante, e le ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale offerte rispetto ai livelli minimi richiesti, in termini di contenuti, modalità di erogazione e fruibilità per il personale INAIL.	D
	8P_T_1.2	**Relazione Tecnica 1** **Fornitura smart:** descrivere gli strumenti e le funzionalità digitali offerti a supporto della scelta dei prodotti, della gestione degli ordini e del monitoraggio della fornitura. La valutazione terrà conto, in particolare, della facilità d'uso e della completezza delle funzionalità proposte, quali applicazioni e cataloghi digitali, tracciamento degli ordini e delle consegne e reportistica sui consumi, nonché delle modalità di integrazione con i sistemi informativi INAIL, in termini di semplificazione operativa e disponibilità delle informazioni. Sarà inoltre valutata la disponibilità dell'operatore economico a fornire, a titolo gratuito e prima dell'emissione dell'ordine, eventuali prodotti o elementi di prova, da mettere a disposizione dell'Istituto per la relativa visione e valutazione e, ove necessario, per il test sul paziente, da effettuarsi esclusivamente presso le strutture dell'Istituto.	D
	8P_T_1.3	**Relazione Tecnica 1** **Sistemi alternativi di consegna e gestione delle scorte:** descrivere le soluzioni offerte per l'attivazione di sistemi alternativi alla consegna ordinaria, quali conto deposito, magazzino per terzi o altre modalità di gestione delle scorte dedicate alla fornitura, precisandone le condizioni di attivazione e funzionamento. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'adeguatezza e della flessibilità del modello organizzativo, delle modalità di prelievo e reintegro, dei tempi di rifornimento e della tracciabilità delle movimentazioni, in relazione alla capacità di assicurare la disponibilità dei prodotti e semplificare la gestione logistica presso le sedi INAIL.	D
	8P_T_1.4	**Relazione Tecnica 2:** **Ampiezza di gamma:** descrivere, per ciascuna categoria offerta, l'ampiezza e le caratteristiche della gamma proposta, sviluppando distintamente i seguenti aspetti: • Estensione delle caratteristiche premianti alla gamma. Per ciascuna caratteristica oggetto di un criterio premiante tabellare, la cui premialità è riconosciuta sulla base del prodotto offerto, indicare se la medesima caratteristica sia presente anche su ulteriori modelli proposti nell'ambito dell'ampiezza di gamma offerta per la categoria, specificando i modelli interessati. • Caratteristiche funzionali e tecniche ulteriori dei modelli: descrivere le eventuali caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali dei singoli modelli della gamma che siano ulteriori rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche già oggetto di specifici criteri premianti, specificando i modelli interessati. La valutazione terrà conto, in particolare, della diffusione nella gamma delle caratteristiche già oggetto di premialità e della varietà e rilevanza delle caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali ulteriori, valorizzando complessivamente le possibilità di scelta e personalizzazione offerte dalla gamma. Per ciascuna caratteristica descritta dovranno essere indicati marca, modello e relativo codice identificativo (REF) dei prodotti interessati.	D

UCM.1	8P_UCM.1_1.1	Certificazione attestante la resistenza del componente ad acqua, polveri e detriti, prodotti chimici e calore dichiarata dal fornitore	T
UCM.2	8P_UCM.2_1.1	Certificazione attestante la resistenza del componente ad acqua, polveri e detriti, prodotti chimici e calore dichiarata dal fornitore	T
UCM.3	8P_UCM.3_1.1	Certificazione attestante la resistenza del componente ad acqua, polveri e detriti, prodotti chimici e calore dichiarata dal fornitore	T
UCM.4	8P_UCM.4_1.1	Certificazione attestante la resistenza del componente ad acqua, polveri e detriti, prodotti chimici e calore dichiarata dal fornitore	T
UCM.5	8P_UCM.5_1.1	Certificazione attestante la resistenza del componente ad acqua, polveri e detriti, prodotti chimici e calore dichiarata dal fornitore	T
UCM.6	8P_UCM.6_1.1	Certificazione attestante la resistenza del componente ad acqua, polveri e detriti, prodotti chimici e calore dichiarata dal fornitore	T
UCM.7	8P_UCM.7_1.1	Certificazione attestante la resistenza del componente ad acqua, polveri e detriti, prodotti chimici e calore dichiarata dal fornitore	T
UCM.8	8P_UCM.8_1.1	Certificazione attestante la resistenza del componente ad acqua, polveri e detriti, prodotti chimici e calore dichiarata dal fornitore	T
UCM.9	8P_UCM.9_1.1	Certificazione attestante la resistenza del componente ad acqua, polveri e detriti, prodotti chimici e calore dichiarata dal fornitore	T
UCM.10	8P_UCM.10_1.1	Certificazione attestante la resistenza del componente ad acqua, polveri e detriti, prodotti chimici e calore dichiarata dal fornitore	T
UCM.11	8P_UCM.11_1.1	Certificazione attestante la resistenza del componente ad acqua, polveri e detriti, prodotti chimici e calore dichiarata dal fornitore	T
	8P_UCM.11_1.2	Struttura del dito in metallo	T
2		**CRITERI IN MERITO ALLA MISURE DI CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE**	**TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO**
Trasversale	8P_T_2.1	**Parità di genere ex art. 108 comma 7 D.Lgs 36/2023** Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. Si precisa che: • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022). Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.	T

Lotto 9 – Dispositivi speciali per sport e attività ricreative per protesi di arto superiore

CATEGORIA	ID REQUISITO	CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1		CRITERIO: CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE	
Trasversale	9P_T_1.1	**Relazione Tecnica 1** **Qualità dell'assistenza tecnica, formazione e continuità d'uso:** descrivere le modalità organizzative e operative dell'assistenza tecnica e le soluzioni migliorative offerte per favorire la continuità d'uso dei prodotti, nonché le eventuali modalità formative ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla documentazione di gara. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'efficacia delle modalità di presa in carico e risoluzione delle richieste, della tempestività degli interventi e del ripristino, della disponibilità di assistenza e riparazione in loco, nonché delle eventuali estensioni della garanzia. Saranno inoltre valutate le soluzioni migliorative relative all'organizzazione e gestione delle attività di manutenzione, nel rispetto delle frequenze e delle prescrizioni stabilite dal fabbricante, e le ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale offerte rispetto ai livelli minimi richiesti, in termini di contenuti, modalità di erogazione e fruibilità per il personale INAIL.	D
	9P_T_1.2	**Relazione Tecnica 1** **Fornitura smart:** descrivere gli strumenti e le funzionalità digitali offerti a supporto della scelta dei prodotti, della gestione degli ordini e del monitoraggio della fornitura. La valutazione terrà conto, in particolare, della facilità d'uso e della completezza delle funzionalità proposte, quali applicazioni e cataloghi digitali, tracciamento degli ordini e delle consegne e reportistica sui consumi, nonché delle modalità di integrazione con i sistemi informativi INAIL, in termini di semplificazione operativa e disponibilità delle informazioni. Sarà inoltre valutata la disponibilità dell'operatore economico a fornire, a titolo gratuito e prima dell'emissione dell'ordine, eventuali prodotti o elementi di prova, da mettere a disposizione dell'Istituto per la relativa visione e valutazione e, ove necessario, per il test sul paziente, da effettuarsi esclusivamente presso le strutture dell'Istituto.	D
	9P_T_1.3	**Relazione Tecnica 1** **Sistemi alternativi di consegna e gestione delle scorte:** descrivere le soluzioni offerte per l'attivazione di sistemi alternativi alla consegna ordinaria, quali conto deposito, magazzino per terzi o altre modalità di gestione delle scorte dedicate alla fornitura, precisandone le condizioni di attivazione e funzionamento. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'adeguatezza e della flessibilità del modello organizzativo, delle modalità di prelievo e reintegro, dei tempi di rifornimento e della tracciabilità delle movimentazioni, in relazione alla capacità di assicurare la disponibilità dei prodotti e semplificare la gestione logistica presso le sedi INAIL.	D

	9P_T_1.4	**<u>Relazione Tecnica 2</u>** **Ampiezza di gamma:** descrivere, per ciascuna categoria offerta, l'ampiezza e le caratteristiche della gamma proposta, sviluppando distintamente i seguenti aspetti: • Estensione delle caratteristiche premianti alla gamma. Per ciascuna caratteristica oggetto di un criterio premiante tabellare, la cui premialità è riconosciuta sulla base del prodotto offerto, indicare se la medesima caratteristica sia presente anche su ulteriori modelli proposti nell'ambito dell'ampiezza di gamma offerta per la categoria, specificando i modelli interessati. • Caratteristiche funzionali e tecniche ulteriori dei modelli: descrivere le eventuali caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali dei singoli modelli della gamma che siano ulteriori rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche già oggetto di specifici criteri premianti, specificando i modelli interessati. • Ulteriori elementi oggetto di valorizzazione nell'ambito della gamma. Per le categorie di seguito indicate, descrivere, se fornite, la disponibilità nell'ambito della gamma proposta di modelli che presentino i seguenti elementi: o US.1: disponibilità di modelli specifici per le seguenti attività: nuoto; bicicletta; reggi-plettro; canottaggio/kayak; golf; solleva-mento pesi in palestra; reggi-fucile; e disponibilità del dispositivo per il sollevamento pesi in metallo, con grado di libertà aggiuntivo per il polso; La valutazione terrà conto, in particolare, della diffusione nella gamma delle caratteristiche già oggetto di premialità, della varietà e rilevanza delle caratteristiche ulteriori dei modelli e, per le categorie interessate, della presenza e diffusione degli ulteriori elementi specificamente individuati, valorizzando complessivamente le possibilità di scelta e personalizzazione offerte dalla gamma. Per ciascuna caratteristica o elemento descritto dovranno essere indicati marca, modello e relativo codice identificativo (REF) dei prodotti interessati**.**	D
US.1	9P_US.1_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
US.2	9P_US.2_1.1	Bloccaggio del gomito in più posizioni	T
	9P_US.2_1.2	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
2		**CRITERI IN MERITO ALLA MISURE DI CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE**	**TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO**

Trasversale	9P_T_2.1	**Parità di genere ex art. 108 comma 7 D.Lgs 36/2023** Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. Si precisa che: • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022). Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.	T

Lotto 10 – Invasature in tessuto per protesi di arto superiore

CATEGORIA	ID REQUISITO	CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1		CRITERIO: CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE	
Trasversale	10P_T_1.1	**Relazione Tecnica 1** **Qualità dell'assistenza tecnica, formazione e continuità d'uso:** descrivere le modalità organizzative e operative dell'assistenza tecnica e le soluzioni migliorative offerte per favorire la continuità d'uso dei prodotti, nonché le eventuali modalità formative ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla documentazione di gara. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'efficacia delle modalità di presa in carico e risoluzione delle richieste, della tempestività degli interventi e del ripristino, della disponibilità di assistenza e riparazione in loco, nonché delle eventuali estensioni della garanzia. Saranno inoltre valutate le soluzioni migliorative relative all'organizzazione e gestione delle attività di manutenzione, nel rispetto delle frequenze e delle prescrizioni stabilite dal fabbricante, e le ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale offerte rispetto ai livelli minimi richiesti, in termini di contenuti, modalità di erogazione e fruibilità per il personale INAIL.	D
	10P_T_1.2	**Relazione Tecnica 1** **Fornitura smart:** descrivere gli strumenti e le funzionalità digitali offerti a supporto della scelta dei prodotti, della gestione degli ordini e del monitoraggio della fornitura. La valutazione terrà conto, in particolare, della facilità d'uso e della completezza delle funzionalità proposte, quali applicazioni e cataloghi digitali, tracciamento degli ordini e delle consegne e reportistica sui consumi, nonché delle modalità di integrazione con i sistemi informativi INAIL, in termini di semplificazione operativa e disponibilità delle informazioni. Sarà inoltre valutata la disponibilità dell'operatore economico a fornire, a titolo gratuito e prima dell'emissione dell'ordine, eventuali prodotti o elementi di prova, da mettere a disposizione dell'Istituto per la relativa visione e valutazione e, ove necessario, per il test sul paziente, da effettuarsi esclusivamente presso le strutture dell'Istituto.	D
	10P_T_1.3	**Relazione Tecnica 1** **Sistemi alternativi di consegna e gestione delle scorte:** descrivere le soluzioni offerte per l'attivazione di sistemi alternativi alla consegna ordinaria, quali conto deposito, magazzino per terzi o altre modalità di gestione delle scorte dedicate alla fornitura, precisandone le condizioni di attivazione e funzionamento. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'adeguatezza e della flessibilità del modello organizzativo, delle modalità di prelievo e reintegro, dei tempi di rifornimento e della tracciabilità delle movimentazioni, in relazione alla capacità di assicurare la disponibilità dei prodotti e semplificare la gestione logistica presso le sedi INAIL.	D

	10P_T_1.4	**<u>Relazione Tecnica 2</u>** **Ampiezza di gamma:** descrivere, per ciascuna categoria offerta, l'ampiezza e le caratteristiche della gamma proposta, sviluppando distintamente i seguenti aspetti: • Estensione delle caratteristiche premianti alla gamma. Per ciascuna caratteristica oggetto di un criterio premiante tabellare, la cui premialità è riconosciuta sulla base del prodotto offerto, indicare se la medesima caratteristica sia presente anche su ulteriori modelli proposti nell'ambito dell'ampiezza di gamma offerta per la categoria, specificando i modelli interessati. • Caratteristiche funzionali e tecniche ulteriori dei modelli: descrivere le eventuali caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali dei singoli modelli della gamma che siano ulteriori rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche già oggetto di specifici criteri premianti, specificando i modelli interessati. • Ulteriori elementi oggetto di valorizzazione nell'ambito della gamma. Per le categorie di seguito indicate, descrivere, se fornite, la disponibilità nell'ambito della gamma proposta di modelli che presentino i seguenti elementi: ○ UI.1: disponibilità di almeno un modello: per bambini sotto i 4 anni; per amputazione transomerale per protesi passive; per protesi mioelettriche; Disponibilità di almeno una versione per amputazione parziale della mano e almeno una per amputazione transradiale; Disponibilità di almeno 4 dispositivi terminali per attività della vita quotidiana o sport; Disponibilità di invasature o gusci per protesi mioelettriche, senza dispositivo terminale elettromeccanico, elettrodi o altre componenti elettroniche, ma con tutto quanto necessario al collegamento meccanico di una mano mioelettrica tridigitale. La valutazione terrà conto, in particolare, della diffusione nella gamma delle caratteristiche già oggetto di premialità, della varietà e rilevanza delle caratteristiche ulteriori dei modelli e, per le categorie interessate, della presenza e diffusione degli ulteriori elementi specificamente individuati, valorizzando complessivamente le possibilità di scelta e personalizzazione offerte dalla gamma. Per ciascuna caratteristica o elemento descritto dovranno essere indicati marca, modello e relativo codice identificativo (REF) dei prodotti interessati**.**	D
UI.1	10P_UI.1_1.1	Disponibilità di un numero dispositivi terminali >4	T
2		**CRITERI IN MERITO ALLA MISURE DI CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE**	**TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO**

Trasversale	10P_T_2.1	**Parità di genere ex art. 108 comma 7 D.Lgs 36/2023** Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. Si precisa che: • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022). Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.	T

Lotto 11 – Kit mani poliarticolate per protesi di arto superiore a controllo mioelettrico

CATEGORIA	ID REQUISITO	CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1		CRITERIO: CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE	
Trasversale	11P_T_1.1	**Relazione Tecnica 1** **Qualità dell'assistenza tecnica, formazione e continuità d'uso:** descrivere le modalità organizzative e operative dell'assistenza tecnica e le soluzioni migliorative offerte per favorire la continuità d'uso dei prodotti, nonché le eventuali modalità formative ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla documentazione di gara. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'efficacia delle modalità di presa in carico e risoluzione delle richieste, della tempestività degli interventi e del ripristino, della disponibilità di assistenza e riparazione in loco, nonché delle eventuali estensioni della garanzia. Saranno inoltre valutate le soluzioni migliorative relative all'organizzazione e gestione delle attività di manutenzione, nel rispetto delle frequenze e delle prescrizioni stabilite dal fabbricante, nonché, per i prodotti dotati di componenti elettronici, le modalità innovative di definizione e monitoraggio del relativo ciclo di vita, anche ai fini dell'eventuale estensione della garanzia, e le ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale offerte rispetto ai livelli minimi richiesti, in termini di contenuti, modalità di erogazione e fruibilità per il personale INAIL.	D
	11P_T_1.2	**Relazione Tecnica 1** **Fornitura smart:** descrivere gli strumenti e le funzionalità digitali offerti a supporto della scelta dei prodotti, della gestione degli ordini e del monitoraggio della fornitura. La valutazione terrà conto, in particolare, della facilità d'uso e della completezza delle funzionalità proposte, quali applicazioni e cataloghi digitali, tracciamento degli ordini e delle consegne e reportistica sui consumi, nonché delle modalità di integrazione con i sistemi informativi INAIL, in termini di semplificazione operativa e disponibilità delle informazioni. Sarà inoltre valutata la disponibilità dell'operatore economico a fornire, a titolo gratuito e prima dell'emissione dell'ordine, eventuali prodotti o elementi di prova, da mettere a disposizione dell'Istituto per la relativa visione e valutazione e, ove necessario, per il test sul paziente, da effettuarsi esclusivamente presso le strutture dell'Istituto.	D
	11P_T_1.3	**Relazione Tecnica 1** **Sistemi alternativi di consegna e gestione delle scorte:** descrivere le soluzioni offerte per l'attivazione di sistemi alternativi alla consegna ordinaria, quali conto deposito, magazzino per terzi o altre modalità di gestione delle scorte dedicate alla fornitura, precisandone le condizioni di attivazione e funzionamento. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'adeguatezza e della flessibilità del modello organizzativo, delle modalità di prelievo e reintegro, dei tempi di rifornimento e della tracciabilità delle movimentazioni, in relazione alla capacità di assicurare la disponibilità dei prodotti e semplificare la gestione logistica presso le sedi INAIL.	D

	11P_T_1.4	**Relazione Tecnica 2** **Ampiezza di gamma:** descrivere, per ciascuna categoria offerta, l'ampiezza e le caratteristiche della gamma proposta, sviluppando distintamente i seguenti aspetti: • Estensione delle caratteristiche premianti alla gamma. Per ciascuna caratteristica oggetto di un criterio premiante tabellare, la cui premialità è riconosciuta sulla base del prodotto offerto, indicare se la medesima caratteristica sia presente anche su ulteriori modelli proposti nell'ambito dell'ampiezza di gamma offerta per la categoria, specificando i modelli interessati. • Caratteristiche funzionali e tecniche ulteriori dei modelli: descrivere le eventuali caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali dei singoli modelli della gamma che siano ulteriori rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche già oggetto di specifici criteri premianti, specificando i modelli interessati. • Ulteriori elementi oggetto di valorizzazione nell'ambito della gamma. Per le categorie di seguito indicate, descrivere, se fornite, la disponibilità nell'ambito della gamma proposta di modelli che presentino i seguenti elementi: o PO.1: disponibilità di versioni per disarticolazione di polso e/o con disconnessione rapida. La valutazione terrà conto, in particolare, della diffusione nella gamma delle caratteristiche già oggetto di premialità e della varietà e rilevanza delle caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali ulteriori, valorizzando complessivamente le possibilità di scelta e personalizzazione offerte dalla gamma. Per ciascuna caratteristica descritta dovranno essere indicati marca, modello e relativo codice identificativo (REF) dei prodotti interessati.	D
PO.1	11P_PO.1_1.1	Numero di taglie offerte : ≥ 4	T
	11P_PO.1_1.2	Disponibilità di un guanto estetico anatomicamente accurato (riproduzione dei caratteri della pelle, in più colorazioni)	T
	11P_PO.1_1.3	Forza massima di presa in opposizione tridigitale: ≥ 100 N	T
	11P_PO.1_1.4	Forza massima di presa laterale: ≥ 70 N	T
	11P_PO.1_1.5	Velocità di chiusura in opposizione ≥ 300 mm/s	T
	11P_PO.1_1.6	Software che fornisce i cicli di apertura e chiusura suddivisi per tipo di presa	T
	11P_PO.1_1.7	Sistema di diagnostica remota	T
	11P_PO.1_1.8	Garanzia superiore a 5 anni	T
	11P_PO.1_1.9	Mano con grado di protezione IP67 o superiore (CEI EN 60529)	T
PO.2	11P_PO.2_1.1	Utilizzo del sistema con mani poliarticolate di più produttori	T
	11P_PO.2_1.2	Utilizzo del sistema anche con mani tridigitali di più produttori	T
	11P_PO.2_1.3	Disponibilità di un sistema di training pre-protesico	T
	11P_PO.2_1.4	Presentazione di almeno uno studio clinico a supporto dell'efficacia del sistema nel controllo di protesi di arto superiore	T
	11P_PO.2_1.5	Garanzia offerta ≥ 4 anni	T
	11P_PO.2_1.6	Dichiarazione di funzionamento con altre mani poliarticolate o mani tridigitali e con polsi attivi: mani coperte da	T
	11P_PO.2_1.7	e P2; i polsi attivi non sono premiati	T
2		**CRITERI IN MERITO ALLA MISURE DI CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE**	**TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO**

Trasversale	11P_T_2.1	**Parità di genere ex art. 108 comma 7 D.Lgs 36/2023** Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. Si precisa che: • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022). Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.	T

Lotto 12 – Componenti per la realizzazione di ortesi su misura di arto inferiore

CATEGORIA	ID REQUISITO	CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1		CRITERIO: CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE	
Trasversale	12P_T_1.1	**Relazione Tecnica 1** **Qualità dell'assistenza tecnica, formazione e continuità d'uso:** descrivere le modalità organizzative e operative dell'assistenza tecnica e le soluzioni migliorative offerte per favorire la continuità d'uso dei prodotti, nonché le eventuali modalità formative ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla documentazione di gara. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'efficacia delle modalità di presa in carico e risoluzione delle richieste, della tempestività degli interventi e del ripristino, della disponibilità di assistenza e riparazione in loco, nonché delle eventuali estensioni della garanzia. Saranno inoltre valutate le soluzioni migliorative relative all'organizzazione e gestione delle attività di manutenzione, nel rispetto delle frequenze e delle prescrizioni stabilite dal fabbricante, e le ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale offerte rispetto ai livelli minimi richiesti, in termini di contenuti, modalità di erogazione e fruibilità per il personale INAIL.	D
	12P_T_1.2	**Relazione Tecnica 1** **Fornitura smart:** descrivere gli strumenti e le funzionalità digitali offerti a supporto della scelta dei prodotti, della gestione degli ordini e del monitoraggio della fornitura. La valutazione terrà conto, in particolare, della facilità d'uso e della completezza delle funzionalità proposte, quali applicazioni e cataloghi digitali, tracciamento degli ordini e delle consegne e reportistica sui consumi, nonché delle modalità di integrazione con i sistemi informativi INAIL, in termini di semplificazione operativa e disponibilità delle informazioni. Sarà inoltre valutata la disponibilità dell'operatore economico a fornire, a titolo gratuito e prima dell'emissione dell'ordine, eventuali prodotti o elementi di prova, da mettere a disposizione dell'Istituto per la relativa visione e valutazione e, ove necessario, per il test sul paziente, da effettuarsi esclusivamente presso le strutture dell'Istituto.	D
	12P_T_1.3	**Relazione Tecnica 1** **Sistemi alternativi di consegna e gestione delle scorte:** descrivere le soluzioni offerte per l'attivazione di sistemi alternativi alla consegna ordinaria, quali conto deposito, magazzino per terzi o altre modalità di gestione delle scorte dedicate alla fornitura, precisandone le condizioni di attivazione e funzionamento. La valutazione terrà conto, in particolare, dell'adeguatezza e della flessibilità del modello organizzativo, delle modalità di prelievo e reintegro, dei tempi di rifornimento e della tracciabilità delle movimentazioni, in relazione alla capacità di assicurare la disponibilità dei prodotti e semplificare la gestione logistica presso le sedi INAIL.	D

	12P_T_1.4	**<u>Relazione Tecnica 2</u>** **Ampiezza di gamma:** descrivere, per ciascuna categoria offerta, l'ampiezza e le caratteristiche della gamma proposta, sviluppando distintamente i seguenti aspetti: • Estensione delle caratteristiche premianti alla gamma. Per ciascuna caratteristica oggetto di un criterio premiante tabellare, la cui premialità è riconosciuta sulla base del prodotto offerto, indicare se la medesima caratteristica sia presente anche su ulteriori modelli proposti nell'ambito dell'ampiezza di gamma offerta per la categoria, specificando i modelli interessati. • Caratteristiche funzionali e tecniche ulteriori dei modelli: descrivere le eventuali caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali dei singoli modelli della gamma che siano ulteriori rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche già oggetto di specifici criteri premianti, specificando i modelli interessati. La valutazione terrà conto, in particolare, della diffusione nella gamma delle caratteristiche già oggetto di premialità e della varietà e rilevanza delle caratteristiche funzionali, tecniche o prestazionali ulteriori, valorizzando complessivamente le possibilità di scelta e personalizzazione offerte dalla gamma. Per ciascuna caratteristica descritta dovranno essere indicati marca, modello e relativo codice identificativo (REF) dei prodotti interessati.	D
ONE.1	12P_ONE.1_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
ONE.2	12P_ONE.2_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
ONE.3	12P_ONE.3_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
ONE.4	12P_ONE.4_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
ONE.5	12P_ONE.5_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
ONE.6	12P_ONE.6_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
ONE.7	12P_ONE.7_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
ONE.8	12P_ONE.8_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
ONE.9	12P_ONE.9_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
ONE.10	12P_ONE.10_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
ONE.11	12P_ONE.11_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
ONE.12	12P_ONE.12_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
ONE.13	12P_ONE.13_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
ONE.14	12P_ONE.14_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
ONE.15	12P_ONE.15_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
ONE.16	12P_ONE.16_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
ONE.17	12P_ONE.17_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
ONE.18	12P_ONE.18_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
OCE.1	12P_OCE.1_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T

OCE.2	12P_OCE.2_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
OCE.3	12P_OCE.3_1.1	Conformità alla ISO 22523 - External limb prostheses and external orthoses	T
2		**CRITERI IN MERITO ALLA MISURE DI CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE**	**TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO**
Trasversale	12P_T_2.1	**Parità di genere ex art. 108 comma 7 D.Lgs 36/2023** Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. Si precisa che: • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022). Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.	T

1.1 Modalità di comprova

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente, in sede di Offerta Tecnica, dovrà inviare attraverso l'inserimento a Sistema, la documentazione atta a comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche minime di categoria e di quelle migliorative tabellari ("T") eventualmente offerte. L'Offerta Tecnica deve, inoltre, contenere: una dichiarazione attestante il possesso da parte dei prodotti offerti delle caratteristiche tecniche minime di lotto.

Costituisce idonea "documentazione a comprova" tutta la documentazione tecnica ufficiale del produttore e segnatamente:

- documentazione tecnica ufficiale contenente i dati di fabbrica (quali datasheet, ovvero schede tecniche);
- manuale utente;
- manuali di servizio necessari per la manutenzione dei dispositivi, denominati anche "manuali di service";

- rapporti di prova di organismi riconosciuti, dai quali si evincano il possesso, relativamente ai prodotti offerti, delle caratteristiche tecniche minime e, eventualmente, migliorative dichiarate in Offerta Tecnica;
- Nel caso di richiesta di studi o evidenze cliniche: pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate nelle principali banche dati bibliografiche (ad esempio PubMed, Scopus o Web of Science).

Tutti i documenti sopra richiamati possono essere forniti o per intero o tramite estratti, che, in ogni caso, devono ricomprendere la copertina e l'indice del documento stesso, e prodotti in originale o in copia conforme all'originale; in tale ultimo caso, la copia dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente.

Per le sole caratteristiche minime e/o migliorative (eventualmente offerte), che non siano esplicitate nella documentazione tecnica ufficiale del produttore di cui sopra, il Concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri **del produttore** da cui si evinca il possesso delle predette caratteristiche e in cui si attesti che le caratteristiche minime e/o migliorative oggetto di dichiarazione, non sono effettivamente presenti in nessun'altro documento ufficiale. Questo documento, qualora non fornito in originale, dovrà essere accompagnato da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente.

Ai fini della comprova delle conformità alla **ISO 22523** – *External limb prostheses and external orthoses*, l'operatore economico dovrà produrre una dichiarazione dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del produttore resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la conformità del prodotto alla norma ISO 22523, corredata ove necessario di idonea documentazione tecnica attestante la conformità ai requisiti applicabili della norma, e dell'indicazione, se necessario, del pertinente rapporto di prova (test report) recante gli esiti delle prove eseguite secondo i metodi richiesti.
I rapporti di prova dovranno essere rilasciati da laboratori accreditati secondo la ISO/IEC 17025, con accreditamento pertinente alle specifiche prove oggetto di comprova.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
Per la sola documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati accreditati (quali ad esempio marchio CE, ISO).

***

Con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali indicati con la lettera "D", il concorrente deve inviare due relazioni tecniche sottoscritte digitalmente, che dovranno contenere una descrizione completa e dettagliata che illustri gli elementi di cui alle corrispondenti caratteristiche migliorative. Nello specifico:

1. Relazione Tecnica 1(relativa ai criteri 1.1, 1.2, 1.3): L'operatore economico dovrà predisporre, per ciascun Lotto offerto, una relazione tecnica che illustri le soluzioni migliorative proposte rispetto ai requisiti minimi della documentazione di gara. La relazione dovrà essere articolata in tre paragrafi, ciascuno dedicato a uno dei seguenti aspetti:
    a. Qualità dell'assistenza tecnica, formazione e continuità d'uso;
    b. Fornitura smart;
    c. Sistemi alternativi di consegna e gestione delle scorte.

    Per ciascuno dei tre ambiti, la relazione dovrà inoltre precisare l'estensione delle soluzioni proposte rispetto ai prodotti e alle categorie ricompresi nel Lotto, indicando eventuali limitazioni o condizioni di applicazione. All'interno della relazione devono essere indicati puntualmente i

prodotti ai quali le caratteristiche migliorative si applicano, tramite marca, modello e relativo codice prodotto (REF).

2. Relazione Tecnica 2 (relativa al criterio 1.4): L'operatore economico dovrà predisporre una relazione tecnica suddivisa in un paragrafo per ciascuna categoria offerta, il codice e la denominazione della categoria. Ciascun paragrafo dovrà sviluppare distintamente i seguenti aspetti:
   - estensione delle caratteristiche premianti alla gamma;
   - caratteristiche funzionali e tecniche ulteriori dei modelli;
   - ulteriori elementi oggetto di valorizzazione nell'ambito della gamma.

Le Relazioni Tecniche dovranno:

- essere presentate con font libero non inferiore al carattere 10;
- prevedere una lunghezza massima di 10 (dieci) pagine.

Si precisa che:

- il concorrente dovrà presentare due Relazioni Tecniche distinte per ogni Lotto per il quale viene presentata offerta;
- nel caso in cui il numero di pagine delle Relazioni Tecniche sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta;
- nel numero delle pagine stabilito non verranno computati l'eventuale indice e l'eventuale copertina.

Si rappresenta che, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai suddetti criteri discrezionali, la Commissione procederà alla valutazione delle sole Relazioni Tecniche. Pertanto, nel caso in cui il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione.

5.2 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 e dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022, l'aggiudicatario è obbligato a garantire per la durata dell'accordo quadro e dei contratti derivanti da appalti specifici, che i beni che saranno forniti nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari della Repubblica Popolare Cinese non rappresenteranno più del 50% del valore totale del contratto indipendentemente dal fatto che tali beni siano forniti direttamente dall'aggiudicatario o da un suo subappaltatore. Tutti i beni forniti dovranno, in ogni caso, possedere tutte le caratteristiche tecniche dichiarate nella scheda di offerta tecnica, che verrà meglio dettagliata nel capitolato d'oneri di gara di prossima pubblicazione. Come sopra precisato l'origine del bene della Repubblica Popolare Cinese sarà determinato in ragione di quanto previsto all'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Consip S.p.A.
Avv. Marco Reggiani
(Amministratore Delegato e Direttore Generale)