

Classificazione documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI UMIDIFICATORI, CARRELLI DI EMERGENZA, CASCHI CPAP, CASCHI NIV, DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI, DESTINATI ALL'EMERGENZA SANITARIA "COVID-19" - ID 2286

Il presente Errata Corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it

ERRATA CORRIGE

- 1) La dotazione minima richiesta per il "Lotto 2 – Carrelli di emergenza" indicata al par. 3.2 dell'Allegato 2 - Capitolato Tecnico e di seguito riportata:

LOTTO 2: Carrelli di emergenza
Carrello con struttura robusta, leggero, dotato di piano di appoggio
Bordi con paracolpi
Dotato di cassette di varie dimensioni ad apertura completa con scorrimento silenzioso con fermo a fine corsa e dotati di sistema di chiusura di sicurezza
Contenitore con divisori interni
Contenitore trasparente multiuso
Contenitore portarifiuti
Dotato di 4 ruote girevoli, almeno 2 delle quali con freno di stazionamento, e maniglia di spinta. Sistema delle ruote regolato dalla maniglia di spinta
Completo di asta regolabile porta flebo
Base supporto per defibrillatore
Supporto per bombola di ossigeno (bombola di ossigeno esclusa)
Supporto esterno per pompa a vuoto/aspiratore;
Dimensioni minime carrello 800 x 450 x 900 mm

Deve intendersi sostituita come segue (voce in grassetto riportata nella precedente tabella eliminata):

LOTTO 2: Carrelli di emergenza
Carrello con struttura robusta, leggero, dotato di piano di appoggio
Bordi con paracolpi
Dotato di cassette di varie dimensioni ad apertura completa con scorrimento silenzioso con fermo a fine corsa e dotati di sistema di chiusura di sicurezza
Contenitore con divisori interni
Contenitore portarifiuti
Dotato di 4 ruote girevoli, almeno 2 delle quali con freno di stazionamento, e maniglia di spinta.

Classificazione documento: Consip Public

LOTTO 2: Carrelli di emergenza

Completo di asta regolabile porta flebo

Base supporto per defibrillatore

Supporto per bombola di ossigeno (bombola di ossigeno esclusa)

Supporto esterno per pompa a vuoto/aspiratore;

Dimensioni minime carrello 800 x 450 x 900 mm

- 2) La dotazione minima richiesta per il "Lotto 1 – Umidificatori" indicata al par.3.1 dell'Allegato 2 - Capitolato Tecnico e di seguito riportata:

LOTTO 1: Umidificatori attivi

Umidificatore attivo servocontrollato di nuova generazione completo di accessori quali cavi e sonde per circuiti termoregolati.

Comprensivo di:

- **50** kit dedicati al sistema di umidificazione, composti da circuito termoriscaldato (su entrambi i lati) e dotati di camere di umidificazione;
- **50** cannule nasali per ossigenoterapia ad alti flussi in diverse misure

Deve intendersi sostituita come segue (voce in grassetto riportata in grassetto nella precedente tabella modificata):

LOTTO 1: Umidificatori attivi

Umidificatore attivo servocontrollato di nuova generazione completo di accessori quali cavi e sonde per circuiti termoregolati.

Comprensivo di:

- **50*** kit dedicati al sistema di umidificazione, composti da circuito termoriscaldato (su entrambi i lati) e dotati di camere di umidificazione;
- **50*** cannule nasali per ossigenoterapia ad alti flussi in diverse misure

****5 kit dedicati e 5 cannule nasali dovranno essere consegnati contestualmente all'umidificatore; i restanti 45 kit dedicati e 45 cannule nasali potranno essere consegnati con tempistiche concordate con l'Amministrazione***

- 3) Con riferimento alla Lettera di invito, l'inciso del primo capoverso del par. 12 "Svolgimento della procedura":

*"[...] La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **9 marzo, con inizio alle ore 11:30** [...]"*

Deve intendersi così sostituito:

*"[...] La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **17 marzo 2020, con inizio alle ore 14:15** [...]"*

Ing. Cristiano Cannarsa
(L'Amministratore Delegato)