



ALLEGATO 13 – RIFERIMENTI DOCUMENTALI

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 9 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO PER LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 1 – ID 2640



LOTTO 1 – SUTURATRICE LINEARE MANUALE PRECARICATA MONOUSO

N°	CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Chiusura a singola o doppia attivazione		
2	Attivazione <i>single hand</i>		
3	Sistema di sicurezza ricarica usata		
4	Sistema sicurezza ricarica malposizionata		
5	Compatibilità del punto con RMN 3T		
6	Numero azionamenti minimo = 8		

N°	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche		
2	Numero di azionamenti minimo > 8		
3	Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità		
4	Servizio di assistenza tecnica e post-vendita		
5	Formazione del personale		
6	Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023		



LOTTO 2 – SUTURATRICE LINEARE TAGLIA E CUCI MANUALE PRECARICATA O CON RICARICHE MONOUSO

N°	CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Linea di taglio ≤ 1 mm linea sezione		
2	Numero azionamenti minimo = 6		
3	Sistema di sicurezza ricarica usata		
4	Sistema sicurezza ricarica malposizionata		
5	Compatibilità del punto con RMN 3T		

N°	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Numero di azionamenti minimo > 8		
2	Altezza variabile e regolabile del punto		
3	Tecnologia tripla linea di punti		
4	Lama nella ricarica		
5	Ampiezza di gamma – Fornitura di conformazione semicircolare		
6	Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche		
7	Tecnologia antiscivolo del tessuto sulla ricarica		
8	Apertura facilitata tramite pulsante		
9	Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità		
10	Servizio di assistenza tecnica e post-vendita		
11	Formazione del personale		
12	Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023		



LOTTO 3 - SUTURATRICE CIRCOLARE MANUALE TESTINA RIBALTABILE MONOUSO

N°	CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Doppia fila di punti sfalsati		
2	Compatibilità del punto con RMN 3T		
3	Indicatore altezza punto		
4	Almeno 3 calibri		

N°	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Adattabilità procedure laparoscopiche		
2	Tecnologia tripla linea di punti		
3	Altezza variabile del punto		
4	Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche		
5	Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità		
6	Servizio di assistenza tecnica e post-vendita		
7	Formazione del personale		
8	Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023		

LOTTO 4 - SUTURATRICE CIRCOLARE MANUALE TESTINA FISSA MONOUSO

N°	CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Doppia fila di punti sfalsati		
2	Compatibilità del punto con RMN 3T		
3	Testina a profilo ribassato		
4	Indicatore altezza punto		



N°	CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
5	Almeno 3 calibri		

N°	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Adattabilità procedure laparoscopiche		
2	Tecnologia tripla linea di punti		
3	Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche		
4	Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità		
5	Servizio di assistenza tecnica e post-vendita		
6	Formazione del personale		
7	Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023		

LOTTO 5 - SUTURATRICE CIRCOLARE MONOUSO A BATTERIA

N°	CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Doppia fila di punti sfalsati		
2	Compatibilità del punto con RMN 3T		
3	Testina a profilo ribassato		
4	Indicatore altezza punto		
5	Almeno 3 calibri		
6	Firing motorizzato		

N°	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Adattabilità procedure laparoscopiche		
2	Tecnologia tripla linea di punti		



N°	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
3	Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche		
4	Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità		
5	Servizio di assistenza tecnica e post-vendita		
6	Formazione del personale		
7	Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023		

LOTTO 6 – SUTURATRICE LINEARE ARTICOLATA MANUALE MONOUSO

N°	CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Linea di taglio =<1 mm linea sezione		
2	Numero azionamenti minimo = 12		
3	Sistema di sicurezza ricarica usata		
4	Sistema sicurezza ricarica malposizionata		
5	Compatibilità del punto con RMN 3T		
6	Angolazione a gradi intermedi fino a 45°		
7	Rotazione stelo 360°		

N°	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Numero di azionamenti minimo > 12		
2	Tecnologia tripla linea di punti		
3	Possibilità di utilizzare tutte le ricariche con trocar da 12mm		
4	Tecnologia antiscivolo del tessuto sulla ricarica		
5	Ampiezza di gamma – Fornitura di conformazione semicircolare		



N°	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
6	Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche		
7	Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità		
8	Servizio di assistenza tecnica e post-vendita		
9	Formazione del personale		
10	Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023		

LOTTO 7 – SUTURATRICE LINEARE ARTICOLATA MONOUSO A BATTERIA

N°	CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Numero azionamenti minimo = 12		
2	Sistema di sicurezza ricarica usata		
3	Sistema sicurezza ricarica malposizionata		
4	Compatibilità del punto con RMN 3T		
5	Angolazione a gradi intermedi fino a 45°		
6	Rotazione stelo 360°		
7	Azionamento motorizzato della lama		
8	Sblocco manuale lama bloccata		

N°	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Numero di azionamenti minimo > 12		
2	Tecnologia antiscivolo del tessuto sulla ricarica		
3	Tecnologia tripla linea di punti		
4	Possibilità di utilizzare tutte le ricariche con trocar da 12 mm		
5	Articolazione motorizzata		



N°	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
6	Chiusura motorizzata suturatrice		
7	Ampiezza di gamma – Fornitura di conformazione semicircolare		
8	Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche		
9	Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità		
10	Servizio di assistenza tecnica e post-vendita		
11	Formazione del personale		
12	Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023		

LOTTO 8 – SUTURATRICE LINEARE ARTICOLATA PLURIUSO A BATTERIA

N°	CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Numero azionamenti minimo = 12		
2	Sistema di sicurezza ricarica usata		
3	Sistema sicurezza ricarica malposizionata		
4	Compatibilità del punto con RMN 3T		
5	Angolazione a gradi intermedi fino a 45°		
6	Rotazione stelo 360°		
7	Azionamento motorizzato della lama		
8	Sblocco manuale lama bloccata		

N°	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Numero di azionamenti minimo > 12		
2	Tecnologia antiscivolo del tessuto sulla ricarica		
3	Tecnologia tripla linea di punti		



N°	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
4	Possibilità di utilizzare tutte le ricariche con trocar da 12 mm		
5	Articolazione motorizzata		
6	Chiusura motorizzata suturatrice		
7	Ampiezza di gamma – Fornitura di conformazione semicircolare		
8	Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche		
9	Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità		
10	Servizio di assistenza tecnica e post-vendita		
11	Formazione del personale		
12	Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023		

LOTTO 9 – SUTURATRICE PER EMORROIDECTOMIA E PROLASSI MAGGIORI MONOPAZIENTE

N°	CARATTERISTICHE MINIME	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Doppia fila di punti sfalsati		
2	Compatibilità del punto con RMN 3T		
3	Testina solidale con stelo		
4	Sistema di conferma attivazione lama		
5	Uncino per trazione fili		
6	CAD o anoscopio fenestrato		
7	Dilatatore		
8	Slitta o otturatore		

N°	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
1	Fornitura di kit di valutazione aggiuntivo (dilatatore, anoscopio e slitta)		



N°	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	NOME FILE ALLEGATO	RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO
2	Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche		
3	Doppio sistema di sicura		
4	Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità		
5	Servizio di assistenza tecnica e post-vendita		
6	Formazione del personale		
7	Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023		