

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta per la fornitura di gas di laboratorio per la ricerca e dei servizi connessi ed opzionali per le Università e gli Enti di ricerca pubblici (ID2906)

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

CHIARIMENTI II

1) Domanda

Capitolo 5.2: Si segnala che le attività di allaccio dei serbatoi agli impianti di distribuzione esistenti potrebbero variare significativamente da caso a caso e che non risulta pertanto possibile definire a priori dei costi da parte del fornitore al riguardo, di cui poter tenere conto in fase di offerta del noleggio del serbatoio e/o della fornitura del gas criogenico. Inoltre il posizionamento di nuovi serbatoi potrebbe comportare una serie di adeguamenti delle aree e delle piazzole su cui dovranno essere installati detti serbatoi. Si chiede pertanto di verificare la possibilità di esonerare il fornitore dalle attività di adeguamento, definendo chiaramente quali debbano essere le attività effettivamente in carico al fornitore. Tali attività dovrebbero essere quelle dell'installazione dei serbatoi su piazzole realizzate o adeguate dall'ente secondo la normativa vigente, certificate per poter supportare i carichi ai piedi dei serbatoi secondo la normativa antisismica, con il collegamento successivo dei serbatoi a linee che siano rese compatibili dall'ente per essere allacciate.

Risposta

Si vedano le risposte ai quesiti nn. 6 e 36 di cui alla prima tranches di chiarimenti pubblicata in data 11 settembre 2026. Si precisa inoltre che le dimensioni dei serbatoi dovranno essere compatibili con le dimensioni delle infrastrutture esistenti e non dovranno richiedere modifiche agli impianti già in essere e che il Fornitore dovrà provvedere al trasporto, posizionamento e installazione dei serbatoi presso le sedi indicate dall'Amministrazione, comprensivi degli allacciamenti agli impianti di distribuzione e alle utenze, nonché all'esecuzione delle verifiche funzionali e di sicurezza e alla consegna della relativa documentazione tecnica.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Il Responsabile
Dott. Gianandrea Greco